Pregão Eletrônico

925387.942021 .8126 .4549 .4986618000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00094/2021

Às 09:00 horas do dia 24 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB de 14/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 18782/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00094/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição De 01 (Uma) Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo Furgão. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Ambulância
Descrição Complementar: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, ESPERCIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO A E II DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 251.100,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT**, pelo melhor lance de** R$ 219.900,0000 **e com valor negociado a** R$ 219.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 251.000,0000	R$ 251.000,0000	22/11/2021 12:13:24

Marca: MASTER L1H1 AMBULÂNC
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: 2021
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão

de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.
Porte da empresa: ME/EPP

33.070.387/0001-01	LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 251.000,0000	R$ 251.000,0000	23/11/2021 08:31:06

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: L1H1 - TRANSFORMADA EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇAO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, ESPERCIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO A E II DO EDITAL.
Porte da empresa: ME/EPP

07.975.278/0001-23	CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT	Sim	Sim	1	R$ 251.000,0000	R$ 251.000,0000	23/11/2021 19:45:09

Marca: RENAULT MASTER
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: MASTER L1H1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.
Porte da empresa: ME/EPP

27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA EIRELI	Não	Não	1	R$ 251.100,0000	R$ 251.100,0000	17/11/2021 20:10:14

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: MASTER L1H1/2021
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. Demais especificações conforme Termo de referência.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.299.803/0001-09	BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R$ 251.100,0000	R$ 251.100,0000	22/11/2021 15:01:16

EQUIPAMENTOS MEDICOS E

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: SPRINTER 416 - CDI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, ESPERCIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO A E II DO EDITAL.
Porte da empresa: ME/EPP

35.457.127/0001-19	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Não	Não	1	R$ 251.100,0000	R$ 251.100,0000	23/11/2021 10:58:11

Marca: Renault
Fabricante: Renault
Modelo / Versão: Master L1H1 Ambulancia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.532.344/0001-51	FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 251.100,0000	R$ 251.100,0000	23/11/2021 16:09:14

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT DO BRASIL
Modelo / Versão: MASTER L1H1 - AMBULÂNCIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
Porte da empresa: ME/EPP

20.306.945/0001-43	HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 260.000,0000	R$ 260.000,0000	23/11/2021 14:41:57

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: MASTER L1H1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve

ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. MARCA: RENAULT MODELO: MASTER L1H1

Porte da empresa: ME/EPP

38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Não	1	R$ 265.000,0000	R$ 265.000,0000	23/11/2021 17:24:42

Marca: RENAUT/ MASTER L1H1
Fabricante: RENAUT/ MASTER L1H1
Modelo / Versão: RENAUT/ MASTER L1H1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 265.000,0000	38.120.508/0001-04	24/11/2021 09:00:00:463
R$ 260.000,0000	20.306.945/0001-43	24/11/2021 09:00:00:463
R$ 251.100,0000	37.532.344/0001-51	24/11/2021 09:00:00:463
R$ 251.100,0000	08.299.803/0001-09	24/11/2021 09:00:00:463
R$ 251.100,0000	35.457.127/0001-19	24/11/2021 09:00:00:463
R$ 251.100,0000	27.967.465/0001-72	24/11/2021 09:00:00:463

R$ 251.000,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:00:00:463
R$ 251.000,0000	33.070.387/0001-01	24/11/2021 09:00:00:463
R$ 251.000,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:00:00:463
R$ 250.900,0000	37.532.344/0001-51	24/11/2021 09:06:38:277
R$ 249.800,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:09:41:320
R$ 249.500,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:10:03:590
R$ 249.300,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:10:30:130
R$ 248.000,0000	38.120.508/0001-04	24/11/2021 09:11:06:417
R$ 245.000,0000	35.457.127/0001-19	24/11/2021 09:11:12:427
R$ 247.750,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:11:18:357
R$ 244.000,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:11:37:343
R$ 242.000,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:11:46:620
R$ 241.900,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:12:15:107
R$ 241.500,0000	37.532.344/0001-51	24/11/2021 09:13:04:953
R$ 240.000,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:13:09:500
R$ 235.000,0000	35.457.127/0001-19	24/11/2021 09:13:26:290
R$ 234.900,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:14:11:870
R$ 247.900,0000	08.299.803/0001-09	24/11/2021 09:14:44:783
R$ 230.000,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:14:51:767
R$ 229.900,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:15:05:030
R$ 245.000,0000	08.299.803/0001-09	24/11/2021 09:15:21:813
R$ 229.000,0000	37.532.344/0001-51	24/11/2021 09:15:41:243
R$ 228.900,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:15:52:433
R$ 228.000,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:15:58:680
R$ 227.800,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:16:07:780
R$ 227.000,0000	37.532.344/0001-51	24/11/2021 09:16:10:117
R$ 226.900,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:16:17:843
R$ 224.500,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:16:35:930
R$ 224.400,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:16:43:570
R$ 222.000,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:17:17:280
R$ 221.900,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:17:26:227
R$ 220.000,0000	20.351.700/0001-38	24/11/2021 09:17:46:070
R$ 219.900,0000	07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:18:02:153
R$ 234.600,0000	38.120.508/0001-04	24/11/2021 09:18:10:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/11/2021 09:04:13	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	24/11/2021 09:06:00	Item aberto.
Encerramento	24/11/2021 09:20:11	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/11/2021 09:20:11	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/11/2021 09:45:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/11/2021 09:51:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23.
Aceite de proposta	29/11/2021 16:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, pelo melhor lance de R$ 219.900,0000 e com valor negociado a R$ 219.000,0000. Motivo: Valor negociado com licitante através do chat comprasnet!
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/11/2021 16:48:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/11/2021 17:13:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23.
Habilitação de fornecedor	29/11/2021 17:27:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/11/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	24/11/2021 09:01:52	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 94/2021-SESMA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando aquelas que não atendam ao Edital, logo em seguida abriremos os itens para lances.
Pregoeiro	24/11/2021 09:02:58	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	24/11/2021 09:03:49	Senhores licitantes, muita atenção no momento do envio de seus lances para não enviarem equivocadamente, para não atrapalhar o andamento do certame, sob pena de desclassificação e sanções previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	24/11/2021 09:05:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/11/2021 09:05:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/11/2021 09:06:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/11/2021 09:06:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/11/2021 09:08:02	Neste momento da disputa aberto o prazo dado para término da fase de lances é estabelecido pelo próprio sistema, sem possibilidade de monitoração por parte do pregoeiro.
Sistema	24/11/2021 09:20:11	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/11/2021 09:25:18	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	24/11/2021 09:26:58	Senhores licitante, solicito que permaneçam conectado durante a sessão, pois a desclassificação de alguma empresa, representará a oportunidade de negócio com as seguintes.
Pregoeiro	24/11/2021 09:27:34	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Senhor licitante, bom dia!
07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:29:12	Bom dia, senhor pregoeiro.
Pregoeiro	24/11/2021 09:31:57	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Senhor foi o provável vencedor do certame para o item 1. Podemos negociar o valor do seu últimos lance.
Pregoeiro	24/11/2021 09:37:10	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - No aguardo de manifestação.
07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:37:39	Senhor pregoeiro, considerando que na fase competitiva houve uma redução significativa de preços, não nos permite negociar este valor. Entretanto, proponho uma redução ao valor final de R$ 219.000,00.
Pregoeiro	24/11/2021 09:43:08	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS "ajustada" com valor ofertado na Fase de Lances em uma "única" proposta contendo o ITENS 1, em até 02 (duas) horas uteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital.
Pregoeiro	24/11/2021 09:43:16	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Favor "ATENTAR" para o exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.
Pregoeiro	24/11/2021 09:43:26	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III do edital.
Pregoeiro	24/11/2021 09:44:41	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Para melhor analise pela área técnica apresentar juntamente com a proposta folder/catalogo do produto ofertado.
Sistema	24/11/2021 09:45:33	Senhor fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
07.975.278/0001-23	24/11/2021 09:47:15	OK, obrigado
Sistema	24/11/2021 09:51:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	24/11/2021 11:36:06	Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA AJUSTADA, do licitante provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA e posterior as devidas convocações.
Pregoeiro	24/11/2021 11:39:21	Suspenderemos a sessão pública do PE nº 94/2021-SESMA, para análise da proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante com proposta ajustada, pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 26/11/2021, às 16h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	26/11/2021 16:26:38	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 94/2021-SESMA.

Pregoeiro	26/11/2021 16:28:55	Devido hoje dia 26/11/2021, dia marcado para reabertura da licitação a problemas em nossa rede de internet interna, impossibilitando de reabrir a licitação no dia e hora marcada, suspenderemos a sessão pública do PE nº 94/2021-SESMA, para dá continuidade ao certame. Reabriremos o mesmo dia 29/11/2021, às 16h30 (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/11/2021 16:32:43	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 94/2021-SESMA.
Pregoeiro	29/11/2021 16:36:36	Senhor licitante, informo que recebermos a analise de proposta e documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da SESMA, vamos dar andamento ao certame.
Pregoeiro	29/11/2021 16:42:48	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Senhor licitante, informo que sua proposta de preços e os documentos anexados no sistema Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica da SESMA para o item 1. Os demais documentos sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro	29/11/2021 16:43:23	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Senhores licitantes, devido pandemia COVID-19, não iremos solicitar documentos na forma física em original ou cópias autenticadas.
Pregoeiro	29/11/2021 16:43:50	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Senhor licitante, senhor possui certificação disponibilizada pela ICP-Brasil (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel) ou assinatura digital?
07.975.278/0001-23	29/11/2021 16:45:41	Boa tarde, sim temos o Certificado Digital, para a assinatura de documentos que se fizerem necessários.
Pregoeiro	29/11/2021 16:47:50	Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - Ok. Solicitamos que seja assinada a proposta de preços ajustada datada na data de hoje, vamos reabrir o anexo para o envio!
Sistema	29/11/2021 16:48:06	Senhor fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
07.975.278/0001-23	29/11/2021 16:50:51	Já providenciando, obrigado
Sistema	29/11/2021 17:13:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/11/2021 17:27:41	Senhores licitantes, concluímos neste momento as aceitações de propostas no Sistema Comprasnet, obrigado pela participação de todos.
Sistema	29/11/2021 17:27:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	29/11/2021 17:28:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/11/2021 às 17:49:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	12/11/2021 08:54:58	
Abertura da sessão pública	24/11/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/11/2021 09:05:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	24/11/2021 09:25:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	26/11/2021 16:31:56	Previsão de reabertura: 29/11/2021 16:30:00; Devido problemas em nossa rede de internet interna, impossibilitando de reabrir a licitação, suspenderemos a sessão pública do PE nº 94/2021-SESMA, para dá continuidade ao certame. Reabriremos o mesmo dia 29/11/2021, às 16h30 (horário de Brasília).
Reativação	29/11/2021 16:32:12	
Abertura do prazo	29/11/2021 17:27:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/11/2021 17:28:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/11/2021 às 17:49:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:09 horas do dia 29 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO CANTAO LOPES:99637286268

Assinado de forma digital por MARCELO CANTAO LOPES:99637286268
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33683111000107, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ASSERPRO, ou=RFB e-CPF A3, cn=MARCELO CANTAO LOPES:99637286268
Dados: 2021.11.29 18:24:01 -03'00'

MARCELO CANTAO LOPES
Pregoeiro Oficial

ISIS SOUZA COIMBRA:81617577200

Assinado de forma digital por ISIS SOUZA COIMBRA:81617577200
Dados: 2021.11.30 08:10:50 -03'00'

ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe de Apoio

MONICA MEIRELES FRANCO:90501998215

MONICA MEIRELES FRANCO

Equipe de Apoio

ADRIANA LEAL BRUM
Equipe de Apoio

ADRIANA LEAL BRUM PANTOJA:00454949243

Assinado de forma digital por ADRIANA LEAL BRUM PANTOJA:00454949243
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=IDENTIFICACAO PRESENCIAL, ou=04855476000101, ou=PRESENCIAL, cn=ADRIANA LEAL BRUM PANTOJA:00454949243
Dados: 2021.11.30 10:34:11 -03'00'

Imprimir o Relatório

Voltar