



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

Av. Mendonça Furtado, nº 2440, Bairro Aldeia. CEP 68.040-050 – FONE (93) 2101 0100

CERTIDÃO

Eu, **KAROLINA DE SOUSA NEVES**, Chefe do Núcleo de Média e Alta Complexidade, lotada no Núcleo de Média e Alta Complexidade NMAC - SEMSA, **CERTIFICO**, para todos os efeitos legais, que realizei pesquisa referente à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MAMÓGRAFO DIGITAL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**, através de consulta nos portais oficiais que compõem o objeto deste processo licitatório. Para fins de esclarecimento, destaco que, com o objetivo de concluir a fase de cotação e dar sequência ao processo licitatório, realizamos buscas em sites e portais oficiais, tais como **PORTAL DE COMPRAS**, **SIGEM** e **PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)**, encontrando valores compatíveis com o objeto em questão. Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Santarém/Pa, 03 de Outubro de 2024.



Documento assinado digitalmente
KAROLINA DE SOUSA NEVES
Data: 03/10/2024 14:55:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Karolina de Sousa Neves
Chefe do Núcleo de Média e Alta Complexidade
Decreto Nº 665/2022 – GAP/PMS



MAPA DE PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MAMÓGRAFO DIGITAL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	QUANT	PARÂMETRO 1	PARÂMETRO 2	PARÂMETRO 3	MÉDIA	VALOR TOTAL
1	MAMÓGRAFO DIGITAL	Especificações mínimas: GERADOR Alta frequência, multipulso; Potência mínima de 5 kW microprocessado; Mínimo de 23 a 35 kV e de 2 a 600 mAs; Exposímetro automático microprocessado; Visualização digital dos principais parâmetros. AUTOMATISMO DE DOSE Seleção automática das combinações mais adequadas para vários tipos de mama. A seleção deve conter: material de ânodo, filtro, valor de kV, densidade do filme através de programas de usuários.	01	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.141.400,00	R\$ 790.000,00	R\$ 1.043.800,00	R\$ 1.043.800,00

PARAMETRO 01: PNCP, [Portal Nacional de Contratações Públicas \(pncp.gov.br\)](https://pncp.gov.br)

PARAMETRO 02: SIGEM

PARAMETRO 03: Portal de compas [Processo RPE-22-2024-2024-292440 \(portaldecompraspublicas.com.br\)](https://portaldecompraspublicas.com.br)

Documento assinado digitalmente
 KAROLINA DE SOUSA NEVES
Data: 13/11/2024 18:41:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Santarém, 13 de Novembro de 2024.

Karolina de Sousa Neves
Chefe do Núcleo de Média e Alta Complexidade
Decreto Nº 665/2022 – GAP/PMS

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/mg/icismep-2608/rpe-22-2024-2024-292440

1Doc

painelprecos.planejamento

pdf-completo.php

Portal Nacional de Contrataç

MURAL DE LICITAÇÕES - CON

Processo RPE-22-2024-2024-292440

Caixa de entrada (89) - macsen

portaldecompraspublicas.com.br/processos/mg/icismep-2608/rpe-22-2024-2024-292440

WhatsApp

Facebook

Instagram

LinkedIn

CENTRAL DE ATENDIMENTO 3003-5455 | 0800 730 5455 | (61) 3120-3700 | (61) 3142-4887

Buscar no Portal

FAZER LOGIN

PORTAL

DE COMPRAS PÚBLICAS

PROCESSOS

APRENDA

NOVIDADES

DOCUMENTOS

SOBRE

BLOG

CONTATO

CADASTRE-SE

INICIO

PROCESSOS

MG

ICISMEP

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

MENOR PREÇO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO

Nº do Processo: 22/2024

Processo Finalizado

Registro de preços para futura e eventual aquisição de mamógrafos, incluindo a instalação, com os devidos laudos de calibração, além do fornecimento dos acessórios e sistemas necessários para o funcionamento individual do equipamento.

ICISMEP

Registro de Preços Eletrônico

DOCUMENTOS

IR PARA OS ITENS

ANDAMENTO DO PROCESSO

Informações

Datas

Pesquisar

Windows

YouTube

W

Facebook

Google

Windows

POR 09:29

PTB2 03/10/2024

1Doc

painelprecos.planejamento

pdf-completo.php

Portal Nacional de Contrataç

MURAL DE LICITAÇÕES - CON

Processo RPE-22-2024-2024-292440

Caixa de entrada (89) - macsen

portaldecompraspublicas.com.br/processos/mg/icismep-2608/rpe-22-2024-2024-292440

WhatsApp

Facebook

Instagram

LinkedIn

CENTRAL DE ATENDIMENTO 3003-5455 | 0800 730 5455 | (61) 3120-3700 | (61) 3142-4887

Buscar no Portal

FAZER LOGIN

PORTAL

DE COMPRAS PÚBLICAS

PROCESSOS

APRENDA

NOVIDADES

DOCUMENTOS

SOBRE

BLOG

CONTATO

CADASTRE-SE

Itens

1 Registro

Buscar nos itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Melhor Lance	V. Referência	Disputa	Situação
1	Mamógrafo Digital - VIDE DESCRITIVO EM EDITAL	UND	9	R\$ 790.000,00	R\$ 0,01	AC Ampla Concorrência	Homologado

<

1

>

Andamento do Processo

Buscar no andamento

Sistema - 13/06/2024 - 10:30:16

O Autoridade Competente adicionou o arquivo (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415.2024 - FUJIFILM.pdf) em 13/06/2024 às 10:30.

Sistema - 11/06/2024 - 11:33:20

Pesquisar

Windows

YouTube

W

Facebook

Google

Windows

POR 09:36

PTB2 03/10/2024



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Mamógrafo

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.141.400,00


Console de operação integrado ao biombo de proteção radiológica ou solução equivalente, estação aquisição, monitor, mouse, teclado e painel de controle. Gerador de alta frequência microcontrolado, disparador manual incorporado ao console, potência nominal de no mínimo 4,3kW. Seleção/visualização digital de kV, mAs e modo de exposição. Ajustes de faixa de kV de no mínimo 23 a 35 com passos de 1kV; Faixa de mAs maior ou igual a 500. Modos de exposição aplicáveis para foco fino e grosso, manual, automático (auto kV e mAs) e semi-automático (auto mAs). Controle automático de exposição microprocessado, velocidade de rotação do ânodo de no mínimo 3.000 RPM, frenagem do ânodo do tubo após exposição. Sistema de controle e detecção de falha no circuito de rotação do ânodo giratório, sistema de detecção de falha no circuito de filamento, sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs) e sistema de proteção térmica do tubo. Descompressão automática ao final da exposição programável. Gantry que permita radiografia da paciente em pé, sentada, com recursos de acessibilidade, protetor facial removível, movimentos motorizados, deslocamento vertical de no mínimo 70 a 125 cm. Display digital para indicação dos ângulos de rotação, espessura da mama comprimida e força de compressão aplicada. Compressão motorizada com medição por célula de carga, comando de compressão através de dois pedais duplicados. Possibilidade de liberação manual da bandeja de compressão em casos de emergência. Seleção de descompressão automática após o fim da emissão de raios X. Detector plano de selênio amorfo, silicone cristalino ou silício com tecnologia de conversão direta ou indireta, tamanho de no mínimo 23x29 cm ou maior, matriz de no mínimo 2500 x 3300 pixels, tamanho do pixel do detector de no máximo 100 micrometros, cobertura em fibra de carbono; Grade antidifusora com razão de no mínimo 5:1 ou sistema equivalente; Resolução de no mínimo 31 linhas/cm; Espaçador e cobertura em fibra de carbono; Sistema de movimentação sincronizado com emissão de raios X. Tubo ânodo giratório de Tungstênio ou molibidênio; Pontos focais de 0,1 mm e 0,3 mm ou único de 0,3mm quando magnificação digital. Capacidade de armazenamento térmico do ânodo de no mínimo 160 kHU; Capacidade de armazenamento térmico do housing de no mínimo 425 kHU; Dissipação térmica contínua máxima do housing de 80W; Tensão nominal 40kV; Janela de berílio; Filtro de ródio de 50 micrômetros ou equivalente. Estação de trabalho com zoom e arrasto de imagem; Ajuste manual de brilho e contraste, visualização em tamanho real (1:1 mm) ou ajustada à tela; Medição de distância, anotação, ajuste automático de brilho e contraste; Ferramenta de análise (valor médio, mínimo e máximo dos pixels, desvio padrão, dimensões da área de interesse), inversão preto/branco, reproprocessamento, corte automático (de acordo com a pré-seleção manual do tipo de bandeja), indicação nas imagens/worklist de impressão e arquivamento remoto, possibilidade de visualização de imagem crua, posicionamento automático das imagens, display multi-formato de - 1, 1x2 e 2x2, funções sincronizadas para multi formato de zoom e/ou brilho/contraste; Monitor de no mínimo 19 polegadas e capacidade de armazenamento de aproximadamente 3.000 imagens. Suporte as funcionalidades: DICOM, Store, Storage Commitment, Media storage (off-line media), Query/Retrieve, Printing e Modality Worklist. Acessórios: Ampliadores em policarbonato com fator de magnificação de no mínimo 1,5 ou 1,8. Bandejas de compressão com tamanhos aproximados de 24x30, 18x24 ou bandejas equivalentes; Axilar 8x20,



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



localizada para magnificação 9x9, compressor para magnificação panorâmica de no mínimo 1,5x ou 1,8X, compressor com coordenadas tipo fenestrada e suporte de acessórios para fixação na parede.



SIGEM

https://pncp.gov.br/app/editais/15126437000143/2023/2849

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Id contratação PNCP: 15126437000143-1-002849/2023

Fonte: Compras.gov.br

Item n° 1

Descrição: Mamógrafo

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Em andamento Tipo: Material Categoria: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Não se aplica Margem de Preferência Normal: Não Margem de Preferência Adicional: Não

Quantidade: 1 Unidade de medida: Unidade Valor unitário estimado: Sigiloso Valor total estimado: Sigiloso

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 27/02/2024 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 71.256.283/0001-85 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Demais Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 1 Valor unitário homologado: R\$ 1.200.000,00 Valor total homologado: R\$ 1.200.000,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Retornar

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Acessar Contratação

Última atualização 05/12/2023

Local: São Luis/MA Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Unidade compradora: 155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto-Fechado Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 27/11/2023 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 05/12/2023 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/12/2023 10:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 15126437000143-1-002849/2023 Fonte: Compras.gov.br

Objeto:

O presente processo tem por objeto a aquisição de equipamentos médico-hospitalar Mamógrafo para atender as necessidades da Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão.

Informação complementar:

As propostas deverão atender ao especificado no Termo de Referência do Edital. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15501005001492023

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 1.200.000,00

Itens

Arquivos

Atas de Registro de Preço

Contratos/Empenhos

Histórico

Número

Descrição

Quantidade

Valor unitário estimado

Valor total estimado

Detalhar

Pesquisar

10:49

POR

P1B2

03/10/2024