

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - 23/2023

Resultado da Homologação

0001 - COMPRESSOR DE AR ODONTO, isento de Óleo/Odontológico, Silencioso Nível de Ruído: 69 DB, Volume Reservatório: 30 Litros, com pintura antimicrobiana interna e externa, Pressão de operação: Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar, Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar, Número de pistões: 2, Potência: 1HP / 0,75 kW, Tensão: 220V – Monofásico. - 3.5(35 LITROS) - Valor Referência: 3.453,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM IMPORT LTDA	3.5(35 LITROS)	1 Unidade	2.050,00	2.050,00	Homologado em 16/08/2023 08:45:36 Por: MAURICIO SOARES BARBOSA

0002 - AUTOCLAVE 12L para esterilização a vapor sob pressão, capacidade 12 litros, Bivolt Automático, Tampa e câmara em aço inox, contando com 1 Suporte para bandejas, 2 bandejas em alumínio anodizado; 1 Copo Dosador; 1 Mangueira 1,5m; 1 Braçadeira. - 1.2 (12 LITROS) - Valor Referência: 6.476,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VRM IMPORT LTDA	1.2 (12 LITROS)	1 Unidade	4.045,00	4.045,00	Homologado em 16/08/2023 08:45:36 Por: MAURICIO SOARES BARBOSA

0003 - MICROSCÓPIO COM POTENCIÔMETRO DE LUZ FRONTAL, sistema LED branco de alta luminosidade, Knobs macro e micrométrico, Microscópio com ótica infinita: aumentos padrões de 40X a 1000X, Revólver giratório para 4 objetivas: 4X (N.A. 0,10/ W.D. 25 mm), 10X (N.A. 0,25/ W.D. 6,7 mm), 40X retrátil (N.A. 0,65/ W.D. 0,6 mm), 100X retrátil imersão óleo (N.A.1.25/ W.D. 0,14 mm); Tensão de entrada elétrica bivolt. - L2000 - Valor Referência: 13.698,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	L2000	1 Unidade	4.174,00	4.174,00	Homologado em 16/08/2023 08:45:36 Por: MAURICIO SOARES BARBOSA

MAURICIO SOARES BARBOSA

Autoridade Competente

