



PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

Nº da Proposta **Ano**
18017671000122002 2022

CNPJ **Beneficiário**
18017671000120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo de Beneficiário **Dirigente**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SIOPS Indisponível.

População **Telefone** **Município**
130.122 9134252244 BRAGANÇA

Endereço **E-mail**
13 DE MAIO, CENTRO saude@braganca.pa.gov.br

Esfera Administrativa
MUNICIPAL

CPF do Dirigente
SIOPS Indisponível.

CEP
68.600-000

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
EMENDA PARLAMENTAR

Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Composição	Número	Valor
EMENDA	39720004	231.056,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
04873592000107	CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL RUTH N BRAGANCA	2678667
Tipo de Unidade	Endereço	
null	AV NAZEAZENO FERREIRA PX AOS CORREIOS - CENTRO, CEP:68600000	

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço

Consulta Ambulatorial - Ambulatório

Setor

Atendimento Ambulatorial / Consultórios

Ambiente

Consultório diferenciado (oftalmo, otorrino, etc.)

Nome do Equipamento

Pupilômetro

Ultrassom Oftalmológico

Esfigmomanômetro Infantil

Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	837,00	837,00
1	71.335,00	71.335,00
3	123,00	369,00

Tipo de Serviço

Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Setor

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ultra-sonografia

Ambiente

Sala de ecocardiografia

Nome do Equipamento

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica

Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	158.515,00	158.515,00

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA

QTD.	VALOR
6	231.056,00

TOTAL GERAL

QTD.	VALOR
6	231.056,00

DADOS DO CADASTRADOR

CPF

48063983220

E-mail

rejane23@msn.com

Nome

rejane brandão pinto

Telefone

9185167617





PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

Nº da Proposta 18017671000122003
Ano 2022
CNPJ 18017671000120
Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dirigente SIOPS Indisponível.
População 130.122
Telefone 9134252244
Município BRAGANÇA
Endereço 13 DE MAIO, CENTRO
E-mail saude@braganca.pa.gov.br

Esfera Administrativa MUNICIPAL
CPF do Dirigente SIOPS Indisponível.
CEP 68.600-000

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
PROGRAMA

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL

Composição	Número	Valor
PROGRAMA	null	30.404,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
04873592000107	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CEO	9958347
Tipo de Unidade	Endereço	
null	AVENIDA NAZEAZENO FERREIRA UPA - PERPETUO SOCORRO, CEP:68600000	

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço

Consulta Ambulatorial - CEO

Setor

Atendimento Ambulatorial / Consultórios

Ambiente

Consultório odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	3	4.981,00	14.943,00
Impressora Laser (Comum)	3	2.620,00	7.860,00

Tipo de Serviço

Outras Atividades - CEO

Setor

Apoio Administrativo / Serviços Administrativos/ Serviços Clínicos, de Enfermagem e Técnico

Ambiente

Sala administrativa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.981,00	4.981,00
Impressora Laser (Comum)	1	2.620,00	2.620,00

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA

QTD.	VALOR
8	30.404,00

TOTAL GERAL

QTD.	VALOR
8	30.404,00

DADOS DO CADASTRADOR

CPF

48063983220

E-mail

rejane23@msn.com

Nome

rejane brandão pinto


Telefone

9185167617





Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Atividades: Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Outros

Ambiente: Sala exames oftalmológicos (retinografia, paquimetria, campimetria, etc.)

Equipamento: Ultrassom Oftalmológico

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 71.335,00

*Equipamento com a finalidade de diagnosticar condições patológicas ou traumáticas no olho. Aplicação para Adulto, Pediátrico e Neonatal. Aparelho não invasivo com resolução aproximada de 0,015mm. Compartilha e transfere informações para sistemas de registros médicos eletrônicos, armazenamento compacto de arquivos. Acompanha sonda com frequência de 12Mhz e 15Mhz, computador para iniciar e parar a aquisição da imagem do exame, mouse e suporte de sonda.

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Administração - Gestão Assistência Farmacêutica

Atividades: Apoio Administrativo / Serviços Administrativos/ Serviços Clínicos, de Enfermagem e

Ambiente: Sala administrativa

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 4.981,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores: branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Apoio Diagnóstico - Hospital Transplante

Atividades: Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratório

Ambiente: Consultório indiferenciado

Equipamento: Esfigmomanômetro Infantil

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 123,00

TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Análises Laboratoriais de Vigilância em Saúde - LACEN

Atividades: PRODUTOS E AMBIENTE / Análises laboratoriais de produtos e ambiente

Ambiente: Laboratório de Análises de Contaminantes Químicos

Equipamento: Impressora Laser (Comum)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:


PREÇO SUGERIDO: R\$ 2.620,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Atividades: Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Outros

Ambiente: Sala exames oftalmológicos (retinografia, paquimetria, campimetria, etc.)

Equipamento: Pupilômetro

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 837,00

Pupilômetro digital. Princípio de funcionamento: medição através de reflexo corneano. Principais características: conversão de distância interpupilar (TDIS) 30 cm a infinito; Intervalos de distância: 30, 35, 40, 50, 65 cm, 1 m, 2 m e infinito, através de simulador digital de distâncias; Deve armazenar a última medição na memória; Sistema de oclusão para aferição da DNP; Indicação de erro < 0,5 mm (ou igual); arredondamento < 0,5 mm (ou igual); Alimentação elétrica: 04 pilhas AA (devem vir inclusas); Economia de energia: desligamento automático após 1 minuto sem uso.

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Atividades: Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ultra-sonografia

Ambiente: Sala de ecocardiografia

Equipamento: Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica


ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 158.515,00


Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatómico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral, Modo Triplex, Pacote de cálculos específicos, Pacote de cálculos simples, Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga, HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB, 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.



SIGEM