



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Fernando Mendes Lima
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal de Saúde
PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE: Nº 1835008000124004
EMENDA PARLAMENTAR: Nº 41820006 – SENADOR ZEQUINHA MARINHO

1 – OBJETO:

1.1. Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalar para atender às demandas do Hospital Municipal São Francisco de Assis de Santana do Araguaia-PA.

2 – CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA

- () SERVIÇO NÃO CONTINUADO
- () SERVIÇO CONTINUADO S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
- () SERVIÇO CONTINUADO C/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
- () MATERIAL DE CONSUMO
- (X) MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO:

A Secretaria Municipal de Saúde justifica aquisição dos equipamentos hospitalares a fim de suprir as necessidades da unidade hospitalar que compõe a rede municipal saúde, com objetivo de garantir o atendimento das consultas e procedimentos médicos.

Considerando a necessidade de substituição de equipamentos que já apresentem falhas em sua operacionalidade e que inviabilizem a recuperação ou fiquem obsoletos quanto ao uso.

Considerando a reforma e ampliação da unidade hospitalar e ampliação dos serviços, surgem demanda por equipamentos hospitalares.

Garantir a atualização e modernização do Hospital Municipal, fornecendo um atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais.

Complementa-se a este objeto a necessidade de adquirir novos equipamentos proporcionando um melhor serviço aos beneficiários do sistema de saúde do município.

4 – QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

ORD	ITEM/DESCRIÇÃO PARA REFERÊNCIA	QTD	APR
-----	--------------------------------	-----	-----



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

1	Lanterna de led profissional portátil, para diagnóstico clínico, exame oftalmológico, caneta de verificação de pupila, luz para médico enfermeiro Alta performance com iluminação led de 3v; Confeccionada em metal; leve de Alta qualidade; Acabamento anodizado - Lanterna de led profissional portátil, para diagnóstico clínico, exame oftalmológico, caneta de verificação de pupila, luz para médico enfermeiro Alta performance com iluminação led de 3v; Confeccionada em metal; leve de Alta qualidade; Acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência; Led de alta potência com vida útil de 10.000 horas; Acionamento através do botão Liga/desliga; Possui conveniente clip de Bolso; Cor preta; Alimentação 2 pilhas AAA Inclusas.	05	UND
2	Armário tipo vitrine para uso hospitalar. Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono com 0,75mm de espessura. Duas portas em vidro com espessura de 3mm com abertura de 180° e fechadura tipo Yale. Laterais confeccionadas em chapa com espessura de 0,75mm. Com quatro prateleiras de vidro com espessura de 4mm. Pés em tubo quadrado de 25x25mm parede 1,2mm, com ponteiros plásticos. Acabamento em pintura eletrostática Epóxi. Dimensões: Largura: 0,70m Altura: 1,60m Profundidade (comprimento): 0,35m	05	UND
3	Balança antropométrica adulto Capacidade 200 kg Carga Mínima 2 Kg Divisão 100 g Dimensão 34 x 39 cm Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bi cromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropometria em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 metros com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	05	UND
4	Lixeira para uso hospitalar com as especificações: Lixeira/balde Basculante 60 Litros MATERIAL: Polipropileno/Polietileno Cor: Branco.	10	UND
5	BALDE A PEDAL PARA USO HOSPITALAR - Descrição: Material: Aço Inox AISI 430 Espessura: 0,4 mm Acabamento: Polido Alça para transporte, Aberturada tampa por pedal, com Sistema Stay Open Balde plástico removível, capacidade de 20 Lts.	10	UND
6	MONITOR MULTIPARÂMETRO, tela de no mínimo 14 polegadas, com ECG, Respiração, Temperatura (dois canais), oximetria de Pulso, Pressão Não Invasiva, Pressão Invasiva (dois canais), possibilidade de	01	UND



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	expansão para débito cardíaco, capnografia e monitoração de gases anestésicos. ✓ Deve ser composto de tela de resolução mínima de 1024x768 pontos, com display colorido, tela plana, LCD de matriz ativa ou TFT de alto contraste, ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente no mínimo 6 (seis) curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; ✓ O monitor multiparamétrico deve ter capacidade de monitorar e processar no mínimo 10 (dez) parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas e apresentá-los em forma de curvas de tendência com resolução de pelo menos 1 (um) minuto; ✓ Deverá possuir interface de rede, com capacidade de interconectar-se via rede local a uma central de monitoração; ✓ O modelo ofertado deve ser modular, de forma a permitir a troca, inserção, retirada de módulos pelo usuário; ✓ Deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico e neonatal, com indicação na tela; ✓ Possuir Alarmes audiovisuais; - Deve armazenar na memória as faixas de alarme selecionadas mesmo após desligar o equipamento; ✓ Deve possuir rotinas de autoteste e calibração; - Apresentar os menus e mensagens em português (Brasil); ✓ O monitor deve suportar descarga de desfibrilador e apresentar rápida recuperação; - Bateria recarregável com autonomia mínima de 60 minutos. ✓ Os parâmetros pre-configurados ou modulares que devem acompanhar cada monitor deve permitir as seguintes monitorações: ECG, Respiração, Temperatura (dois canais), oximetria de Pulso, Pressão Não Invasiva, Pressão Invasiva (dois canais). ✓ O monitor deve possuir compatibilidade com módulos de capnografia, débito cardíaco e monitoração de gases anestésicos, para eventuais expansões futuras, de forma que seja possível acrescentar essas funções ao monitor somente encaixando os módulos. Deve possuir espaço para encaixe de dois módulos. Caso seja necessário rack para expansão para comportar os módulos adicionais, o rack deve ser entregue junto com o equipamento: 1 - ECG e Respiração Compatibilidade mínima com cabos de 3 e 5 vias; Derivações selecionáveis: I, II, III, AVR, AVL, AVF e V; Aviso de falha no contato dos eletrodos; Detecção de marca-passo; Proteção para desfibrilação e eletro cirurgia; Ajuste de ganho (mV); Velocidades de varredura ajustáveis mínimas de 25 a 50 mm/segundo; Faixa de medição com indicação no display de menor ou igual a 30 BPM até		
--	---	--	--



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

valores maiores ou iguais a 250 BPM com erro máximo não superior a mais ou menos 5 BPM; Frequência respiratória com indicação no display na faixa cujo limite inferior seja 6 (seis) rpm (respiração por minuto) e cujo limite superior seja no mínimo 140 (cento e quarenta) rpm, incluindo-se nesta faixa os dois extremos; Possibilidade de leitura da frequência cardíaca através dos eletrodos de ECG ou do sensor de oximetria; 2 - Monitoração da temperatura, com no mínimo dois canais, com sensores apropriados para a medição de temperatura cutânea, retal e esofágica. A resolução de pelo menos 0,1 graus C e o intervalo de temperatura de pelo menos 15 a 45 graus C. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustáveis. 3 - Monitoração continua de Oximetria de Pulso (SPO2), com resolução menor ou igual a 2,5% na oximetria para saturação de 70 a 100% e menor ou igual a 2 BPM na taxa de batimentos cardíacos na faixa de 30 a 250 BPM, com apresentação de curva pletismografia. 4 -Monitoração de Pressão Não Invasiva Adulto (PNI) pelo método oscilométrico, com intervalos de medições programados pelo usuário; Monitoração de pressão configurável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Medição de pressão diastólica, sistólica e media com indicação no display dos valores lidos com respectiva unidade de medida (mmHg); Faixa de leitura dentro dos limites de 30 a 250mm Hg; Alarmes para alta ou baixa pressão. 5 - Monitoração de Pressão Invasiva (PI) deve apresentar pelo menos dois canais de pressão invasiva; deve permitir a medição de pressão diastólica, sistólica, media e venosa com indicação no display dos valores lidos; faixa de leitura no display dentro dos limites de menor ou igual a -10 a maior ou igual a 250 mmHg com precisão de +- 2mm Hg. As curvas e os valores das pressões deverão apresentar configurações gráficas distintas na tela, para os diferentes tipos de pressão, de maneira a permitir diferenciação visual entre elas. ✓ Cada monitor deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: A - 01 (um) cabo paciente 5 vias com rabicho; B - 03 (três) sensores reutilizáveis de oximetria de pulso, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal; C - 01 (um) sensor de temperatura esofágico / retal reutilizável; D - 02 (dois) sensores de temperatura de superfície reutilizáveis; E – 04 (quatro) manguitos reutilizáveis em material antialérgico para paciente neonatal; F - 03 (três) manguitos reutilizáveis em material antialérgico para paciente pediátrico;		
--	--	--



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	G - 02 (dois) manguitos reutilizáveis em material antialérgico (em dois tamanhos diferentes) para paciente adulto; H – 02 (dois) transdutores de pressão invasiva; I - 02 (dois) cabos de pressão invasiva; J - 01 (um) suporte para os transdutores de pressão invasiva; K - Cabo de alimentação; L - Suporte de parede para fixação dos monitores com acabamento resistente (tipo tinta eletrostática ou epóxi); M– O fornecedor deverá ceder as Licenças dos softwares instalados nos equipamentos, se for o caso; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: Bivolts automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA: Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA: Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo é isento de registro/cadastro, quando for o caso.		
07	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: com display e traçado ECG, portátil, para uso em situações de emergências cardíacas; com alça para transporte; a tela de cristal líquido, led ou lcd com exibição de mensagens de texto em português, número de choques realizados, hora e tempo decorrido desde a instalação do aparelho; sistema automático de análise do sinal de ECG com detecção de arritmias malignas (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação; para uso em indivíduos adultos e pediátricos a partir de 1 (um) ano de idade; o equipamento deve ser leve, não ultrapassar 3,5 kg, incluindo a bateria; dimensão máxima 295 x 225 x 155 mm; deve ser resistente a quedas, vibrações resistente a água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção superior ao ip55; o equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em	05	UND



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

português; deve possuir metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo das compressões cardíacas; deve possuir sistema de detecção da qualidade das compressões durante a reanimação cardiorespiratória (RCP) com comandos de voz para auxiliar o socorrista (comprima mais forte, boas compressões); comando do choque: botão no painel frontal, quando piscando; botão ligar/desligar na parte frontal; com bateria de lithium recarregável, capacidade mínima de 2200 mah, carregador de bateria bivolt (100/240v) deve ser fornecido juntamente como equipamento, vida útil mínima de 4 (quatro) anos em standby com capacidade mínima de 4 (quatro) horas de monitoramento contínua ou quantidade mínima de 140 (cento e quarenta) choques em 150 (cento e cinquenta) joules (modo adulto) com a bateria totalmente carregada; sistema automático para disparos em 150 (cento e cinquenta) joules, 200 (duzentos) joules e 200 (duzentos) joules no modo adulto e 50 (cinquenta) joules fixo no modo infantil; para uso pediátrico (modo infantil), o aparelho deve limitar a carga em $\frac{1}{4}$ da energia para adultos de forma automática ao inserir a pá pediátrica; deve possuir tecnologia de onda exponencial truncada bifásica em conformidade com a guideline 2015, oferecer sem custos possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado; deve possuir escala de energia para indivíduos adultos e crianças até o máximo de 200 joules; a memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos; o dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB; deve realizar autotestes diários; os autotestes deve verificar os sistemas internos, baterias e circuito de descarga; a frequência com que o autoteste é realizado será alterada de acordo com o nível da bateria, aumentando conforme a carga abaixa, ou seja, à medida que o nível da bateria diminui os alarmes sonoros e visuais ficam mais frequentes indicando que a bateria precisa ser carregada. O DEA deverá ter bolsa para transporte, resistente, que suporte vibrações e choques externos, cd com software de gerenciamento compatível com a Microsoft, cabo USB para transferência de dados para o computador e manual do usuário e certificado de garantia. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo 5 (cinco) anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá apresentar carta de credenciamento de fornecedor, autorizando o fornecimento do equipamento. Além disso, o desfibrilador deve vir com 1 par de pás adesivas (eletrodos) para adultos, resistente, que suporte vibrações e choques externos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartáveis e auto aderentes, que devem ser dotados de sistema que detecte a frequência e a profundidade das compressões		
--	--	--



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	torácicas durante a rcp com validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa e 1 par de pás adesivas (eletrodo) pediátrico, resistente, que suporte vibrações e choques externos. Multifunção, descartáveis e auto aderentes com validade de no mínimo 18 (dezoito) meses no momento da entrega. O eletrodo deverá possuir número específico de registro no Ministério da Saúde/Anvisa;		
08	CAIXA BÁSICA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO AUTOCLAVAVEL- Caixa completa para cirurgia com 32 peças: • 01 - Estojo Perfurado 26 x 12 x 06 cm • 01 - Cabo de bisturi N.º 4 • 02 - Afastador Farabeuf 13 x 125 mm • 01 - Pinça anatômica Dente de Rato 16 cm • 01 - Pinça anatômica com serrilha 16 cm • 04 - Pinça Backhaus 13 cm • 02 - Pinça Allis 15 cm • 01 - Pinça Foerster Reta 16 cm • 02 - Pinça Halstead Mosquito Reta 12 cm • 02 - Pinça Halstead Mosquito Curva 12 cm • 02 - Pinça Kelly Reta 16 cm • 02 - Pinça Kelly Curva 16 cm • 01 - Pinça Rochester Pean Reta 18 cm • 01 - Pinça Rochester Pean Curva 18 cm • 02 - Pinça Kocher Reta 16 cm • 02 - Pinça Kocher Curva 16 cm • 01 - Tesoura Cirúrgica Reta Romba/Romba 15 cm • 01 - Tesoura Cirúrgica Reta Fina/Fina 15 cm • 01 - Tesoura Cirúrgica Curva Romba/Fina 15 cm • 01 - Tesoura Spencer Para Retirada de Pontos 12 cm • 01 - Porta Agulha Mayo Hegar 15 cm	02	UND
09	CAIXA CURETAGEM AUTOCLAVAVEL: Caixa contendo: 01 unid. - Estojo Inox 32 x 16 x 08 cm perfurado; 01 unid. - Cureta Recamier Cortante n. 1 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Recamier Cortante; n. 2 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Recamier Cortante n. 3 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Recamier Cortante n. 4 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Recamier Cortante n. 5 para Ginecologia; 01 unid.- Cureta Recamier Cortante n. 6 para Ginecologia;	02	UND



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	01 unid. - Cureta Schroeder Cortante n. 1 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Schroeder Cortante n. 2 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Schroeder Cortante n. 3 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Schroeder Cortante n. 4 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Schroeder Cortante n. 5 para Ginecologia; 01 unid. - Cureta Schroeder Cortante n. 6 para Ginecologia; 01 unid. - Espéculo Vaginal Collin n. 1; 01 unid. - Espéculo Vaginal Collin n. 2; 01 unid. - Espéculo Vaginal Collin n. 3; 01 unid. - Estilete para Algodão Uterino 28 cm; 01 unid. - Histerômetro Collin 28 cm; 01 unid. - Pinça anatômica dente de rato 20 cm; 01 unid. - Pinça anatômica dissecação 20 cm; 06 unid. – Pinça Backhaus 13 cm; 01 unid. - Pinça Cheron 24 cm; 01 unid. - Pinça Foerster 24 cm; 01 unid. - Pinça Museux 24 cm reta; 01 unid. - Pinça Pozzi 24 cm; 01 unid. – Pinça Winter n. 2 - 27 cm curva para aborto; 01 unid. - Pinça Winter n. 2 - 27 cm reta para aborto.		
10	MARCAPASSO CARDÍACO PARA USO EXTERNO: câmara única, para estimulação temporária; com no mínimo os seguintes modos de estímulos DOO, DDD, SOO (VOO/AOO) e SSI (VVI/AAI). Deve realizar autoteste; ter indicadores de status (LEDs) para sensibilidade, estimulação e estado da bateria. Sensibilidade das ondas P e R, com precisão de ajuste de sensibilidade. Ajuste de frequência, corrente e sensibilidade. Frequência de 30 a 200 bpm, no mínimo. Sinal de aviso contra frequências elevadas. Deve possuir proteção para desfibrilação. Indicador de bateria fraca; aparelho deve continuar operacional pôr no mínimo 15 segundos durante a troca de bateria. Capa protetora sobre os controles construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido. Acessórios: -Uma (01) bateria de 9V; -Um (01) estojo de armazenamento; -Uma (01) cinta/braçadeira; - Cabos para conexão dos eletrodos, que atenda o modelo ofertado. ACESSÓRIO Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela	01	UND



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

	realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo é isento de registro/cadastro, quando for o caso.		
11	Maca Hospitalar em inox conceito para transporte de pacientes com Regulagem de Altura através de uma manivela para Elevação do Leito, leito em chapa inox e estofado. Possui par de grades laterais de abaixar e suporte de Soro. O carro maca com elevação do leito é ideal para hospitais, maternidades e clínicas médicas em geral.	02	UND
12	Coagulômetro com as especificações mínimas: com no mínimo um canal. determinação no mínimo de: tp, ttpa, trombina, fibriogênio e fatores de coagulação. deve fornecer os resultados de tp em no mínimo atividade (%), inr e relação. o software deve permitir - coagulômetro com as especificações mínimas: com no mínimo um canal. determinação no mínimo de: tp, ttpa, trombina, fibriogênio e fatores de coagulação. deve fornecer os resultados de tp em no mínimo atividade (%), inr e relação. o software deve permitir o armazenamento de pelo menos dos últimos 100 resultados e das curvas de tp e fibrinogênio. deve possuir impressora embutida no equipamento. tensão de acordo com a entidade solicitante.	01	UND

5 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL

Dada a natureza do objeto e a variabilidade da demanda, requer-se que sejam feitas contratações e aquisições sucessivas, a partir da homologação do licitante vencedor.

6 – INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E DOS SETORES DEMANDANTES

ANALICE DE JESUS DE SOUZA SILVA

Elaboradora de DFD

Conforme Portaria nº 092/2025



GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

7 – RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

Ciente da contratação, declaro ser responsável por esta demanda.

Na condição de Secretário Municipal de Saúde, encaminho os documentos para elaboração de ETP, cotação e posterior setor de licitação para providências.

Santana do Araguaia – PA, 07 de fevereiro de 2025.

Fernando Mendes Lima
Secretário Municipal de Saúde – SEMUS
Portaria 040/2025