



## DESPACHO

Do: Departamento de Compras  
Para: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde.  
Sr. ADAIAS RAMOS BATISTA NETO  
Secretário Municipal de Saúde.

Assunto: Resposta ao Pedido de Pesquisa de Preços.

Senhor Secretário,

Com escopo de aferir legalização e posterior aprovação, a fim de prosseguir aos tramites corriqueiros acerca da deflagração de procedimento administrativo de licitação, encaminho-lhe as cotações de preço, objetivando a Aquisições de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA.

### Da Fundamentação Legal

Informamos que a pesquisa de preços foi realizada diretamente com fornecedores da região. Caber frisar que este tipo de cotação está amparado pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. Ressalta-se ainda que a metodologia utilizada para obtenção dos valores de mercado foi a disposta no inciso IV, Art. 5º, da referida Instrução, conforme abaixo:

**Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:**

**IV - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.**

### Dos Fornecedores Consultados

Informa-se que as empresas abaixo foram contatadas e apresentaram os orçamentos, respectivamente:

1. Empresa: **HOSPITALAB HOSPITALAR EIRELI**, inscrita sob o CPNJ nº 31.531.928/0001-26.
2. Empresa: **ELO HOSPITALAR EIRELI**, inscrita sob o CPNJ nº 27.241.996/0001-83.
3. Empresa: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**, inscrita sob o CPNJ nº 39.346.590/000-44.

### Da Justificativa e Esclarecimentos para Cotação com Fornecedor

Em observância ao que estabelece a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, informamos que o Departamento de Compras da Prefeitura Municipal priorizou a ordem dos parâmetros para pesquisa de mercado, conforme legislação vigente.

O objeto em tela é a Aquisições de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA. Sendo assim, para a formação de preço do objeto supracitado, se fez necessário a observação de vários parâmetros, dos quais não foram possíveis de verificar através dos filtros disponíveis no Sistema do Banco de Preços/Painel de Preços, em decorrência das especificidades de muitos itens que compõem o objeto. Desta forma, não foi possível comparar



tecnicamente estes itens com outros semelhantes de processos anteriores, e correlacionar as especificações.

Sobre este tema, destacamos o trecho do Acórdão nº 2816/2014 do TCU, que diz:

*“Quando à alegação de que, devido à especificidade do objeto, não teria sido possível encontrar atas de registro de preços que pudessem ser aproveitadas nas estimativas, entendemos que cabem algumas considerações. De fato, em razão das peculiaridades dos eventos promovidos pelas diferentes unidades é muito difícil quando a composição de uma licitação seja aproveitada por outra em sua integridade. Não obstante, ainda que organizados de maneiras diferentes, há diversos itens que aparecem de forma recorrente nos certames destinados as contratações do tipo, que poderiam ser aproveitados na fase de planejamento da contratação, auxiliando o gestor na elaboração do orçamento estimado”.*

Visando as boas práticas, o Departamento de Compras adotou o parâmetro de consultar fornecedores do ramo de atuação compatível com o objeto pesquisado, além de fornecedores participantes das últimas licitações realizadas pelo município. Buscou-se ainda realizar uma avaliação crítica e criteriosa dos preços coletados, disponibilizando aos fornecedores informações suficientes para que os preços coletados representassem de forma efetiva a realidade mercadológica.

Para realizar o levantamento de preços, observou-se os dados de fornecedores no cadastro do sistema ASPEC (sistema de cadastro de fornecedores do município). Foram consultados formalmente, através de protocolos enviados em 27/06/2023, (conforme comprovação anexa), estabelecendo regras quanto ao prazo de resposta, validade da proposta e todas as diretrizes para formação de preço. O documento ainda explicava que se tratava de solicitação de pesquisa para formação de preço para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI/PA, assim deixando transparente que o Departamento de Compras apenas fazia uma consulta de mercado e não estava se comprometendo (vinculando) a contratar a empresa (fonte de pesquisa).

É importante destacar que devido as especificidades de vários itens que compõem o objeto do processo licitatório, não foi possível o uso dos dados do “Sistema Painel de Preço/Banco de Preço” e nem a combinação com os outros parâmetros previstos na IN SEGES/ME nº 65/2021. Cabe frisar que a formação de preço neste caso concreto não é de fácil mensuração, por este motivo a pesquisa realizada diretamente com os fornecedores tornou-se o parâmetro que mais se aproximou da realidade da Secretaria Municipal de Saúde, por considerar na sua cotação de preço todas as variáveis formalmente estabelecidas pela Secretaria de Saúde visando o futuro certame, tais como a logística e outras particularidades do município.

Outro fator importante com relação a opção pela pesquisa de preços diretamente com os fornecedores se dá pela sua celeridade, aliada à urgência que este tipo de aquisição delineia. Assim, é perfeitamente compreensível que seja utilizada esta opção, tendo em vista à discricionariedade da gestão em utilizar essa metodologia, sem que isto, entretanto, desborde a permissiva legal, tampouco os entendimentos jurisprudenciais.

Diante do exposto, encaminhamos os autos, pesquisa de preços juntamente com mapa comparativo para análise e verificação.

Atenciosamente,

Juruti/PA, 30 de junho de 2023.

---

Departamento de Compras



Semsa Pedidos &lt;semsa.pedidos@gmail.com&gt;

## Solicitação de Pesquisa de Mercado/Cotação

4 mensagens

Semsa Pedidos &lt;semsa.pedidos@gmail.com&gt;

27 de junho de 2023 às 15:51

Para: elohospitalar.licitacao@gmail.com, icitacao.hospilabhospitalar@gmail.com, kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

A Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA, solicita a esta conceituada empresa que seja fornecido o preço unitário e total do item especificado na planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Setor de Compras Semsa Juruti.

 **MODELO.doc**  
721K

Mail Delivery Subsystem &lt;mailer-daemon@googlemail.com&gt;

27 de junho de 2023 às 15:51

Para: semsa.pedidos@gmail.com



### Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **icitacao.hospilabhospitalar@gmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

**SAIBA MAIS**

A resposta foi:

```
550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-
checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_b22-20020a19645600000b004f607f926
fdsor27096171fj.10 - gsmtip
```

Final-Recipient: rfc822; icitacao.hospilabhospitalar@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser\_b22-20020a19645600000b004f607f926

fdsor27096171fj.10 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Tue, 27 Jun 2023 11:51:27 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Sema Pedidos <sema.pedidos@gmail.com>  
To: elohospitalar.licitacao@gmail.com, icitacao.hospilabhospitalar@gmail.com, kdn.produtoshospitalares@hotmail.com  
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 27 Jun 2023 15:51:12 -0300  
Subject: Solicitação de Pesquisa de Mercado/Cotação  
----- Message truncated -----

**KDN DISTRIBUIDORA** <kdn.produtoshospitalares@hotmail.com>  
Para: Sema Pedidos <sema.pedidos@gmail.com>

27 de junho de 2023 às 15:59

Boa tarde, tudo bem ?

Segue anexo orçamento solicitado.

Att  
Kamilla



KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CPNJ: 39.346.590/0001-44  
RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI, Cambé/PR  
(43) 3316-7108 kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

**De:** Sema Pedidos <sema.pedidos@gmail.com>  
**Enviado:** terça-feira, 27 de junho de 2023 18:51  
**Para:** elohospitalar.licitacao@gmail.com <elohospitalar.licitacao@gmail.com>;  
icitacao.hospilabhospitalar@gmail.com <icitacao.hospilabhospitalar@gmail.com>;  
kdn.produtoshospitalares@hotmail.com <kdn.produtoshospitalares@hotmail.com>  
**Assunto:** Solicitação de Pesquisa de Mercado/Cotação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PROPOSTA.pdf**  
262K

**ELO HOSPITALAR** <elohospitalar.licitacao@gmail.com>  
Para: Sema Pedidos <sema.pedidos@gmail.com>

27 de junho de 2023 às 16:02

Olá, boa tarde.  
Segue nossa Proposta conforme solicitado.

--



**elo**  
HOSPITALAR

Departamento de Licitações  
elohospitalar.licitacao@gmail.com  
(62) 3594-2646



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Orçamento - Juruti.pdf**  
190K



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI/PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DADOS DA EMPRESA:**

**EMPRESA:** KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

**CNPJ:**39.346.590/0001-44

**INSC. EST.** 90.864.605-37

**ENDEREÇO:**RUA DA LUZ Nº51 -JD. MORUMBI CAMBÉ/PR

**FONE:** (43)3316-7108

**E-MAIL:** [kdn.produtoshospitalares@hotmail.com](mailto:kdn.produtoshospitalares@hotmail.com)

**BANCO:**BANCO DO BRASIL

**AGENCIA:** 0768-4

**C/C :** 53476-5

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO:**

**NOME:** KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO

**RG:** 10.377.042-4 **CPF:** 076.664.379-43

**CARGO/FUNÇÃO:** SÓCIO ADMINISTRATIVO

**PROPOSTA DE PREÇOS**

OBJETO: Aquisições de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/MODELO	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
01	UND	*Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermittente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de	TAKAOKA/ CARMEL	01	110.000,00	110.000,00

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37

E-MAIL: [kdn.produtoshospitalares@hotmail.com](mailto:kdn.produtoshospitalares@hotmail.com)

RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBE PR

FONE:(43) 3316-7108

suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,5 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2



KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37


E-MAIL: [kdn.produtoshospitalares@hotmail.com](mailto:kdn.produtoshospitalares@hotmail.com)

RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBE PR

FONE:(43) 3316-7108

ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante



02	UND	 <p>MESA DE PARTO DESCRIÇÃO: TAMPO: Tampo confeccionado em fenolite com réguas laterais em inox para fixação dos acessórios CHASSIS: em tupo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. COLUNA: Movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. BASE: Base em H confeccionada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó e revestimento em polímero. IMOBILIZAÇÃO: Através de rodas retráteis acionadas por pedal. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: Dorso, lateralidade através de controles elétricos, o renal é proporcionado por manivelas removível localizada na lateral da mesa e o movimento das pernas são acionados por mola a gás. MOVIMENTAÇÃO DO LEITO: Trendelenburg/Reverso; Horizontal; Inclinação Lateal; Semoflexão da perna</p>	KSS	01	49.790,00	49.790,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$159.790,00(CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS).						R\$159.790,00

**VALOR TOTAL:** R\$159.790,00(CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS).

Declaramos que a empresa **KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.**, se enquadra na condição de Microempresa-ME, prevista na lei complementar nº123/06.



O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

**Validade da Proposta:** CONFORME EDITAL, contados a partir da data de abertura do pregão.

**CAMBÉ, 27 DE JUNHO DE 2023.**

*Karilla Dardengo do Nascimento*



KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37  
E-MAIL: [kdn.produtoshospitalares@hotmail.com](mailto:kdn.produtoshospitalares@hotmail.com)  
RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBÉ PR  
FONE:(43) 3316-7108

## PROPOSTA COMERCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

A empresa **ELO HOSPITALAR EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 27.241.996/0001-83, com sede na Avenida V 3, S/Nº, Quadra 147, lote 25, Sala 1, CEP. 74.936-580, bairro Cidade Vera Crus, Aparecida de Goiânia/GO, e-mail [elohospitalar.licitacao@gmail.com](mailto:elohospitalar.licitacao@gmail.com), através de seu representante legal o Sr. Lucas Nunes de Andrade, RG Nº 7.131.259, CPF Nº 076.780.031-10, abaixo assinado, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<p>*Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH<sub>2</sub>O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH<sub>2</sub>O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO<sub>2</sub> de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO<sub>2</sub> com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e</p>	MAGNAMED	1	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00

**ELO HOSPITALAR EIRELI – CNPJ Nº 27.241.996/0001-83**

**Avenida V 3 s/n, Quadra 147, Salas 1 e 2, Cidade Vera Cruz, CEP. 74.936-580, Aparecida de Goiânia/GO**

**Fone (62) 3594-2646, e-mail: [elohospitalar.licitacao@gmail.com](mailto:elohospitalar.licitacao@gmail.com).**

<p>apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO<sub>2</sub>, apneia, pressão de O<sub>2</sub> baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO<sub>2</sub> ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>				
<p>MESA DE PARTO DESCRIÇÃO: TAMPO: Tampo confeccionado em fenolite com réguas laterais em inox para fixação dos acessórios CHASSIS: em tupo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. COLUNA: Movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. BASE: Base em H confeccionada em aço 1020 com pintura eletostática a pó e revestimento em polímero. IMOBILIZAÇÃO: Atraves de rodas retráteis acionadas por pedal. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: Dorso, lateralidade através de controles elétricos, o renal é proporcionado por manivelas removível localizada na lateral da mesa e o movimento das pernas são acionados por mola a gás. MOVIMENTAÇÃO DO LEITO:</p>	<p>NOVAMAC</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 52.000,00</p>	<p>R\$ 52.000,00</p>

Trendelenburg/Reverso; Inclinação Lateal; Semoflexão da perna.	Horizontal;				
---	-------------	--	--	--	--

Valor Total da Proposta **R\$ 171.000,00**

Proposta válida por 30 dias;  
Entrega conforme estipulado no pedido;  
Pagamento em até 30 dias após entrega.

Aparecida de Goiânia/GO, 27/06/2023.

27.241.996/0001-83  
**ELO HOSPITALAR  
EIRELI**  
AV. V-3, QD 147 LT 25 SL 1 E 2  
CIDADE VERA CRUZ  
CEP: 74936-580 APARECIDA DE  
GOIANIA-GO

*Lucas Nunes de Andrade*  
**ELO HOSPITALAR**  
**Lucas Nunes de Andrade – Socio Administrador**  
**CPF: 076.780.031-10**  
**RG: 7131259**



Comercio de Materiais Hospitalares

1

## **PROPOSTA DE PREÇOS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI/PA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Objeto: Aquisições de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA.

A empresa **HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 31.531.928/0001-26, com sede na Av. dos Estudantes, Nº 2850, Sala A, CEP. 86.200-000, Ibiporã/PR, e-mail: [licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com](mailto:licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com), através de seu representante legal o Sr. Fernando Ferraz Arruda, portador do Documento de Identidade nº 7.980.715-0, e do CPF nº 048.036.179-70, abaixo assinado, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>Ventilador Pulmonar. Indispensável para sua equipe. Essencial no seu hospital. Ventilador Pulmonar de UTI de Alta Performance. O LUFT5 é um moderno e inteligente ventilador pulmonar, fabricado especialmente para equipar Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e facilitar a vida dos profissionais de saúde. O equipamento conta com modos ventilatórios convencionais e avançados. Além de uma precisa monitoração da mecânica ventilatória, que proporciona mais segurança ao paciente e profissional.</p> <p>Análise de gráficos com congelar, zoom, cursores e pontos. Nebulização temporizada com compensação de fluxo insp. e FIO2. Tela LCD 17" sensível ao toque capacitivo com ajuste de inclinação. Pedestal elegante com rodízios grandes e deslizar suave. Modos ventilatórios avançados como o PRVC e VSV. Mecânicas ventilatórias para o desmame como IRRS, PIMAX, P0,1. Pressão auxiliar para monitorar pressão esofágica ou proximal. Informação dos parâmetros resultantes ao ajustar uma variável. Informações da tela exportáveis via USB.</p> <p>Capnografia Volumétrica É um exame não invasivo, utilizado para analisar o padrão da eliminação de CO2, como uma função de volume expirado. Permite estimar a heterogeneidade</p>	LEISTUNG	UN	1	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00

### **HOSPILAB HOSPITALAR EIRELLI**

Av. dos Estudantes, Nº 2.850, Sala A, CEP 86.200-000, Ibiporã/PR

**e-mail: [licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com](mailto:licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com), Telefone: (43) 3158-1155**



	<p>da distribuição da ventilação pulmonar, advindas de alterações funcionais e estruturais do sistema respiratório.</p> <p><b>Índice de Estresse</b> O índice de estresse é realizado com o mínimo de interferência no ciclo ventilatório e resulta em um valor numérico de fácil interpretação, promovendo uma análise prática, segura e eficaz sobre a ventilação do paciente. É uma medida de mecânica ventilatória útil para estimar o estresse provocado nos alvéolos, seja por colapso ou por hiperdistensão.</p> <p><b>PRVC</b> Esse é um modo ventilatório de duplo controle. Associa o melhor dos modos ventilatórios assistido/controlados volume e pressão, provendo o volume ajustado pelo operador com a menor pressão inspiratória possível. A forma de onda de fluxo é livre.</p> <p>Acompanha os seguintes acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido.</p>					
2	<p><b>MESA DE PARTO</b> <b>DESCRIÇÃO:</b> TAMPO: Tampo confeccionado em fenolite com régua laterais em inox para fixação dos acessórios <b>CHASSIS:</b> em tupo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. <b>COLUNA:</b> Movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. <b>BASE:</b> Base em H confeccionada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó e revestimento em polímero. <b>IMOBILIZAÇÃO:</b> Através de rodas retráteis acionadas por pedal. <b>SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO:</b> Dorso, lateralidade através de controles elétricos, o renal é proporcionado por manivelas removível localizada na lateral da mesa e o movimento das pernas são acionados por mola a gás. <b>MOVIMENTAÇÃO DO LEITO:</b> Trendelenburg/Reverso;</p>	KSS	UN	1	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00

**HOSPILAB HOSPITALAR EIRELLI**

Av. dos Estudantes, Nº 2.850, Sala A, CEP 86.200-000, Ibitiporã/PR

**e-mail:** [licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com](mailto:licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com), **Telefone:** (43) 3158-1155



**Comercio de Materiais Hospitalares**

3

Horizontal; Inclinação Lateal; Semoflexão da perna.					
---	--	--	--	--	--

Valor total da Proposta **R\$ 170.000,00** (Cento e Setenta mil reais).

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Prazo de pagamento: Podendo ser pago em até 30 (trinta) dias.

Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Ibiporã/PR, 27 de Junho de 2022.

HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI  
CNPJ Nº 31.531.928/0001-26  
Fernando Ferraz Arruda  
RG Nº 7.980.715-0 & CPF Nº 048.036.179-70

**31.531.928/0001-26**

HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI  
AV. DOS ESTUDANTES, 2.850 Sala A  
VILA ROMANA- CEP: 86.200-000  
IBIPORÁ - PR

**HOSPILAB HOSPITALAR EIRELLI**

Av. dos Estudantes, Nº 2.850, Sala A, CEP 86.200-000, Ibiporã/PR

**e-mail: [licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com](mailto:licitacao.hospilabhospitalar@gmail.com), Telefone: (43) 3158-1155**



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS  
CNPJ: 11.624.213/0001-00  
Rua Joaquim Gomes do Amaral, nº18 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257

## PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

### ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO

**NOME DA EMPRESA:** HOSPITALAB HOSPITALAR EIRELI  
**CNPJ Nº** 31.531.928/001-26  
**RESPONSAVEL RECEBIMENTO:** FERNANDO ARRUDA

<p><b>31.531.928/0001-26</b></p> <p><b>HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI</b> AV. DOS ESTUDANTES, 2.850 Sala A VILA ROMANA- CEP: 86.200-000 IBIPORÁ - PR</p> <p>CARIMBO E ASSINATURA</p>
--

PESQUISA REALIZADA EM: 27/06/2023