

23

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
PLANO DE TRABALHO
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
ANEXO VII



1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme o Cartão do CNPJ
MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO

2 - Nome e Endereço da Unidade Assistida

**HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - RUA
 JUCELINO KUBITSCHKE, QD 82, LT 02 - JD. PLANALTO**

3 - Ambiente (Especificar)

SALA DE RADIOLOGIA

3.1 - (☒) Existe

(☐) Não Existe

3.2 - (☐) Adequado

(☐) Inadequado

3.3 - (☐) Em construção

Data prevista para conclusão da obra : dd/mm/aaaa

3.4 - (☐) Em projeto

Data prevista para conclusão da Obra : dd/mm/aaaa

3.5 - O ambiente é objeto de outro convênio vigente?

(☐) Sim - nº do convênio: _____ (☐) Não

4 - Relação dos Equipamentos e Material Permanente, por Ambiente, Unidade Móvel de Saúde.

Item	Nome e Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	APARELHO DE RAIOS-X 500mA; Gerador de Raios-X de alta frequência (multipulso) microprocessado; Potência do gerador mínima de 30 kW; Alimentação trifásica - 220-380V - 60Hz.; Mesa de comando: ajustes integrados de variações KV de 40-150KV com sensibilidade de 1 KV; Programa de técnicas para órgãos, pré-programável; Indicação de falhas no painel de controle via software; seleção de MA compreendida entre os limites de menor ou igual a 100 MA e maior ou igual a 500 MA;	01	140.000,00	140.000,00
02	IMPRESSORA DRY DE FILME RADIOLOGICO; Aplicação: filmes de raio x e mamografia, material de confecção: material anticorrosivo, capacidade de processamento: no mínimo 70 filmes/h, circuito de proteção contra superaquecimento, tanques de revelador, fixador e água de mínimo de 2 litros, tipo automático	01	44.000,00	44.000,00
03	NOBREAK: com potência nominal de 3,2 kva; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; alarmes audiovisual; interface rs232 e usb; gerenciamento por software (proprietário); alarmes audiovisual; forma de onda senoidal pura; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos.	02	8.000,00	16.000,00
TOTAL				200.000,00

5 - Subtotal (por Ambiente, se despesa de capital) / Total

6 - Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos a serem adquiridos; pessoal capacitado; área física.

7 - Ambiente Inexistente ou Inadequado - Informar a solução definida para viabilizar a instalação e o funcionamento do (s) equipamento (s) a ser (em) adquirido (s).

8 - Autenticação

Data	Nome do Dirigente ou do Representante	Assinatura do Dirigente ou do Representante
	Legal	Legal
	UBIRACI SOARES SILVA	