

CERTIDÃO

CONSIDERANDO a solicitação de abertura de Licitação visando a a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, PIPETADOR E OUTROS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.**

CONSIDERANDO o Documento de Formalização da Demanda e Justificativa, Estudo Técnico Preliminar, matriz de risco, artefatos iniciais do planejamento.

Neste sentido, com base no que determina a Legislação, especificamente no artigo 23, § 2.º, I, certifico que a estimativa do valor do presente procedimento atendeu o que está definido no referido regramento:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Ainda, no dizer do decreto 433/2023:

Art. 12. O valor estimado das contratações de bens e serviços deverá ser calculado a partir de cota aceitável de preços que reflita os valores de mercado, obtida por meio de pesquisa de preços.


§ 10 Os procedimentos relativos à pesquisa de preços deverão observar as disposições contidas em regulamento próprio.

No caso, se aplica então o disposto no artigo 23 da Lei 14.133/21 e a IN 65/2021-SEGES, que nele se baseia.

A pesquisa foi realizada no Portal Nacional de Contratações Públicas no link <https://pncp.gov.br>, e pesquisa direta com empresas do ramo, conforme se verifica no Mapa de Composição de Preços.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Santarém, 03 de setembro de 2024



Inacio Aguiar Azevedo
SUPERVISOR DE FARMÁCIA HMS/PSM/UPA
Decreto Nº 709/2023 – GAP – PMS

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, PIPETADOR E OUTROS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.

LOTE ÚNICO							
ORD.	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD	EXPANSÃO	PNCP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTÃO COM MICROTUBOS – Cartão com 06 Microtubos, Fundo em “V”, Contendo Anti-Imunoglobulina polisspecifico (anti-IgG de coelho, antiC3dmonoclonal) suspensos no gel destinado à pesquisa de anticorpos irregulares (Coombs Indireto), pesquisa de auto anticorpos (Coombs Direto) e provas de compatibilidade sanguínea. Técnica de gel centrifugação.	Cartão	1.440	R\$ 27,58		R\$ 27,58	R\$ 39.715,20
2	CARTÃO COM 6 MICROTUBOS- Cartão com 6 microtubos contendo gel neutro (NaCl). Utilizado em pesquisas e identificações de anticorpos irregulares (aglutinas frias), em provas de compatibilidade pré-transfusionais, testes enzimáticos e em prova reversa ABO. Técnica de gel centrifugação.	Cartão	48	R\$ 22,51		R\$ 22,51	R\$ 1.080,48



3	CARTÃO COM 6 MICROTUBOS - Especificação: Cartão com 6 microtubos, fundo em V, sendo os microtubos 1, 2 e 3 contendo, respectivamente, anticorpos de origem monoclonal anti-A, anti-B e anti-D (DVI+) suspensos em gel sephadex superfino. Os microtubos 4, 5 e 6 são idênticos aos microtubos anteriores. Para repitagem ABO de bolsas de concentrado de hemácias. Técnica de gel centrifugação.	Cartão	1.680	R\$ 21,14		R\$ 21,14	R\$ 35.515,20
4	CARTÃO COM 6 MICROTUBOS. Fundo em "V". Os microtubos 1, 2 e 3 contendo anticorpos monoclonais anti-A, anti-B, anti-D, respectivamente, suspensos no gel. Os microtubos 4 controle (Ctl), 5 e 6 (prova reversa) contêm tampão NaCl suspenso em gel. Técnica de Gel Centrifugação.	Cartão	1.920	R\$ 19,29		R\$ 19,29	R\$ 37.036,80
5	KIT DE HEMÁCIAS REAGENTES A1 E B A 0,8% Kit de Hemácias Reagentes A1 e B, na concentração de 0,8%, destinadas à tipagem sanguínea reversa pela técnica de Gel Centrifugação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias. Apresentação: Kit com 02 frascos de 10 ml cada.	kit	14	R\$ 242,69		R\$ 242,69	R\$ 3.397,66
6	KIT DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO. Kit com suspensão de hemácia de 4 ml com concentração de 2 a 5%, contendo hemácias "AB" hemácias "O", hemácia Rho D positivo, hemácia Rho D negativo, hemácia Rho D fraco, hemácias para teste de coombs direto positivo, hemácia Kell positivo e soros de 3ml contendo anticorpos irregulares para testes de Coombs indireto, soro contendo anticorpos irregulares para teste enzimático, soro sem anticorpos irregulares. Se propõe a monitorar as diversas etapas das técnicas imunohematológicas estáveis por um período não inferior a 28 dias. Técnica de Gel Centrifugação.	kit	14	R\$ 1.158,17		R\$ 1.158,17	R\$ 16.214,38
7	KIT DE HEMÁCIAS I E II IFENOTIPADAS - Kit com 2 frascos de 10 ml cada com Hemácias I e II fenotipadas, na concentração de 0,8 a 1,0%, destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares, contendo em pelo menos um dos frascos/Hemácias-teste, o Anti-Dia (Diego A), prontos para uso. Técnica de Gel Centrifugação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias. Apresentação: Kit contendo 02 frascos de 10 ml cada.	kit	14	R\$ 297,36	R\$ 3,02	R\$ 150,19	R\$ 2.102,66

8	PONTEIRAS PLÁSTICAS – Ponteiras Plásticas: em anéis de vedação e capacidade volumétrica aproximadamente 300 microlitros. Destinadas ao uso no pipetador específico ao desenvolvimento da técnica de gel centrifugação. Apresentação: Pacote contendo 1.000 unidades.	PCT	24	R\$ 358,20		R\$ 358,20	R\$ 8.596,80
9	SOLUÇÃO DE LISS – Frasco Contendo uma Solução de Liss (baixa força iônica), pronta para uso, para preparo de suspensões de hemácias. Estável por um ano a uma temperatura de 2 a 8º C. Apresentação: Frasco de 100 ml.	FRASCO	76	R\$ 142,75	R\$ 36,60	R\$ 89,67	R\$ 6.814,92
10	SORO CONTENDO ANTICORPOS ANTI-D MONOCLONAIS – Soro Contendo Anticorpos Anti-D Monoclonais, de Classe IgG, para Determinação da variante D fraco do sistema Rh em antiimunoglobulina humana. Para utilização em técnica de gel centrifugação. Apresentação: Frasco com 5 ml.	UND	5	R\$ 249,61		R\$ 249,61	R\$ 1.248,05
VALOR TOTAL							R\$ 151.722,15

PARAMETRO 01: EXPANSÃO

PARAMETRO 02: <https://pncp.gov.br/app/editais/45751435000106/2024/346>

PARAMETRO 03: ATA DIAMED

Inácio A. Azevedo
Inacio Aguiar Azevedo
SUPERVISOR DE FARMÁCIA HMS/PSM/UPA
Decreto N° 709/2023 – GAP – PMS

Santarém, 03 de setembro de 2024

Belo Horizonte - MG, 28 de Junho de 2024.

À

Prefeitura Municipal de Santarém – PA
Fundo Municipal de Saúde - FMS

Objeto: Proposta de preços para aquisição de produtos de imuno-hematologia da técnica de Gel Centrifugação com cessão de equipamentos em comodato, para suprir as necessidades da Agência Transfusional do Hospital Municipal de Santarém – PA.

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE ÚNICO

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRIC.	UNID	QTDE	VALORES (R\$)	
					Unitário	Total
01	004014V – ID-Liss/Coombs (4x12) ANVISA: 80004040170 - Validade: 06/02/2027 Apresentação: Caixa com 48 Cartões. Validade do Produto: Aprox. 12 meses. Temperatura de Armazenagem: 18 a 25°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Cartão em Gel, usado para realização de pesquisas e identificação de anticorpos irregulares provas cruzadas, fenotipagem de antígenos eritrocitários e teste de antiglobulina direta: Cartão com 06 microtubos, fundo em “V”, contendo anti-imunoglobulina poliespecífico (anti-IgG de coelho, anti-C3d monoclonal) suspensos no gel destinados à pesquisa de anticorpos irregulares (Coombs Indireto), identificação de anticorpos irregulares, pesquisa de autoanticorpos e provas de compatibilidade sanguínea.	Bio-Rad DiaMed	Cartão	1.200	27,58	33.096,00
02	005014V – ID-NaCl, Teste Enz. e Aglutininas Frias (4x12) ANVISA: 80004040135 - Validade: Vigente Apresentação: Caixa com 48 Cartões. Entrega máxima: 96 cartões Validade do Produto: Aprox. 12 meses Temperatura de Armazenagem: 18 a 25°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Cartão com 6 microtubos contendo gel neutro (NaCl). Utilizado em pesquisas em pesquisas e identificações de anticorpos irregulares (aglutinas frias), em provas de compatibilidade pré-transfusionais, testes enzimáticos e em prova reversa ABO. Técnica de gel-centrifugação	Bio-Rad DiaMed	Cartão	120	22,51	2.701,20
03	001134V – ID-DiaClon ABD Confirmação (4x12) ANVISA: 80004040020 - Validade: 10/01/2025 Apresentação: Caixa com 48 Cartões. Validade do Produto: Aprox. 08 meses Entrega máxima: 816 cartões Temperatura de Armazenagem: 18 a 25°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Cartão com 6 microtubos, fundo em V, sendo os microtubos 1, 2 e 3 contendo, respectivamente, anticorpos de origem monoclonal anti-A, anti-B e anti-D (DVI+) suspensos em gel sephadex superfino. Os microtubos 4, 5 e 6 são idênticos aos microtubos anteriores. Para repitagem ABO de bolsas de	Bio-Rad DiaMed	Cartão	840	21,14	17.757,60

	concentrado de hemácias. Caixa equivalente a 96 testes. Técnica de gel-centrifugação.					
04	001234V – ID-DiaClon ABO/D+Prova Reversa (4x12) ANVISA: 80004040061 - Validade: 30/09/2024 Apresentação: Caixa com 48 Cartões. Validade do Produto: Aprox. 10 meses Temperatura de Armazenagem: 18 a 25°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Cartão em Gel, para Fenotipagem ABO/Rh(D) + Prova Reversa: cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, com os anticorpos monoclonais, anti-D: IgM, categoria D VI neg. Configuração: A-B-D (VI)-ctl/A1-B.	Bio-Rad DiaMed	Cartão	1.200	19,29	23.148,00
05	003624V - ID-DiaCell ABO (A1-B) (2x10ml) ANVISA: 80004040131 – Validade: 30/06/2024 Unidade de Compra: Kit cotendo 02 frascos de 10 ml cada. Apresentação: Caixa com 2 frascos de 10 ml. Validade do Produto: 28 dias Temperatura de Armazenagem: 2 a 8°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Kit de hemácias reagents A1 e B, na concentração de 0,8% a 1%, destinadas à tipagem sanguínea reversa pela técnica de Gel Centrifugação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias.	Bio-Rad DiaMed	Kit	7	242,69	1.698,83
06	009925V – ID-CQI (5x4ml-3x3ml) ANVISA: 80004040184 - Validade: 20/08/2028 Unidade de Compra: Kit cotendo 5 frascos de 4 ml e 3 frascos de 3 ml. Apresentação: Kit com 5 fr x 4ml e 3 fr x 3ml Validade do Produto: 28 dias Temperatura de Armazenagem: 2 a 8°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Controle de qualidade interno para Imunohematologia (para realização de técnica em gel centrifugação) – Kit para controle de qualidade interno para verificação dos procedimentos internos em imunohematologia, com Hemácias para teste Coombs direto positivo. Validade mínima de 28 dias.	Bio-Rad DiaMed	Kit	7	1.158,17	8.107,19
07	003613V – ID-DiaCell I-II (2x10ml) ANVISA: 80004040131 - Validade: 30/06/2024 Unidade de Compra: Kit cotendo 02 frascos de 10 ml cada. Apresentação: Caixa com 2 frascos de 10 ml. Validade do Produto: 28 dias Temperatura de Armazenagem: 2 a 8°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Kit de hemácias humanas I e II p/ Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Conjunto de hemácias fenotipadas, com duas hemácias diferentes, concentração de 0,8 a 1,0% destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares pela técnica de Gel Centrifugação, contendo em pelo menos uma das Hemácias o Antígeno Diego A, prontas para uso. Estáveis por um período de 28 dias.	Bio-Rad DiaMed	Kit	7	297,36	2.081,52

08	009622V – ID-Ponteiras (1x1000) ANVISA: Isento registro Unidade de Compra: Pacote com 1.000 unidades. Apresentação: Pacote com 1.000 Ponteiras Validade do Produto: Acima 24 meses. Temperatura de Armazenagem: Ambiente. Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Ponteiras plásticas com anéis de vedação e capacidade volumétrica aproximadamente 300 microlitros, destinadas ao uso no pipetador específico ao desenvolvimento da técnica de gel centrifugação.	Bio-Rad DiaMed	Pacote	12	358,20	4.298,40
09	009260V – ID-Diluent 2 (2x100ml) ANVISA: 80004040135 - Validade: Vigente Unidade de Compra: Frasco com 100 ml Apresentação: Caixa contendo 2 frascos de 100 ml cada. Validade do Produto: Aprox. 12 meses. Temperatura de Armazenagem: 2 a 8°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Diluyente LISS para uso em técnica de Gel: Frasco contendo uma solução de LISS (baixa força iônica), pronta para uso, para preparo de suspensões de hemácias e estável por um ano a uma temperatura de 2 a 8°C.	Bio-Rad DiaMed	Frasco	40	142,75	5.710,00
10	007531V – ID-DiaClon Anti-D p/ Confirmação de D Fraco (1x5ml) ANVISA: 80004040136 - Validade: 19/01/2025 Unidade de Compra: Frasco com 5 ml. Apresentação: Frasco c/ 5 ml Validade do Produto: Aprox. 12 meses. Temperatura de Armazenagem: 2 a 8°C Marca: Bio-Rad – Fab.: DiaMed Proc.: Nacional Reagente contendo anticorpos Anti-D IgG monoclonais para confirmação de D Fraco. Frasco com 5 ml.	Bio-Rad DiaMed	Frasco	7	249,61	1.747,27

VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO: R\$ 100.346,01 (Cem mil, trezentos e quarenta e seis reais e um centavo).

EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS EM REGIME “COMODATO” PARA PROCESSAMENTO DOS TESTES.

Encontra-se instalados em regime de comodato, na Agência Transfusional do HMS – Hospital Municipal de Santarém, o sistema de equipamentos necessários á utilização dos reagentes e soluções de imunohematologia pela Técnica de Gel Centrifugação, conforme segue:

ID-CENTRÍFUGA 12SII ‘

Quantidade: 01 unidade

Marca: Bio-Rad – **Fabricante:** DiaMed – **Procedência:** Suíça

Registro Anvisa: 80004049006

Centrífuga com coroa própria para 12 cartões e funções monitoradas por microprocessador. Possui alarme sonoro que indica o término da operação e alerta de falhas operacionais e tampa em acrílico. Automática, temporizada, velocidade de centrifugação: 1175 rpm $\pm$ 5rpm (85g $\pm$ 1g).

Tempo de centrifugação: 10 $\pm$ 5seg

Consumo: 40V A

Dimensões: (L x A x P): 27x17x32 cm
Peso: 6,9 Kg.

ID-INCUBADORA 37 SI:

Quantidade: 01 unidade.

Marca: Bio-Rad - **Fabricante:** DiaMed - **Procedência:** Suíça.

Registro Anvisa: 80004049004

Para incubar cartões a 37°C ± 2°C. Capacidade para 2 racks de cartões (24 ID-Cartões). Funções monitoradas por microprocessador e exibidas em display de cristal líquido. Idioma de mensagens em Português. Possui alarme sonoro que indica término da operação e alerta de falhas operacionais. Tempo de incubação programável de 1 a 60 minutos.

Tensão: 110V / 50Hz e 220V / 60Hz.

Consumo: 85W

Dimensões: (L x A x P): 31x19x34 cm

Peso: 6 Kg.

ID-PIPETADOR FP-6:

Quantidade: 01 unidade.

Marca: Bio-Rad - **Fabricante:** DiaMed - **Procedência:** Suíça.

RMS: Isenção de Registro conforme Lista Produtos Não Regulados pela GGTPS/ANVISA

Pipeta manual cujo funcionamento segue o princípio do deslocamento de ar para distribuição de líquidos. Este equipamento é especialmente destinado ao uso no "DiaMed ID Micro Typing System". Apenas com 01 (um) enchimento (300µl) do ID-Pipetador pode-se distribuir, subsequentemente, em uma etapa, 12,5 µl em 24 microtubos, 25 µl em 12 microtubos ou 50 µl em 6 microtubos.

Possui:

- ✓ sistema de ejeção de ponteiros permite o descarte seguro das ponteiros utilizadas,
- ✓ haste de ejeção não metálica permitindo o acesso fácil ao fundo dos tubos usualmente utilizados,
- ✓ baixo peso e o desenho elaborado permitem o fácil manuseio.
- ✓ Leve de fácil manuseio, para destros e canhotos.

ID-ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ID-CARTÕES:

Quantidade: 01 unidade

Marca: Bio-Rad - **Fabricante:** DiaMed - **Procedência:** Brasil

RMS: Isenção de Registro conforme Lista Produtos Não Regulados pela GGTPS/ANVISA

Suporte cartões em acrílico conectável à outras unidades.

Capacidade para 12 amostras e 24 ID-Cartões, expansível até 48 ID-Cartões. Manuseio tanto para destros quanto para canhotos. Pode-se combinar estações de tubos e cartões de forma a facilitar o manuseio. Possui linhas guias que facilitam a identificação.

ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA TUBOS:

Quantidade: 01 unidade

Marca: Bio-Rad - **Fabricante:** DiaMed - **Procedência:** Brasil

RMS: Isenção de Registro conforme Lista Produtos Não Regulados pela GGTPS/ANVISA

Capacidade para 60 tubos. Manuseio tanto para destros quanto para canhotos. Pode-se combinar estações de tubos e cartões de forma a facilitar o manuseio.

ID-DISPENSER:

Quantidade: 01 unidade

Marca: DiaMed. - **Fabricante:** DiaMed - **Procedência:** Suíça

RMS: Isenção de Registro conforme Lista Produtos Não Regulados pela GGTPS/ANVISA

Dispensadores de diluentes com volumes pré-fixados de 500µl ou 1.000µl para diluição de amostras.

Para dispensar em série 0,5ml ou 1 ml de ID-Diluyente 1 (Dispenser Vermelho) e ID-Diluyente 2 (Dispenser Verde).

DECLARAÇÕES

1 – De acordo com o Documento de Formalização de Demanda (DFD) apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, Estado do Pará, declaramos:

- Que cumprimos todas as exigências e estamos de acordo com o referido documento.

- Que todos os produtos e equipamentos desta proposta, são do mesmo fabricante e mesma marca, permitindo a garantia dos testes a serem executados pela Agência Transfusional do HMS.

2 – Declaramos que os equipamentos a serem instalados ou instalados no laboratório estão em perfeitas condições de uso, sem avarias

3 – Declaramos que será prestada assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos durante a vigência do contrato, sem ônus para a FMS.

4 – Será prestada calibração dos equipamentos anual.

5 – Garantimos o funcionamento normal dos equipamentos instalados em comodato, e nos comprometemos a substituí-los, caso venham apresentar defeitos não corrigidos durante as manutenções.

6 - Estão inclusos nos preços todas as despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.

DEMAIS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da sua apresentação.

Prazo de Entrega:

- a) O item 05 - Kit de Hemácias Reagentes A1 e B a 0,8%, item 06 - Kit Controle de Qualidade Interno, item 07 - Kit de Hemácias I e II Fenotipadas, serão entregues de acordo com o calendário de produtos programados, devido a curta validade (28 dias), juntamente com a solicitação feita via e-mail pelo solicitante, mediante recebimento da Nota De Empenho.
- b) Demais itens, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da Nota Empenho, conforme programação, cronogramas e ajustes entre as partes.

Local de entrega: Na Agência Transfusional do Hospital Municipal de Santarém – PA, localizado na Av. Presidente Vargas, 1539, Bairro Santa Clara, Santarém – PA, CEP: 68.005-110.

Validade dos Itens no ato da entrega: Mínimo de 80% da validade média de produção do item.

Pagamento: O pagamento dos produtos efetivamente fornecidos, objeto do contrato, será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal, mediante comprovação e atesto da entrega dos objetos e documentação necessária.

Vigência do Contrato: 07 (sete) meses.

Dados do Proponente:

Razão Social: Expansão Diagnósticos LTDA.

CNPJ: 04.365.798/0001-26

Inscrição Estadual: 062124085.00.76

Inscrição Municipal: 0164.507/001-5

Endereço: Rua Plombagina, 181, Bairro Colégio Batista, CEP: 31110-090

Cidade: Belo Horizonte – MG

Telefone: (31) 3335-7323

E-mail: opcbh@expansao-mg.com.br

Dados Bancários:

Banco Banco do Brasil - 001

Agência: 3014-7

Conta Corrente: 37.497-0

Representante Legal para Assinatura do Contrato/Ata:

Harley Raul Ribeiro

RG N° M-9245234 - SSPMG

CPF N° 038.843.286-11

Brasileiro, Casado.

Residente em Belo Horizonte - MG

E-mail: harley@expansao-mg.com.br

Atenciosamente,

HARLEY RAUL RIBEIRO:03884328611
28611

Assinado de forma digital
por HARLEY RAUL
RIBEIRO:03884328611
Dados: 2024.06.28
16:25:17 -03'00'

EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 04.365.798/0001-26

HARLEY RAUL RIBEIRO

CPF: 038.843.286-11

ENC: COTAÇÃO PARA PREGÃO

Harley <harley@expansao-mg.com.br>

Seg, 01/07/2024 11:19

Para: 'Cotação Preços' <pesquisahms@outlook.com>

 2 anexos (2 MB)

2 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA- AGENCIA TRANSFUSIONAL.docx; 1.7.2 - 20240628 Proposta Comercial FMS Santarém - PA.pdf;

Bom dia!

Prezado Sr. Wellington,

Reenviando.

Att.,

Harley Raul Ribeiro



Rua Plombagina, 181 - CEP. 31110-090
Belo Horizonte - MG – Brasil

Tel.: + 55 (31) 3335-7323

Fax.: + 55 (31) 3335-7276

Cel.: + 55 (31) 99634-8731

email: harley@expansao-mg.com.br



De: Harley <harley@expansao-mg.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2024 16:31

Para: 'farmacia.superv@outlook.com' <farmacia.superv@outlook.com>

Cc: 'opcbh@expansao-mg.com.br' <opcbh@expansao-mg.com.br>; 'inacio.aguiar@yahoo.com.br' <inacio.aguiar@yahoo.com.br>

Assunto: ENC: COTAÇÃO PARA PREGÃO

Prioridade: Alta

Prezado Sr. Inácio, boa tarde!

Segue nossa proposta de preços em conformidade com o Documento de Formalização de Demanda (DFD) apresentado (vide anexo).

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Favor confirmar o recebimento.

Desde já, agradeço.

Att.,

Harley Raul Ribeiro



Rua Plombagina, 181 - CEP. 31110-090
Belo Horizonte - MG – Brasil

Tel.: + 55 (31) 3335-7323

Fax.: + 55 (31) 3335-7276

Cel.: + 55 (31) 99634-8731

email: harley@expansao-mg.com.br



De: Expansao Diagnosticos - Geraldo <geraldo@expansao-mg.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 26 de junho de 2024 15:12

Para: 'Harley' <harley@expansao-mg.com.br>

Cc: opcbh@expansao-mg.com.br

Assunto: ENC: COTAÇÃO PARA PREGÃO

Harley,

Documento enviado do Hospital Municipal de Santarém.

Atenciosamente,

GERALDO SANTOS | Faturamento | + 55(31) 99748-9224



Rua Plombagina, 181 – Colégio Batista - Belo Horizonte/MG - Telefone: (31) 3335-7323
Rua Hoel Sete, 65 – Jaqueira - Recife/PE - Telefone: (81) 3269-6313

Representante Bio-Rad

geraldo@expansao-mg.com.br



De: Inácio Aguiar Inácio Aguiar <farmacia.superv@outlook.com>

Enviada em: quarta-feira, 26 de junho de 2024 14:35

Para: Expansao Diagnosticos - Geraldo <geraldo@expansao-mg.com.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO PARA PREGÃO

Para fins de cotação com o fornecedor.

De: Expansao Diagnosticos - Geraldo <geraldo@expansao-mg.com.br>

Enviado: terça-feira, 21 de maio de 2024 10:30

Para: 'Inácio Aguiar Inácio Aguiar' <farmacia.superv@outlook.com>; Opcbh@expansao-mg.com.br <Opcbh@expansao-mg.com.br>

Assunto: RES: COTAÇÃO PARA PREGÃO

Bom dia, Sr. Inácio,

REF.: TERMO DE REFERÊNCIA DOS REAGENTES E EQPTOS DESTINADOS Á AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HMS.

Após a análise do Termo de Referência, para fornecimento de Reagentes e Equipamentos em Comodato para a Agência Transfusional do Hospital Municipal, vimos respeitosamente apresentar algumas ressalvas, conforme segue:

1 - A vigência do processo: será para 12 meses? *No item 9.2 do TR referência cita somente até 31/12/2024.*

2 - Quanto à proposta? Será estimativa para RP ou Dispensa?

3 – Quanto aos produtos solicitados: Não está claro no TR que o julgamento do processo será por lote – Entendemos que se trata de conjunto de produtos destinados à Técnica de Gel-Teste, com equipamentos agregados, e que, para garantia e eficácia dos testes o julgamento deverá ser em lote, e que, os reagentes e equipamentos deverão possuírem a mesma marca e mesmo fabricante.

4 – Na grade dos produtos estão repetidos os itens: 01 e 04, imaginamos que um deles seria o NACL, Teste Enzimático e Aglutininas Frias.

5 – Na grade dos produtos, os itens das Hemácias: 05 e 06 parece estar superestimado, visto que, o consumo hoje é de 01 unidade por vencimento, totalizando em um período de 12 meses: 13 (treze) unidades de cada.

6 – Na grade dos produtos no item 7, (Controle de Qualidade Interno) a quantidade está inferior ao total necessário para um período de 12 meses, a quantidade mínima seria 13 (treze) unidades.

7 – Na parte dos equipamentos em comodato, não cita o programa de manutenções: corretivas, preventivas e a calibração dos equipamentos, tais como:

- Manutenção preventiva: a cada 12 meses

- Manutenção corretiva: quando necessário, em até 48 horas após abertura do chamado. Em caso de não solução em até 72 horas do primeiro atendimento, deverá ser enviado equipamento para substituição.

- Calibração dos Equipamentos: A cada 12 (doze) meses.

8 – Quanto à descrição do item 6 dos equipamentos: “Suporte para Dispenser” – Sugerimos: Suporte de acrílico ou metal com duas posições para diluente com apresentação de 100 ml.

9 – O processo não cita a realização de treinamento, caso seja necessário.

10 – Quanto à entrega dos produtos, sugerimos:

- Para os produtos com validade para 28 dias, itens 05 - Kit de Hemácias A1-B, 06 – Kit de Hemácias I-II e 07 – Kit de Controle de Qualidade Interno, as entregas deverão ser realizadas de forma programada, de acordo com o calendário de produção estipulado pelo fabricante e o cronograma de entrega da área técnica, após recebimento da Nota de Empenho.

- Para os demais itens, em até 15 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho ou ajustado entre as partes.

- Validade dos itens no ato da entrega: Mínima de 80% da validade média de produção.

- Informar de forma clara o local de entrega: Além do endereço completo, incluir: Almoxarifado, Farmácia ou Agência Transfusional.

Com base nas colocações acima, e por se tratar de processo com alcance público, vimos respeitosamente solicitar a revisão do Termo de Referência, para que possamos formalizar a nossa proposta, baseada em todas as condições necessárias e os custos reais para o cumprimento do objeto do processo.

No aguardo do retorno, apresentamos nossos sinceros cumprimentos e agradecimentos.

Atenciosamente,

GERALDO SANTOS | Faturamento | + 55(31) 99748-9224



Rua Plombagina, 181 – Colégio Batista - Belo Horizonte/MG - Telefone: (31) 3335-7323
Rua Hoel Sete, 65 – Jaqueira - Recife/PE - Telefone: (81) 3269-6313



Representante Bio-Rad

geraldo@expansao-mg.com.br



De: Inácio Aguiar Inácio Aguiar <farmacia.superv@outlook.com>

Enviada em: terça-feira, 14 de maio de 2024 12:50

Para: Opcbh@expansao-mg.com.br

Assunto: COTAÇÃO PARA PREGÃO

Segue em anexo o levantamento anual dos produtos usados pela agência transfusional localizada no hospital municipal de Santarém, Doutor Alberto Tolentino Sotelo

Item nº 9

Descrição: CONJUNTO DE HEMÁCIAS PARA TRIAGEM DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITÁRIOS IRREGULARES EM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS). PADRONIZADO PARA MÉTODO EM GEL CENTRIFUGAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS FRASCOS DE VIDRO (I, II, III), COM NO MÍNIMO 10 ML CADA

Quantidade: 7.200 **Unidade de medida:** TES **Valor unitário estimado:** R\$ 3,14 **Valor total estimado:** R\$ 22.608,00

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 7.200 **Valor unitário homologado:** R\$ 3,02 **Valor total homologado:** R\$ 21.744,00 **Ordem de classificação** 1º

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 02.513.899/0004-14 **Nome ou razão social do fornecedor:** GRIFOLS BRASIL LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 13/08/2024

Retornar

Edital nº 126/2024

Acessar Contratação

Última atualização: 13/08/2024

Localização

Modalidade

Data de publicação

Data de validade

Id do edital

Objeto

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Valor estimado

R\$ 22.608,00

Itens

6

Item nº 9

Descrição: CONJUNTO DE HEMÁCIAS PARA TRIAGEM DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITÁRIOS IRREGULARES EM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS). PADRONIZADO PARA MÉTODO EM GEL CENTRIFUGAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS FRASCOS DE VIDRO (I, II, III), COM NO MÍNIMO 10 ML CADA

Quantidade: 7.200 **Unidade de medida:** TES **Valor unitário estimado:** R\$ 3,14 **Valor total estimado:** R\$ 22.608,00

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 7.200 **Valor unitário homologado:** R\$ 3,02 **Valor total homologado:** R\$ 21.744,00 **Ordem de classificação** 1º

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 02.513.899/0004-14 **Nome ou razão social do fornecedor:** GRIFOLS BRASIL LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 13/08/2024

ANTICORPOS DE GRUPOS SANGUINEOS, AUMENTANDO A SENSIBILIDADE DESSE PROCEDIMENTO E CRIANDO UM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA, DIMINUINDO ASSIM, O TEMPO DE INCUBAÇÃO. FRASCO CONTENDO 10 ML					
7	REAGENTE ANTI CDE, TIPO SOROCLONE. SORO ANTI-RHO (CDE) PARA DETERMINAÇÃO DOS ANTÍGENOS RHO (D), RH' (C) E RH" (E), PRODUZIDOS A PARTIR DE SOBRENADANTES DE CULTURA CELULAR. CONTENDO ANTICORPOS MONOCLONAIS DE ORIGEM HUMANA DE ESPECIFICIDADE ANTI-CDE. FRASCO DE VIDRO COM 10 ML	12	R\$ 1133,33	R\$ 13.599,96	
8	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. TIPO: CONJUNTO COMPLETO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA CARTÃO EM GEL. APRESENTAÇÃO: TESTE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS. PAINEL DE 11 (ONZE) HEMÁCIAS EM SOLUÇÃO DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS). PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS IRREGULARES	1440	R\$ 10,48	R\$ 15.091,20	
9	CONJUNTO DE HEMÁCIAS PARA TRIAGEM DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITÁRIOS IRREGULARES EM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS). PADRONIZADO PARA MÉTODO EM GEL CENTRIFUGAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS FRASCOS DE VIDRO (I, II, III), COM NO MÍNIMO 10 ML CADA	7200	R\$ 3,14	R\$ 22.608,00	
10	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. TIPO: SOLUÇÃO SALINA. TESTE DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS), CONTENDO CONJUNTO DE 2 FRASCOS DE 100 ML. DESTINADO À DILUIÇÃO DAS AMOSTRAS DE AUTO-CONTROLE, REALIZAÇÃO DE PROVAS PRÉ-TRANSFUSIONAIS E TESTE DE ANTIGLOBULINA DIRETO	14400	R\$ 2,50	R\$ 36.000,00	



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas

Item nº 9

Descrição: CONJUNTO DE HEMÁCIAS PARA TRIAGEM DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITÁRIOS IRREGULARES EM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS). PADRONIZADO PARA MÉTODO EM GEL CENTRIFUGAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS FRASCOS DE VIDRO (I, II, III), COM NO MÍNIMO 10 ML CADA

Quantidade: 7.200 **Unidade de medida:** TES **Valor unitário estimado:** R\$ 3,14 **Valor total estimado:** R\$ 22.608,00

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 7.200 **Valor unitário homologado:** R\$ 3,02 **Valor total homologado:** R\$ 21.744,00 **Ordem de classificação** 1º

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 02.513.899/0004-14 **Nome ou razão social do fornecedor:** GRIFOLS BRASIL LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** Demais **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 13/08/2024

Item nº 6

Descrição: SORO POLIETILENOGLICOL + LISS, PARA TESTES DE DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS IGG. UTILIZADO COMO ADITIVO PARA TESTES DE DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE GRUPOS SANGUINEOS, AUMENTANDO A SENSIBILIDADE DESSE PROCEDIMENTO E CRIANDO UM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA, DIMINUINDO ASSIM, O TEMPO DE INCUBAÇÃO. FRASCO CONTENDO 10 ML

Quantidade: 30 **Unidade de medida:** FRS **Valor unitário estimado:** R\$ 109,78 **Valor total estimado:** R\$ 3.293,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 30 **Valor unitário homologado:** R\$ 36,60 **Valor total homologado:** R\$ 1.098,00 **Ordem de classificação** 1º

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 02.282.433/0001-02

Nome ou razão social do fornecedor: FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 13/08/2024

Retornar

Edital nº 126/2024

Acessar Contratação

Item nº 6

Descrição:

SORO POLIETILENOGLICOL + LISS, PARA TESTES DE DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS IGG. UTILIZADO COMO ADITIVO PARA TESTES DE DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE GRUPOS SANGUINEOS, AUMENTANDO A SENSIBILIDADE DESSE PROCEDIMENTO E CRIANDO UM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA, DIMINUINDO ASSIM, O TEMPO DE INCUBAÇÃO. FRASCO CONTENDO 10 ML

Quantidade:

30

Unidade de medida:

FRS

Valor unitário estimado:

R\$ 109,78

Valor total estimado:

R\$ 3.293,40

Tipo:

Material

Categoria:

Não se aplica

Benefício:

Sem benefício

Situação:

Homologado

Produto Manufaturado Nacional:

Não

Critério de julgamento:

Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada:

30

Valor unitário homologado:

R\$ 36,60

Valor total homologado:

R\$ 1.098,00

Ordem de classificação

1º

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 02.282.433/0001-02

Nome ou razão social do fornecedor: FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da Empresa: ME Código do país: BRA Situação: Informado

Data do resultado da homologação: 13/08/2024

PROCEDIMENTO E CRIANDO UM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA, DIMINUINDO ASSIM, O TEMPO DE INCUBAÇÃO. FRASCO CONTENDO 10 ML

7	REAGENTE ANTI CDE, TIPO SOROCLONE. SORO ANTI-RHO (CDE) PARA DETERMINAÇÃO DOS ANTÍGENOS RHO (D), RH' (C) E RH" (E), PRODUZIDOS A PARTIR DE SOBRENADANTES DE CULTURA CELULAR. CONTENDO ANTICORPOS MONOCLONAIS DE ORIGEM HUMANA DE ESPECIFICIDADE ANTI-CDE. FRASCO DE VIDRO COM 10 ML	12	R\$ 1133,33	R\$ 13.599,96	
8	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. TIPO: CONJUNTO COMPLETO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA CARTÃO EM GEL. APRESENTAÇÃO: TESTE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS. PAINEL DE 11 (ONZE) HEMÁCIAS EM SOLUÇÃO DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS). PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS IRREGULARES	1440	R\$ 10,48	R\$ 15.091,20	
9	CONJUNTO DE HEMÁCIAS PARA TRIAGEM DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITÁRIOS IRREGULARES EM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS). PADRONIZADO PARA MÉTODO EM GEL CENTRIFUGAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS FRASCOS DE VIDRO (I, II, III), COM NO MÍNIMO 10 ML CADA	7200	R\$ 3,14	R\$ 22.608,00	
10	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. TIPO: SOLUÇÃO SALINA. TESTE DE BAIXA FORÇA IÔNICA (LISS), CONTENDO CONJUNTO DE 2 FRASCOS DE 100 ML. DESTINADO À DILUIÇÃO DAS AMOSTRAS DE AUTO-CONTROLE, REALIZAÇÃO DE PROVAS PRÉ-TRANSFUSIONAIS E TESTE DE ANTIGLOBULINA DIRETO	14400	R\$ 2,50	R\$ 36.000,00	



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas

Item nº 6

Descrição: SORO POLIETILENOGLICOL + LISS, PARA TESTES DE DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS IGG. UTILIZADO COMO ADITIVO PARA TESTES DE DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE GRUPOS SANGUÍNEOS, AUMENTANDO A SENSIBILIDADE DESSE PROCEDIMENTO E CRIANDO UM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA, DIMINUINDO ASSIM, O TEMPO DE INCUBAÇÃO. FRASCO CONTENDO 10 ML

Quantidade: 30 **Unidade de medida:** FRS **Valor unitário estimado:** R\$ 109,78 **Valor total estimado:** R\$ 3.293,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Sem benefício **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 30 **Valor unitário homologado:** R\$ 36,60 **Valor total homologado:** R\$ 1.098,00 **Ordem de classificação** 1º

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 02.282.433/0001-02

Nome ou razão social do fornecedor: FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 13/08/2024