



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO

02
\$
Prot. 16 78423

Memorando Nº 478 / 17 – DEVS / SESMA

Belém, 14 de Março de 2017

Da: Coordenação Municipal do Programa de Imunização / DVE / DEVS / SESMA

Para: Gabinete do Secretário – GABS / SESMA

Assunto: Solicitação de Kit de Proteção de Variação e Queda de Energia

ATT. Dr. Sérgio de Amorim Figueiredo

Considerando que foram adquiridas pela SESMA 40 (quarenta) Câmaras de Conservação de Vacinas, marca Indrel, modelo RVV-22 D.

Considerando que as referidas Câmaras não possuem sistemas de proteção de variação e falta de energia, bem como no-breacks e baterias com autonomia mínima de 06 (seis) horas.

Considerando que a falta desses itens vem causando relevantes prejuízos, como perda de vacinas e consequente falta deste produto de proteção à saúde da população.

Encaminhamos a V. Sa., em anexo, Termo de Referência para aquisição e instalação do kit de proteção de variação e queda de energia, no-breacks e baterias.

Certos de contarmos com vosso apoio, agradecemos.

Respeitosamente,


Maria de Nazaré Athayde
Coordenadora Municipal de Imunizações


Rute Leila dos Reis Flores
Diretora do Departamento de Vigilância à Saúde