

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ASSUNTO: Levantamento técnico do setor radiológico municipal.

O presente levantamento tem como objetivo mostrar em tempo real a situação do setor de imagens radiológicas dos três postos municipais: UPA, Centro de Diagnósticos e Hospital Municipal.

01 – UPA Eládio Soares:

O local encontra-se sem sistema de digitalização, partes distintas de um aparelho de raios-x (Varias marcas), inclusive com um comando gerador de marca indeterminada (Sem ANVISA) e inoperante. (Necessita uma revisão na rede elétrica)

Conclusão: Troca do aparelho de raio-x e instalação de um sistema de digitalização.

02 – Centro de Diagnósticos Ignácio Koury Gabriel:

Encontra-se instalado um Mamógrafo (Planmed) operante, o aparelho de raio-x (Philips) inoperante porém completo e um digitalizador tipo CR (Carestream) operante (Desgaste natural pelo tempo e uso) também encontra-se uma impressora laser dry (Carestream) inoperante com defeito na unidade ótica.

Conclusão: Revisão corretiva no aparelho de raio-x, preventiva no mamógrafo e digitalizador, troca dos cassetes e da impressora dry.

03 – Hospital Municipal Dr. Augusto Chaves Rodrigues:

Encontram-se partes de um raio-x não identificado e incompleto (sem comando, cabos e ampola) parte de um digitalizador (Carestream) e um nobreak operante. (Necessita de troca ou melhorias substanciais na rede elétrica)

Conclusão: Troca do aparelho de raio-x e instalação de um sistema de digitalização.

Marituba, 20 de abril de 2023

João Victor Cunha Paz
Diretor de Atenção à Saúde
Mat: 081713
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Marituba
João Victor Cunha Paz
Diretor de Atenção à Saúde

















