



Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PARA P.E N° 90009/2025

1 mensagem

Fisiomed Cotação <fisiomed.cotacao@gmail.com>
Para: licitacao@maraba.pa.gov.br

24 de março de 2025 às 09:49

Olá, bom dia
Como vai?

Venho por meio desta solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico N° 90009/2025

Gostaríamos de saber sobre o item 2, o edital está pedindo 2 modelos como (Ilg e IgM) e NS1 ,
Gostaríamos de saber qual deles irá precisar para este processo?

Agradeço desde já pela atenção.

Atenciosamente, Marlison Silva.

ALF SILVA & CIA LTDA
Cnpj:40.949.490/0001-91

- (91) 99380-8549
- fisiomed.cotacao@gmail.com
- Rua Fernando Guilhon, 79 - lanetama, Castanhal

FISIOMED
EFICIÊNCIA EM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE



Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PARA P.E Nº 90009/2025

2 mensagens

Fisiomed Cotação <fisiomed.cotacao@gmail.com>
Para: licitacao@maraba.pa.gov.br

24 de março de 2025 às 09:49

Olá, bom dia
Como vai?

Venho por meio desta solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico Nº 90009/2025

Gostaríamos de saber sobre o item 2, o edital está pedindo 2 modelos como (IgG e IgM) e NS1 ,
Gostaríamos de saber qual deles irá precisar para este processo?

Agradeço desde já pela atenção.

Atenciosamente, Marlison Silva.

ALF SILVA & CIA LTDA
Cnpj: 40.949.490/0001-91

(91) 99380-8549
fisiomed.cotacao@gmail.com
Rua Fernando Guilhon, 79 - lanetama, Castanhal

FISIOMED
EFICIÊNCIA EM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>
Para: Fisiomed Cotação <fisiomed.cotacao@gmail.com>

24 de março de 2025 às 14:41

Boa tarde,

Senhor Licitante,

Acerca do questionamento acima, informamos que outras empresas fizeram o mesmo questionamento e o Órgão Demandante respondeu conforme abaixo:

"Em atenção ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante, referente à especificação do Teste Rápido para Dengue, esclarecemos que conforme análise técnica realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde, deverá ser utilizada a especificação tipo DUO (NS1 + IgM e IgG) como parâmetro válido para apresentação de propostas na licitação, nos termos da análise técnica realizada".

Atenciosamente,
Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.
CEP.: 68.507-765. Marabá - PA.
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Diretoria de Governança de Licitações e Contratos - DGLC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90009/2025 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (2)
24/03/2025 15:03		<p data-bbox="564 318 1102 338">SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PARA P.E N° 90009/2025</p> <p data-bbox="564 342 823 454">1 mensagem Fisiomed Cotação <fisiomed.cotacao@gmail.com> 24 de março de 2025 às 09:49 Para: licitacao@maraba.pa.gov.br Olá, bom dia Como vai?</p> <p data-bbox="564 501 1206 633">Venho por meio desta solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico N° 90009/2025. Gostaríamos de saber sobre o item 2, o edital está pedindo 2 modelos como (IgG e IgM) e NS1 .Gostaríamos de saber qual deles irá precisar para este processo? Agradeço desde já pela atenção. Atenciosamente,Marlison Silva.</p> <p data-bbox="564 651 1003 741">Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br> 24 de março de 2025 às 14:41 Para: Fisiomed Cotação <fisiomed.cotacao@gmail.com> Boa tarde, Senhor Licitante,</p> <p data-bbox="564 788 1490 963">Acerca do questionamento acima, informamos que outras empresas fizeram o mesmo questionamento e o ÓrgãoDemandante respondeu conforme abaixo: "Em atenção ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante, referente à especificação do Teste Rápido para Dengue, esclarecemos que conforme análise técnica realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde, deverá ser utilizada a especificação tipo DUO (NS1 + IgM e IgG) como parâmetro válido para apresentação de propostas na licitação, nos termos da análise técnica realizada". Atenciosamente, Antonia</p>



Pedido de Esclarecimento – Teste Rápido para Dengue

1 mensagem

Cepalab <licitacao@cepalab.com.br>
Para: licitacao@maraba.pa.gov.br

20 de março de 2025 às 13:40

Prezados,

Boa tarde!

Gostaríamos de solicitar um esclarecimento quanto à especificação do **Teste Rápido para Dengue (anticorpos IgG e IgM)**, conforme descrito no edital. Observamos que a descrição menciona as seguintes características:

- **Tipo de Amostra:** Sangue total/Soro/Plasma
- **Tipo de Análise:** Testes rápidos de detecção de **antígenos NS1**
- **Tempo de Resultado:** 10 a 20 minutos
- **Temperatura:** Ambiente ou refrigerada
- **Sensibilidade Mínima:** 92%
- **Especificidade Mínima:** 98%
- **Apresentação:** Cassete
- **Validade:** Não inferior a **75% da validade total**

2	Teste rápido para dengue (anticorpos IgG e IgM). Especificação : Tipo de Amostra: Sangue total/Soro/Plasma, Tipo de análise: Testes rápidos de detecção de antígenos NS1, Tempo de resultado: de 10-20 minutos, temperatura Ambiente ou refrigerada, com sensibilidade mínima de 92%, Especificidade Mínima de 98%, Apresentação: Cassete. A validade não pode ser INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total.	30.000	R\$ 15,65	R\$ 469.500,000
---	---	--------	-----------	-----------------

Entretanto, identificamos que a descrição faz referência tanto ao **teste de anticorpos IgG e IgM** quanto ao **teste de detecção de antígeno NS1**, levantando a seguinte dúvida:

♦ **O item solicitado refere-se exclusivamente ao teste de detecção de anticorpos (IgG e IgM) ou trata-se do teste combinado DUO (NS1 + IgG/IgM)?**

Agradecemos o esclarecimento para garantir que nossa proposta esteja alinhada com as exigências do certame.

Ficamos no aguardo do retorno e permanecemos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

--



Licitação

Rua Gov. Valadares, n° 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
(31) 3643-0960



Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Pedido de Esclarecimento – Teste Rápido para Dengue

Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

24 de março de 2025 às 13:50

Para: Cepalab <licitacao@cepalab.com.br>

Boa tarde,

Segue em anexo resposta do Órgão Demandante acerca do pedido de Esclarecimento.

Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL

Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.

CEP.: 68.507-765. Marabá - PA.

Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Diretoria de Governança de Licitações e Contratos - DGLC

Em qui., 20 de mar. de 2025 às 13:40, Cepalab <licitacao@cepalab.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SEI_0484305_Despacho - CEPALAB.pdf

48K

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90009/2025 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (3)
24/03/2025 15:15		<p data-bbox="564 318 986 338">Pedido de Esclarecimento – Teste Rápido para Dengue</p> <p data-bbox="564 340 660 360">1 mensagem</p> <p data-bbox="564 362 628 383">Cepalab</p> <p data-bbox="564 385 785 405"><licitacao@cepalab.com.br></p> <p data-bbox="564 407 794 427">20 de março de 2025 às 13:40</p> <p data-bbox="564 430 823 450">Para: licitacao@maraba.pa.gov.br</p> <p data-bbox="564 452 635 472">Prezados,</p> <p data-bbox="564 474 641 495">Boa tarde!</p> <p data-bbox="564 497 1102 517">Gostaríamos de solicitar um esclarecimento quanto à especificação do</p> <p data-bbox="564 519 944 539">Teste Rápido para Dengue (anticorpos IgG e IgM)</p> <p data-bbox="564 542 1310 562">, conforme descrito no edital. Observamos que a descrição menciona as seguintes características:</p> <p data-bbox="564 564 699 584">Tipo de Amostra:</p> <p data-bbox="564 586 762 607">Sangue total/Soro/Plasma</p> <p data-bbox="564 609 689 629">Tipo de Análise:</p> <p data-bbox="564 631 791 651">Testes rápidos de detecção de</p> <p data-bbox="564 654 673 674">antígenos NS1</p> <p data-bbox="564 676 727 696">Tempo de Resultado:</p> <p data-bbox="564 698 686 719">10 a 20 minutos</p> <p data-bbox="564 721 663 741">Temperatura:</p> <p data-bbox="564 743 753 763">Ambiente ou refrigerada</p> <p data-bbox="564 766 737 786">Sensibilidade Mínima:</p> <p data-bbox="564 788 596 808">92%</p> <p data-bbox="564 810 746 831">Especificidade Mínima:</p> <p data-bbox="564 833 596 853">98%</p> <p data-bbox="564 855 673 875">Apresentação:</p> <p data-bbox="564 878 625 898">Cassete</p> <p data-bbox="564 900 635 920">Validade:</p> <p data-bbox="564 922 673 943">Não inferior a</p> <p data-bbox="564 945 730 965">75% da validade total</p> <p data-bbox="564 967 1056 987">Entretanto, identificamos que a descrição faz referência tanto ao</p> <p data-bbox="564 990 791 1010">teste de anticorpos IgG e IgM</p> <p data-bbox="564 1012 641 1032">quanto ao</p> <p data-bbox="564 1034 820 1055">teste de detecção de antígeno NS1</p> <p data-bbox="564 1057 801 1077">, levantando a seguinte dúvida:</p> <ul data-bbox="564 1079 1490 1155" style="list-style-type: none">◆ O item solicitado refere-se exclusivamente ao teste de detecção de anticorpos (IgG e IgM) ou trata-se do teste combinado DUO (NS1 + IgG/IgM)? <p data-bbox="564 1158 1417 1178">Agradecemos o esclarecimento para garantir que nossa proposta esteja alinhada com as exigências do certame.</p> <p data-bbox="564 1180 1343 1200">Ficamos no aguardo do retorno e permanecemos à disposição para quaisquer informações adicionais.</p> <p data-bbox="564 1202 692 1223">Atenciosamente,</p> <p data-bbox="564 1247 1490 1332">Em atenção ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante CEPALAB, referente à especificação do Teste Rápido para Dengue, esclarecemos que conforme análise técnica realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde, deverá ser utilizada a especificação tipo DUO (NS1 + IgM e IgG) como parâmetro válido para apresentação de propostas na licitação, nos termos da análise técnica realizada.</p> <p data-bbox="564 1357 826 1377">Marabá-PA, 24 de março de 2025.</p> <p data-bbox="564 1379 858 1400">Documento Assinado Eletronicamente</p> <p data-bbox="564 1402 778 1422">Carlos Alexandre de Araújo</p>



RES: Pregão Eletrônico Nº 90009/2025 FMS Marabá (PA)

Nildilene Miranda <nildilene@sollid.com.br>
Para: licitacao@maraba.pa.gov.br

20 de março de 2025 às 09:47

Bom dia!

Prezado pregoeiro, poderia tirar uma duvida

Os valores **médio unitário** se refere ao preço de teste ou kit?

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR MÉDIO UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
1	Teste rápido para COVID-19 (antígeno). Especificação : KIT IMUNOCROMATICO PARA ANTIGENO DE SARS-CoV-2 PARA COVID, Metodologia: imunocromatografia, com sensibilidade mínima de 96%, Especificidade Mínima de 99%, Armazento Ambiente ou refrigerada, Tipo de Amostra: Nasofaringe ou Nasal, Tempo de teste: Mínimo de 10-20 minutos, Apresentação: Cassete. A validade não pode ser INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total.	50.000	R\$ 11,67	R\$ 583.500,000
2	Teste rápido para dengue (anticorpos IgG e IgM). Especificação : Tipo de Amostra: Sangue total/Soro/Plasma, Tipo de análise: Testes rápidos de detecção de antigenosNS1, Tempo de resultado: de 10-20 minutos, temperatura Ambiente ou refrigerada, com sensibilidade mínima de 92%, Especificidade Mínima de 98%, Apresentação: Cassete. A validade não pode ser INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total.	30.000	R\$ 15,65	R\$ 469.500,000
3	Teste rápido para Leishmaniose Humana (anticorpos IgG). Especificação : Sensibilidade mínima de 90%, Especificidade Mínima de 99%, Tipo de Amostra: Sangue total/Soro/Plasma, Tempo de resultado: 10-30 minutos, Apresentação: Cassete, Armazento Ambiente ou refrigerada. A validade não pode ser INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total.	20.000	R\$ 24,61	R\$ 492.200,000
			Total :	R\$1.545.200,00

No aguardo do seu retorno

Atte.



NILDILENE MIRANDA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 nildilene@sollid.com.br  +55 (91) 3222-9492

PSG SALDANHA MARINHO,98 | CEP: 66.015-360 |
Belém-PA

De: [solicitacao.com.br](mailto:contato@solicitacao.com.br) <contato@solicitacao.com.br>

Data: terça-feira, 18 de março de 2025 às 9:27 AM

Para:

Assunto: Pregão Eletrônico Nº 90009/2025 FMS Marabá (PA)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Código da UASG: 927495

Pregão Eletrônico Nº 90009/2025 - (Lei Nº 14.133/2021)

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de testes para covid-19, dengue e leishmaniose, visando atender as necessidades das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

Edital a partir de: 18/03/2025 das 08:00 às 17:59 Hs

Endereço: [Rodovia Transamazônica, S/n, Km 5 - Nova Marabá - Marabá \(PA\)](#)

Telefone: (0xx94) 91422847

Entrega da Proposta: a partir de 18/03/2025 às 08:00Hs

Abertura da Proposta: em 31/03/2025 às 09:00Hs, no endereço: www.compras.gov.br



Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

RES: Pregão Eletrônico Nº 90009/2025 FMS Marabá (PA)

Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

24 de março de 2025 às 14:30

Para: Nildilene Miranda <nildilene@sollid.com.br>

Boa tarde,

Segue em anexo resposta do Órgão Demandante acerca do questionamento acima.

Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.
CEP.: 68.507-765. Marabá - PA.
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Diretoria de Governança de Licitações e Contratos - DGLC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **SEI_0484305_Despacho - CEPALAB.pdf**
48K

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90009/2025 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (4)
24/03/2025 15:20		<p>RES: Pregão Eletrônico N° 90009/2025 FMS Marabá (PA) Nildilene Miranda <nildilene@sollid.com.br> 20 de março de 2025 às 09:47 Para: licitacao@maraba.pa.gov.br Bom dia! Prezado pregoeiro, poderia tirar uma duvida Os valores médio unitário se refere ao preço de teste ou kit? 20/03/2025, 13:51 E-mail de Web-Mail da Prefeitura de Marabá - RES: Pregão Eletrônico N° 90009/2025 FMS Marabá (PA) https://</p> <p>Em atenção ao pedido de esclarecimentos da licitante Solid Comércio LTDA, esclarecemos que o custo unitário indicado no processo em epígrafe refere-se à unidade do teste. Marabá-PA, 24 de março de 2025. Documento Assinado Eletronicamente Carlos Alexandre de Araújo Pinto Técnico em Gestão</p>



Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Pregão Eletrônico nº 9009/2025 - Esclarecimento Item 02 - Teste Rápido de Dengue

3 mensagens

Licitação <licit@vidabiotecnologia.com.br>

18 de março de 2025 às 11:54

Para: "licitacao@maraba.pa.gov.br" <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Prezado pregoeiro, bom dia!

A empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 11.308.834/0001-85 vem através deste solicitar esclarecimento quanto ao descritivo do item 02 – Teste Rápido de Dengue.

2	<p>Teste rápido para dengue (anticorpos IgG e IgM). Especificação : Tipo de Amostra: Sangue total/Soro/Plasma, Tipo de análise: Testes rápidos de detecção de antígenos NS1, Tempo de resultado: de 10-20 minutos, temperatura Ambiente ou refrigerada, com sensibilidade mínima de 92%, Especificidade Mínima de 98%, Apresentação: Cassete. A validade não pode ser INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total.</p>	30.000	R\$ 15,65	R\$ 469.500,000
---	---	--------	-----------	-----------------

No início do descritivo menciona o teste rápido (anticorpos IgG E IgM) e depois Testes rápidos de detecção de Antígenos Dengue NS1.

São testes diferentes e por isso questionamos qual o Teste correto a Prefeitura Necessita seria:

Teste de DENGUE IGG/IGM?

Teste de DENGUE NS1?

Teste de DENGUE DUO? (Detecta simultaneamente no mesmo cassete o teste de Dengue Igg e Igm e o Teste de Dengue NS1)

Aguardamos o retorno do esclarecimento.

Atenciosamente

vida
BIOTECNOLOGIA

Rafaela Magalhães
 Departamento de Licitações/ Contratos
 (31) 3267-3964 | 3466-3351
 licit@vidabiotecnologia.com.br

company of
ONmnia

Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>
Para: Licitação <licit@vidabiotecnologia.com.br>

18 de março de 2025 às 13:43

Boa tarde Senhor Licitante,

Acerca do questionamento, informamos que o mesmo será encaminhado ao Órgão Demandante responsável pela descrição do objeto para conhecimento e manifestação.
Após manifestação enviaremos resposta.

Atenciosamente,
Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.
CEP.: 68.507-765. Marabá - PA.
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Diretoria de Governança de Licitações e Contratos - DGLC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>
Para: COMPRAS SMS Prefeitura de Marabá - SMS <compras.sms@maraba.pa.gov.br>

19 de março de 2025 às 09:17

Att: Alexandre

Bom dia,

Segue pedido de esclarecimento da empresa Vida Biotecnologia, referente ao PE 90009/2025/CPL, para análise.

Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.
CEP.: 68.507-765. Marabá - PA.
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Diretoria de Governança de Licitações e Contratos - DGLC

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Pregão Eletrônico nº 9009/2025 - Esclarecimento Item 02 - Teste Rapido de Dengue

Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

24 de março de 2025 às 14:45

Para: Licitação <licit@vidabiotecnologia.com.br>

Boa tarde.

Senhor Licitante,

Referente ao pedido de esclarecimento, informamos que o Órgão Demandante se manifestou conforme abaixo:

"Em atenção ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante referente à especificação do Teste Rápido para Dengue, esclarecemos que conforme análise técnica realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde, deverá ser utilizada a especificação tipo DUO (NS1 + IgM e IgG) como parâmetro válido para apresentação de propostas na licitação, nos termos da análise técnica realizada".

Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.
CEP.: 68.507-765. Marabá - PA.
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Diretoria de Governança de Licitações e Contratos - DGLC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90009/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (5)
24/03/2025 15:27		<p data-bbox="564 315 1209 338">Pregão Eletrônico nº 9009/2025 - Esclarecimento Item 02 - Teste Rapido deDengue</p> <p data-bbox="564 340 660 362">4 mensagens</p> <p data-bbox="564 365 635 387">Licitação</p> <p data-bbox="564 389 826 412"><licit@vidabiotecnologia.com.br></p> <p data-bbox="564 414 794 436">18 de março de 2025 às 11:54</p> <p data-bbox="564 439 1082 461">Para: "licitacao@maraba.pa.gov.br" <licitacao@maraba.pa.gov.br></p> <p data-bbox="564 463 778 486">Prezado pregoeiro, bom dia!</p> <p data-bbox="564 488 1490 533">A empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 11.308.834/0001-85 vem através deste solicitar esclarecimento quanto ao descritivo do item 02 – Teste Rápido de Dengue.</p> <p data-bbox="564 535 1490 580">No início do descritivo menciona o teste rápido (anticorpos IgG E IgM) e depois Testes rápidos de detecção de Antígenos Dengue NS1.</p> <p data-bbox="564 582 1289 604">São testes diferentes e por isso questionamos qual o Teste correto a Prefeitura Necessita seria:</p> <p data-bbox="564 607 804 629">Teste de DENGUE IGG/IGM?</p> <p data-bbox="564 631 756 654">Teste de DENGUE NS1?</p> <p data-bbox="564 656 1490 701">Teste de DENGUE DUO? (Detecta simultaneamente no mesmo cassete o teste de Dengue Igg e Igm e o Teste deDengue NS1)</p> <p data-bbox="564 703 884 725">Aguardamos o retorno do esclarecimento.</p> <p data-bbox="564 728 692 750">Atenciosamente</p> <p data-bbox="564 752 715 775">Rafacla Magalhães.</p> <p data-bbox="564 777 820 799">Prefeitura de Marabá - Licitação</p> <p data-bbox="564 801 804 824"><licitacao@maraba.pa.gov.br></p> <p data-bbox="564 826 794 848">24 de março de 2025 às 14:45</p> <p data-bbox="564 851 954 873">Para: Licitação <licit@vidabiotecnologia.com.br></p> <p data-bbox="564 875 644 898">Boa tarde.</p> <p data-bbox="564 900 692 922">Senhor Licitante,</p> <p data-bbox="564 925 1426 947">Referente ao pedido de esclarecimento, informamos que o Órgão Demandante se manifestou conforme abaixo:</p> <p data-bbox="564 949 1490 1032">"Em atenção ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante referente à especificação do Teste Rápido para Dengue, esclarecemos que conforme análise técnica realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde, deverá ser utilizada a especificação tipo DUO (NS1 + IgM e IgG) como parâmetro válido para apresentação de propostas na licitação, nos termos da análise técnica realizada". Antonia</p>



Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

EDITAL 90009/2025

2 mensagens

peoempenhos@gmail.com <peoempenhos@gmail.com>
Para: licitacao@maraba.pa.gov.br

19 de março de 2025 às 14:35

Boa tarde!

Analisando o edital e lançando os preços, encontramos uma divergência, para a qual solicitamos esclarecimentos.

No Edital:

Teste rápido para COVID-19 (antígeno). Especificação : **KIT IMUNOCROMATICO PARA ANTIGENO DE SARS-CoV-2 PARA COVID**, Metodologia: imuno cromatografia, com sensibilidade mínima de 96%, Especificidade Mínima de 99%, Armazento Ambiente ou refrigerada, Tipo de Amostra: Nasofaringe ou Nasal, Tempo de teste: Mínimo de 10-20 minutos, Apresentação: Cassete. A validade não pode ser INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total.

No Portal:

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise*: **Qualitativo Anti Coronavírus Covid-19 Igm**, Método*: Imuno cromatografia, Apresentação*: Teste

Nosso questionamento, devemos considerar o que consta do edital, como é regra nos editais ou o que consta do portal?

Agradeço a atenção.

**Douglas Oliveira***Gestor de Licitações*

011 – 983181105

peoempenhos@gmail.comPrefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>
Para: peoempenhos@gmail.com

19 de março de 2025 às 14:50

Boa tarde,

Senhor Licitante, informamos que a descrição que deverá ser seguida é a que consta no Anexo II - Objeto, do Edital.

“Teste rápido para COVID-19 (antígeno): KIT IMUNOCROMATICO PARA ANTIGENO DE SARS-CoV-2 PARA COVID, Metodologia: imunocromatografia, com sensibilidade mínima de 96%, Especificidade Mínima de 99%, Armazenamento Ambiente ou refrigerada, Tipo de

Amostra: Nasofaringe ou Nasal, Tempo de teste: Mínimo de 10-20 minutos, Apresentação: Cassete. Validade mínima de 12 (doze) meses”.

Ressaltamos que a divergência da descrição entre o edital e o Portal Compras.gov, ocorre devido a dificuldade de encontrar um código no catálogo que seja igual à descrição do Edital.

Conforme informado acima, o que prevalece é a descrição que consta na planilha do Anexo II – Objeto.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Atenciosamente,

Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL

Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.

CEP.: 68.507-765. Marabá - PA.

Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Diretoria de Governança de Licitações e Contratos - DGLC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90009/2025 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (2)
24/03/2025 15:03	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PARA P.E N° 90009/2025 Prefeitura de Marabá - Licitação	
19/03/2025 15:11		<p>EDITAL 90009/2025 2 mensagens peoempenhos@gmail.com <peoempenhos@gmail.com> 19 de março de 2025 às 14:35 Para: licitacao@maraba.pa.gov.br Boa tarde!</p> <p>Analisando o edital e lançando os preços, encontramos uma divergência, para a qual solicitamos esclarecimentos. No Edital: Teste rápido para COVID-19 (antígeno). Especificação : KIT IMUNOCROMATICO PARA ANTIGENO DE SARS-CoV-2 PARA COVID, Metodologia: imuno cromatografia, com sensibilidade mínima de 96%, Especificidade Mínima de 99%, Armazento Ambiente ou refrigerada, Tipo de Amostra: Nasofaringe ou Nasal, Tempo de teste: Mínimo de 10-20 minutos, Apresentação: Cassete. A validade não pode ser INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total. No Portal: Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise*: Qualitativo Anti CoronavirusCovid-19 Igm , Método*: Imuno cromatografia, Apresentação*: Teste Nosso questionamento, devemos considerar o que consta do edital, como é regra nos editais ou o que consta do portal? Agradeço a atenção</p> <p>Boa tarde,</p> <p>Senhor Licitante, informamos que a descrição que deverá ser seguida é a que consta no Anexo II - Objeto, do Edital. "Teste rápido para COVID-19 (antígeno); KIT IMUNOCROMATICO PARA ANTIGENO DE SARS-CoV-2 PARA COVID, Metodologia: imunocromatografia, com sensibilidade mínima de 96%, Especificidade Mínima de 99%, Armazenamento Ambiente ou refrigerada, Tipo de Amostra: Nasofaringe ou Nasal, Tempo de teste: Mínimo de 10-20 minutos, Apresentação: Cassete. Validade mínima de 12 (doze) meses". Ressaltamos que a divergência da descrição entre o edital e o Portal Compras.gov, ocorre devido a dificuldade de encontrar um código no catálogo que seja igual à descrição do Edital. Conforme informado acima, o que prevalece é a descrição que consta planilha do Anexo II – Objeto. Quaisquer dúvidas estamos à disposição.</p> <p>Atenciosamente, Antonia</p>



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: MEDLEVENSOHN - PREGÃO ELETRONICO 90009/2025 - FMS DE SAUDE DE MARABÁ-PA

1 mensagem

Thayna Santos <thayna.santos@medlevensohn.com.br>

20 de março de 2025 às 14:16

Para: licitacao@maraba.pa.gov.br

Boa Tarde !

A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90, interessada em participar do certame em tela, vem respeitosamente à Vossa presença REQUERER que seja esclarecida a dúvida dos itens a seguir:

Item 01 – teste rápido covid AG, está sendo solicitado: sensibilidade mínima de **96%** e Tipo de Amostra: **Nasofaringe ou Nasal**.

Para fins de atendimento dessa performance, será considerado o Intervalo de Confiança (IC95%)?

Os valores de IC95% serão considerados na avaliação dos produtos oferecidos no presente pregão? Em caso negativo, qual a motivação técnica para tal recusa?

Para eliminar qualquer tipo de desvio e tornar o resultado mais próximo da realidade, a imensa maioria dos testes rápidos para COVID-19 disponíveis no mercado disponibilizam esta informação apoiada no Intervalo de Confiança de 95% (IC95%), que confere segurança estatística e define os intervalos de resultados possíveis considerando a quantidade de amostras utilizada no ensaio. Desta forma, considerar este intervalo de confiança é a forma mais assertiva de avaliar a performance de produtos para diagnóstico in vitro, motivo pelo qual solicitamos que seja considerado no presente pregão. Diante disso: os valores de IC95% serão considerados na avaliação dos produtos oferecidos no presente pregão?

Está interessada entende que serão aceitos, tanto os testes rápidos que utilizem amostra de swab da nasofaringe, como também serão aceitos, os testes rápidos que utilizem amostra de swab da nasal. Este entendimento está correto?

Item 02 – Teste rápido dengue (anticorpos igg e igm). Testes rápidos de detecção de antígenos ns1.

Gostaríamos de confirmar qual teste deverá ser ofertado: teste rápido de anticorpos para dengue igg/igm, teste rápido de antígeno Ns1 para dengue ou teste combo de anticorpos e antígeno para dengue igg/igm + Ns1 ?

Atenciosamente,



Thayna Santos

Licitação

Escritório / Office: (11) 4003-9021

thayna.santos@medlevensohn.com.br

www.medlevensohn.com.br

Thayná Y. Santos
(11) 4003-9021



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Planejamento e Licitações

DESPACHO

Processo nº: 05050584.000004/2025-96

Em atenção ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, referente ao item 01 e 02, esclarecemos que em relação ao Teste rápido para COVID-19 (item 01) poderá ser ofertado testes que utilizem amostra de swab da nasofaringe, como também serão aceitos os testes rápidos que utilizem amostra de swab da nasal, conforme disposto nos documentos que fundamentam o processo licitatório.

Quanto ao questionamento referente ao Teste Rápido para Dengue (item 02), esclarecemos que conforme análise técnica realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde, deverá ser utilizada a especificação tipo DUO (NS1 + IgM e IgG) como parâmetro válido para apresentação de propostas na licitação, nos termos da análise técnica realizada.

Marabá-PA, 24 de março de 2025.

Documento Assinado Eletronicamente
Carlos Alexandre de Araújo Pinto
Técnico em Gestão



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alexandre de Araújo Pinto, Técnico em Gestão**, em 24/03/2025, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0484318** e o código CRC **DDAB070A**.

Rod. Transamazônica, Sn, Agropolis do Incra - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620
compras.sms@maraba.pa.gov.br, 33230345 - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050584.000004/2025-96

SEI nº 0484318



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância à Saúde

Ofício nº 28/2025/DVS/SMS-PMM

Ilmo.

CARLOS ALEXANDRE PINTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES

Assunto: **Digite aqui o texto do Assunto em negrito.**

Referência: *Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050584.000004/2025-96*

Ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em resposta do processo nº: 05050584.000004/2025-96, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a avaliação de testes diagnósticos, o intervalo de confiança de 95% (IC95%) ou 96% (IC96%) será aceito, desde que os testes ofertados atendam ao requisito mínimo de sensibilidade de 96% estabelecido no termo de referência. A OMS recomenda o uso do intervalo de confiança na determinação da sensibilidade e especificidade dos testes, pois isso fornece uma estimativa mais precisa e confiável do desempenho real dos produtos em condições de uso na prática clínica. Portanto, se os testes apresentarem uma sensibilidade mínima de 96% com o IC95% ou IC96%, essa informação será considerada válida e atenderá aos requisitos técnicos deste pregão eletrônico.

Atenciosamente,

Marabá/PA, 25 de março de 2025

Documento Assinado Eletronicamente
Luana de Jesus de Oliveira
Diretora



Documento assinado eletronicamente por **Luana de Jesus de Oliveira, Diretora**, em 25/03/2025, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0490980** e o código CRC **4B51B9CC**.

Avenida Espírito Santo, N° 299 - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620

dvs@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050584.000004/2025-96

SEI nº 0490980

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90009/2025 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (6)
26/03/2025 08:28		<p>PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: MEDLEVENSOHN - PREGÃO ELETRONICO 90009/2025 - FMS DE SAUDE DE MARABÁ-PA</p> <p>1 mensagem</p> <p>Thayna Santos</p> <p><thayna.santos@medlevensohn.com.br></p> <p>20 de março de 2025 às 14:16</p> <p>Para: licitacao@maraba.pa.gov.br</p> <p>Boa Tarde !</p> <p>A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90, interessada em participar do certame em tela, vem respeitosamente à Vossa presença REQUERER que seja esclarecida a dúvida dos itens a seguir:</p> <p>Item 01</p> <p>– teste rápido covid AG, está sendo solicitado: sensibilidade mínima de 96% e Tipo de Amostra: Nasofaríngeou Nasal</p> <p>.</p> <p>Para fins de atendimento dessa performance, será considerado o Intervalo de Confiança (IC95%)? Os valores de IC95% serão considerados na avaliação dos produtos oferecidos no presente pregão? Em caso negativo, qual amotivação técnica para tal recusa?</p> <p>Para eliminar qualquer tipo de desvio e tornar o resultado mais próximo da realidade, a imensa maioria dos testes rápidos para COVID-19 disponíveis o mercado disponibilizam esta informação apoiada no Intervalo de Confiança de 95% (IC95%), que confere segurança estatística e define os intervalos de resultados possíveis considerando a quantidade de amostras utilizada no ensaio. Desta forma, considerar este intervalo de confiança é a forma mais assertiva de avaliar a performance de produtos paradiagnóstico in vitro, motivo pelo qual solicitamos que seja considerado no presente pregão. Diante disso: os valores de IC95% serão considerados na avaliação dos produtos oferecidos no presente pregão?</p> <p>Está interessada entende que serão aceitos, tanto os testes rápidos que utilizem amostra de swab da nasofaringe, comotambém serão aceitos, os testes rápidos que utilizem amostra de swab da nasal. Este entendimento está correto?</p> <p>Item 02</p> <p>– Teste rápido dengue (anticorpos igg e igm). Testes rápidos de detecção de antígenos ns1. Gostaríamos de confirmar qual teste deverá ser ofertado: teste rápido de anticorpos para dengue igg/igm, teste rápido de antígeno Ns1 para dengue ou teste combo de anticorpos e antígeno para dengue igg/igm + Ns1 ?</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Thayná Y. Santos</p> <p>Prefeitura Municipal de Marabá Secretaria Municipal de Saúde Diretoria de Vigilância à Saúde Ofício nº 28/2025/DVS/SMS-PMM Ilmo. CARLOS ALEXANDRE PINTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES</p> <p>Assunto: Digite aqui o texto do Assunto em negrito. Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050584.000004/2025-96</p> <p>Ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em resposta do processo nº: 05050584.000004/2025-96, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a avaliação de testes diagnósticos, o intervalo de confiança de 95% (IC95%) ou 96% (IC96%) será aceito, desde que os testes ofertados atendam ao requisito mínimo de sensibilidade de 96% estabelecido no termo de referência. A OMS recomenda o uso do intervalo de confiança na determinação da sensibilidade e especificidade dos testes, pois isso fornece uma estimativa mais precisa e confiável do desempenho real dos produtos em condições de uso na prática clínica. Portanto, se os testes apresentarem uma sensibilidade mínima de 96% com o IC95% ou IC96%, essa informação será considerada válida e atenderá aos requisitos técnicos deste pregão eletrônico. (Doc SEI 0490980).</p> <p>Quanto ao questionamento referente ao Teste Rápido para Dengue (item 02), esclarecemos que conforme análise técnica realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde, deverá ser utilizada a especificação tipo DUO (NS1 + IgM e IgG) como parâmetro válido para apresentação de propostas na licitação, nos termos da análise técnica realizada. (Doc. SEI 0484318).</p> <p>Atenciosamente, Marabá/PA, 25 de março de 2025 Documento Assinado Eletronicamente Luana de Jesus de Oliveira Diretora Documento</p>



Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: MEDLEVENSOHN - PREGÃO ELETRONICO 90009/2025 - FMS DE SAUDE DE MARABÁ-PA

Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

26 de março de 2025 às 08:34

Para: Thayna Santos <thayna.santos@medleversoehn.com.br>

Bom dia,

Prezada Senhora,

Segue em anexo a resposta do Setor Demandante, acerca do pedido de esclarecimento referente ao PE 90009/2025/CPL/PMM.

Atenciosamente,
Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL

Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.

CEP.: 68.507-765. Marabá - PA.

Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Diretoria de Governança de Licitações e Contratos - DGLC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 SEI_0484318_Resposta - MEDLEVERSON.pdf
54K

 SEI_0484318_Despacho - MEDLEVERSON.pdf
49K

RES: Pedido de Esclarecimento – Teste Rápido para Dengue

licitacao@cepalab.com.br <licitacao@cepalab.com.br>

7 de abril de 2025 às 13:25

Para: Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>, compras.sms@maraba.pa.gov.br

Prezado Sr. Pregoeiro,

Após nossa análise do Pregão Eletrônico N° 90009/2025 - UASG: 927495, constatamos que o vencedor do lote 3 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, referente ao teste Dengue Duo, não está apto a fornecer o produto conforme especificado no edital. A razão para essa conclusão é que a proposta vencedora se refere ao teste somente para dengue IGG/IGM, enquanto o edital especifica claramente a necessidade de um teste tipo DUO (NS1 + IgM e IgG).

De acordo com o esclarecimento dado pela Direção de Vigilância em Saúde, no Processo nº: 05050584.000004/2025-96, conforme segue:

"Em atenção ao pedido de esclarecimentos realizado pela licitante CEPALAB, referente à especificação do Teste Rápido para Dengue, esclarecemos que, conforme análise técnica realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde, deverá ser utilizada a especificação tipo DUO (NS1 + IgM e IgG) como parâmetro válido para apresentação de propostas na licitação, nos termos da análise técnica realizada."

Com isso, fica claro que a especificação correta é para o teste Dengue Duo, que não corresponde ao produto ofertado pelo vencedor. Diante disso, solicitamos a reavaliação da proposta vencedora, considerando que a mesma não está em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.

Gratos pela atenção, permanecemos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,



Licitação

Rua Gov. Valadares, n° 104 – Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
(31) 3643-0960

De: Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 24 de março de 2025 13:45

Para: Cepalab <licitacao@cepalab.com.br>

Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento – Teste Rápido para Dengue

Boa tarde,

Segue em anexo resposta do Órgão Demandante acerca do pedido de Esclarecimento.

Antonia

Coordenação Permanente de Licitação - CPL

Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá.

Em qui., 20 de mar. de 2025 às 13:40, Cepalab <licitacao@cepalab.com.br> escreveu:

Prezados,

Boa tarde!

Gostaríamos de solicitar um esclarecimento quanto à especificação do **Teste Rápido para Dengue (anticorpos IgG e IgM)**, conforme descrito no edital. Observamos que a descrição menciona as seguintes características:

- **Tipo de Amostra:** Sangue total/Soro/Plasma
- **Tipo de Análise:** Testes rápidos de detecção de **antígenos NS1**
- **Tempo de Resultado:** 10 a 20 minutos
- **Temperatura:** Ambiente ou refrigerada
- **Sensibilidade Mínima:** 92%
- **Especificidade Mínima:** 98%
- **Apresentação:** Cassete
- **Validade:** Não inferior a **75% da validade total**

2	Teste rápido para dengue (anticorpos IgG e IgM). Especificação : Tipo de Amostra: Sangue total/Soro/Plasma, Tipo de análise: Testes rápidos de detecção de antígenosNS1, Tempo de resultado: de 10-20 minutos, temperatura Ambiente ou refrigerada, com sensibilidade mínima de 92%, Especificidade Mínima de 98%, Apresentação: Cassete. A validade não pode ser INFERIOR A 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total.	30.000	R\$ 15,65	R\$ 469.500,000
---	--	--------	-----------	-----------------

Entretanto, identificamos que a descrição faz referência tanto ao **teste de anticorpos IgG e IgM** quanto ao **teste de detecção de antígeno NS1**, levantando a seguinte dúvida:

♦ **O item solicitado refere-se exclusivamente ao teste de detecção de anticorpos (IgG e IgM) ou trata-se do teste combinado DUO (NS1 + IgG/IgM)?**

Agradecemos o esclarecimento para garantir que nossa proposta esteja alinhada com as exigências do certame.

Ficamos no aguardo do retorno e permanecemos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

--



Licitação

Rua Gov. Valadares, nº 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
(31) 3643-0960

RES: Pedido de Esclarecimento – Teste Rápido para Dengue

Diretoria de Vigilância em Saúde - SMS - PMM <dvs@maraba.pa.gov.br>

8 de abril de 2025 às 15:55

Para: COMPRAS SMS Prefeitura de Marabá - SMS <compras.sms@maraba.pa.gov.br>

Os testes rápidos (TR) imunocromatográficos são recomendados para o diagnóstico da dengue na fase aguda apenas se forem do tipo DUO, que detectam tanto o antígeno NS1 quanto os anticorpos IgM e IgG, ou se detectarem exclusivamente o antígeno NS1. Testes que detectam apenas IgG e IgM devem ser utilizados para fins epidemiológicos. Portanto, a prefeitura deve priorizar a aquisição de TR que incluam NS1.

Luana de Jesus de Oliveira
Diretora da Vigilância em Saúde
Portaria 598/2025-GP

[Texto das mensagens anteriores oculto]