

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rurópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS
Pregão Eletrônico - 007/2024-PE/SEMSA

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Serviço de Locação de Gerador de Oxigênio Medicinal Modelo GO-PSA, Pureza 93%~96%, Consumo energético máximo de 0,95 kW/h por m³ O₂, composto de: Gerador de oxigênio PSA; Analisador de O₂ integrado ao gerador PSA; Reservatórios de O₂ e AR conf. ASME com acessórios; Geração de ar por Compressor Tipo Parafuso Lubrificado; Secador por refrigeração; Sistema de filtros duplex; Regulador de pressão e purgadores eletrônicos; Sistema de alarme de falha visual/sonoro. Produção de Oxigênio medicinal de até 10 m³/hora. Sistema Complementar para Geração de Ar Medicinal através do Gerador de Oxigênio locado, conforme ANVISA e ABNT. Itens adicionais são os que seguem:
Secador por adsorção a frio corpo em aço inoxidável com remoção de CO no ciclo de adsorção e com ponto de orvalho -45°C, Sistema de filtros duplex: 2 pré filtros 5,0m, 2 pré filtros coalescentes 1,0m, 2 pós filtros coalescentes 0,01m, 2 filtros carvão ativado 0,003m; Reservatório Ar conf. ASME com válvula; segurança e manômetro; Regulador de pressão e purgadores eletrônicos; Sistema de alarme de falha visual/sonoro. Produção de Ar medicinal de até 17 m³/hora.
Booster Enchedor de Cilindros motorizado, Pressão de 150 bar, isento de óleo, resfriado e lubrificado a ar/água, projetado tempo de operação de 8 horas x 2 horas descanso, Incluso Manifold de enchimento, Equipamento conforme ANVISA e ABNT.
Enchimento de até 2,0 m³/hora de Oxigênio Medicinal. - Quantidade: 10 Mês - Valor Referência: 34.464,81

Fornecedor	Situação	Valor Total
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA (11.209.875/0001-14)	Adjudicado em: 22/04/2024 - 11:36:52 - Por: Francisca Soares Shommer	253.000,00

Francisca Soares Shommer
Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rurópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS
Pregão Eletrônico - 007/2024-PE/SEMSA

Resultado da Homologação

0001 - Serviço de Locação de Gerador de Oxigênio Medicinal Modelo GO-PSA, Pureza 93%~96%, Consumo energético máximo de 0,95 kW/h por m³ O₂, composto de: Gerador de oxigênio PSA; Analisador de O₂ integrado ao gerador PSA; Reservatórios de O₂ e AR conf. ASME com acessórios; Geração de ar por Compressor Tipo Parafuso Lubrificado; Secador por refrigeração; Sistema de filtros duplex; Regulador de pressão e purgadores eletrônicos; Sistema de alarme de falha visual/sonoro. Produção de Oxigênio medicinal de até 10 m³/hora. Sistema Complementar para Geração de Ar Medicinal através do Gerador de Oxigênio locado, conforme ANVISA e ABNT. Itens adicionais são os que seguem:
Secador por adsorção a frio corpo em aço inoxidável com remoção de CO no ciclo de adsorção e com ponto de orvalho -45°C, Sistema de filtros duplex: 2 pré filtros 5,0m, 2 pré filtros coalescentes 1,0m, 2 pós filtros coalescentes 0,01m, 2 filtros carvão ativado 0,003m; Reservatório Ar conf. ASME com válvula; segurança e manômetro; Regulador de pressão e purgadores eletrônicos; Sistema de alarme de falha visual/sonoro. Produção de Ar medicinal de até 17 m³/hora.
Booster Enchedor de Cilindros motorizado, Pressão de 150 bar, isento de óleo, resfriado e lubrificado a ar/água, projetado tempo de operação de 8 horas x 2 horas descanso, Incluso Manifold de enchimento, Equipamento conforme ANVISA e ABNT.
Enchimento de até 2,0 m³/hora de Oxigênio Medicinal. - N/C - Valor Referência: 34.464,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	N/C	10 Mês	25.300,00	253.000,00	Homologado em 22/04/2024 11:36:58 Por: Francisca Soares Shommer

Francisca Soares Shommer
Autoridade Competente

