



Município de Antônio Carlos

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Antônio Carlos -MG, 08 de setembro de 2025.

Ofício nº 026/2025

Excelentíssimo Senhor
Bruno Anderson dos Anjos Rbelo
Prefeito Municipal de Mãe do Rio - PA

Assunto: Pregão Eletrônico nº 015/2024 **AUTORIZA** o Município de Mãe do Rio, a fazer uso da ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 020/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N. 034/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 015/2024, deste município.

Senhora Secretária Municipal de Saúde,

O Fundo Municipal de Saúde do município de Antônio Carlos /MG **AUTORIZA** o Município de Mãe do Rio - PA a fazer uso da Ata de Registro de Preços, referente ao Processo Licitatório n. 034/2024 - Pregão Eletrônico n. 015/2024, cujo objeto é a futuro e eventual fornecimento de materiais e equipamentos permanentes, inclusive médicos e odontológicos, e mobiliário, com entrega parcelada, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Antônio Carlos/MG, pelo período de 12 (doze) meses, cumprindo o que é pedido pelo Município de Mãe do Rio - PA conforme, Ofício Nº 215/2025 emitido na data de 28/08/2025, pelo Sr.º Bruno Anderson dos Anjos Rbelo, Prefeito Municipal de Mãe do Rio - PA.

Ordem	Produto	Marca	Qtd	Un	Preço total
42	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA; EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS; POSSUIR: NO MÍNIMO DE 400.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. - CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE; IMAGEM RAPEZOIDAL QUE POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR; -IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES; - IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO - MODO M, MODO POWER DOPPLER; - MODO COLOR DOPPLER; - MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL; - POWER DOPPLER DIRECIONAL; - MODO DOPPLER ESPECTRAL; - MODO DOPPLER CONTÍNUO; - TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL; - MODO TRIPLEX; - PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS; - PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES; - TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA MAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER; - DIVISÃO	Marca Própria ALFAMED MAGNUS A5	2	UN	200.000,00



Município de Antônio Carlos

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS; - POSSIBILIDADE FUTURA DE SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA - SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS; - SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER; - PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO; - POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO; - CINE LOOP E CINE LOOP SAVE; - PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS; - PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS; - BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS; - MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 23 POLEGADAS; - TELA SECUNDÁRIA COM TECNOLOGIA TOUCH COM NO MÍNIMO 08 POLEGADAS; - TECLADO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL; - PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE ROTACIONAL - DEVE PERMITIR ARQUIVAR /REVISAR IMAGENS; - FRAME RATE DE PELO MENOS 1.000 FRAMES POR SEGUNDO; - TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA; -HD INTERNO DE NO MÍNIMO 500GB; - NO MÍNIMO 04 PORTAS USB; - NO MÍNIMO 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES; - PASSÍVEL DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D; - ONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0; DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEG (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA; - GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE; - IMPRESSÃO DIRETA; - PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO; - ACOMPANHAR OS EGUINTE TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ. TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ. TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ. TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2 A 4 MHZ. DEVE ACOMPANHAR TAMBÉM IMPRESSORA LASER COLORIDA E NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE TRANSDUTORES SETORIAIS PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; - TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA 12 MESES; DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A OMERIALIZAR O PRODUTO; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO.



Município de Antônio Carlos

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O referido Registro de Preços possui vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, com encerramento no dia 26/02/2026.

Informo que o Município de Mãe do Rio - PA fica na responsabilidade de entrar em contato com o fornecedor para verificar se o mesmo tem condições de atender a referida Adesão.

Fornecedor: Alfa Med Sistemas Médicos LTDA CNPJ: 11.405.384/0001-49

Rua Hum nº 55, Galpão 5 – Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira em Lagoa Santa/MG –

CEP 33.240-094 Tel.: (31) 3681-6388 31 99820-4935 e-mail: lediane.pinheiro@alfamed.com

Representante legal: Otávio Veigas

CPF: 131.607.376-91

Para tanto, seguem anexos:

- Cópia integral do Processo Licitatório nº 034/2024 - Pregão Eletrônico nº 015/2024 em caso de dúvidas quanto à utilização do Registro de Preços, entrar em contato com o Setor de Licitações do Fundo Municipal de Saúde do Município de Antônio Carlos.

Atenciosamente,

ROSANEA MARIA DE
JESUS

TURQUETI:09616729608

Assinado de forma digital por
ROSANEA MARIA DE JESUS
TURQUETI:09616729608

Dados: 2025.09.08 14:22:17 -03'00'

ROSANEA MARIA DE JESUS TURQUETI

CPF: 096.167.296-08

Secretaria Municipal de Saúde

ANTÔNIO CARLOS

27 de dezembro

de 1948