

➤ PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Pregão Eletrônico Nº 00034/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

22.999.856/0001-55 - PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	Bomba	Unidade	3	R\$ 9.750,0000	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000
Marca: CMOSDRAKE Fabricante: CMOSDRAKE Modelo / Versão: Yonah Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Registro ANVISA.						
Total do Fornecedor:						R\$ 18.000,0000
32.501.062/0001-73 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	"monitor vídeo"	Unidade	4	R\$ 25.129,3500	R\$ 6.300,0000	R\$ 25.200,0000
Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: ISAIAH/CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 10 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 1 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Registro ANVISA e Certificado INMETRO.ANVISA:80058130019.Validade da proposta: 120 (cento e vinte).Prazo de entrega: 15 (quinze) dias						
Total do Fornecedor:						R\$ 25.200,0000
34.055.837/0001-50 - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Bomba	Unidade	9	R\$ 9.750,0000	R\$ 5.899,0000	R\$ 53.091,0000
Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SP750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Registro ANVISA.						
Total do Fornecedor:						R\$ 53.091,0000
Valor Global da Ata:						R\$ 96.291,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.						

 Imprimir o Relatório

Voltar