

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 11.481.192000/1170-01
UNIDADES ASSISTIDAS: **Centro de Especialidade Lucimar Costa da Silva.**

LOTE ÚNICO					
Item	Descrição	Especificações	Unidade	Quant.	Valor Unitário Médio
1	Impressora Dry de Filmes Radiológicos	Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 14bits; Trabalhar com, no mínimo, 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).	Unidade	01	R\$ 29.644,40
2	Processadora de filmes radiográficos	Automático; material de confecção estrutura/leito em chapa; material anticorrosivo; capacidade no mínimo 70 filmes/hora; tanques de revelador, fixador e água mínimo de 02 litros; aplicação filmes de raio X e mamografia; possuir circuito de proteção contra superaquecimento;	Unidade	01	R\$ 34.836,12
3	Biombo Plumbífero	Estrutura aço ou alumínio; espessura de 02 mm; tipo reto	Unidade	01	R\$ 7.643,33
4	Aparelho de raio X – Fixo (até 800 mA)	Mesa com taque flutuante; painel de comando; estativa porta tubo; bucky mural; colimador; corrente do comando gerador de 500 a 800 mAs	Unidade	01	R\$ 129.706,67

I - DOS CATÁLOGOS / MANUAIS:

A empresa deverá apresentar juntamente a Proposta Comercial, manual do equipamento do fabricante onde deverá conter informações suficientes para análise do produto ofertado em relação a especificação, correspondente a marca e modelo ofertado.

Santa Maria do Pará/PA, 10 de Agosto de 2018.

THIAGO LUCAS GOMES SOARES
Secretário Municipal de Saúde