

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSB

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Quant. Estimada	FORNECEDORES			Média/Valor Unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
				MARCOPOLO	ATHOS BRASIL	MAXVAN		
				Valor Unitário (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Unitário (R\$)		
	FURGÃO ADAPTADO P/ UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; CILINDRADA MÍN DE 2.000 CC; INJEÇÃO ELETRÔNICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍN DE 70 L; TACÔMETRO; ALTURA INTERNA MÍN DE 1.800 MM NO SALÃO DE ATENDIMENTO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR 10M3; PORTA LATERAL DESLIZANTE; DUAS PORTAS TRASEIRAS; CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TÉRMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADO NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO; PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA, REGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRIPOLARES (2P+T) DE 110~127 VCA; INTERRUPTORES P/ ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO; TOMADA EXTERNA (TRI POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA; FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO; TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO À TOMADA DE CAPTAÇÃO, QUE PERMITA O CARRO SER LIGADO A UMA REDE ELÉTRICA TANTO DE 110 COMO DE 220 VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA AS TOMADAS INTERNAS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E ELÉTRICOS DENTRO DO VEÍCULO E AINDA 220 VCA P/ O AR CONDICIONADO SPLIT; ILUMINAÇÃO DO COM PARTIMENTO DE ATENDIMENTO DO VEÍCULO DEVE SER DE DOIS TIPOS: NATURAL - MEDIANTE ILUMINAÇÃO FORNECIDA PELAS JANELAS DO VEÍCULO (CABINE E CARROCERIA), COM VIDROS OPACOS OU JATEADOS NOS SEUS 2/3 INFERIORES NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO							

PROPOSTA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA - MARCOPOLO/VOLARE...

1 mensagem

Alan Divino Siqueira de Souza <alandivino@hotmail.com>
Para: "henriquetflog@gmail.com" <henriquetflog@gmail.com>

7 de maio de 2018 17:38

HENRIQUE...segue proposta em anexo, de uma (01) unidade móvel odontológica. Quaisquer outros esclarecimentos, estamos à vossa disposição.

ALAN DIVINO - AGRAMOTO (Concessionário Marcopolo/Volare)

Tels: Palmas - TO: 63.3216.9906

Belém - PA: 91.3255.1059

Marabá - PA: 94.3018.5150

Cel: (vivo) 63.99978.1755 - (tim) 63.98121.1761

Skype: alan.souza2832

www.agramoto.com.br



De: Liddianne Ribeiro de Souza <liddianneagramoto@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 7 de maio de 2018 20:29

Para: Alan Divino Siqueira de Souza

Assunto: DOC

Liddianne Ribeiro de Souza

Assist. Administrativo

Contato: (63) 3216 - 9999

Fax: (63) 3216 - 9902

liddianneagramoto@hotmail.com

RES: cotação de preços Van odontologica

Carmo-Athos Brasil <m.carmo@athosbrasil.com.br>
Para: Augusto Henrique Furtado <henriquetflog@gmail.com>
Cc: corporativo@athosbrasil.com.br

14 de março de 2018 14:48

Prezado Henrique, boa tarde!

Envio-lhe para apreciação e análise, orçamento para o furgão de odontologia, contemplando todos equipamentos e periféricos necessário para um bom atendimento clínico e diagnóstico;

Verifique se atende suas expectativas, caso for preciso conte conosco para adequar o projeto dentro da sua necessidades;

Ficamos a disposição.

Forte abraço.



Maria do Carmo – Executiva Comercial

Telefone.:+55 (14) 2108-1625

Celular: +55 (14) 98115-7929

SKYPE: carmo.athos

www.athosbrasil.com.br

Antes de imprimir, pense no meio ambiente.

De: Augusto Henrique Furtado [mailto:henriquetflog@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 8 de março de 2018 17:07

Para: Carmo-Athos Brasil

Assunto: Re: cotação de preços Van odontologica

Boa tarde Carmo!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

DSC_6285.jpg



ATHOS BRASIL
soluções em unidades móveis.



Athos nº 083/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA – PA
A/c.Sr. Henrique Furtado

ORÇAMENTO

UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGIA

EM VEÍCULO VAN/FURGÃO

Fornecimento e Adaptação de 01 (um) veículo tipo Furgão ano/modelo 2018, em "Unidade Móvel de Odontologia", com todas as adaptações e mobiliários necessários para atendimento ao público.

A composição, a adaptação e o descritivo técnico seguem conforme abaixo:

1. VEÍCULO

Veículo ano/modelo 2017, Motor Diesel 2.3, atendendo as normas PRONCOVE P-7 (EURO 5);

- Combustível – Diesel;
- Cor branca;
- Potência mínima de 127 CV;
- Freio hidráulico a disco nas 4 rodas; com ABS;
- Cambio com 05 marchas à frente e uma a ré.
- Tração dianteira;
- Capacidade de carga útil de no mínimo 12m³
- Travas elétricas, portas deslizantes na lateral;
- Veículo dotado de todos acessórios (extintor, triângulo, etc.) e documentos exigidos por lei do DENATRAN.

1.1. HABITÁCULO DO MOTORISTA E PASSAGEIRO

- Original do veículo;
- Ambiente dotado de banco do motorista (original do veículo) e banco estofado para acomodação de 02 (dois) passageiros, todos com cinto de segurança.

www.athosbrasil.com.br

Fone: +55 (14) 2108-1600 - Fax: +55 (14) 2108-1601

Rod. Cezário José de Castilho, s/n - Vila São Paulo - Km 345 - CEP:17022-133 - Bauru/SP

CNPJ: 04.617.192/0001-30 - Inscrição Estadual: 209318992112



2. ADEQUAÇÕES EXTERNAS

- Cobertura Externa do tipo toldo retrátil confeccionado em lona trançada do tipo "Durasol®" fixados externamente na lateral direita e estrutura de tubo de aço redondo do tipo metalon, tratado e pintado;

- **Adesivagem/Plotagem**

A adesivagem da Unidade Móvel será de responsabilidade da CONTRATADA. A arte da adesivagem será de responsabilidade da CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá solicitar no momento oportuno. Adesivagem externa será através de grafismo e textos, aplicados por toda a extensão das laterais e traseira da unidade móvel. Confeccionada pelo sistema de "plotagem" com Película autoadesiva, impressa digitalmente com 1440 DPI de alta resolução gráfica;

3. ADAPTAÇÕES INTERNA – COMPOSIÇÃO DO AMBIENTE

3.1 – Consultório odontológico

- Ambiente privativo, totalmente climatizado;
 - 01 (uma) bancada na parte traseira do veículo composta por 01 (um) módulo do tipo gaveteiro;
 - 01 (um) conjunto modular com lavatório dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenóides (para evitar contaminação cruzada);
 - 01 (um) armário aéreo sobre a bancada confeccionado em MDF composto por portas de correr;
 - 01 (uma) mesa retrátil para atendimento e prescrição de receita médica confeccionada em MDF e dotada de pontos de energia elétrica.
 - 01 (um) Kit display (refil) para sabonete líquido e toalheiro;
 - 01 (um) Aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUS;
- Em atendimento as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (Portaria 453), a sala de Radiologia deverá ser vistoriada por um profissional habilitado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, para autorização de funcionamento da unidade móvel, e emissão do alvará de funcionamento com dos seguintes laudos:
- Projeto de Blindagem: cálculos matemáticos para aperfeiçoar a quantidade e espessura do chumbo que deverá ser aplicado no ambiente envolvido.



- Testes de Controles de qualidade do aparelho de mamógrafo, do sistema de processamento e dos acessórios.
- Plano de Proteção radiológica, contendo: levantamento radiométrico ambiental e dos testes de radiação de fuga.

➤ **Equipamentos:**

✓ **01 (um) Consultório Odontológico composto por:**

- **Cadeira** Totalmente automática base em aço maciço, sistema de elevação por moto redutor de rosca sem fim; Com volta à zero, movimentos de subida e descida do assento e encosto; Estofamento revestido em PVCRON laminado e sem costuras com cantos arredondados;
- **Equipo** acoplado à cadeira, braço com movimento horizontal, sistema de ajuste de posição vertical através de anel e trava; Mangueiras lisas, sem ranhuras ou estrias, pedal progressivo; Reservatório de água translúcido e pressurização automática; Caixa de comando em poliestireno de alto impacto; composto por seringa triplice de bico giratório autoclavável; 01 (um) terminal triplo com spray para Alta Rotação e 01 (um) terminal triplo com spray para micromotor;
- **Refletor** com luz branca e fria, intensidade ajustável gradativamente até 20.000 luxes, através de botão localizado no pedal da cadeira; protetor frontal; Cabeçote com acabamento liso, giro livre de 620°; puxadores bilaterais; braço articulável, movimento horizontal e vertical; espelho multifacetado;
- **Unidade de água (auxiliar)** - Estrutura construída em tubo de aço com tratamento anti-corrosivo; cuba removível, com ralo para retenção de sólidos; condutor de água constituído em aço inox, removível e esterilizável; dotado de um sugador para saliva e sangue, com sistema de válvula pneumático, com acionamento automático; filtro intermediário de fácil acesso para limpeza; saídas de ar comprimido e água pressurizada com sistema de engates rápidos de fácil conexão, permitindo utilização de aparelhos e periféricos. Tomada elétrica de 3 pinos.
- **01 (um) Mocho** a gás com estofamento sem costuras, apoio lombar; assento ergonômico. Sistema de elevação mecânica com alavanca de fácil acionamento; Ajuste de aproximação do encosto por mecanismo de fácil acionamento;
- **01 (um) Aparelho Amalgamador Digital** para cápsulas pré-dosificadas com timer digital para programação do tempo em até 30 segundos com desligamento automático no final do



tempo programado. Sistema de segurança que desliga o compartimento da cápsula em caso de abertura accidental. Pintura lisa e cantos arredondados;

- **01 (um) Aparelho de Fotopolimerizador** tipo LED, com luz na faixa de no mínimo 470 mm; timer digital e controle de tempos até 90 segundos através de teclas localizadas na própria caneta; ponteira removível em polímero de alta resistência;
- **01 (uma) Aparelho de Raio-X** para uso odontológico de Parede, com tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0mA (p/ máx. tensão no tubo 70 rVp. médio). Dotado de temporizador digital centesimal, desenvolvido para utilização com filmes convencionais e sensores radiográficos digitais. Braço articulável e cabeçote com contato giratório, pintado em epóxi a 250° graus Celsius, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81mm, Disparador manual à distância de no mínimo 5m;
- **01 (um) Autoclave** com câmara em aço inox, capacidade de 12 Litros. Válvula antivácuo, selo de segurança; painel de controle com leds e botões indicativos das funções, manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador com sistema de segurança para despressurizarão automática; com bandejas com suporte em aço inoxidável.
- **01 (um) Compressor** Odontológico totalmente isento de óleo, deslocamento de ar a 5 bar/80 psi = 110L/min, 120V ou 220V/60Hz, pressão máxima = 8 bar/120 psi; Reservatório com pintura interna com capacidade de no mínimo 25 litros (vertical); Motor de 1 HP, com regulador de pressão com manômetro, filtro coalescente de 0,01 microns, Protetor térmico no motor. Medidas (cxdxh): 37x41x67cm, tempo de enchimento do reservatório de 80 a 120 psi = 0'32". trabalhando na pressão 0-10BAR 0-150 PSI, tensão 220V/230V e potência 10W. Com dreno automático para retirada do condensado do reservatório, 02 vias normalmente fechadas com Timer ON 5" OFF 45'.

4. ADAPTAÇÕES TÉCNICAS

- A. **Assoalho e Piso** – em compensado de madeira tipo naval de 15mm, com tratamento anti-mofo, revestido com manta de PVC, resistente a abrasão, ao rasgo e a prova de umidade. Permite assepsia.
- B. **Janelas** – No interior serão instaladas cortinas do tipo persianas horizontal compostas por lâminas de alumínio, devidamente embutidas na parede lateral.
- C. **Isolamento Térmico Acústico** – nas laterais e no teto do veículo serão instalados placas de poliestireno expandido média intensidade.



- D. Revestimentos internos** – as laterais, portas, divisórias e teto deverá ser em MDF mínimo de 6mm, com revestimento melamínico e acabamento texturizado na cor branca. **Sendo que no Consultório odontológico, as laterais, divisórias e portas deverão ser blindados com manta de chumbo de no mínimo 0,5 mm para evitar fuga de radiação do Raio – X.**
- E. Calafetação** – as uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível tipo “Sikaflex” (adesivo de um componente de poliuretano, de elasticidade permanente com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar);
- F. Mobiliário** (Gabinetes e Armários) – todos confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado em 2 cores, puxadores metálicos tipo alça de espessura 9mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados receberão tratamento e pintura em Laca PU, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza e assepsia. Todas as gavetas serão instaladas com corredeiras metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locomoção da Unidade)
- G. Sistema elétrico** – é independente, através da rede pública na tensão de 220 volts por cabos de extensão PP 3x6 anti-chamas com no mínimo 30 metros, tomadas de no mínimo 32 amperes do tipo “Steck” de 2 pinos + 1 caixa central de distribuição dotada de disjuntores independentes e rede dedicada e independente para sistema do ar condicionado, iluminação interna através de luminárias em cada sala com led, com reatores eletrônicos (bi volts); embutidas no teto interior da unidade e na parte externa através de no mínimo 01 (uma) luminária do tipo “plafon” com lâmpada econômica de 20 watts.
- H. Sistema Hidráulico** – São dois reservatórios de água, um para água limpa e outro para água servida, ambos com capacidade média de no mínimo 100 litros cada, sendo que a alimentação se dará através de bomba elétrica centrífuga com potência de no mínimo 06 (seis) metros de coluna d’água.
- I. Sistema de Ar Condicionado** – do tipo Split, instalados na sala principal, com sistema ciclo frio, acionamento manual ou controle remoto, com potência total de 9.000 Btu’s;
- J. Internet** – Instalação de ponto de rede dentro da sala de atendimento com receptor wireless, sem utilização de fios ou cabos de conexão para transmissão de Internet. Externamente haverá o preparo para conexão a Internet via banda larga conectados por cabo.



- K. **Sistema de Segurança - 01 (um)** Sistema de alarme de invasão ao interior da unidade móvel através de alarme micro processado, com sensores infravermelhos de presença, sirene de no mínimo 01 (um) tom, bateria independente de 12volts e 7ah, e acionamento remoto.
- L. **Sistema de emergência** - através de luz de emergência e extintor de incêndio.

5. REQUISITOS TÉCNICA

- A. Informar marca e modelo na proposta de preços, do veículo e equipamentos e anexar catálogos para melhor análise por parte da Comissão.
- B. Apresentação de certificado de Registro no Ministério da Saúde emitido pela ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) conforme Resolução: RDC 59-Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do fabricante dos equipamentos odontológicos;
- C. Apresentar em nome da licitante, em sua vigência Certificado de Rádio Proteção e Qualidade de Blindagem conforme a portaria 453 de 01/06/1998, do Ministério da Saúde que comprove sua capacitação técnica, referente ao ambiente instalado o aparelho de Raios-X, de um bem equivalente ao objeto da licitação, já fornecido anteriormente;
- D. Apresentar o CAT – Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito e CCT – Comprovante de Capacitação Técnica, correspondente a marca do veículo ofertada na versão motor-casa, emitido pelo DENATRAN, de acordo com a resolução 291 do CONTRAN de 2008, referente ao objeto ofertado em nome da licitante;
- E. Apresentar Atestado de desempenho anterior obrigatoriamente compatível com o objeto em questão, sendo expedido por entidades públicas ou privado; O Atestado deverá ser datado e assinado, conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do contratado;
- F. Apresentar Certidão de registro da pessoa jurídica e de seus Responsáveis Técnicos (engenheiro mecânico) no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Comprovação do vínculo dos Responsáveis Técnicos
- Todos os documentos exigidos para fins de qualificação técnica deverão estar em nome da licitante.

**ATHOS BRASIL**

soluções em unidades móveis.



Athos nº 083/2018

6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- Valor total da Proposta com fornecimento do veículo/furgão e equipamentos conforme descritivo acima;

➤ **R\$ 422.000,00** (Quatrocentos e vinte e dois mil reais)


- Condições de Pagamento: A vista;
- Prazo de entrega: Até 60 (sessenta) dias
- Validade da Proposta: 30 (trinta) dias
- Garantias: Veículo: 12 (doze) meses, fornecido pelo fabricante;
- Adaptações e equipamentos: 12 (doze) meses;

Bauru, 14 de Março de 2018.

Atenciosamente,

**ATHOS BRASIL**

soluções em unidades móveis.


**Maria do Carmo Sousa Lemos**

Executiva Comercial

Tel.: +55 (14) 2108-1625

Cel.: +55 (14) 98115.7929

Antes de imprimir, por favor, confira o conteúdo.

www.athosbrasil.com.br

Fone: +55 (14) 2108-1600 - Fax: +55 (14) 2108-1601

Rod. Cezário José de Castilho, s/n - Vila São Paulo - Km 345 - CEP:17022-133 - Bauru/SP

CNPJ: 04.617.192/0001-30 - Inscrição Estadual: 209318992112



ATHOS BRASIL
soluções em unidades móveis.



Athos nº 083/2018

6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- Valor total da Proposta com fornecimento do veículo/furgão e equipamentos conforme descritivo acima;

➤ **R\$ 422.000,00** (Quatrocentos e vinte e dois mil reais)

- **Condições de Pagamento:** A vista;
- **Prazo de entrega:** Até 60 (sessenta) dias
- **Validade da Proposta:** 30 (trinta) dias
- **Garantias:** Veículo: 12 (doze) meses, fornecido pelo fabricante;
- **Adaptações e equipamentos:** 12 (doze) meses;

Bauru, 14 de Março de 2018.

Atenciosamente,



ATHOS BRASIL
soluções em unidades móveis.




Maria do Carmo Sousa Lemos

Executiva Comercial

Tel.: +55 (14) 2108-1625

Cel.: +55 (14) 98115.7929

Antes de imprimir, pense no meio ambiente.



www.athosbrasil.com.br

Fone: +55 (14) 2108-1600 - Fax: +55 (14) 2108-1601

Rod. Cezário José de Castilho, s/n - Vila São Paulo - Km 345 - CEP:17022-133 - Bauru/SP

CNPJ: 04.617.192/0001-30 - Inscrição Estadual: 209318992112



ATHOS BRASIL

soluções em unidades móveis.



Athos nº 083/2018



www.athosbrasil.com.br

Fone: +55 (14) 2108-1600 - Fax: +55 (14) 2108-1601

Rod. Cezário José de Castilho, s/n - Vila São Paulo - Km 345 - CEP:17022-133 - Bauru/SP

CNPJ: 04.617.192/0001-30 - Inscrição Estadual: 209318992112

ENC: Orçamento Greencar

7 mensagens

João Carvalho <joao@greencar.com.br>
Para: henriquetflog@gmail.com

27 de fevereiro de 2018 10:42

Prezado, Henrique.

Bom dia.

Obrigado, por entrar em contato com a Greencar através do nosso site, estou enviando anexo nossa apresentação comercial, para que você possa conhecer um pouco mais de nossa empresa e nossos produtos.

Abaixo para avaliação nossa proposta comercial.

Fico a disposição para maiores esclarecimentos técnicos ou comerciais.

Projeto: Unidade móvel Odontologica.**Veiculo: Renault Master furão L3H2****SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS****1. REVESTIMENTO INTERNO**

- Isolamento térmico e acústico em placas de isopor com espessura 25 mm coladas no teto e nas laterais do veículo.
- Revestimento interno do teto e laterais em MDF 6mm na cor branca, lisas e higienizáveis, com sistema de encaixe em perfis de alumínio tipo U;
- Acabamento almofadado dos batentes de portas (bate-cabeça) em espuma e courvim automotivo

2. PISO

- Piso nivelado em compensado naval com 15 mm de espessura;
- Aplicação de manta inteira modelo LG, com vedação em sikaflex de todas as bordas;
- Aplicação de caixa de rodas em MDF na cor branca;

3. ARMARIO

- Conjunto modular de armários fabricados em MDF na cor branca com 10 mm ,
modulos para:

- Reservatório de água limpa e servida
- Compressor odontológico
- Pia de inox com torneira
- Ar condicionado

- Armário na lateral direita entre a porta corrediça e o armário traseiro , com gaveteiro e prateleiras
- Armário junto a divisória para instalação do frigobar

4. HIDRAULICA

- 02 (dois) Reservatorio de água, com capacidade de 50 litros cada , sendo um para agua potavel e outro para agua servida;
- Revervatorio de agua servida sob veiculo para cadeira odontologica;
- Lavatorio com cuba de inox e torneira instalado no balcão;
- Sistema hidraulico para abastecimento de agua na cuba e cadeira do dentista , contendo bomba d'agua periferica e interruptor tipo pedal

5. ELETRICA

- Luminárias interna em leds , sendo 04 (quatro) 220 volts e 02 (duas) de 12 volts
- Tomadas dispostas no interior do veiculo para ligação dos equipamentos e mais 02 (duas) tomadas de cada lado sobressalentes
- Interruptores para luminarias
- Interruptores para o sistema de abastecimento de agua na pia e cadeira do dentista;
- Caixa de disjuntores;
- Cabo de extensão de 25 metros;
- 01 (um) sinalizador acústico de ré .
- Transformador 5000W 110/220.

1. EQUIPAMENTOS

- 01 (uma) Janela da porta corrediça com aplicação de película branca com 03 faixas transparente de 10 mm.
- Lixeira cilíndrica em aço inox com capacidade de 10 lts;

- Estribo lateral

6. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO (ITENS FATURADO DIRETO PARA CLIENTE)

- CADEIRA COMPLETA ODONTOLOGICA
- COMPRESSOR – CRISTOFOLI
- MOCHO Mz A GAZ
- AUTOCLAVE DE 12 LITROS – CRISTOFOLI
- MALAGAMADOR ULTRAMT II
- (RAIO X) – VERIFICAR PROTEÇÃO RADIOLOGICA.
- FOTOPOLIMERIZADOR
- **R\$ 23.300,00 (Vinte e três mil e trezentos reais)**

7. ACESSÓRIOS OPCIONAIS (ITENS FATURADO DIRETO PARA CLIENTE)

- Ar condicionado automotivo Dometic – 13.500 btus – 220 volts

R\$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais.

- Toldo lateral retrátil:

R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais)

Valores e condição de pagamento:

VALOR DA ADAPTAÇÃO: Não incluso os itens faturados direto para o cliente:	
Valor unitário:	R\$ 24.600,00 (Vinte e quatro mil e seiscentos reais) - Não incluso itens faturado direto para o cliente).
Condições de Pagamento:	Ato: 40% e saldo para 30/60 ddl
Impostos:	Inclusos no preço
Prazo de entrega:	35 dias dias a partir da entrada do veiculo em nosso pátio.
Garantia:	12 (doze) meses, salvo se constatado uso indevido do produto.
Validade da proposta:	Em até 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão.
Assistência Técnica:	Em nossas unidades em SP/MG, e/ou pré-posto por nós indicado e autorizado para prestação dos serviços.

PROPOSTA COMERCIAL

DATA: 28 /02/2018 VÁLIDO POR: 15 corridos Vendedora: Luciana Verandas Bazzo	Cliente: Estado do Pará Empresa: Prefeitura Municipal de Barcarena End: Bairro: Município: Cep:	E-mail: Telefone: CNPJ/CPF: Inscr. Estadual:
MARCA: Renault	MODELO: Master L3H2	ANO: 2018/2019
TRANSFORMAÇÃO: UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	QUANTIDADE: 1 UNIDADE	PRAZO: A combinar

UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL

- CENTRAL ELÉTRICA COMPOSTA DE DISJUNTOR TERMICO E AUTOMÁTICO, RELES, BASE DE FUSÍVEIS INSTALADOS NA PARTE TRASEIRA INFERIOR DO ARMÁRIO.
- PAINEL ELÉTRICO INTERNO SOBRE A BANCADA.
- RÉGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO DUAS TOMADAS TRI POLARES (2P +T) DE 110~127 VCA.
- INTERRUPTORES PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO SALÃO.
- TOMADA EXTERNA (TRI POLAR) PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA CENTRAL ELÉTRICA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO COM ACESSO PELA PORTA TRASEIRA
- FIO DE EXTENSÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE FLUGUES, TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO.
- TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO A TOMADA DE CAPTAÇÃO, QUE PERMITA O CARRO SER LIGADO A UMA REDE ELÉTRICA TANTO DE 110 COMO 220 VCA, QUE FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA TOMADAS INTERNAS.
- ILUMINAÇÃO "NATURAL" VIDROS OPACOS OU JATEADOS NOS SEUS 2/3 INFERIORES NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO.
- ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL MÍNIMO DE 7 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO SENDO 6 110 VCA E UMA EMERGENCIA 12VCC, DIÂMETRO MÍNIMO DE 200 MM, EM LED.
- COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (MIN 38L) COM SISTEMA DE FILTRAGEM
- APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO COM 70KVP, COM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7MA 9MA, CAMPO DE RADIAÇÃO DE, NO MÁXIMO, 60 mm E PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8, BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE R-X, TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,2 A 2,5 SEG, DISPARADO A DISTANCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS.
- CONJUNTO E PEÇA RETA.
- GABINETE ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR CADEIRA ODONTOLÓGICA.
- EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM QUATRO TERMINAIS SENDO 1 PARA MICRO MOTOR COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE
- REFLETOR ODONTOLÓGICO (MIN 8.000 LUX).
- UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA COM BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU

GARANTIA

A garantia é válida pelo período de 1 (um) ano a contar da data da liberação do veículo. No caso de reparação ou substituição de peças, o período de garantia não será estendido, mantendo-se a sua contagem a partir da data da compra original. Para produtos adquiridos de terceiros e apenas instalados pela AUTOTEC DO BRASIL LTDA-ME, a garantia é válida pelo período estipulado pelo fabricante.

Reclamações por danos subsequentes ou por responsabilidade pelo produto só serão aplicáveis desde que, estejam de acordo com as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor. A garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto devido a manuseio inadequado, maus tratos, instalação incorreta, erros de especificação ou serviços realizados por terceiros após a liberação por parte de nossa empresa,
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivo do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e semelhantes);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular;
- Utilização de peças paralelas ou inadequadas, ou adaptação de peças adicionais sem autorização prévia da AUTOTEC DO BRASIL LTDA-ME
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pela assistência AUTOTEC DO BRASIL LTDA-ME
- Perda de componentes (peças) não serão recolocados.

A garantia restringe-se a substituição ou conserto do produto defeituoso, desde que comprovado, sem custo adicional de instalação e mantendo o comprador de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados pela peça defeituosa.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

AV. Do Rio Bonito, 1020 - Socorro, SP
Contato: 11 5938-1000 e 11 992063482 (WHATSAPP)

VALOR: R\$ 470.000,00

FORMAS DE PAGAMENTO: 201

AUTOTEC SERVIÇOS AUTO
LTDA

Av. do Rio Bonito, 1020

Socorro - CEP: 04716-001

São Paulo - SP