

# Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Juruti  
Fundo Municipal de Saúde - FMS  
Pregão Eletrônico - 014-2022

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/04/2022 10:28	25/04/2022 10:30	02/05/2022 11:00	05/05/2022 09:50	05/05/2022 10:00

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
29/04/2022 - 16:22	Pedido de Esclarecimentos Philips	03/05/2022 - 13:48

Nos termos do documento anexo.

Sr. Licitante,

Em resposta a solicitação de esclarecimento acerca do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA, vimos informar que:

A Prefeitura Municipal de Juruti informa que as exigências junto ao Termo de Referência e ao instrumento convocatório contém as especificações necessárias para o cumprimento do objeto pretendido, definindo-se assim o termo de referência de acordo com a necessidade do requisitante, na busca da execução da sua finalidade, da forma mais vantajosa para a administração, respeitado o objeto pretendido e o interesse público.

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA NA CLAUSULA 4.3. O prazo de fornecimento deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviço/Requisição, pela empresa contratada, nos horários e locais estabelecidos pela(s) Unidade(s) Requisitante(s).

A Administração Pública dentro dos princípios que a norteiam, consequentemente do certame licitatório, devem escolher os melhores meios para satisfazer o interesse público e não pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para a prática de tais atos. E para isso, utiliza-se da discricionariedade que lhe cabe.

Esclarece brilhantemente JACOBY FERNANDES (2012, p. 103):

“Os atos discricionários são aqueles em que, atendidos os requisitos legais, fica a critério do administrador avaliar a conveniência e a oportunidade para sua realização. O binômio conveniência e oportunidade constitui o mérito e só existe nesse tipo de ato”.

Discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. É, portanto, um poder que o direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com a liberdade na escolha segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da autoridade, observando sempre os limites estabelecidos em lei, pois estes critérios não estão definidos em lei.

Nesse contexto, é concedido pelo direito à Administração Pública para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha a partir de critérios de conveniência e oportunidade do administrador. Atendendo, além de tudo, os princípios do regime jurídico administrativo. É de competência exclusiva do administrador, por estar em contato com a realidade tendo, por tanto, condições de apreciá-lo. Tem duplo condicionamento, tanto na esfera externa quanto na esfera interna. Pois externamente limitar-se ao ordenamento jurídico e internamente pelas exigências do bem comum e da moralidade administrativa.

Ademais, o material licitado é de extrema necessidade e essencial para o comprometimento dessa Administração que irá melhorar significativamente os serviços de saúde do município, tendo em consideração que a maioria dos pacientes que precisam realizar esse tipo de exame, precisam se deslocar ao Município de Santarém, o que gera custos e demora nos exames.

O hospital Municipal realiza atendimentos de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (sus), em face da crescente demanda por cuidados médicos, que consequentemente necessitam da realização de exames de imagens, sendo assim, a modernização dos serviços de diagnóstico complementar eleva a produtividade e capacidade técnica local. O tomógrafo é um equipamento essencial para rastreamento e diagnóstico precoce de afecções médicas, bem como são indispensáveis para exame complementar de múltiplas patologias.

Portanto, o risco que pode causar a demora da entrega se sobrepõe ao prazo requerido pelo Licitante, cabendo a Administração ser diligente e zelar pela proteção de tal interesse. Nesse sentido, mantemos o Edital em seus termos originais.

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
--------	---------	---------------	------	-----------	---------	-------------



0001	<p>TOMOGRÁFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE. TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE, EQUIPAMENTO PARA USO GERAL, MULTISLICE, COM MÍNIMO 16 CORTES UTILIZADO PARA GERAR IMAGENS DE TOMOGRAFIA DOS ÓRGÃOS DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DO MAS PARA REDUÇÃO DE DOSE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GANTRY: ABERTURA MÍNIMA DE GANTRY: 65 CM; FAIXA DE ANGULAÇÃO MÍNIMA: +1-30 MECÂNICA OU DIGITAL; TEMPO DE CORTE TOTAL (360): 1 SEGUNDO OU MENOR; CAPACIDADE PARA AQUISIÇÃO HELICAL CONTÍNUA SEM INTERRUPÇÃO: MÍNIMA 90 SEGUNDOS; CONJUNTO TUBO E GERADOR: POTÊNCIA DO GERADOR DE NO MÍNIMO: 24KW OU SUPERIOR, NÃO SENDO PERMITIDA NENHUMA EQUIVALÊNCIA; FAIXA DE CORRENTE DO TUBO: 13 ATÉ 200MA OU MAIOR; FAIXA MÍNIMA DE KV DO TUBO: 80 E 130KV; CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE NO MÍNIMO 2.0 MHU, NÃO SENDO PERMITIDA NENHUMA EQUIVALÊNCIA; CAPACIDADE DE ESFRIAMENTO DO TUBO DE NO MÍNIMO 500 KHU/MIN; COMPRIMENTO VOLUMÉTRICO: MÍNIMO 120 CM LIVRE DE METAIS; SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS: AQUISIÇÃO MULTISLICE DE NO MÍNIMO 16 (FILEIRAS DE DETECTORES) CORTES SIMULTÂNEOS POR ROTAÇÃO DE 360; POSSIBILIDADE DE UP-GRADE PARA RECONSTRUÇÃO EM 32 CORTES; FAIXA DE ESPESURA DE CORTE DE 1 MM OU MENOR, COM COBERTURA DE DETECTOR PELO MENOS 11.0 MM OBTIDOS COM NO MÍNIMO 16 CORTES SIMULTÂNEO; CAMPO DE VISÃO: VARIÁVEL ENTRE 100 E 430MM; GERENCIAMENTO DE DOSE: TECNOLOGIA PARA REDUÇÃO DE DOSE APLICADA AO PACIENTE, POSSUINDO ENTRE OUTROS: RECURSO DINÂMICO DE OTIMIZAÇÃO DE DOSE APLICADA AO PACIENTE NOS PLANOS X, Y E Z DURANTE A AQUISIÇÃO COM CAPACIDADE DE MODULAÇÃO DE CORRENTE (MA) DE ACORDO COM A REGIDO DO CORPO A SER EXAMINADA; RECURSO AVANÇADO AUTOMATIZADO DE RECONSTRUÇÃO ITERATIVA (IDOSE 4, SAFIRE, AIDR-3D, ASIR OU SIMILAR); CONSOLE: MULTI-FUNÇÃO CONTENDO 1 MONITOR LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 19". TECLADO MOUSE; O SISTEMA DEVER PERMITIR MANIPULAÇÃO FILMAGEM E PROCESSAMENTO DE IMAGENS PREVIAMENTE ARMAZENADAS DURAN</p>	1.240.675,47	1,00	- UN	Fracassado
------	--	--------------	------	------	------------

\* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/04/2022	Edital - PE - 014-2022.pdf
29/04/2022	5. Aviso de Retificação - PE 014-2022.pdf
29/04/2022	Edital - PE - 014-2022 - oficial.pdf
03/05/2022	Resposta de Esclarecimento.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
05/05/2022 - 14:56	Negociação aberta para o processo 014-2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 014-2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2022 - 14:57	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 16:58.
06/05/2022 - 10:47	Documentos solicitados para o processo 014-2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2022 - 11:20	Documentos solicitados para o processo 014-2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2022 - 12:09	Documentos solicitados para o processo 014-2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



27/05/2022 - 13:13	Documentos solicitados para o processo 014-2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2022 - 13:13	Documentos solicitados para o processo 014-2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2022 - 13:13	Documentos solicitados para o processo 014-2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.

Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360; possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema dever permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40.167.282/0001-30	05/05/2022 - 08:48:31	UNIDADE	KENO	1,00	1.055.000,00	R\$ 1.055.000,00	Sim
IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	12.255.403/0001-60	04/05/2022 - 16:51:37	Imagine Acess	Própria/ Próprio	1,00	1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	Não
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	40.972.157/0001-01	05/05/2022 - 09:28:26	General Eletric - GE	General Eletric - GE	1,00	1.378.000,00	R\$ 1.378.000,00	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	12.255.403/0001-60	90 dias
DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40.167.282/0001-30	90 dias
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	40.972.157/0001-01	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.

Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical



contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360; possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema deve permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/05/2022 - 16:51:37	1.700.000,00 (proposta)	12.255.403/0001-60 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, "Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6.?" por que a licitante está com a sua proposta no valor de 1.700.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não obtivemos resposta. Acrescenta-se ainda que a desclassificação da licitante IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, embasa-se no item 7.5. que diz " Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência" 27/05/2022 12:59:17
05/05/2022 - 08:48:31	1.055.000,00 (proposta)	40.167.282/0001-30 - DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desatendeu o que pede o item 9.1.9. inciso I, Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante. NÃO ATENDEU; Desatendeu o que pede o item 9.3.5. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.1.8, (incisos III, IV V e VI), e no subitem 9.1.9 (inciso I) em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU; Desatendeu o que pede o item 9.1.10. inciso I. NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE PERTINENTE AO OBJETO LICITADO. 27/05/2022 11:09:02
05/05/2022 - 09:28:26	1.378.000,00 (proposta)	40.972.157/0001-01 - GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, "Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6.?" por que a licitante está com a sua proposta no valor de 1.378.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não obtivemos resposta. 27/05/2022 12:01:45

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



27/05/2022 - 12:01:45

GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40.972.157/0001-01

Item 0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.  
Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360; possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a região do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar); console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema deve permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran

Desclassificação: Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, "Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6.?" por que a licitante está com a sua proposta no valor de 1.378.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não obtivemos resposta.

27/05/2022 - 12:59:17

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA 12.255.403/0001-60

Item 0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.  
Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360; possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a região do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar); console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema deve permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran

Desclassificação: Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, "Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6.?" por que a licitante está com a sua proposta no valor de 1.700.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não obtivemos resposta. Acrescenta-se ainda que a desclassificação da licitante IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, embasa-se no item 7.5. que diz " Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência"

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/06/2022 - 16:20	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
05/05/2022 - 10:07:22	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes!
05/05/2022 - 10:07:44	Pregoeiro	Vamos dá início ao processo.
05/05/2022 - 10:07:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/05/2022 - 11:35:09	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/05/2022 - 11:35:09	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



05/05/2022 - 11:35:09	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/05/2022 - 11:35:09	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/05/2022 - 12:07:56	Pregoeiro	senhores licitantes, a sessão ficará suspensa e retornará em 05/05/2022 as 14:30 horas.
05/05/2022 - 14:41:17	Pregoeiro	Boa tarde
05/05/2022 - 14:41:39	Pregoeiro	Vamos dá continuidade ao processo.
05/05/2022 - 14:42:13	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
05/05/2022 - 14:42:13	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/05/2022 - 14:52:15	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/05/2022 - 14:56:45	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.055.000,00.
05/05/2022 - 14:56:45	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
05/05/2022 - 14:57:21	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 16:58.
05/05/2022 - 15:16:11	F. DISTRIBUIDORA NIP...	Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, informamos que esse é o menor valor ofertado.
05/05/2022 - 17:00:22	Pregoeiro	Senhores licitantes, esta comissão informa que o processo será suspenso e retornará em 06/05/2022 as 09:30
06/05/2022 - 09:51:36	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.
06/05/2022 - 10:03:18	Pregoeiro	Senhores licitantes, esta comissão informa que estamos enfrentando uma lentidão em nossa internet e com isso não segura a plataforma. Solicitamos a todos que tenham paciência.
06/05/2022 - 10:47:51	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:48 do dia 06/05/2022.
06/05/2022 - 10:47:51	Sistema	Motivo: Diante do exposto no item 7.2. Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, observando o item 7.2.2.
06/05/2022 - 11:00:57	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
06/05/2022 - 15:14:52	Pregoeiro	boa tarde senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 09/05/2022 as 10:00
09/05/2022 - 10:00:21	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.
09/05/2022 - 10:38:50	Pregoeiro	esta comissão informa que está analisando a documentação de Habilitação da Empresa que teve sua proposta vencedora após a fase de lances!
09/05/2022 - 11:55:15	Pregoeiro	senhores licitantes a sessão ficará suspensa e retornará em 09/05/2022 as 15:00 horas.
09/05/2022 - 15:08:03	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes!
09/05/2022 - 15:09:55	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes!
09/05/2022 - 16:59:10	Pregoeiro	Senhores licitantes estamos em constantes quedas de internet e com a impossibilidade de acesso ao sistema. Logamos pelo celular apenas informá-los.
09/05/2022 - 16:59:57	Pregoeiro	Informamos que o processo ficará suspenso e retornará em 10/05/2022 as 10:00
10/05/2022 - 10:47:10	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
10/05/2022 - 10:48:43	Pregoeiro	Senhores licitantes esta comissão informa que ainda estamos enfrentando quedas de acesso ao sistema. Fiquem logados!
10/05/2022 - 14:39:32	Pregoeiro	Senhores licitantes, esta comissão vem informar que o processo ficará suspenso para análise minuciosa da comissão junto a assessoria para uma melhor análise das documentações de habilitação. Assim que tivermos a finalizado a análise, iremos informar via chat o dia da reabertura do certame.
24/05/2022 - 17:22:47	Pregoeiro	(Prezados, informo aos senhores e a quem possa interessar, que no dia 27/05/2022 as 10h e 30 min. será reaberta a sessão pública do pregão n. 014/2022 para continuidade do procedimento.
27/05/2022 - 10:32:34	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.
27/05/2022 - 11:09:02	Sistema	O fornecedor DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado no processo.
27/05/2022 - 11:09:02	Sistema	Motivo: Desatendeu o que pede o item 9.1.9. inciso I, Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante. NÃO ATENDEU; Desatendeu o que pede o item 9.3.5. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.1.8, (incisos III, IV V e VI), e no subitem 9.1.9 (inciso I) em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU; Desatendeu o que pede o item 9.1.10. inciso I. NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE PERTINENTE AO OBJETO LICITADO.
27/05/2022 - 11:09:02	Sistema	O fornecedor DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/05/2022 - 11:09:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1.378.000,00.
27/05/2022 - 11:20:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 27/05/2022.
27/05/2022 - 11:20:45	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6. ?
27/05/2022 - 12:01:45	Sistema	O fornecedor GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/05/2022 - 12:01:45	Sistema	Motivo: Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, "Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6. ?" por que a licitante está com a sua proposta no valor de 1.378.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não obtivemos resposta.



27/05/2022 - 12:01:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA com lance de R\$ 1.700.000,00.
27/05/2022 - 12:06:47	Pregoeiro	Acrescenta-se ainda que a desclassificação da licitante GABIMED DISTRIBUIDORA, embasa-se no item 7.5. que diz 1C Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência 1C
27/05/2022 - 12:09:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 27/05/2022.
27/05/2022 - 12:09:31	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6. ?
27/05/2022 - 12:59:17	Sistema	O fornecedor IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
27/05/2022 - 12:59:17	Sistema	Motivo: Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, "Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6.?" por que a licitante está com a sua proposta no valor de 1.700.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não obtivemos resposta. Acrescenta-se ainda que a desclassificação da licitante IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, embasa-se no item 7.5. que diz " Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência"
27/05/2022 - 13:13:40	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 08/06/2022.
27/05/2022 - 13:31:17	F. GABIMED DISTRIBUI...	Documentação Item 0001: Saudações. Ilustríssima Comissão de Licitação, Senhor Pregoeiro, uma vez que não houve propostas válidas para este processo, visto que Vossa Senhoria inabilitou as licitantes com documentos válidos sem ao menos abrir prazo para recurso. Não estamos de acordo com o julgamento, muito menos com a solicitação de novos documentos de habilitação. Ressalto que temos comprovações plausíveis que comprovam o preço ofertado em nossa proposta. Pedimos que nos encaminhe a comprovação de preços utilizados como referência para o item em questão.
27/05/2022 - 17:18:38	Pregoeiro	Sr. representante da empresa F GABIMED DISTRIBUIDORA, conforme registrado em ata, foi aberto diligencia para que esta empresa adequasse o preço de acordo com a referencia disposta no edital e seus anexos, no entanto, exaurido o tempo disponibilizado, esta empresa não se manifestou, e conforme dispoe o subitem 7.5 do edital os preços não poderão está superiores ao preço da referencia, e verificando o preço proposta por esta empresa constatou-se o valor R\$ 1.378.00,00, e o valor de referencia constante no edital é de R\$ 1.056.000,00. Ressalta-se que a fase recursal somente será disponibilizada após conclusão da fase de diligencia, e declaração de vencedor definitivo do certame, que no caso, ainda não ocorreu.
08/06/2022 - 16:00:01	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, diante do não atendimento as exigências editalícias e mediante diligências solicitada por este Pregoeiro e não atendidas, o porcesso fracassará.
08/06/2022 - 16:00:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/06/2022 às 16:20.
08/06/2022 - 16:47:14	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

---

Keydson Francisco Morais Meireles  
Pregoeiro

---

COSME SOUSA FERREIRA  
Apoio

---

Katia Vidinho dos Santos  
Apoio

---

SIMONE BENTES DE LIRA  
Apoio

