



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Nº 044/2017

Às 09:30 hs do dia 27 de Dezembro de 2017, no Auditório da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ - PA, reuniram - se a pregoeira Elizabete Moreira de Silva e respectivos membros da equipe de apoio, para reabertura do processo licitatório, cujo objeto é a **Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Emenda Parlamentar Nº 11674.805000/1140-01**. A pregoeira iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos legais. Deixou clara a proibição do uso de telefone celular, pois o uso do mesmo atrasa e impede o andamento saudável do certame. Imediatamente a pregoeira iniciou a negociação dos itens para em seguida habilitar as empresas vencedoras. Apresentaram para a licitação os licitantes abaixo relacionados, com seu respectivo representante: POLYMEDH EIRELI - EPP inscrito no CNPJ: 63.848.345/0001-10 tendo como seu representante o Sr. JOHN WIRLANE BATISTA DE MATOS CPF: 015.389.552-70 e NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME inscrito no CNPJ: 05.048.534/0001-01 tendo como seu representante o Sr. SEBASTIÃO VALDINEZ DOS SANTOS SILVA CPF: 223.347.342-68. Habilitam as propostas. Começa a fase de negociação ficando os itens negociados conforme planilha abaixo:

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE						
1	AMBIENTE: SALA DE ESPERA					
1.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AR CONDICIONADO	1	700,00	700,00	LG	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO			
TIPO	JANELA MÍNIMO DE 7000 BTU					
2	AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					
2.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO	1	3.800,00	3.800,00	DENTEMED	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	INSTALAÇÃO MODO SE OPERAÇÃO UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL DE TENÇÃO (KVP) FAIXA		COLUNA FIXA ANALÓGICO NÃO POSSUI 01			
2.2	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.			
AR CONDICIONADO	2	700,00	1.400,00	LG	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO				
TIPO		JANELA MÍNIMO DE 7000 BTU				
3	AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS					
3.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BALDE A PEDAL/LIXEIRA	15	150,00	2.250,00	BRINOX	NORTMED DISTRIBUIDORA DE
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE		AÇO INOXDÁVEL MÍNIMO DE 05 LITROS			PRODUTOS MÉDICOS LTDA
3.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESCALA COM 2 DEGRAUS	10	95,00	950,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO/FERRO PINTADO			
3.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO DE CURATIVOS	3	550,00	1.650,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO ACESSÓRIO(S)		AÇO INOXDÁVEL NÃO POSSUI			
3.4	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE EXAMES	4	600,00	2.400,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO POSIÇÃO DO LEITO ACESSÓRIO(S) GABINETE COM PORTAS E GAVETAS		AÇO INOXDÁVEL FIXO NÃO POSSUI NÃO POSSUI			
3.5	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ARMÁRIO	4	250,00	1.000,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	DIMENSÕES MIN./MAT. CONFECCÃO		0,75 X 0,75 X M/AÇO			
4	AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO					
4.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA MÍN. 208 LTS)	4	1.000,00	4.000,00	BOSCH	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 280 LITROS			
5	AMBIENTE: ÁREA DE ESTERELIZAÇÃO					
5.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS)	1	65.000,00	65.000,00	PROJEX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI			
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
	EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADOR, CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADOR PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNAS E INTERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL; POSSUIR BOMBA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE, 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE					
6	AMBIENTE: RADIOLOGIA					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
6.1	BIOMBO PLUBÍFERO	1	2.500,00	2.500,00	DENTEMED	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ESPESSURA ESTRUTURA TIPO		MÍNIMO DE 02 MM AÇO CURVO			
6.2	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS	1	20.000,00	20.000,00	CONEX	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	APLICAÇÃO		FILMES DE RAIO X			
6.3	NEGATOSCÓPIO	1	380,00	380,00	KR	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO		AÇO INOXDÁVEL MESA/1 CORPO			
6.4	POLTRONA HOSPITALAR	20	997,00	19.940,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ARMAÇÃO ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO DESCANSO PARA PÉS CAPACIDADE ACIONAMENTO		AÇO/FERRO PINTADO FIXO INTEGRADO 120 QUILOS MANUAL			
6.5	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (ATÉ 75 LITROS)	5	4.995,00	24.975,00	STERMAX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. POSSUI CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DIGITAL COM DOIS AVISOS QUE PERMITEM O CONTROLE SIMULTÂNEO DOS PARÂMETROS DO CICLO; CONTROLE DO CICLO TOTALMENTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO COM MILHARES DE CICLOS E PROGRAMÁVEIS E QUE PERMITE AJUSTE DE TEMPO SEGUNDO A SEGUNDO E DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIGAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; SECAGEM DO MATERIAL COM AJUSTES DE TEMPERATURA GRAU A GRAU E DE TEMPO SEGUNDO A SEGUNDO. COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS; COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS; PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.						
6.6	LONGARINA 3 LUGARES	18	600,00	10.800,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ASSENTO/ENCOSTO		POLIPROPILENO COR LARANJA			
6.7	CADEIRA DE RODAS	10	950,00	9.500,00	CARONE	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS PÉS ELEVAÇÃO DE PERNAS SUPORTE DE SORO CAPACIDADE		AÇO/ FERRO PINTADO FIXO FIXO POSSUI POSSUI DE 110 KG A 160 KG			
6.8	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

						VENCEDORA
	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO		1.795,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	6	ESPECIFICAÇÕES:	10.770,00	INALAMED	POLYMEDH EIRELI - EPP
	TIPO DE COMPRESSOR		4 SAÍDAS			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
TIPO COMPRESSOR, COM 4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE ¼ DE HP. APRESENTA COMPRESSOR TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO; VASÃO LIVRE: 28LTS/MIN; MOTOR: COMPACTO MONOFÁSICO, PRESSÃO MÁXIMA: 40PSII; TENSÃO: 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO); ACOMPANHA: 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS; COMPOSTOS POR 1 COPINHO; 1 MANGUEIRA; 1 MASCARA ADULTA, 1 MASCARA INFANTIL, 1 SUPORTE COM RODÍZIOS E SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COM COPO DOSADOR (NÃO DERRAMA MEDICAMENTO)						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
6.9	DETECTOR FETAL	10	798,00	7.980,00	MD	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OUTROS (ESPECIFICAR)		DIGITAL PORTÁTIL PARA MONITORAÇÃO CONTÍNUA			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
E DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 9 SEMANAS, COM TRASDUTOR D NO MÍNIMO 2 MHZ. AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS. DISPLAY LCD COM MOSTRADOR DIGITAL, APRESENTAÇÃO DE F.C.F. ESCAL DE MEDIÇÃO DA C.F.C DE 50 A 240 BPM. CONTROLE DE VOLUME ; SAÍDA P/ FONE DE OUVIDO. ACESSÓRIOS: ALÇA P/ PESCOÇO ; BOLSA PARA TRANSPORTE . ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE NO MÍNIMO 1,5V RECARREGÁVEL. ACOMPANHA CARREGADOR DE BATERIA.						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
6.10	BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁTICA ROTATIVA	2	6.700,00	13.400,00	LEISTUNG	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OUTROS (ESPECIFICAR)					
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME LIMITE E/OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 230V; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25ML/H; FLUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1; VOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; TAXA DE BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FUNÇÃO KEEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H; FUNÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJUSTE DO VOLUME DE ALARME – ALARMES SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICAM: FLUXO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA DO GLOTEJADOR, EQUIPO INCORRETO, OCLUSÃO, PORTA ABERTA, FIM DE INFUSÃO, KVO						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
6.11	VENTILADOR PULMONAR	1	40.800,00	40.800,00	LEITUNG	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OUTROS (ESPECIFICAR)					
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL MODELO LUFT3. ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 2 CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 2 CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NEONATAL (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 1 MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO, 1 PULMÃO DE TESTE COM RESISTÊNCIA, 2 VÁLVULAS EXALATÓRIAS, 1 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 1 UMIDIFICADOR, 1 JARRA						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
6.12	MESA DE EXAMES	15	600,00	9.000,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	POSIÇÃO DO LEITO SUPORTE PARA PAPEL E ACESSÓRIOS		AÇO/FERRO PINTADO FIXO POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
7	AMBIENTE: RECEPÇÃO/REGISTRO					
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
7.1	IJMPRESSORA LASER (COMUM)	2	600,00	1.200,00	HP	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	PADRÃO DE COR MEMÓRIA		MONOCROMÁTICO 16 MB			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	RESOLUÇÃO		600 X 600			
	VELOCIDADE		33 PPM			
	CAPACIDADE		100 PÁGINAS/BANDEJA			
	CICLO		25.000 PÁGINAS/MÊS			
	INTERFACE		USB E REDE			
	FRENTE E VERSO		AUTOMÁTICO			
	GARANTIA		MÍNIMA DE 12 MESES			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
7.2	COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)	2	1.900,00	3.800,00	COAS	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	PROCESSADOR		NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OI			
	MEMÓRIA RAM		AMD A10			
DISCO RÍGIDO	4GB, DDR3, 1600 MHZ					
DE MONITOR	MÍNIMO DE 500 GB					
MOUSE	18,5" (1366 X 768)					
FONTE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL					
SISTEMA OPERACIONAL	(COM FIO)					
GARANTIA	COMPATÍVEL COM O ÍTEM					
TECLADO	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)					
INTERFACE DE REDE	MÍNIMA DE 12 MESES					
INTERFACE DE VÍDEO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM					
UNIDADE DE DISCO	FIO)					
	10/100/1000 E WIFI					
	INTEGRADA					
	CD/DVD ROM					
8	AMBIENTE: LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA					
8.1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (75 A 150 LITROS)	1	50.000,00	50.000,00	ESTERMAX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
EQUIPAMENTOS HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADOR, CPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 90 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MMATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TERMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM VEDAÇÃO POR GUARNIÇÃO DE SILICONE. SISTEMA HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES E CONEXÃO DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU MATERIAL COMPATÍVEL; POSSUIR BOMBA DE VÁCUO TIPO ANAEL LÍQUIDO E BOMBA CENTRIFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE GERADOR DE VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE, 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE						
8.2	NOME DO EQUIPAMENTO	2	VALOR UNITÁRIO (R\$)	13.000,00	LABOR EMPORTE	POLYMEDH EIRELI - EPP
	MICROSCÓPIO LABORATORIAL		6.500,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OPCIONAIS (DESCREVE)		NÃO POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REVOLVER INVERTIDO PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS CFI 60 PLANA CROMÁTICA DE 4X, 10X, 40X E 100X IMERSÃO E RETRÁTIL; (ÓTICA INFINITA). - PLATINA DE 78 X 54 MM ESPECIALROTATIVA EM 360 GRAUS QUE PERMITA AO USUÁRIO TRABALHAR COM A MESMA EM QUALQUER POSIÇÃO E COMTRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150 MM E QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS AO MESMO TEMPO; CABEÇOTE BINOCULAR COM						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS E COM OPÇÃO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS PARA AS OCULARES COM AJUSTE INTERPUPILAR DE 47 MM ATÉ 75 MM; 01 PAR DE OCULARES CFI DE 10X (CAMPO AMPLO) DE 20 MM DE CAMPO; AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES; AJUSTES INDEPENDENTES DE MACRO MICOMÉTRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E CURSO DE 37,7 MM; MACRO MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENÇÃO E COM CONTROLE DO CHARRIOT PRÓXIMO DE SEU COMENDO; ILUMINAÇÃO HALÓGENA EMBUTIDA NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRÔNICA COM ILUMINADOR E REFLETOR; CONDENSADOR MÓVEL CENTRALIZÁVEL TIPO ABBE N.A.1,25 COM DIAGRAMA DE ÍRIS E FILTRO AZUL NCB 11 DE 35 MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 11/120 V - 50/60 HZ					
9	AMBIENTE LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA					
9.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MICROSCÓPIO LABORATORIAL	1	6.500,00	6.500,00	LABOR EMPORTE	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OPCIONAIS (DESCREVE)		NÃO POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REVOLVER INVERTIDO PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS CFI 60 PLANA CROMÁTICA DE 4X, 10X, 40X E 100X IMERSÃO E RETRÁTIL; (ÓTICA INFINITA). - PLATINA DE 78 X 54 MM ESPECIALROTATIVA EM 360 GRAUS QUE PERMITA AO USUÁRIO TRABALHAR COM A MESMA EM QUALQUER POSIÇÃO E COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150 MM E QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS AO MESMO TEMPO; CABEÇOTE BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS E COM OPÇÃO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS PARA AS OCULARES COM AJUSTE INTERPUPILAR DE 47 MM ATÉ 75 MM; 01 PAR DE OCULARES CFI DE 10X (CAMPO AMPLO) DE 20 MM DE CAMPO; AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES; AJUSTES INDEPENDENTES DE MACRO MICOMÉTRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E CURSO DE 37,7 MM; MACRO MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENÇÃO E COM CONTROLE DO CHARRIOT PRÓXIMO DE SEU COMENDO; ILUMINAÇÃO HALÓGENA EMBUTIDA NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRÔNICA COM ILUMINADOR E REFLETOR; CONDENSADOR MÓVEL CENTRALIZÁVEL TIPO ABBE N.A.1,25 COM DIAGRAMA DE ÍRIS E FILTRO AZUL NCB 11 DE 35 MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 11/120 V - 50/60 HZ						
10	AMBIENTE: LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA					
10.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESTUFA DE SECAGEM	1	1.100,00	1.100,00	SOLIDSTEEL	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO TEMPERATURA ATÉ 250°C CAPACIDADE PORTA	AÇO CARBONO POSSUI MÍNIMO DE 10 LITROS POSSUI					
10.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CAPELA DE FLUXO LAMINAR	1	11.000,00	11.000,00	CENTER	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI					
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
VELOCIDADE DO FLUXO DE AR VERTICAL DE 0,45 M/S +/-10% DE RENOVAÇÃO DE AR PARA O AMBIENTE DE TRABALHO VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 335 M3/H VIDRO FRONTAL, TEMPERADO E TRANSPARENTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: A) SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE MANTENHA O VIDRO ABERTO; B) ABERTURA TIPO GUILHOTINA QUE PERMITA ABERTURA; C) ÂNGULO MÍNIMO DE 05° PARA MELHOR ERGONOMIA DE TRABALHO. ÁREA DE TRABALHO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: A) TAMPO INTEI RIÇO REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; B) TAMPOEM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR; C) LÂMPADA FLUORESCENTE E GERMICIDA; D) TOMADA AUXILIAR DUPLA; ESTRUTURA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: A) CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA ELETROTÁSTICA EPOXI-PÓ; CONJUNTO DE MOVIMENTAÇÃO E FILTRAGEM DO AR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: A) FILTRO HEPA CLASSE A3. NBR-6401, EU-13 EUROVENTE 4/4, COM EFICIENCIA DE 99,99% DOP PARA PARTICULAS DE 0,3 MÍCON. B) PRÉ FILTRO; PAINEL DE CONTROLE FRONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: A) COM SISTEMA INDICADOR DE SATURAÇÃO DOS FILTROS; B) COM NO MÍNIMO CHAVE PARA ACIONAMENTO DE: B.1) MOTOR; B.2) LÂMPADA UV E ILUMINAÇÃO PARA ÁREA DE TRABALHO; B.3) SILENCIADOR DE ALARME. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LÂMPADA UV QUANDO O VIDRO FOR ABERTO. FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA DE UV SOMENTE COM O FECHAMENTO TOTAL DO VIDRO FRONTAL. NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 65DB. BASE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESMONTÁVEL, QUE POSSA SER SEPARADA DA ESTRUTURA DE ÁREA DE TRABALHO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.						
10.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

11 AMBIENTE:ROUPARIA						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
11.1	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	2	1.000,00	2.000,00	BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE		AÇO CARBONO MÍNIMO DE 20 LITROS POSSUI POSSUI			
11.2	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1	920,00	920,00	BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE		POLIPROPILENO/SIMILAR MÍNIMO DE 200 LITROS			
12 AMBIENTE: SALA PARA RECEBIMENTO, PASSAGEM, CLASSIFICAÇÃO E LAVAGEM (ÁREA "SUJA")						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
12.1	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1	920,00	920,00	BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE		POLIPROPILENO/SIMILAR MÍNIMO DE 200 LITROS			
13 AMBIENTE: ÁREA LIMPA						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
13.1	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1	920,00	920,00	BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE		POLIPROPILENO/SIMILAR MÍNIMO DE 200 LITROS			
14 AMBIENTE: ÁREA DE RECEPÇÃO E LAVAGEM						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
14.1	SUPORTE DE HAMPER	2	390,00	780,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO RODÍZIOS		AÇO INOXIDÁVEL POSSUI			
15 AMBIENTE: ÁREA DE PREPARO						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
15.1	BANQUETA	3	198,00	594,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ASSENTO MATERIAL DE CONFECCÃO REGULAGEM DE ALTURA RODÍZIOS		FIXO AÇO/FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI			
16 AMBIENTE: ÁREA DE GUARDA E DISTRIBUIÇÃO						
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
16.1	ESTANTE	20	80,00		KR	NORTMED



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:		1.600,00		DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
REFORÇO CAPACIDADE/PRATELEIRAS		POSSUI MÍNIMO 20 KG/ PRATELEIRAS				
17	AMBIENTE: SALA DE TRIAGEM					
17.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GLICOSÍMETRO	3	80,00	240,00	ON CAL PLUS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
ASSESÓRIOS	TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR					
18	AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA GINE - OBSTÉTRICA C/ ALOJAMENTO CONJUNTO)					
18.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	5	300,00	1.500,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO RODÍZIOS TAMANHO	AÇO/FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO					
19	AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA PEDIÁTRICA)					
19.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	4	300,00	1.200,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO RODÍZIOS TAMANHO	AÇO/FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO					
20	AMBIENTE: BERÇÁRIO DE OBSERVAÇÃO					
20.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BERÇO AQUECIDO	1	10.000,00	10.000,00	OLIBEF	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI					
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR REVESTIDO DE QUARTZO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO COM CALHA PROTETORA E COM ALETAS DIRECIONADORAS QUE PROPICIAM CALOR HOMOGÊNIO EM TODA A ÁREA DO COLCHÃO; POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLATO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOLÓGICO; POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE DETECÇÃO ELETRÔNICA PARA SOBRECARGA NO ELEMENTO AQUECEDOR; LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO EM TRENDELEMBURG E PÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE COBERTO COM CAPA EM PVC REMOVÍVEL; ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI COM RODÍZIO COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRAZEIRO; PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO COM INDICAÇÕES GRÁFICAS E NUMÉRICAS COM ACABAMENTO LISO QUE EVITA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E COM TECLAS TIPO TOQUE SUAVE; DISPLAY ALFANUMÉRICO DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO DE FUNDO PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APGAR E ALARME; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADOR, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APGAR INCORPORADO; ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA INDICANDO PELO MENOS: FALTA DE ENERGIA, FALTA E DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; BAIXA E ALTA TEMPERATURA DO PACIENTE, ALTA TEMPERATURA DO ELEMENTO AQUECEDOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PERMITE INDICAÇÃO SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA DA PELE, DA TEMPERATURA DE AJUSTES, DA TEMPERATURA AUXILIAR, DA TEMPERATURA AMBIENTE, DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO EM USO E DADOS DO PACIENTE; DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: PRATELEIRA SOB O LEITO PARA GUARDA DE MATERIAIS, DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA MONITORES QUE SUPORTE A CARGA DE PELO MENOS 10 KG, SUPORTE FLEXÍVEL PARA POSICIONAR CIRCUITOS DE VENTILADORES, HASTE PARA BOMBA DE INFUSÃO E SUPORTE DE SOROLIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.						
20.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)	1	4.900,00	4.900,00	OLIBEF	NORTMED DISTRIVUIDORA DE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ILUMINAÇÃO		LED				
NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
20.3	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	600,00				
CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
RODÍZIOS CUNA ESTRUTURA PRATELEIRA REGULAGEM	1	NÃO POSSUI TERMOPLÁSTICO AÇO/FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI	600,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
20.4	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)	20.000,00				
CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
OPCIONAIS (DESCREVER)	1	NÃO POSSUI	20.000,00	OLIBEF	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
CONSTRUIDA EM MATERIAL NÃO FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA. CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUI PORTAS DE ACESSO REBATÍVEL EM TODA A EXTENÇÃO DA CÚPULA; POSSUI PELO MENOS 5 PORTILHOTAS OVAIS COM TRINCO QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELO E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATOXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUI PELO MENOS UMA PORTILHOTA DO TIPO IRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE; POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIO DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS, LEITO DO PACIENTE CONSTRUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSARENTE, PERMITEINDO O PROCEDIMENTO DA RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE; AJUSTE DO LEITO NA POSIÇÃO TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, PELO MENOS, SEM ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAL ATÓXICOS E AUTOEXTINGUIVEIS; DEVE TER BALANÇA INTEGRADA; NÃO POSSUI CONTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL DE CONTROLE MICRIPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO; POSSUIR DISPLAY DE LCD LUMINOSO (BACKLIGT) OU DISPLAY DE SEGMENTOS (LEDS) QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS; POSSUIR SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE E SENSOR DE UMIDADE; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR (ATC) E DE PELE (ITC), PERMITIR MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA PERIFÉRICA DO PACIENTE E SERVOCONTROLE CONTÍNUO DE UMIDADE REALTIVA DO AR. ALARMES MÍNIMOS: ALTA TEMPERATURA (AR/PELE); BAIXA TEMPERATURA (AR/PELE); ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; FALHA NA BATERIA, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESCONEXÃO DA BALANÇA, UMIDADE ALTA/BAIXA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARME MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS; MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; ENTRADA PARA SENSOR DE TEMPERATURA AUXILIAR; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETES; SUPORTES PARA POSICIONAR OS CIRCUITOS DE VENTILADORES;; SUPORTE DE SORO DE ALTURA AJUSTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPORTE DE AQUIPAMENTOS QUE SUPORTE PELO MENOS 10KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.						
21	AMBIENTE: DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO					
NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
21.1	BIOMBO	400,00				
CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
MATERIAL DE CONFEÇÃO RODÍZIOS TAMANHO	2	AÇO/ FERRO NÃO POSSUI TRIPLIO	800,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP	
NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
21.2	CADEIRA DE RODAS	950,00				
CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
MATERIAL DE CONFEÇÃO	6	AÇO/ FERRO PINTADO	5.700,00	CARONE	POLYMEDH EIRELI - EPP	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	BRAÇOS PÉS ELEVAÇÃO DE PERNAS SUPORTE DE SORO CAPACIDADE		FIXO FIXO POSSUI POSSUI DE 110 KG A 160 KG			
22	AMBIENTE: SALA DE ADMISSÃO E HIGIENIZAÇÃO					
22.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	7	1.000,00	7.000,00	BALMAC	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE	DIGITAL INFANTIL					
22.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	LARINGOSCÓPIO	2	500,00	1.000,00	MD	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE	DIGITAL ADULTO					
22.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL	4	270,00	1.080,00	G-TEC	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
TIPO MATERIAL DE CONFECCÃO APLICAÇÃO BRAÇADEIRA/ FECHO	ANEROIDE AÇO/ FERRO PINTADO ADULTO NYLON/ VELCRO					
23	AMBIENTE: SALA DE PARTO					
23.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL	1	6.500,00	6.500,00	MACRO SUL	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
SINCRONISMO TIPO SUPORTE/TESTE PARA PÁS PÁS INTERNAS BATERIA	POSSUI MONOFÁSICO POSSUI POSSUI POSSUI					
23.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	3	1.560,00	4.680,00	INALAMED	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
CAPACIDADE SUPORTE DE RODÍZIO PEDAL DE ACIONAMENTO VÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO	ATÉ 3 LITROS POSSUI POSSUI POSSUI VIDRO					
23.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO DE EMERGÊNCIA	3	3.200,00	9.600,00	KR	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
CONFECCÃO ESTRUTURA/ GABINETE SUPORTE NPARA DESFIBRILADOR CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA CILINDRO SUPORTE DE SORO TÁBUA DE MASSAGEM GAVETAS REGUA DE TOMADAS	AÇO PINTADO/ POLIPROPILENO POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI MÍNIMO DE 02 POSSUI					
23.4	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	OXÍMETRO DE PULSO	2	1.500,00	3.000,00	MD	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
TIPO CURVA PLESTIMOGRÁFICA	PORTÁTIL (DE MÃO) NÃO POSSUI					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	SENSOR DE SpO2		01			
24	AMBIENTE:SALA DE REANIMAÇÃO DO RECÉM NASCIDO					
24.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	REANIMADOR PUMONAR MANUAL (AMBU)	5	130,00	650,00	MD	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO RESERVATÓRIO	VINIL NÃO POSSUI					
25	AMBIENTE:SALA DE PRÉ PARTO					
25.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	SUPORTE DE SORO	20	150,00	3.000,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE COJNFECÇÃO TIPO	AÇO/ FERRO PINTADO PEDESTAL ALTURA FIXA					
25.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	4	2.000,00	8.000,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
GRADES LATERAIS APLICAÇÃO MANIVELA LEITO CABECEIRA/ PESEIRA REMOVÍVEL ESTRUTURA RODÍZIOS ACESSÓRIO (S) SUPORTE DE SORO	POSSUI INFANTIL 02 AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI AÇO/ FERRO PINTADO POSSUI COLCHÃO POSSUI					
26	AMBIENTE:ENFERMARIA (CLINICA MÉDICA)					
26.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL	1	12.000,00	12.000,00	CEPAPI	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
BATERIA INTERNA CAPACIDADE BATERIA EXTERNA OXIMETRIA (SPO2)	MÍNIMO DE 3 HORAS ATÉ L/MIN POSSUI POSSUI					
26.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	4	300,00	1.200,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO RODÍZIOS TAMANHO	AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO					
26.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CADEIRA	21	80,00	1.680,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO RODÍZIOS BRAÇOS REGULAGEM DE ALTURA ASSENTO/ ENCOSTO	AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI POLIPROPILENO					
27	AMBIENTE:POSTO DE ENFERMAGEM					
27.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE ESCRITÓRIO	3	370,00	1.110,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
BASE	AÇO/ FERRO PINTADO					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	DIVISÕES MATERIAL DE CONFECCÃO COMPOSIÇÃO		SEM GAVETAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR			
27.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1	700,00	700,00	BOSCHI	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80 LITROS					
27.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESTETOSCÓPIO	10	99,00	990,00	SOLIDOR	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
TAMANHO AUSCUTADOR TIPO	ADULTO CROMADO DUPLO					
27.4	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESFIGMOMANÔMETRO	10	100,00	1.000,00	PREMIO	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
TIPO TIPO DE PEIXE MATERIAL DE CONFECCÃO	INFANTIL VELCRO NYLON					
27.5	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE ESCRITÓRIO	1	370,00	370,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
BASE DIVISÕES MATERIAL DE CONFECCÃO COMPOSIÇÃO	AÇO/ FERRO PINTADO SEM GAVETAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR FORMATO EM L					
28	AMBIENTE:COPA					
28.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	3	950,00	2.850,00	BOSCH	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
CAPACIDADE	MÍNIMO 200 LITROS					
28.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO TÉRMICO	1	4.750,00	4.750,00	VENANSO	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO PORTAS	AÇO INOXIDÁVEL 02					
29	AMBIENTE:SALA DE COLETA					
29.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CRONÔMETRO	2	80,00	160,00	LABOREMPORT	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
TIPO	PROGRESSIVO E REGRESSIVO					
29.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO MACA SIMPLES	3	1.000,00	3.000,00	UNIVERSAL	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO GRADES LATERAIS SUPORTE DE SORO ACESSÓRIO (S)	AÇO/ FERRO PINTADO POSSUI NÃO POSSUI COLCHONETE					
30	AMBIENTE:SALA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E REUNIÃO					
30.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	TELA DE PROJEÇÃO	1	300,00	300,00	FENIX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE
CARACTERÍSTICA FÍSICA:	ESPECIFICAÇÕES:					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

	TIPO ÁREA VISUAL TECIDO GARANTIA		TRIPÉ MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M MATTE WHITE (BRANCO OPACO) MÍNIMA DE 12 MESES			PRODUTOS MÉDICOS LTDA
31	AMBIENTE:CONSULTÓRIO CLINICA MÉDICA GINECO - OBSTETRÍCIA					
31.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	1	300,00	300,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO RODÍZIOS TAMANHO	AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO					
32	AMBIENTE:CONSULTÓRIO CLINICA MÉDICA PEDIÁTRICO					
32.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE ESCRITÓRIO	1	370,00	370,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
BASE DIVISÕES MATERIAL DE CONFECCÃO COMPOSIÇÃO	AÇO/ FERRO PINTADO SEM GAVETAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR FORMATO EM L					
32.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	1	300,00	300,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO RODÍZIOS TAMANHO	AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO					
33	AMBIENTE:CONSULTÓRIO CLINICA MÉDICA					
33.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ARMÁRIO	1	250,00	250,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
DIMENÇÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO	0,75 X 0,75 M/AÇO					
33.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	1	300,00	300,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO RODÍZIOS TAMANHO	AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO					
33.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE ESCRITÓRIO	1	370,00	370,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
BASE DIVISÕES MATERIAL DE CONFECCÃO COMPOSIÇÃO	AÇO/ FERRO PINTADO SEM GAVETAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR FORMATO EM L					
34	AMBIENTE:CONSULTÓRIO CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA					
34.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	LANTERNA CLÍNICA	5	30,00	150,00	MIKATOS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
MATERIAL DE CONFECCÃO TIPO	ALUMÍNIO HALOGÊNIO					
35	AMBIENTE:DESPENSA					
35.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	FREEZER COMUM	2	1.200,00		BOSCH	NORTMED



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-00

CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:		2.400,00		DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 200 LITROS				
TIPO		VERTICAL 01 PORTA				
36	AMBIENTE:ÁREA PARA CENTRAIS DE GASES (CILINDROS)					
36.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CILINDROS DE GASES MEDICINAIS		750,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFEÇÃO	3	AÇO	2.250,00	ROMED	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 03 LITROS					
ACESSÓRIO (S)	NÃO POSSUI					
SUPORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI					

Após conclusão da negociação a pregoeira e sua equipe de apoio conferem, rubrica a documentação dos participantes,. A pregoeira inicia as disposições finais informando que após 05 dias úteis a conta de hoje a ATA de registro de preços estará disponível para assinatura preenchida formalmente conforme modelo do edital e preços aqui fixados. Fica a empresa vencedora a apresentação em 2 dias úteis da proposta de preço consolidada. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, a pregoeira adjudicou o item do certame. Nada mais havendo a tratar, lavrou – se a presente ata que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio e representante da empresa presente. A pregoeira declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos.

Elizabeth Moreira da Silva
Pregoeira

Equipe de Apoio

Equipe de Apoio

POLYMEDH EIRELLI - EPP

NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME