



PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO - SRP

NOTA TECNICA – ESCLARECIMENTO

Pedido de esclarecimento:

Empresa solicitante: **POLYMEDH. LTDA**

CNPJ: **63.848.345/0001-10**

Pedido:

Prezado (a) boa tarde.

Gostaríamos de esclarecer dúvidas em relação a esta licitação, conforme consta abaixo: Referente ao item 122 - FIO DE SUTURA CATGTUT SIMPLES 1 - AG CIL. 3,0 cm CTI 3/8 Triang. E 123 - FIO DE SUTURA CATGTUT SIMPLES 1 - AG CIL. 4,0 cm CTI 3/8 Triang.

Após verificar com o setor técnico pudemos identificar que o item em questão não existe nas especificações solicitadas em edital.

Não podendo haver AGULHA CILINDRICA E TRINGULAR, PODE TER SOMENTE UM MODELO OU É CILINDRICO OU É TRIANGULAR, diante dessa divergência como devo prosseguir?
Atenciosamente, Murilo Almeida!

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

Referente aos itens 122 e 123:

122 - FIO DE SUTURA CATGTUT SIMPLES 1 – AG CIL. 3,0 cm - CTI 3/8 Triang. CX 120

123 - FIO DE SUTURA CATGTUT SIMPLES 1 – AG CIL. 4,0 cm - CTI 3/8 Triang. CX 120

Em consulta a área técnica da Secretaria Municipal de Saúde, foi identificado que deve ser suprimida a palavra "Triang.", assim, deve ser considerado para formalização de preços:

122 - FIO DE SUTURA CATGTUT SIMPLES 1 – AG CIL. 3,0 cm - CTI 3/8. CX 120

123 - FIO DE SUTURA CATGTUT SIMPLES 1 – AG CIL. 4,0 cm - CTI 3/8. CX 120

Agradecemos o pedido de esclarecimento, para que possamos corrigir em tempo.

Breves-PA, 17 de maio de 2023.


José Eval de Oliveira Sargês.

Coordenador do Almoxarifado Central - SEMSA

DE ACORDO
Assinado de forma digital por
JUCINEIDE ALVES
BARBOSA:71334572100
Dados: 2023.05.17 12:20:16
Jucineide Alves Barbosa
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº004/2021-GAB./PREF.

Tv Justo Chermot, nº312 – Centro/CEP: 68800-000 – Breves/Pará.
Fone: (91) 3783-1242/1988/ e-mail: semsabreves@hotmail.com