

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU
CNPJ – 11.745.426/0001-90

SEMSA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



MEMORANDO/SEMSA Nº 536/2021

Tomé-Açu, 06 de maio de 2021.

De: Secretaria Munic. de Saúde de Tomé-Açu
Para: Gabinete do Prefeito de Tomé-Açu (GAB)

ID. 24298
Documento Recebido
Em 07/05/2021
Cássia Lima
9:13

Exmo. Sr. Prefeito João Francisco dos Santos Silva,

Ao cumprimentar cordialmente V^a. Exa., vimos através deste, solicitar **compra emergencial com o objetivo de adquirir teste rápido tipo swap para Covid-19**, visando a realização de testagem em casos suspeitos da doença.

A presente solicitação tem por justificativa a necessidade de realização de testes em usuários da rede pública de saúde com sintomas suspeitos de Covid-19, a realização destes exames com material adequado permitirá uma ação mais rápida para o tratamento apropriado do paciente.

Descrição e quantitativo de testes, conforme em anexo.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

ALZIRA LINO SOARES OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Encaminhado p/
E.P.L
com Engenharia (Meneir)
11.05.21
[Assinatura]

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMÉ-AÇU
CNPJ – 11.745.426/0001-90

SEMSA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SWAB TESTE DE COVID		
	Teste rápido capaz de detectar a infecção por COVID-19 em amostras humanas de swab da nasofaringe e/ou orofaringe, identificando antígenos virais de nucleoproteínas, identificando a presença do SARS-CoV-2 no material analisado. O teste deverá apresentar SENSIBILIDADE igual ou superior a 86% e ESPECIFICIDADE igual ou superior a 95%, ter registro junto ao órgão competente (ANVISA) e dispor de todo o material necessário para a realização do exame (Um dispositivo teste; Um sachê dessecante com sílica gel; Tampão extrator; Swab estéril; Tampa filtro e Instruções de uso). O teste deverá ser apresentado em caixas com no mínimo 20 kits de testes	UND	500