



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 044/2017 PMC – PP

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ**, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o **Pregão Presencial nº. 044/2017 PMC – PP** que teve como objetivo a **Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Emenda Parlamentar Nº 11674.805000/1140-01**.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o **Pregão Presencial nº. 044/2017** e **ADJUDICO** à proponente **POLYMEDH EIRELI – EPP** e **NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME**, vencedoras desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento cujo valores seguem abaixo:

HOMOLOGO:

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE						
1	AMBIENTE: SALA DE ESPERA					
1.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AR CONDICIONADO	1	700,00	700,00	LG	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO			
	TIPO		JANELA MÍNIMO DE 7000 BTU			
2	AMBIENTE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					
2.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	APARELHO DE RAO X - ODONTOLÓGICO	1	3.800,00	3.800,00	DENTEMED	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	INSTALAÇÃO		COLUNA FIXA			
	MODO SE OPERAÇÃO		ANALÓGICO			
UNIDADE DE COMANDO	NÃO POSSUI	01				
PROGRAMÁVEL						
DE TENÇÃO (KVP)	FAIXA					
2.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AR CONDICIONADO	2	700,00	1.400,00	LG	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO			
	TIPO		JANELA MÍNIMO DE 7000 BTU			
3	AMBIENTE: SALA DE CURATIVOS					
3.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BALDE A PEDAL/LIXEIRA	15	150,00	2.250,00	BRINOX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MARERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXDÁVEL			
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS					
3.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



						VENCEDORA
	ESCADA COM 2 DEGRAUS		95,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	10	ESPECIFICAÇÕES:	950,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO/FERRO PINTADO			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
3.3	CARRO DE CURATIVOS		550,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	3	ESPECIFICAÇÕES:	1.650,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	MATERIAL DE CONFECCÃO ACESSÓRIO(S)		AÇO INOXDÁVEL NÃO POSSUI			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
3.4	MESA DE EXAMES		600,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	4	ESPECIFICAÇÕES:	2.400,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	MATERIAL DE CONFECCÃO POSIÇÃO DO LEITO ACESSÓRIO(S) GABINETE COM PORTAS E GAVETAS		AÇO INOXDÁVEL FIXO NÃO POSSUI NÃO POSSUI			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
3.5	ARMÁRIO		250,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	4	ESPECIFICAÇÕES:	1.000,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	DIMENSÕES MIN./MAT. CONFECCÃO		0,75 X 0,75 X M/AÇO			
4	AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO					
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
4.1	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA MÍN. 208 LTS)		1.000,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	4	ESPECIFICAÇÕES:	4.000,00	BOSCH	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 280 LITROS			
5	AMBIENTE: ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO					
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
5.1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS)		65.000,00			
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	1	ESPECIFICAÇÕES:	65.000,00	PROJEX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI			
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
	EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADOR, CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 250 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADOR PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA EM LCD E DEVE POSSUIR NO MINIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNAS E INTERNAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL. SISTEMA HIDRAULICO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL; POSSUIR BOMBA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE, 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE					
6	AMBIENTE: RADIOLOGIA					
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
6.1	BIOMBO PLUBÍFERO	1	2.500,00		DENTEMED	NORTMED



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax: (91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:	2.500,00		DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	ESPESSURA ESTRUTURA TIPO		MÍNIMO DE 02 MM AÇO CURVO			
6.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS	1	20.000,00	20.000,00	CONEX	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	APLICAÇÃO		FILMES DE RAIOS X			
6.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	NEGATOSCÓPIO	1	380,00	380,00	KR	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO		AÇO INOXDÁVEL MESA/1 CORPO			
6.4	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	POLTRONA HOSPITALAR	20	997,00	19.940,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ARMAÇÃO ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO DESCANSO PARA PÉS CAPACIDADE ACIONAMENTO		AÇO/FERRO PINTADO FIXO INTEGRADO 120 QUILOS MANUAL			
6.5	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (ATÉ 75 LITROS)	5	4.995,00	24.975,00	STERMAX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. POSSUI CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DIGITAL COM DOIS AVISOS QUE PERMITEM O CONTROLE SIMULTÂNEO DOS PARÂMETROS DO CICLO; CONTROLE DO CICLO TOTALMENTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO COM MILHARES DE CICLOS E PROGRAMÁVEIS E QUE PERMITE AJUSTE DE TEMPO SEGUNDO A SEGUNDO E DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIGAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; SECAGEM DO MATERIAL COM AJUSTES DE TEMPERATURA GRAU A GRAU E DE TEMPO SEGUNDO A SEGUNDO. COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS; COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS; PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.						
6.6	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	LONGARINA 3 LUGARES	18	600,00	10.800,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ASSENTO/ENCOSTO		POLIPROPILENO COR LARANJA			
6.7	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CADEIRA DE RODAS	10	950,00	9.500,00	CARONE	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS PÉS ELEVACÃO DE PERNAS SUPORTE DE SORO CAPACIDADE		AÇO/ FERRO PINTADO FIXO FIXO POSSUI POSSUI DE 110 KG A 160 KG			
6.8	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	6	1.795,00	10.770,00	INALAMED	POLYMEDH EIRELI - EPP
CARACTERÍSTICA FÍSICA:	ESPECIFICAÇÕES:					



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



	TIPO DE COMPRESSOR		4 SAÍDAS				
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
	TIPO COMPRESSOR, COM 4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE ¼ DE HP. APRESENTA COMPRESSOR TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO; VASÃO LIVRE: 28LTS/MIN; MOTOR: COMPACTO MONOFÁSICO, PRESSÃO MÁXIMA: 40PSII; TENSÃO: 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO); ACOMPANHA: 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS; COMPOSTOS POR 1 COPINHO; 1 MANGUEIRA; 1 MASCARA ADULTA, 1 MASCARA INFANTIL, 1 SUPORTE COM RODÍZIOS E SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COM COPO DOSADOR (NÃO DERRAMA MEDICAMENTO)						
6.9	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	DETECTOR FETAL	10	798,00	7.990,00	MD	POLYMEDH EIRELI EPP	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
	OUTROS (ESPECIFICAR)		DIGITAL PORTÁTIL PARA MONITORAÇÃO CONTÍNUA				
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
	E DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, SENSIBILIDADE A PATIR DE 9 SEMANAS, COM TRASDUTOR D NO MÍNIMO 2 MHZ. AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS. DISPLAY LCD COM MOSTRADOR DIGITAL, APRESENTAÇÃO DE F.C.F. ESCAL DE MEDIÇÃO DA C.F.C DE 50 A 240 BPM. CONTROLE DE VOLUME ; SAÍDA P/ FONE DE OUVIDO. ACESSÓRIOS: ALÇA P/ PESCOÇO ; BOLSA PARA TRANSPORTE . ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE NO MÍNIMO 1,5V RECARREGÁVEL. ACOMPANHA CARREGADOR DE BATERIA.						
6.10	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁTICA ROTATIVA	2	6.700,00	13.400,00	LEISTUNG	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
	OUTROS (ESPECIFICAR)						
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
	PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME LIMITE E/OU TEMPO X VOLUME LIMITE; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA: 90V A 230V; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS À 25ML/H; FLUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1; VOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; TAXA DE BOLUS PROGRAMÁVEL:300 A 750 ML/H; VOLUME DEBOLUS: 3 A 15 ML; FUNÇÃO KEEP VEIN OPEN PROGRAMÁVEL 1 A 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H; FUNÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO E AJUSTE DO VOLUME DE ALARME – ALARMES SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICAM: FLUXO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA DO GLOTEJADOR, EQUIPO INCORRETO, OCLUSÃO, PORTA ABERTA, FIM DE INFUSÃO, KVO						
6.11	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	VENTILADOR PULMONAR	1	40.800,00	40.800,00	LEITUNG	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
	OUTROS (ESPECIFICAR)						
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
	VENTILADOR PULMONAR PR4G ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL MODELO LUFT3. ACOMPANHA: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 2 CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE ADULTO/PEDIÁTRICO (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 2 CIRCUITOS PACIENTE DE SILICONE NEONATAL (AUTOCLAVÁVEL), 1 MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO, 1 MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO, 1 PULMÃO DE TESTE COM RESISTÊNCIA, 2 VÁLVULAS EXALATÓRIAS, 1 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 1 UMIDIFICADOR, 1 JARRA						
6.12	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	MESA DE EXAMES	15	600,00	9.000,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
	POSIÇÃO DO LEITO SUPORTE PARA PAPEL E ACESSÓRIOS		AÇO/FERRO PINTADO FIXO POSSUI				
7	AMBIENTE: RECEPÇÃO/REGISTRO						
7.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	
	IMPRESSORA LASER (COMUM)	2	600,00	1.200,00	HP	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:				
	PADRÃO DE COR MEMÓRIA RESOLUÇÃO VELOCIDADE CAPACIDADE		MONOCROMÁTICO 16 MB 600 X 600 33 PPM 100 PÁGINAS/BANDEJA				



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



	CICLO INTERFACE FRENTE E VERSO GARANTIA		25.000 PÁGINAS/MÊS USB E REDE AUTOMÁTICO MÍNIMA DE 12 MESES			
7.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)	2	1.900,00	3.800,00	COAS	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	PROCESSADOR MEMÓRIA RAM DISCO RÍGIDO DE MONITOR FONTE SISTEMA OPERACIONAL GARANTIA TECLADO INTERFACE DE REDE INTERFACE DE VÍDEO UNIDADE DE DISCO		TIPO MOUSE NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OI AMD A10 4GB, DDR3, 1600 MHZ MÍNIMO DE 500 GB 18,5" (1366 X 768) USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) COMPATÍVEL COM O ÍTEM WINDOWS 7 PRO (64 BITS) MÍNIMA DE 12 MESES USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) 10/100/1000 E WIFI INTEGRADA CD/DVD ROM			
8	AMBIENTE: LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA					
8.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (75 A 150 LITROS)	1	50.000,00	50.000,00	ESTERMAX	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI			
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
	EQUIPAMENTOS HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADOR, CPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 90 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MMATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TERMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM VEDAÇÃO POR GUARNIÇÃO DE SILICONE. SISTEMA HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES E CONEXÃO DO CONJUNTO HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU MATERIAL COMPATÍVEL; POSSUIR BOMBA DE VÁCUO TIPO ANAEL LÍQUIDO E BOMBA CENTRIFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE GERADOR DE VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE, 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE					
8.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MICROSCÓPIO LABORATORIAL	2	6.500,00	13.000,00	LABOR EMPORTE	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OPCIONAIS (DESCREVE)		NÃO POSSUI			
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: REVOLVER INVERTIDO PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS CFI 60 PLANA CROMÁTICA DE 4X, 10X, 40X E 100X IMERSÃO E RETRÁTIL; (ÓTICA INFINITA). - PLATINA DE 78 X 54 MM ESPECIALROTATIVA EM 360 GRAUS QUE PERMITA AO USUÁRIO TRABALHAR COM A MESMA EM QUALQUER POSIÇÃO E COMTRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARIOT E CURSO DE 216 MM X 150 MM E QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS AO MESMO TEMPO; CABEÇOTE BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS E COM OPÇÃO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS PARA AS OCULARES COM AJUSTE INTERPUPILAR DE 47 MM ATÉ 75 MM: 01 PAR DE OCULARES CFI DE 10X					



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



	(CAMPO AMPL) DE 20 MM DE CAMPO; AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES; AJUSTES INDEPENDENTES DE MACRO MICOMÉTRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E CURSO DE 37,7 MM; MACRO MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENÇÃO E COM CONTROLE DO CHARRIOT PRÓXIMO DE SEU COMENDO; ILUMINAÇÃO HALÓGENA EMBUTIDA NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRÔNICA COM ILUMINADOR E REFLETOR; CONDENSADOR MÓVEL CENTRALIZÁVEL TIPO ABBE N.A.1,25 COM DIAGRAMA DE ÍRIS E FILTRO AZUL NCB 11 DE 35 MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 11/120 V - 50/60 HZ					
9	AMBIENTE LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA					
9.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MICROSCÓPIO LABORATORIAL	1	6.500,00	6.500,00	LABOR EMPORTE	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OPCIONAIS (DESCREVE)		NÃO POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REVOLVER INVERTIDO PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS CFI 60 PLANA CROMÁTICA DE 4X, 10X, 40X E 100X IMERSÃO E RETRÁTIL; (ÓTICA INFINITA). - PLATINA DE 78 X 54 MM ESPECIALROTATIVA EM 360 GRAUS QUE PERMITA AO USUÁRIO TRABALHAR COM A MESMA EM QUALQUER POSIÇÃO E COMTRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150 MM E QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS AO MESMO TEMPO; CABEÇOTE BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS E COM OPÇÃO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS PARA AS OCULARES COM AJUSTE INTERPUPILAR DE 47 MM ATÉ 75 MM; 01 PAR DE OCULARES CFI DE 10X (CAMPO AMPL) DE 20 MM DE CAMPO; AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES; AJUSTES INDEPENDENTES DE MACRO MICOMÉTRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E CURSO DE 37,7 MM; MACRO MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENÇÃO E COM CONTROLE DO CHARRIOT PRÓXIMO DE SEU COMENDO; ILUMINAÇÃO HALÓGENA EMBUTIDA NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRÔNICA COM ILUMINADOR E REFLETOR; CONDENSADOR MÓVEL CENTRALIZÁVEL TIPO ABBE N.A.1,25 COM DIAGRAMA DE ÍRIS E FILTRO AZUL NCB 11 DE 35 MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 11/120 V - 50/60 HZ						
10	AMBIENTE: LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA					
10.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESTUFA DE SECAGEM	1	1.100,00	1.100,00	SOLIDSTEEL	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFEÇÃO TEMPERATURA ATÉ 250°C CAPACIDADE PORTA		AÇO CARBONO POSSUI MÍNIMO DE 10 LITROS POSSUI			
10.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CAPELA DE FLUXO LAMINAR	1	11.000,00	11.000,00	CENTER	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
VELOCIDADE DO FLUXO DE AR VERTICAL DE 0,45 M/S +/-10% DE RONOVAÇÃO DE AR PARA O AMBIENTE DE TRABALHO VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 335 M3/H VIDRO FRONTAL, TEMPERADO E TRANSPARENTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: A) SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE MANTENHA O VIDRO ABERTO; B) ABERTURA TIPO GUILHOTINA QUE PERMITA ABERTURA; C) ÂNGULO MÍNIMO DE 05° PARA MELHOR ERGONOMIA DE TRABALHO. ÁREA DE TRABALHO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: A) TAMPO INTEIRIÇO REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; B) TAMPOEM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR; C) LÂMPADA FLUORESCENTE E GERMICIDA; D) TOMADA AUXILIAR DUPLA; ESTRUTURA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: A) CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA ELETROTÁSTICA EPOXI-PÓ; CONJUNTO DE MOVIMENTAÇÃO E FILTRAGEM DO AR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: A) FILTRO HEPA CLASSE A3. NBR-6401, EU-13 EUROVENTE 4/4, COM EFICIENCIA DE 99,99% DOP PARA PARTICULAS DE 0,3 MÍCON. B) PRÉ FILTRO; PAINEL DE CONTROLE FRONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: A) COM SISTEMA INDICADOR DE SATURAÇÃO DOS FILTROS; B) COM NO MÍNIMO CHAVE PARA ACIONAMENTO DE: B.1) MOTOR; B.2) LÂMPADA UV E ILUMINAÇÃO PARA ÁREA DE TRABALHO; B.3) SILENCIADOR DE ALARME. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LÂMPADA UV QUANDO O VIDRO FOR ABERTO. FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA DE UV SOMENTE COM O FECHAMENTO TOTAL DO VIDRO FRONTAL. NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 65DB. BASE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESMONTÁVEL, QUE POSSA SER SEPARADA DA ESTRUTURA DE ÁREA DE TRABALHO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.						
10.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESTUFA DE CULTURA	1	2.000,00		SOLIDSTEEL	POLYMEDH EIRELI - EPP

POLYMEDH EIRELI - EPP



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



	CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE TEMPERATURA ATÉ 70°C PORTA INTERNA PORTA INTERNA (VIDRO TEMPERADO)		ESPECIFICAÇÕES: AÇO CARBONO MÍNIMO DE 20 LITROS POSSUI POSSUI	2.000,00		EPP
11	AMBIENTE:ROUPARIA					
11.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	2	1.000,00	2.000,00	BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE		AÇO INOXIDÁVEL MÍNIMO DE 200 LITROS			
11.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1	920,00	920,00	BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE		POLIPROPILENO/SIMILAR MÍNIMO DE 200 LITROS			
12	AMBIENTE: SALA PARA RECEBIMENTO, PASSAGEM, CLASSIFICAÇÃO E LAVAGEM (ÁREA "SUJA")					
12.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1	920,00	920,00	BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE		POLIPROPILENO/SIMILAR MÍNIMO DE 200 LITROS			
13	AMBIENTE: ÁREA LIMPA					
13.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1	920,00	920,00	BRALIMPIA	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE		POLIPROPILENO/SIMILAR MÍNIMO DE 200 LITROS			
14	AMBIENTE: ÁREA DE RECEPÇÃO E LAVAGEM					
14.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	SUPORTE DE HAMPER	2	390,00	780,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RODÍZIOS		AÇO INOXIDÁVEL POSSUI			
15	AMBIENTE: ÁREA DE PREPARO					
15.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BANQUETA	3	198,00	594,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ASSENTO MATERIAL DE CONFECÇÃO REGULAGEM DE ALTURA RODÍZIOS		FIXO AÇO/FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI			
16	AMBIENTE: ÁREA DE GUARDA E DISTRIBUIÇÃO					
16.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESTANTE	20	80,00	1.600,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

	REFORÇO CAPACIDADE/PRATELEIRAS		POSSUI MÍNIMO 20 KG/ PRATELEIRAS			PRODUTOS MÉDICOS LTDA
17	AMBIENTE: SALA DE TRIAGEM					
17.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GLICOSÍMETRO	3	80,00	240,00	ON CAL PLUS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	ASSESÓRIOS		TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR			
18	AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA GINE - OBSTÉTRICA C/ ALOJAMENTO CONJUNTO)					
18.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	5	300,00	1.500,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RODÍZIOS TAMANHO		AÇO/FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO			
19	AMBIENTE: ENFERMARIA (CLÍNICA PEDIÁTRICA)					
19.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	4	300,00	1.200,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RODÍZIOS TAMANHO		AÇO/FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO			
20	AMBIENTE: BERCÁRIO DE OBSERVAÇÃO					
20.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BERÇO AQUECIDO	1	10.000,00	10.000,00	OLIBEF	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
	EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR REVESTIDO DE QUARTZO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO COM CALHA PROTETORA E COM ALETAS DIRECIONADORAS QUE PROPICIAM CALOR HOMOGÊNIO EM TODA A ÁREA DO COLCHÃO; POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLATO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAO X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOLÓGICO; POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE DETECÇÃO ELETRÔNICA PARA SOBRECARGA NO ELEMENTO AQUECEDOR; LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO EM TRENDELEMBURG E PÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE COBERTO COM CAPA EM PVC REMOVÍVEL; ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI COM RODÍZIO COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRAZEIRO; PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO COM INDICAÇÕES GRÁFICAS E NUMÉRICAS COM ACABAMENTO LISO QUE EVITA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E COM TECLAS TIPO TOQUE SUAVE; DISPLAY ALFANUMÉRICO DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO DE FUNDO PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APGAR E ALRME; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADOR, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APGAR INCORPORADO; ALRME AUDIOVISUAL INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA INDICANDO PELO MENOS: FALTA DE ENERGIA, FALTA E DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; BAIXA E ALTA TEMPERATURA DO PACIENTE, ALTATEMPERATURA DO ELEMENTO AQUECEDOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PERMITE INDICAÇÃO E SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA DA PELE, DA TEMPERATURA DE AJUSTES, DA TEMPERATURA AUXILIAR, DA TEMPERATURA AMBIENTE, DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO EM USO E DADOS DO PACIENTE; DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: PRATELEIRA SOB O LEITO PARA GUARDA DE MATERIAIS, DUAS PRETELEIRAS GIRATÓRIAS PARA MONITORES QUE SUPORTE A CARGA DE PELO MENOS 10 KG, SUPORTE FLEXIVEL PARA POSICIONAR CIRCUITOS DE VENTILADORES, HASTE PARA BOMBA DE INFUSÃO E SUPORTE DE SOROLIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.					
20.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)	1	4.900,00	4.900,00	OLIBEF	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICACÕES:			



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax: (91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

	ILUMINAÇÃO		LED			LTDA
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
20.3	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	1	600,00	600,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	RODÍZIOS		NÃO POSSUI			
	CUNA		TERMOPLÁSTICO			
	ESTRUTURA		AÇO/FERRO PINTADO			
	PRATELEIRA		NÃO POSSUI			
	REGULAGEM		NÃO POSSUI			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
20.4	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)	1	20.000,00	20.000,00	OLIBEF	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
CONSTRUIDA EM MATERIAL NÃO FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA. CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUI PORTAS DE ACESSO REBATÍVEL EM TODA A EXTENSÃO DA CÚPULA; POSSUI PELO MENOS 5 PORTILHOTAS OVAIS COM TRINCO QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATOXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUI PELO MENOS UMA PORTILHOTA DO TIPO IRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE; POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIO DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS, LEITO DO PACIENTE CONSTRUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSARENTE, PERMITEINDO O PROCEDIMENTO DA RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE; AJUSTE DO LEITO NA POSIÇÃO TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, PELO MENOS, SEM ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAL ATÓXICOS E AUTOEXTINGUIVEIS; DEVE TER BALANÇA INTEGRADA; NÃO POSSUI CONTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL DE CONTROLE MICRIPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO; POSSUIR DISPLAY DE LCD LUMINOSO (BACKLIGT) OU DISPLAY DE SEGMENTOS (LEDS) QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMENTROS MONITORADOS; POSSUIR SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE E SENSOR DE UMIDADE; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR (ATC) E DE PELE (ITC), PERMITIR MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA PERIFÉRICA DO PACIENTE E SERVOCONTROLE CONTÍNUO DE UMIDADE REALTIVA DO AR. ALARMES MÍNIMOS: ALTA TEMPERATURA (AR/PELE); BAIXA TEMPERATURA (AR/PELE); ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; FALHA NA BATERIA, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESCONEXÃO DA BALANÇA, UMIDADE ALTA/BAIXA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARME MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS; MEMORIZAÇÃO DOS ULTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; ENTRADA PARA SENSOR DE PEMPERATURA AUXILIAR; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETES; SUPORTES PARA POSICIONAR OS CIRCUITOS DE VENTILADORES;; SUPORTE DE SORO DE ALTURA AJUSTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPORTE DE AQUIPAMENTOS QUE SUPORTE PELO MENOS 10KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.						
21	AMBIENTE: DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO					
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
21.1	BIOMBO	2	400,00	800,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO/ FERRO			
	RODÍZIOS		NÃO POSSUI			
	TAMANHO		TRIPLO			
	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
21.2	CADEIRA DE RODAS	6	950,00	5.700,00	CARONE	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO/ FERRO PINTADO			
	BRACOS		FIXO			



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

	PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS SUPORTE DE SORO CAPACIDADE		FIXO POSSUI POSSUI DE 110 KG A 160 KG			
22	AMBIENTE: SALA DE ADMICÃO E HIGIENIZAÇÃO					
22.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	7	1.000,00	7.000,00	BALMAC	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MODO DE OPERAÇÃO CAPADIDADE		DIGITAL INFANTIL			
22.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	LARINGOSCÓPIO	2	500,00	1.000,00	MD	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MODO DE OPERAÇÃO CAPADIDADE		DIGITAL ADULTO			
22.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL	4	270,00	1.080,00	G-TEC	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	TIPO MATERIAL DE CONFECCÃO APLICAÇÃO BRAÇADEIRA/ FECHO		ANEROIDE AÇO/ FERRO PINTADO ADULTO NYLON/ VELCRO			
23	AMBIENTE: SALA DE PARTO					
23.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL	1	6.500,00	6.500,00	MACRO SUL	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	SINCRONISMO TIPO SUPORTE/TESTE PARA PÁS PÁS INTERNAS BATERIA		POSSUI MONOFÁSICO POSSUI POSSUI POSSUI			
23.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	3	1.560,00	4.680,00	INALAMED	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CAPACIDADE SUPORTE DE RODÍZIO PEDAL DE ACIONAMENTO VÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO		ATÉ 3 LITROS POSSUI POSSUI POSSUI VIDRO			
23.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO DE EMERGÊNCIA	3	3.200,00	9.600,00	KR	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CONFECCÃO ESTRUTURA/ GABINETE SUPORTE NPARA DESFIBRILADOR CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA CILINDRO SUPORTE DE SORO TÁBUA DE MASSAGEM GAVETAS REGUA DE TOMADAS		AÇO PINTADO/ POLIPROPILENO POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI MÍNIMO DE 02 POSSUI			
23.4	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	OXÍMETRO DE PULSO	2	1.500,00	3.000,00	MD	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	TIPO CURVA PLESTIMOGRÁFICA SENSOR DE SpO2		PORTÁTIL (DE MÃO) NÃO POSSUI 01			



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



24	AMBIENTE:SALA DE REANIMAÇÃO DO RECÉM NASCIDO					
24.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	REANIMADOR PUMONAR MANUAL (AMBU)	5	130,00	650,00	MD	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RESERVATÓRIO		VINIL NÃO POSSUI			
25	AMBIENTE:SALA DE PRÉ PARTO					
25.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	SUORTE DE SORO	20	150,00	3.000,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE COJNFECÇÃO TIPO		AÇO/ FERRO PINTADO PEDESTAL ALTURA FIXA			
25.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	4	2.000,00	8.000,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	GRADES LATERAIS APLICAÇÃO MANIVELA LEITO CABECEIRA/ PESEIRA REMOVÍVEL ESTRUTURA RODÍZIOS ACESSÓRIO (S) SUORTE DE SORO		POSSUI INFANTIL 02 AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI AÇO/ FERRO PINTADO POSSUI COLCHÃO POSSUI			
26	AMBIENTE:ENFERMARIA (CLINICA MÉDICA)					
26.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO PORTÁTIL	1	12.000,00	12.000,00	CEPAPI	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	BATERIA INTERNA CAPACIDADE BATERIA EXTERNA OXIMETRIA (SPO2)		MÍNIMO DE 3 HORAS ATÉ L/MIN POSSUI POSSUI			
26.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO	4	300,00	1.200,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RODÍZIOS TAMANHO		AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO			
26.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CADEIRA	21	80,00	1.680,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RODÍZIOS BRAÇOS REGULAGEM DE ALTURA ASSENTO/ ENCOSTO		AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI POLIPROPILENO			
27	AMBIENTE:POSTO DE ENFERMAGEM					
27.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE ESCRITÓRIO	3	370,00	1.110,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	BASE		ACO/ FERRO PINTADO			



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000

	DIVISÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO COMPOSIÇÃO		SEM GAVETAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR			
27.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1	700,00	700,00	BOSCHI	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 80 LITROS			
27.3	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESTETOSCÓPIO	10	99,00	990,00	SOLIDOR	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	TAMANHO AUSCUTADOR TIPO		ADULTO CROMADO DUPLO			
27.4	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ESFIGMOMANÔMETRO	10	100,00	1.000,00	PREMIO	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	TIPO TIPO DE PEIXE MATERIAL DE CONFECÇÃO		INFANTIL VELCRO NYLON			
27.5	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE ESCRITÓRIO	1	370,00	370,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	BASE DIVISÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO COMPOSIÇÃO		AÇO/ FERRO PINTADO SEM GAVETAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR FORMATO EM L			
28	AMBIENTE:COPA					
28.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	3	950,00	2.850,00	BOSCH	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	CAPACIDADE		MÍNIMO 200 LITROS			
28.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO TÉRMICO	1	4.750,00	4.750,00	VENANSO	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO PORTAS		AÇO INOXIDÁVEL 02			
29	AMBIENTE:SALA DE COLETA					
29.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CRONÔMETRO	2	80,00	160,00	LABOREMPORT	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	TIPO		PROGRESSIVO E REGRESSIVO			
29.2	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	CARRO MACA SIMPLES	3	1.000,00	3.000,00	UNIVERSAL	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:		ESPECIFICAÇÕES:			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO GRADES LATERAIS SUPORTE DE SORO ACESSÓRIO (S)		AÇO/ FERRO PINTADO POSSUI NÃO POSSUI COLCHONETE			
30	AMBIENTE:SALA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E REUNIÃO					
30.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	TELA DE PROJEÇÃO	1	300,00		FENIX	NORTMED



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



	CARACTERÍSTICA FÍSICA:			ESPECIFICAÇÕES:		300,00		DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	TIPO ÁREA VISUAL TECIDO GARANTIA			TRIPÉ MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M MATTE WHITE (BRANCO OPACO) MÍNIMA DE 12 MESES				
31	AMBIENTE:CONSULTÓRIO CLINICA MÉDICA GINECO - OBSTETRÍCIA							
31.1	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO		1	300,00		300,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:			ESPECIFICAÇÕES:				
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RODÍZIOS TAMANHO			AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO				
32	AMBIENTE:CONSULTÓRIO CLINICA MÉDICA PEDIÁTRICO							
32.1	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE ESCRITÓRIO		1	370,00		370,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:			ESPECIFICAÇÕES:				
	BASE DIVISÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO COMPOSIÇÃO			AÇO/ FERRO PINTADO SEM GAVETAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR FORMATO EM L				
32.2	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO		1	300,00		300,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:			ESPECIFICAÇÕES:				
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RODÍZIOS TAMANHO			AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO				
33	AMBIENTE:CONSULTÓRIO CLINICA MÉDICA							
33.1	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	ARMÁRIO		1	250,00		250,00	KR	NORTMED DISTRIVUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:			ESPECIFICAÇÕES:				
	DIMENÇÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO			0,75 X 0,75 M/AÇO				
33.2	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	BIOMBO		1	300,00		300,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:			ESPECIFICAÇÕES:				
	MATERIAL DE CONFECÇÃO RODÍZIOS TAMANHO			AÇO/ FERRO PINTADO NÃO POSSUI DUPLO				
33.3	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	MESA DE ESCRITÓRIO		1	370,00		370,00	RS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:			ESPECIFICAÇÕES:				
	BASE DIVISÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO COMPOSIÇÃO			AÇO/ FERRO PINTADO SEM GAVETAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR FORMATO EM L				
34	AMBIENTE:CONSULTÓRIO CLINICA MÉDICA CIRÚRGICA							
34.1	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
	LANTERNA CLÍNICA		5	30,00		150,00	MIKATOS	POLYMEDH EIRELI - EPP
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:			ESPECIFICAÇÕES:				
	MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO			ALUMÍNIO HALOGÊNIO				
35	AMBIENTE:DESPENSA							
35.1	NOME DO EQUIPAMENTO		QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000



	FREEZER COMUM		1.200,00			VENCEDORA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	2	ESPECIFICAÇÕES:			NORTMED
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 200 LITROS	2.400,00	BOSCH	DISTRIVUIDORA DE
	TIPO		VERTICAL 01 PORTA			PRODUTOS MÉDICOS
						LTDA
36	AMBIENTE:ÁREA PARA CENTRAIS DE GASES (CILINDROS)					
36.1	NOME DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	MARCA	EMPRESA
	CILINDROS DE GASES MEDICINAIS		750,00			VENCEDORA
	CARACTERÍSTICA FÍSICA:	3	ESPECIFICAÇÕES:			NORTMED
	MATERIAL DE CONFEÇÃO		AÇO	2.250,00	ROMED	DISTRIVUIDORA DE
	CAPACIDADE		MÍNIMO DE 03 LITROS			PRODUTOS MÉDICOS
	ACESSÓRIO (S)		NÃO POSSUI			LTDA
	SUPORTE COM RODÍZIOS		NÃO POSSUI			

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

Curuçá - PA, 28 de Dezembro de 2017.

Maria do Socorro Pinheiro Ruivo
Secretária Municipal de Saúde