



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 17.556.659/0001-21

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 - SEMSA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM DE ACORDO A PROPOSTA: 17556.659000/1130-09 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Tendo em vista que o presente procedimento administrativo atendeu as finalidades estabelecidas na lei;

Considerando que o preço obtido corresponde com aquele praticado no mercado, inclusive com nítida economia em favor da Administração Pública, confrontando com a média de cotação de preços, em anexo planilha contendo o percentual contrato.

ITEM	DESCRIPTIVA DO EQUIPAMENTO	EMPRESA	MARCA	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
001	Ventilador Pulmonar Ventilador para suporte ventilatório de pacientes pediátricos, adulto e neonatos, para ventilação invasiva e não invasiva; microprocessado ou microcontrolado; controlado à pressão e volume; com fluxo de no mínimo 0 a 120 lpm; Ventilação com disparo por pressão de 1,0 a 10 cm H2O abaixo do PEEP ou fluxo de 0,5 a 10 lpm; Modos Ventilatórios Adultos e Pediátricos: VCV, PCV, PSV+VT Assegurado, PSV+CPAP, SIMV (VCV), SIMV (PCV), MMV, Pressão Bifásico (APRV), VNI; Modos Ventilatórios Neonatais: PCV, PSV+CPAP, CPAP Nasal, SIMV(PCV), Fluxo contínuo; Ventilação de apneia programável para os modos espontâneos; Frequência respiratória de 1 a 150 rpm; Pressão controlada ajustável 2 a 70 cm H2O; Pressão de Suporte de 0 a 70 cmH2O; PEEP 0 a 30 cmH2O; Volume ajustável: mínimo 50 a 2000 ml; Fluxo de inspiratório 0 a 160lpm; Nebulização: Sincronizada com a inspiração; TGI sincronizado com a expiração; Formas de Onda de Fluxo: Retangular, Descendente, Senoidal, Ascendente. Concentração de Oxigênio ajustável de 21% a 100% com Blender Eletrônico ou mecânico incorporado ou não ao equipamento com alarme de queda de pressão e sistema Bypass de gás, para que na falta de um dos gases o equipamento possa substituir automaticamente pelo outro até o fornecimento correto se restabeleça. Alarmes áudio visuais acionados segundo ordem de prioridade de Pressão Inspiratória alta e baixa, Apneia, Frequência respiratória máxima, Volume corrente máximo e mínimo, volume minuto máximo e mínimo, PEEP máximo e mínimo, falta de gás de alimentação Ar e O2, queda de energia elétrica, bateria baixa, falha técnica, inversão da relação I:E; Deve possuir bateria interna com autonomia de no mínimo 90 minutos; Teclas ou botões de acionamento direto das funções, permitindo a mudança imediata dos parâmetros desejáveis; Pausa inspiratória, automática ou manual. Mecânica Respiratória: AUTO PEEP, Complacência Dinâmica, Complacência Estática, Resistência Inspiratória, Capacidade Vital Lenta, PO.1, Índice de Tobin (IRRS), Curva P-V de Inflação em fluxo baixo. Monitor gráfico (Tela LCD de no mínimo 12 polegadas) mostrando os seguintes parâmetros: Tempo real da curva de pressão, pressão inspiratória máxima, pressão plateau, PEEP, pressão média nas vias aéreas, pico de fluxo inspiratório, pico de fluxo expiratório, volume corrente inspiratório, volume corrente expiratório, frequência respiratória, tempo inspiratório, relação I:E, complacência dinâmica e dos	LESTUNG	lestung / luft3	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 17.556.659/0001-21

seguintes gráficos: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, pressão x volume, fluxo x volume, dados programados segundo o modo selecionado e valores resultantes, tendências, armazenamento dos alarmes de no mínimo 1000 eventos; Registro ministério da saúde; Certificado NBR-IEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-12; Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Acessórios: circuitos de silicone autoclaváveis, pedestal com rodízios, e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento.					
VALOR TOTAL	R\$ 40.000,00(Quarenta mil reais).				

ADJUDICO E HOMOLOGO o presente Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM DE ACORDO A PROPOSTA: 17556.659000/1130-09 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**, A empresa:

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **04.187.384/0001-54**, vencedora no valor estimado para contratação de R\$ 40.000,00(Quarenta mil reais).

Para que produza seus efeitos legais, determinando ainda.

- a) Chamamento dos licitantes vencedores para celebrar o contrato;
- b) Que seja procedida à devida publicidade.

Santarém-Pará, 07 de outubro de 2015.

Sr. Valter Pinheiro Sinimbu
Secretário Municipal de Saúde
Dec. Mun. n.º 017/2015 SEMAD