



PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

Nº da Proposta **Ano**
11291166000123001 2023

CNPJ **Beneficiário**
11291166000120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA

Esfera Administrativa

Tipo de Beneficiário
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Dirigente
Responsável Legal não cadastrado

CPF do Dirigente
Responsável Legal não

População **Telefone** **Município**
123.314 ITAITUBA

CEP
68.182-201

Endereço **E-mail**
SAGRADO CORACAO DE JESUS, BOA ESPERANCA

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso
EMENDA PARLAMENTAR

Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Composição	Número	Valor
EMENDA	71150012	697.288,00

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
05138730000177	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA	2331098

Tipo de Unidade	Endereço
HOSPITAL	AV JOSE RIBEIRO DOS ANJOS - BOA ESPERANCA, CEP:68181220

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

Tipo de Serviço
Internação - Ambiência para Atenção ao Parto e Nascimento

Setor
Internação / Internação Obstétrica (puérperas ou gestantes com intercorrência)

Ambiente
Quarto/enfermaria para alojamento conjunto ou internação de gestantes com intercorrências

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica	10	21.458,00	214.580,00
Monitor Multiparâmetros	5	18.666,00	93.330,00
Bomba de Infusão	16	8.705,00	139.280,00
Cardiotocógrafo	3	28.791,00	86.373,00

Ambiente

Sala de serviço

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira de Rodas Adulto	2	1.505,00	3.010,00
Detector Fetal	10	1.576,00	15.760,00
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	15	3.183,00	47.745,00
Berço Aquecido	2	30.567,00	61.134,00
Bomba de Infusão	2	8.705,00	17.410,00
Monitor Multiparâmetros	1	18.666,00	18.666,00

TOTAL UNIDADE ASSISTIDA

QTD.

VALOR

66

697.288,00

TOTAL GERAL

QTD.

VALOR

66

697.288,00

DADOS DO CADASTRADOR

CPF	Nome
74293095268	IAMAX PRADO CUSTODIO
E-mail	Telefone
semsa@itaituba.pa.gov.br	9391333333





Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 21.458,00

Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Cardiotocógrafo

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 28.791,00

TIPO/IMPRESSÃO | TELA | GESTAÇÃO MÚLTIPLA | CARRINHO:PORTÁTIL | DIRETO NO EQUIP | DOBRAVEL 7 A 10 | SIM | POSSUI



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Monitor Multiparâmetros

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 18.666,00

Parâmetros/tipo e tamanho do monitor/suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP | pré configurado de 10 a 12 pol | com suporte

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Berço Aquecido

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 30.567,00

Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Detector Fetal

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.576,00

TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY/TAMANHO MONITOR/ALIMENTAÇÃO: DE MESA/DIGITAL/POSSUI/DE 3' A 5'/REDE ELÉTRICA E BATERIA



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Bomba de Infusão

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 8.705,00

KVO/BOLUS/ALARME/BATERIA:POSSUI/POSSUI/POSSUI/POSSUI



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.183,00

FLUXO DE ASPIRAÇÃO | VÁLVULA DE SEGURANÇA | FRASCO | BATERIA | SUPORTE C/RODÍZIOS |
MANÔMETRO: DE 20 A 30 LPM | POSSUI | TERMOPLÁSTICO OU VIDRO | RECARREGÁVEL BIVOLT | NÃO
POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG | POSSUI

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Cadeira de Rodas Adulto

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.505,00

MATERIAL DE CONFEÇÃO | APOIO PARA BRAÇOS | APOIO PARA PÉS | ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO | ESCAMOTEÁVEL | REMOVIVEL | COM ELEVAÇÃO



SIGEM

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231227001**

Estado do Pará

Governo Municipal de Itaituba

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 10 Fundo Municipal de Saúde**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 11 Fundo Municipal de Saúde**PROJETO / ATIVIDADE :** 2.080 Manutenção da Rede Cegonha**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :** 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente**SUBELEMENTO :** 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (PROGRAMA REDE CEGONHA), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA PA, PROPOSTA Nº 11291166000123001, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
089642	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA: <i>Especificação:</i> CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA: Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	10,0000	UNIDADE	21.458,00
089643	CARDIOTOCÓGRAFO: <i>Especificação:</i> CARDIOTOCÓGRAFO: TIPO/IMPRESSÃO TELA GESTAÇÃO MÚLTIPLA CARRINHO: PORTÁTIL DIRETO NO EQUIP DOBRAVEL 7 A 10.	3,0000	UNIDADE	28.791,00
089644	MONITOR MULTIPARÂMETRO: <i>Especificação:</i> MONITOR MULTIPARÂMETRO: Parâmetros/tipo e tamanho do monitor/suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP pré configurado de 10 a 12 pol com suporte.	6,0000	UNIDADE	18.666,00
089645	BERÇO HOSPITALAR AQUECIDO: <i>Especificação:</i> BERÇO HOSPITALAR AQUECIDO: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual relógio. Apagar incorporado alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia falha na resistência de aquecimento falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	2,0000	UNIDADE	30.567,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231227001

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Itaituba

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
089646	DETECTOR FETAL PORTÁTIL: <i>Especificação: DETECTOR FETAL PORTÁTIL: TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY/TAMANHO MONITOR/ALIMENTAÇÃO: DE MESA/DIGITAL/POSSUI/DE 3' A 5'REDE ELÉTRICA E BATERIA.</i>	10,0000	UNIDADE	1.576,00
089647	BOMBA DE INFUSÃO: <i>Especificação: BOMBA DE INFUSÃO: CONTENDO KVO/BOLUS/ALARME/BATERIA.</i>	18,0000	UNIDADE	8.705,00
089648	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: <i>Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: FLUXO DE ASPIRAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO, BATERIA, SUPORTE C/ RODÍZIOS, MANÔMETRO: DE 20 A 30 LPM, POSSUI TERMOPLÁSTICO OU VIDRO, RECARREGÁVEL BIVOLT NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL, ATÉ 3,5KG .</i>	15,0000	UNIDADE	3.183,00
089649	CADEIRA DE RODAS ADULTO: <i>Especificação: CADEIRA DE RODAS ADULTO: MATERIAL DE CONFEÇÃO, APOIO PARA BRAÇOS, APOIO PARA PÉS, ELEVÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO, ESCAMOTEÁVEL, REMOVIVEL COM ELEVÇÃO.</i>	2,0000	UNIDADE	1.505,00

Itaituba, 27 de Dezembro de 2023

EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
RESPONSÁVEL

rpt01