



RECEBIDO
Em: 29/05/18
Ass.: Harison

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDIDO: 29/2018

DATA: 29/05/2018

REQUERIMENTO E JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: GABINETE DA SECRETARIA

DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAO X. (ITEM EM ANEXO)

JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAO X SE FAZ NECESSÁRIA PARA AGILIDADE DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DA UPA ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. COM FOCO CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS/EXAMES OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA REDUÇÃO NO TEMPO DE ATENDIMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS.

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: JANAÍNA PEREIRA FERREIRA (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA/AÇÃO/PROJETO - PLANEJAMENTO

SUB.UNID.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO: 10.122.0012.1098.0000 ELEMENTO: 4.4.90.52.00

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria de saúde

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO/LICITAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS X.

ITEM	MODO	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
01	UNID.	01	PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS X, ESTRUTURA MONOBLOCO E FECHAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES EM FIBRA DE VIDRO COM TANQUES EM AÇO INOXIDÁVEL; TRANSPORTE DO FILME ATRAVÉS DE ROLETES ACIONADOS POR INTERMÉDIO DE ENGRENAGENS DE ROSCA SEM FIM; CONTROLE ELETRÔNICO AUTOMÁTICO LIGA/DESLIGA (STANDBY-BY) INDEPENDENTES PARA CADA FUNÇÃO, REGENERAÇÕES AUTOMÁTICAS AJUSTÁVEIS, CONTROLE DE ENTRADA DO FILME SONORO E VISUAL, BLOQUEIO DA ÁGUA E REACIONAMENTO DA PROCESSADORA POR INTRODUÇÃO NORMAL DO FILME NO ALIMENTADOR; RECIRCULAÇÃO DO REVELADOR E FIXADOR POR MEIO DE BOMBAS COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO COM FILTRO REVELADOR; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO REVELADOR.


JANAINA PEREIRA FERREIRA

Secretária Municipal de Saúde

Decreto n.008/2017 de 02/01/2017