

Ofício / ICISMEP nº 733/2022

São Joaquim de Bicas, 03 de Agosto de 2022.

Resposta aos ofícios: OFÍCIO Nº 859/2022

Vânia Maria Azevedo Portela
Secretaria Municipal de Saúde

Município de Santarém/PA

Assunto: Autorização para adesão a Ata de registro de preços de nº 73/2021

Consoante solicitação desse estimado Município, realizamos a análise do item e quantitativo disponível para adesão, sendo AUTORIZADO pelo setor competente o quantitativo abaixo relacionado:

Item	Descrição	Quantidade solicitada	Quantidade autorizada
4	AUTOCLAVE Especificações: Autoclave Horizontal Hospitalar, capacidade mínima de 500 (quinhentos) à 550 (quinhentos e cinquenta) litros; sistema de vácuo, bomba de anel líquido ou bomba seca; 02 (duas) portas do tipo guilhotina com sistema de travamento da guarnição por ar comprimido; sistema de acionamento das solenoides por ar comprimido; sistema intuitivo e de fácil programação, na linguagem em português (Brasil); nobreak para garantir o fornecimento ininterrupto de energia para no mínimo a CLP e a Interface IHM; alimentação 220 V – 60Hz – trifásico; sistema deve conter no mínimo 8 sistemas programáveis entre 134oC e 121oC; todas as senhas de serviço e manutenção devem ser fornecidas ao hospital; Osmose Reversa para alimentação do gerador de vapor com o reservatório e suporte para reservatório da osmose; 2 (dois) carros externos; 2 (dois) carros internos; 4 (quatro) cestos e 2 (duas) grelhas de suporte de carro interno; equipamento deve atender RDC 25/2009, RDC 27/2011, RDC 32/2007, RDC 56/2001, RDC 185/2001, RDC 260/2002, RDC 91/2008; instruções normativas IN 7/2010, IN 8/2009, IN 13/2009; sistema deve conter sistema de proteção mecânica, válvula para pressão superior à 3,5 bar. Deve ser monitorizado a pressão da câmara interna, pressão da câmara externa e temperatura da câmara interna, assim como pressão do gerador de vapor; sistema deve conter impressora que imprima todo o ciclo e evolução durante todas as fases dos ciclos; gerador de vapor deve conter sistema automático de controle do nível de água, controle automático da temperatura das resistências, controle automático da pressão e descarga automática da água para limpeza das resistências; equipamento deve conter os ciclos testes, Bowie&Dick e o leak test; equipamento deve vir com todos os acessórios de blindagem e fechamentos para garantir a boa aparência e a segurança no setor; garantia mínima de 1 (um) ano; registro válido na ANVISA.	1	1

Atenciosamente,


Gracekely Alves de Melo
Controle de Contratos/Custos
Icismep


Leiliane M. Braga
Controle de Contratos/Custos
Icismep

De acordo:


Eustáquio da Abadia Amaral
Diretor Geral
Icismep