

**MINISTÉRIO  
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE  
Nº. DA PROPOSTA: 11851.575000/1180-02****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

<b>CNPJ</b> 11.851.575/0001-34	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Endereço Completo</b> BRASIL CENTRO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 68580000	<b>UF</b> PA	<b>Município</b> ITUPIRANGA

**TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA**Recurso de Emenda Parlamentar  
33390015 - R\$ 125.000,00 - HÉLIO LEITE**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

<b>Nome:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		
<b>Tipo Unidade:</b>	HOSPITAL GERAL		
<b>CNPJ:</b>	05.077.102/0001-29	<b>CNES:</b>	2615711
<b>Endereço:</b>	RUA SAO SALVADOR - CENTRO, CEP:68580000		

**OBJETO DA PROPOSTA**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	<b>CNES:</b>	2615711
<b>INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.</b>			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
<b>INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.</b>			
SEDE DE MÓDULO			
<b>INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.</b>			
O MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, ESTÁ LOCALIZADO NO SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ, CONTANDO ATUALMENTE COM UMA POPULAÇÃO DE 51.835 HABITANTES, ESTIMATIVA TCU 2017, SITUADO A 50 KM DE MARABÁ. ESTA PROPOSTA TEM POR OBJETIVO PRINCIPAL, PERMITIR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA INSCRITO NO CNES: 2615711, COM 53 LEITOS CADASTRADOS, ATENDENDO AS CLÍNICAS: MÉDICA, CIRÚRGICA, PEDIÁTRICA E OBSTÉTRICA. VALE RESSALTAR QUE O MUNICÍPIO POSSUI UMA UP4 24 HORAS E O SAMU 192, ONDE AMBOS ENCONTRAM-SE EM FASE DE HABILITAÇÃO, E AINDA O HOSPITAL MUNICIPAL QUE É A RETAGUARDA PARA OS DOIS SERVIÇOS. OS EQUIPAMENTOS POUCOS QUE AINDA DISPONÍVEIS ESTÃO OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO, PARA REALIZAR OS SEUS DEVIDOS PROCEDIMENTOS. ESSA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORA PROPOSTA SE FAZ DEVIDO À NECESSIDADE URGENTE QUE TEMOS PARA ESTRUTURAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, VISTO QUE A FALTA DESSES EQUIPAMENTOS TORNA INVIÁVEL A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS, TORNANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO MAIS LIMITADO E DISTANTE, POIS ESTES PASSAM A SEREM ACESSADOS FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL. PORTANTO, A PROPOSTA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MELHOR QUALIFICAR O ATENDIMENTO COM A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, BUSCANDO ASSIM, GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO COM QUALIDADE E RESOLUTIVIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, ONDE O DIAGNÓSTICO PASSARÁ A SER MAIS EFETIVO E COESO, ESTANDO A DISPOSIÇÃO POR MEIO DESTES INDISPENSÁVEIS EQUIPAMENTOS PARA A SALVAGUARDA DE CENTENAS DE USUÁRIOS QUE UTILIZAM NOSSOS SERVIÇOS DIARIAMENTE.			
<b>INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.</b>			
51.835, 51.835			
<b>INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.</b>			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
<b>EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?</b>			
SIM			
<b>INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.</b>			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

**EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Ambiente: Ultrassonografia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica	1	125.000,00	125.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
<p>Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 1 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Com possibilidade para aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.</p>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	<b>1</b>	<b>125.000,00</b>	

**QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS**

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	125.000,00

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>BANCO</b>
001	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>AGÊNCIA</b>	<b>NOME</b>
045330	ITUPIRANGA
<b>ENDEREÇO</b>	
R.QUINZE DE NOVEMBRO,S/N, EM FRENTE A PREFEITURA CENTRO CEP:68580000	

**DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Outros documentos para a Proposta - Termo de Compromisso - Assinado Secretária.pdf
--