



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



OFÍCIO Nº 0347/2020 – SMSS / CDM

2020 03 22 001

Novo Repartimento, 22 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **INSUMOS LABORATORIAIS** a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado digitalmente
por EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:42:05 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019

Ao Sr

Denilson Resplandes dos Santos

Presidente da CPL

Novo Repartimento – PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19

OFICIO Nº 347

ITEM	PRODUTO	UN	QTDD
1.	ACIDO URICO (KIT COM 200 TESTES +) Marcas:, BIOCLIN . <u>KIT COM PADRÃO.</u>	KIT	40
2.	AMILASE - CINETICO Marcas: BIOCLIN	KIT	40
3.	CREATININA K (KIT COM 200 TESTES) Marcas:BIOCLIN <u>KIT COM PADRÃO.</u>	KIT	40
4.	LATEX (REUMATESTES) (KIT COM 50 TESTES)	KIT	30
5.	GAMA GT KIT COM 200 TESTES Marcas: , BIOCLIN . <u>KIT COM PADRÃO. - CINETICO</u>	KIT	30
6.	PCR (KIT COM 150 TESTES) DOLES	KIT	30
7.	ALT (KIT COM 100 TESTES) Marcas: BIOCLIN . <u>KIT COM PADRÃO.</u>	KIT	50
8.	AST (KIT COM 100 TESTES) Marcas: BIOCLIN . <u>KIT COM PADRÃO.</u>	KIT	50
9.	URÉIA CE (KIT COM 500 TESTES) Marcas: LABTESTE, BIOCLIN OU DOLES. <u>KIT COM PADRÃO.</u>	KIT	40
10.	SWAAB PARA COLETA DE SECREÇÃO PCT COM 500 UM	PCT	10
11.	TESTE RÁPIDO (IgG e IgM) PARA DETECÇÃO DO VÍRUS DO CORONAVIRUS	KIT	10

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado
digitalmente por
EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:45:31 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



OFÍCIO Nº 0348/2020 – SMSS / CDM

Novo Repartimento, 21 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA** a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado digitalmente
por EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:42:15 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019

Ao Sr

Denilson Resplandes dos Santos

Presidente da CPL

Novo Repartimento – PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

*SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19*

OFICIO Nº 348

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	AAS 100 MG	CPR	3000
2.	AAS 500MG	CPR	2000
3.	ACETILCISTEINA 20 MG/ML	FR	1000
4.	ACETILCISTEINA 40 MG/ML	FR	1000
5.	AMBROXOL 15 MG/ 5 ML	FR	1000
6.	AMBROXOL 30 MG/ 5 ML	FR	1000
7.	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP	FR	4000
8.	AZITROMICINA 500 MG	CPR	40.000
9.	BISSULFATO DE CLOPDOGREL 75 MG	CPR	1000
10.	CLARITROMICINA 125 MG/ML	FR	1000
11.	CLARITROMICINA 500 MG	CPR	5000
12.	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML	FR	1000
13.	DIPIRONA 500 MG	CPR	50000
14.	DIPIRONA 500MG/ML	FR	1200
15.	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	CPR	40.000
16.	IVERMECTINA 6 MG	CPR	24.000
17.	LORATADINA 1 MG/ML XRP	FR	1000
18.	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, 0,4MG/ML XPE	FR	1000
19.	OMEPRAZOL 20 MG	CPR	1000
20.	PARACETAMOL 200MG/ML GTS	FR	1200
21.	PARACETAMOL 500MG	CPR	20000
22.	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1,34MG/ML XPE	FR	1000
23.	ZINCO QUELADO 50 MG	CPR	2000

**EDIMILSON
BATISTA
ALVES**

Assinado digitalmente por
EDIMILSON BATISTA
ALVES

Data: 2020.05.21
09:45:47 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



OFÍCIO Nº 0349/2020 – SMSS / CDM

Novo Repartimento, 21 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR** a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado digitalmente
por EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:42:22 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019

Ao Sr

Denilson Resplandes dos Santos

Presidente da CPL

Novo Repartimento – PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

*SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19*

OFICIO Nº 349

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	ACETATO DE METILPRECINISOLONA 40MG/ ML	AMP	400
2.	ENDOMIDATO 2MG/ML – AMP COM 10 ML	AMP	50
3.	OMEPRAZOL 40 MG – PO INJETAVEL+DILUENTE	FR	1000
4.	SUCCINIL COLINA 100MG	FR	50
5.	SUCCINIL COLINA 500MG	FR	50

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado digitalmente
por EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:45:56 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



OFÍCIO Nº 0350/2020 – SMSS / CDM

0350/2020 - 1026

Novo Repartimento, 21 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALAR** a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado digitalmente
por EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:42:29 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019

Ao Sr

Denilson Resplandes dos Santos

Presidente da CPL

Novo Repartimento – PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

*SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19*

OFICIO Nº 350

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	ÁLCOOL HIDRATADO 70 % GEL – FR COM 1000ML	FR	2000
2.	ÁLCOOL HIDRATADO 70 % GEL – GALAO COM 5000 ML	GL	200
3.	ÁLCOOL HIDRATADO 70% LIQUIDO	LT	2000
4.	GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COR BRANCA PC/ C/ 100 UN – COM ELASTICO.	PCT	1000
5.	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL CX COM 100UN TAM. G	CX	200
6.	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL CX COM 100UN TAM. M	CX	500
7.	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL CX COM 100UN TAM. P	CX	400
8.	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL CX COM 100UN TAM. PP	CX	400
9.	MACACAO EM POLIPROPILENO NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADE IMPERMEÁVEL RESISTENTE A LÍQUIDOS QUÍMICOS, TINTAS, PÓ DE CHUMBO, CERÂMICA, ARGILA, CIMENTO E MINERAÇÃO PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES COM ZÍPER EM NYLON PARA ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO. <u>TAMANHO MEDIO</u>	UN	150
10.	MACACOA EM POLIPROPILENO NÃO-TECIDO (TNT) LAMINADO DE QUALIDADE IMPERMEÁVEL RESISTENTE A LÍQUIDOS QUÍMICOS, TINTAS, PÓ DE CHUMBO, CERÂMICA, ARGILA, CIMENTO E MINERAÇÃO PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS COM ELÁSTICO PARA MELHOR PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES COM ZÍPER EM NYLON PARA ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO. <u>TAMANHO GRANDE</u>	UN	150
11.	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 OU PFF2	UN	1000
12.	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 OU PFF2	UN	300
13.	Mascara cirúrgica descartável EM polipropileno CX C/50 UN COM ELÁSTICO ADULTO BRANCA	CX	2500
14.	MASCARA FACIAL PROTETORA ANTI RESPINGOS : POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÉ 20X MAIS RESISTENTE QUE O ACRÍLICO -ALTA TRANSPARÊNCIA 98% -PROTEGE O ROSTO TODO -MATERIAL ATÓXICO -MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL -TAMANHO ÚNICO COM AJUSTE NAS LATERAIS	UN	100
15.	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO - ADULTO	UN	200
16.	SAPATILHA PRO-PÉ - sendo produzido em 100% Polipropileno PCT COM 100 UN	PCT	200

EDIMILSON
BATISTA ALVES

Assinado digitalmente por
EDIMILSON BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21 09:46:17 -
0300

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

OFÍCIO Nº 0352/2020 – SMSS / CDM

[Assinatura manuscrita]

Novo Repartimento, 21 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado digitalmente
por EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:42:41 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019

Ao Sr

Denilson Resplandes dos Santos

Presidente da CPL

Novo Repartimento – PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

*SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19*

OFICIO Nº 352

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	AMBU REANIMADOR MANUAL EM SILICONE ADULTO COMPLETO: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; - TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML;; - MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; - VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; - COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; - COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO).	UM	30
2.	AMBU REANIMADOR MANUAL EM SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; - TAMANHO PEDIÁTRICO: BALÃO COM 1600ML;; - MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; - VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; - COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; - COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO).	UM	20
3.	CABINE DE DESINFECÇÃO (SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA VIRUS E BACTÉRIAS. DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM – PESSOAS, CADEIRAS DE RODAS, ANDADORES, EQUIPAMENTOS E BICICLETAS.	UM	03
4.	CAIXA ISOLADORA PARA INTUBAÇÃO DE PACIENTES DESMONTÁVEL – EM ACRILICO	UN	06
5.	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5	UM	10
6.	EXTENSÃO PLÁSTICA 1.5 MTS. PARA MICRONEBULIZADOR DE AR CUMPRIMIDO.	MT	20
7.	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - auxilia na inserção de tubos endotraqueais É composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica Satin-Slip, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Informações Adicionais - Composto por um fio de alumínio flexível - Envolto por uma barrinha plástica Satin-Slip - Embalado individualmente	UN	15
8.	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GaX20 CM	UM	10
9.	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GaX30 CM	UM	10
10.	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16GaX60 CM	UM	10
11.	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 17GaX20 CM	UM	10
12.	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 17GaX30 CM	UM	10
13.	KIT MACRONEBULIZADOR: INDICADO PARA NEBULIZAÇÃO FRIA DE LÍQUIDOS DESTINADOS PARA USO ADULTO EM TERAPIAS RESPIRATÓRIAS. COM A FINALIDADE DE UMIDIFICAR O AR INSPIRADO, OFERECER APORTE DE GÁS OXIGÊNIO OU MISTURAS DE GASES, ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E/OU FLUIDIFICAR SECREÇÕES. ESPECIFICAÇÕES - FABRICANTE: LUMIAR - MATERIAL: TRAQUEIA 800MM X 22MM(ABS/PVC/PP) - COPO MACRONEBULIZADOR (ABS) - MÁSCARA FACIAL TAMANHO ADULTO (PVC); - CAPACIDADE DO COPO MACRONEBULIZADOR: 250ML; ITENS INCLUSOS - 01 TRAQUEIA DESCARTÁVEL; - 01 COPO MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO; - 01 MÁSCARA FACIAL NEBULIZAÇÃO	KIT	50
14.	LARINGOSCOPIO CABO + 5 LAMINAS CURVAS I	KIT	10

	a 5 COM ESTOJO MD: Kit de Laringoscópio completo contendo: 1 Estojo com zíper e nichos para cabo ,lâminas e Lâmpada sobressalente: 1 CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO MD; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 1 (Infantil) MD com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 2 (Criança) MD com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 3 (Adulto Médio) MD com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 4 (Adulto Grande) MD com lâmpada; 1 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD CURVA TAM 5 (Adulto Grande) MD com lâmpada; 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE 2,7V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA GRANDE MD		
15.	MANGUEIRA DE SILICONE: PURO ATÓXICO 202 5X10MM; RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS ULTRAPASSANDO 300 °C; FLEXIBILIDADE A SOLVENTES, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS; ATÓXICO; INODORO; NÃO RESSECA; NÃO ACUMULA PIGMENTOS.	MT	100
16.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO: MODELO ADULTO; - COM TUBO DE O2; - COM RESERVATÓRIO; - NÃO ESTÉRIL; QUANTIDADE: 1 PÇ; - CONSERVE EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, POEIRA E VAPORES QUÍMICOS; - VALIDADE INDETERMINADA; - REG. ANVISA: 80070210021; - COMPOSIÇÃO: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO; - NÃO ESTERILIZÁVEL - PRODUTO DE USO ÚNICO; - NÃO PODE SER ESTERILIZADO. COM RESERVATÓRIO E TUBO DE O2. ADMINISTRA OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR A INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E A APNEIA OBSTRUTIVA. NÃO ESTÉRIL.	UM	50
17.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI: - MODELO ADULTO; - COM TUBO CORRUGADO: - 6 DILUIDORES COLORIDOS; - NÃO ESTÉRIL. QUANTIDADE: 1 PÇ; - TUDO DE O2; - FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO (NÃO UTILIZAR CASO A EMBALAGEM ESTEJA ABERTA OU DANIFICADA); - CONSERVE EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, POEIRA E VAPORES QUÍMICOS; - VALIDADE INDETERMINADA; - COMPOSIÇÃO: PVC/ABS/PE; - NÃO PODE SER ESTERILIZADO. MODELO: ADULTO. COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	UM	30
18.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO DE ALTA CONCENTRAÇÃO: MODELO PEDIÁTRICO; - COM TUBO DE O2; - COM RESERVATÓRIO; - NÃO ESTÉRIL; QUANTIDADE: 1 PÇ; - CONSERVE EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, POEIRA E VAPORES QUÍMICOS; - VALIDADE INDETERMINADA; - COMPOSIÇÃO: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO; - NÃO ESTERILIZÁVEL - PRODUTO DE USO ÚNICO; 36- NÃO PODE SER ESTERILIZADO. COM RESERVATÓRIO E TUBO DE O2. ADMINISTRA OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR A INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E A APNEIA OBSTRUTIVA. NÃO ESTÉRIL.	UM	50
19.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI: - MODELO	UM	50

	ADULTO; - COM TUBO CORRUGADO; - 6 DILUIDORES COLORIDOS; - NÃO ESTÉRIL. QUANTIDADE: 1 PÇ; - TUDO DE O2; - FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO (NÃO UTILIZAR CASO A EMBALAGEM ESTEJA ABERTA OU DANIFICADA); - CONSERVE EM LOCAL SECO E FRESCO. AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, POEIRA E VAPORES QUÍMICOS; - VALIDADE INDETERMINADA; - COMPOSIÇÃO: PVC ABS PE; - NÃO PODE SER ESTERILIZADO. MODELO: PEDIÁTRICO. COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.			
20.	MONITOR CARDIACO: ECG Captação pelas pás ou cabo paciente 3 a 5 vias Derivações: 07 derivações – DI a V Frequência cardíaca leitura digital, até 250 bpm, com indicação sonora e visual de cada batimento. Alarmes audiovisuais para mínima ajustável entre 20 e 120 bpm e máxima entre 120 e 250 bpm; eletrodo solto; Sensibilidade ajustável entre N/2, N e 2N; Velocidade 25 mm/seg; Filtros digitais de tremor muscular; com rede para 50 ou 60 Hz.	UN	02	
21.	OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL NA PONTA DO DEDO DISPLAY LED NÍVEL DE OXIGÊNIO NO SANGUE SPO2 OXÍMETRO DE DEDO SENSOR SATURAÇÃO PONTA DO DEDO MONITOR MEDIDOR	UN	20	
22.	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT-100 - Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Certificado pelo INMETRO.	UN	05	
23.	TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO: CONTATO TESTA-OUVIDO MICROLIFE AZUL; BENEFÍCIOS: VISOR LCD; ALARME DE FEBRE; SINAL SONORO AO TÉRMINO DA MEDIÇÃO; MEMÓRIA PARA 12 MEDIÇÕES; AUTO TESTE; CLINICAMENTE TESTADO; PRECISO E MULTIFUNCIONAL; SIMPLES E FÁCIL DE UTILIZAR; ITENS INCLUSOS: 01 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MICROLIFE DUAL; MODE IFR1DUI; 01 CAPA PARA ARMAZENAMENTO; 01 BATERIA CR2032 INCLUSA; MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UM	50	
24.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 2,5	UN	20	
25.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 3,0	UN	20	
26.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 3,5	UN	20	
27.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 4,0	UN	20	
28.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 4,5	UN	20	
29.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 5,0	UN	50	
30.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 5,5	UN	50	
31.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 6,0	UN	50	
32.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 6,5	UN	50	
33.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 7,0	UN	50	
34.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 7,5	UN	50	
35.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 8,0	UN	50	
36.	TUBO ORÓTRAQUEAL COM CUFF 8,5	UN	50	

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado digitalmente por
EDIMILSON BATISTA
ALVES
Data: 2020.05.21 09:46:36
-0300

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



OFÍCIO Nº 0353/2020 – SMSS / CDM

2020 05 21 025

Novo Repartimento, 21 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação / CPL, em anexo, planilhas de **MATERIAL PERMANENTE NÃO HOSPITALAR** a serem licitados, para um período de doze meses, para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,

EDIMILSON
BATISTA
ALVES

Assinado digitalmente
por EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:42:49 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019

Ao Sr

Denilson Resplandes dos Santos

Presidente da CPL

Novo Repartimento - PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

*SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19*

OFICIO Nº 353

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	LAVATÓRIO PLÁSTICO VÁLVULA PEQUENO BRANCO -BRANCO DESCRIÇÃO: RECIPIENTE PARA LAVAR E ENXAGUAR AS MÃOS E O ROSTO, OU MESMO LAVAR OBJETOS ETC. COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGEM	UN	20

**EDIMILSON
BATISTA
ALVES**

Assinado digitalmente
por EDIMILSON
BATISTA ALVES
Data: 2020.05.21
09:46:42 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde

Portaria Nº. 0745/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19

OFICIO Nº


20200321012

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	ALBUMINA LIQUIFORM (KIT COM 200 TESTES) Marcas: LABTESTE, BIOCLIN OU DOLES (TEM QUE SER DA MESMA MARCA DO KIT DE PROTEINA) KIT COM PADRÃO.	KIT	02
2.	ASO (KIT COM 50 TESTES)	KIT	10
3.	CKMB (TESTE RAPIDO) KIT COM 25 TESTES	KIT	24
4.	DETERGENTE CONCENTRADO- ABX Minoclaire frasco com 0,4litro (Marca com reagente deve ser a mesma do aparelho)	FR	15
5.	DETERGENTE MINICLEAN ABX frasco com 1 litro (Marca com reagente deve ser a mesma do aparelho)	FR	15
6.	DILUENTE ABX Minoton LMG galão20 L. (Marca com reagente deve ser a mesma do aparelho)	GL	30
7.	LISANTE ABX Minolyse frasco com 1 L (Marca com reagente deve ser a mesma do aparelho)	LT	30
8.	TROPONINA (TESTE RAPIDO) KIT COM 25 TESTES	KIT	24
9.	VDRL (KIT COM 200 TESTES)	KIT	20

EDIMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde

Portaria Nº. 0745/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO




*SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19*

OFICIO Nº

70800521033

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	HEPARINA 5 000 UI /0,25 ML - Caixa com 25 ampolas de 0,25 mL em solução aquosa Cada ampola de 0,25 mL de HERIN SUB-CUT-NEO (Heparina Sódica) contém 5.000 UI de heparina sódica para administração subcutânea.	CX	30

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19

OFICIO Nº

2020 05 21 034

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	CAMA HOSPITALAR FAWLER TUBULAR-COM COLCHAO , material aço inoxidável, tipo manivelas escamoteáveis, acabamento das rodas roda de borracha, rodas 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios diagonais, comprimento até 2,00 m, largura cerca de 1,00 m, altura cerca de 0,80 m, componentes suporte de soro, características adicionais posições de trendelemburg, fowler e reverso	UM	20
2.	CORTINA HOSPILAR: CONFECCIONADO EM TECIDO PVC E 100 % POLIESTER COM TRATAMENTO DE REPELENCIA AAGUA E OLEO, ANTE FUNGO E ANTIIMICROBIANO (DIMÇOES: COMP 7 METROS x AUTURA 3 METROS).	UM	15
3.	SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS PADROES – T – RN 30x60	UN	50
4.	SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS T- P 50x100	UN	50
5.	SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS PADROES T-M 60x150	UN	50
6.	SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS PADROES T – G 90x 210	UN	50
7.	SACO COBERTURA PARA CADAVER: CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) CORES COMO CINZA EM ESPECIAL, BRANCO OU PRETO FECHAMENTO EM ZIPER COM ETIQUETA FIXADA NO CURSOR DO ZIPER MEDIDAS PADROES T – GG 90x 220	UM	50
8.	TRILHO CURVO PARA CORNA HOSPITALAR : CURVAS A 90GRAUS – (SUPORTE DE TETO, GANCHOS, DESLIZANTES E TERMINAIS EM POLIPROPINO (PLASTIC DE ALTA RESISTENCIA) NA COR BRANCA. FIXAÇÃO DIRETA NO TETO OU EM SUPORTE PARA REBAIXAMENTO DE TRILHO POR BUCHA E APRAFUSOS REMOVIVEIS. PODEM SER FIXADOS EM QUALQUER TIPO DE FORRO: GESSO, PACOTE, MODULADO, LAJES, ETC...(DIMENÇOES: COMP 7 M)	METRO	10

EDIMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde

Portaria Nº. 0745/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19

OFICIO Nº

ITEM	PRODUTO	UN	QTDE
1.	VENTILADOR PULMONAR PR4D PLUS: FiO2: 50 a 70% (através de sistema venturi) - incorporada ao equipamento. -21 a 100% (através de blender externo) - possibilidade com opcional não incluso -Tempo inspiratório: 0,1 a 10s -Relação I:E 1:99 a 5:1 (invertido) -Frequência do ventilador: 1-150 rpm -Volume corrente: 0 a 2,50 l -Pressão inspiratória: 0 a 100 cm H2O -PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (válvula externa) - possibilidade com opcional não incluso -Fluxo inspiratório: 0 a 90 l/min. -Forma de onda fluxo: quadrada -Válvula de segurança interna de pressão inspiratória ajustada -em 120 cm H2O -Stand by para manter a programação sem ciclado -Válvula reguladora de pressão de entrada de O2 incorporada internamente ao equipamento -Fluxômetro de 0 a 15 l/min. (acessório incluso) -Garrafa de aspiração com vácuo de 30 cm Hg (acessório incluso).	UN	02

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria Nº. 0745/2019

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



*SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NA
CONTENÇÃO MUNICIPAL DO COVID - 19*

OFICIO Nº

ITEM	PRODUTO	UN	QTDDE
1.	BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusão universal possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. Principais características: Display: - Tela de LCD para ajustes e configurações; - Painel de LED's para registro de volume infundido; - LED's indicadores de funcionamento; Bomba: - Compatível com equipos padrão de qualquer marca; - Possui alarmes audiovisuais; - Sensor de gotas; - Ajuste de volume de infusão pré definido; - Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; - Três níveis de indicação de oclusão no sistema; - Função purgar; - KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; - Gravação automática da última infusão; - Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; - Classe de proteção IPX4; Alarmes: - Indicações sonoras (bip e voz); - Início da infusão; - Término da infusão; - Infusão da quantidade limitada encerrada; - Oclusão; - Deteção de bolhas; - Fechar a porta; - Instalação incorreta; - Configuração incorreta; - Velocidade de infusão anormal; - Sensor de gotas desconectado; - Alimentação externa desconectada; - Bateria fraca;	UN	06

Especificações:

Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml

Taxa de infusão:

Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h)

Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min)

Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h)

Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h)

Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg)

Bateria e alimentação:

O equipamento possui bateria interna recarregável DC 11,1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga.

Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático.

Garantia Legal

180 (cento e oitenta dias) da emissão da Nota Fiscal.

Peso e dimensões:

Peso líquido aproximado: 1,8 kg

Dimensões: 140 x 157 x 220mm

Acessórios que acompanham o equipamento:

01 Cabo de força

01 Bateria interna

01 Sensor de gotas

01 Manual de instruções

Certificado de garantia

EDIMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde

Portaria N°. 0745/2019