

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Registro de Preços Eletrônico nº 022/2020

Às 08:01 do dia 07/10/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM PARA APARELHO DE RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JOSÉ BERNARDO DA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU, PARA ENFRETAMENTO DO COVID 19

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais trâmites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2020/10/01 20:44	2020/10/01 21:00	2020/10/06 08:00	2020/10/07 08:00	2020/10/07 08:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
05/10/2020 - 16:44	VALIDADE DA PROPOSTA	07/10/2020 - 08:11

Boa tarde Senhores, gostaria de esclarecer a informação do edital a respeito da validade da proposta:

"7.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação."

O prazo correto é de 60 ou 120 dias?

em resposta ao pedido de esclarecimento informamos que o prazo de validade da proposta é não inferior a sessenta dias

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS EM GERAL. LEITURA DE CHASSIS POR LEITOR DE CODIGO DE BARRAS INCLUINDO UMA UNIDADE LEITORA COMPLETA E UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA RADIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO ELETRONICA DOS CHASSIS. UM (01) LEITOR DE CHASSIS CR DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DOTADO DE ALIMENTADOR MONOCASSETE INTEGRADO. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM CAPACIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 10 PIXELS/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES. PROCESSAMENTO DE NO MINIMO 60 CASSETES POR HORA. CASSETES COMPOSTOS POR PLACAS DE FOSFORO PARA RAIOS-X, NOS TAMANHOS: 20X25CM, 25X30CM, 35X43CM, E COM GARANTIA MINIMA DE 50.000 LEITURAS, CASSETES NA TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUTIBILIDADE. 01 (UMA) ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE PACIENTE, CONECTADOS AOS CR(S), DO	18.215,42	12	MÊS	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
01/10/2020	REGISTRO LOCAÇÃO DIGITALIZADOR.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
05/10/2020 - 16:44	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 022/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2020 - 08:58	Negociação aberta para o processo 022/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2020 - 08:59	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/10/2020 às 11:00.
07/10/2020 - 11:26	Intenção de recurso enviada para o processo 022/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2020 - 14:54	Negociação aberta no processo 022/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2020 - 14:56	Mensagem para negociação no processo 022/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	-------------

0001	<p>LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolubilidade. 01 (uma) Estação de Cadastro de paciente, conectados aos CR(s), do</p>	A Imagem Com. e Serv. Ltda Me	VITA FLEX + DW5950 + PACS VUE	CARESTREAM	10.900,00	130.800,00
------	---	-------------------------------	-------------------------------	------------	-----------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas

em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda	05.351.445/0001-30	06/10/2020 - 17:18:24	FCR PRIMA T2 + DRYPIX EDGE	FUJIFILM	18.215,42	218.585,04	Não
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	10.515.403/0001-27	06/10/2020 - 20:20:56	CR VITA	CARESTREAM	18.215,00	218.580,00	Não
A Imagem Com. e Serv. Ltda Me	07.377.150/0001-68	06/10/2020 - 22:18:31	VITA FLEX + DW5950 + PACS VUE	CARESTREAM	16.000,00	192.000,00	Sim

Lances Enviados

0001 - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/10/2020 - 17:18:24	18.215,42 (proposta)	05.351.445/0001-30	Válido
06/10/2020 - 20:20:56	18.215,00 (proposta)	10.515.403/0001-27	Válido
06/10/2020 - 22:18:31	16.000,00 (proposta)	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:30:53	15.500,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:32:15	15.400,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:35:24	15.300,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:36:23	15.200,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:37:12	14.420,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:38:02	14.400,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:38:43	14.100,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:39:33	14.000,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:40:26	13.285,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:40:41	13.000,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:41:41	12.330,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:42:01	12.300,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:43:07	12.200,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:43:26	12.100,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:44:41	11.482,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:45:05	11.400,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:46:38	11.350,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:46:47	11.300,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:48:20	11.250,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:48:35	11.200,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:49:04	11.100,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:49:43	11.000,00	07.377.150/0001-68	Válido
07/10/2020 - 08:50:46	10.950,00	10.515.403/0001-27	Válido
07/10/2020 - 08:51:37	10.900,00	07.377.150/0001-68	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/10/2020 - 09:12:29	07.377.150/0001-68	

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/10/2020 - 16:19	--	--

0001 - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05.351.445/0001-30	07/10/2020 - 11:26:04	Recorremos contra a habilitação da empresa ora vencedora, pois foram oferecidos valores inexequíveis, devendo ser desclassificada conforme item 8.2 do Edital. Devendo ser solicitado diligência para apresentação de planilha de formação de custos, e NF de compra do material, conforme previsto no item 9.2 e 9.3 do Edital. Uma vez que o valor de custo 2.000 filmes mensais é superior ao ofertado pela empresa ora vencedora.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
01/10/2020 - 20:44	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
01/10/2020 - 20:44	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
07/10/2020 - 08:11:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/10/2020 - 08:12:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/10/2020 - 08:12:11	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/10/2020 - 08:12:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
07/10/2020 - 08:12:11	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
07/10/2020 - 08:13:01	Pregoeiro	bom dia senhores licitantes
07/10/2020 - 08:13:10	Pregoeiro	vamos dar inicio a sessão
07/10/2020 - 08:14:54	Pregoeiro	peço a todos que fiquem atentos na formulação de lances
07/10/2020 - 08:25:33	Pregoeiro	vamos dar inicio aos lances
07/10/2020 - 08:28:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2020 - 08:28:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/10/2020 - 08:53:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/10/2020 - 08:58:19	Sistema	O item 0001 teve como arrematante A Imagem Com. e Serv. Ltda Me - ME com valor unitário de R\$ 10.900,00 e marca VITA FLEX + DW5950 + PACS VUE.
07/10/2020 - 08:58:19	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
07/10/2020 - 08:59:15	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/10/2020 às 11:00.
07/10/2020 - 09:12:29	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
07/10/2020 - 11:26:04	Sistema	O fornecedor Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/10/2020 - 07:56:07	Pregoeiro	remarco a sessão para amanhã 09 de outubro de 2020 as 14:00
09/10/2020 - 14:03:49	Pregoeiro	boa tarde senhores licitantes
09/10/2020 - 14:04:02	Pregoeiro	vamos dar prosseguimento ao certame
09/10/2020 - 14:51:52	Pregoeiro	informo que estou analisando o documento da empresa arrematante
09/10/2020 - 14:54:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001.
09/10/2020 - 14:55:50	Pregoeiro	a Empresa A Imagem Comercio e Serviços LTDA
09/10/2020 - 14:56:28	F. A Imagem Com. e S...	Negociação Item 0001: Boa Tarde Sr. Pregoeiro
09/10/2020 - 14:59:02	Pregoeiro	Você confirma que no seu valor esta incluso todos os custos, diretos e indiretos, estando incluso manutenção da maquina preventiva e corretiva, e todos tipo de instrução técnica necessária para o bom funcionamento no órgão publico municipal ?
09/10/2020 - 15:00:22	F. A Imagem Com. e S...	Negociação Item 0001: Sim Confirmamos!
09/10/2020 - 15:00:57	F. A Imagem Com. e S...	Negociação Item 0001: Garatimos tambem o fornecimento dos insumos solicitados
09/10/2020 - 15:01:40	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
09/10/2020 - 15:03:45	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
09/10/2020 - 15:03:45	Sistema	Intenção: Recorremos contra a habilitação da empresa ora vencedora, pois foram oferecidos valores inexecuveis, devendo ser desclassificada conforme item 8.2 do Edital. Devendo ser solicitado diligência para apresentação de planilha de formação de custos, e NF de compra do material, conforme previsto no item 9.2 e 9.3 do Edital. Uma vez que o valor de custo 2.000 filmes mensais é superior ao ofertado pela empresa ora vencedora.
09/10/2020 - 15:03:45	Sistema	Justificativa: A INTEÇÃO DE RECURSO FOI RECUSADA POIS A EMPRESA TANTO EM SUA DOCUMENTAÇÃO QUANTO EM DILIGENCIA NO CHAT CONFIRMOU O VALOR PROPOSTO, COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E INSUMOS.
09/10/2020 - 15:47:58	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A Imagem Com. e Serv. Ltda Me.
09/10/2020 - 15:48:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2020 às 16:19.
14/10/2020 - 11:54:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/10/2020 - 11:54:18	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE.
16/10/2020 - 09:32:45	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 19/10/2020.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE
Pregoeiro(a)

GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR
Autoridade Competente

JOSÉ NONATO BARROS RODRIGUES
Apoio

DARLAN WELKSON COSTA SILVA

Apoio