

Belém, 11 de Junho de 2019.

Solicitamos com a maior brevidade possível, a orçamento para AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE conforme demonstrativo de planilha em anexo, objetivando atender as necessidades desta Administração Municipal.	
CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO	
1	A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa
2	A proposta tem que ser assinada
3	Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes;
4	Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Autoclave horizontal digital; Capacidade de 60 litros; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital LCD; Controle do ciclo totalmente automático; Fecho da tampa de triplo estágio; Sistema de porta em aço carbono e aço inox laminado.	UNID	03		

Atenciosamente,

Adriana Brum
CGL/SEGE/PMB
(91) 3202-9917
(91) 98485-2081



cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Solicitação de Orçamento

9 mensagens

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

11 de junho de 2019 10:56

Cco: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>, MM LOBATO <mmlobato@mmlobato.com.br>, mshospitalar@hotmail.com, Medi-Saude Produtos Medico Hospitalares Ltda <medisaude2@gmail.com>, SUELLEN RODRIGUES - BR CIRURGICA <vendas3@brcirurgica.com.br>, vendas@hexasystems.com.br, James Pereira <jamespereiras@yahoo.com.br>, Ana Pinheiro <anapinheiro@alfemabelem.com.br>, Licitacao <licitacao@macedohospitalar.com>, shoppinghospitalar@yahoo.com.br

Bom dia,
Estamos enviando nossa solicitação de orçamento conforme documento em anexo.
Desde já agradecemos e aguardamos retorno o mais breve possível.

At.te
Adriana Brum

Assessor

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

**SEGEp**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

**15397.doc**

83K

Ana Pinheiro <anapinheiro@alfemabelem.com.br>

11 de junho de 2019 14:44

Responder a: Ana Pinheiro <anapinheiro@alfemabelem.com.br>

Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

Cc: Comercial Para - Alfema <comercialpara@alfemabelem.com.br>, Giele Nascimento
<auxiliar.adm@alfemabelem.com.br>

Boa tarde!

Nossa empresa agradece a vossa solicitação, entretanto lamentamos informar que este produto não faz parte de nossa linha.

Duvidas ficamos a disposição.

Atenciosamente,

Ana Pinheiro

Gerente Administrativa e Qualidade

Alfema Dois Mercantil Cirúrgica Ltda.

Fone/Fax (91) 3217-4500

Celular: (91) 9146-2445 - VIVO

E-mail: anapinho@alfemabelem.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

11 de junho de 2019 17:54

Boa tarde!

Segue orçamento solicitado!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



15397.doc
83K



ORC178953SEGEp.pdf
195K

Licitação <licitacao@macedohospitalar.com>
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

11 de junho de 2019 18:23

Boa noite Sra Adriana Brum!

Segue o solicitado.

Atenciosamente



Flávio Reymar da Silveira Ramos

Departamento de Vendas

End.: Trav. Angustura nº 3145 – Marco – CEP 66093-040 – Belém – Pará

licitacao@macedohospitalar.com

www.macedohospitalar.com

Fone / Fax: +55(91)3276-6889 / +55(91)3277-5366 / +55(91)98406-3017

De: cotaçãode preços segep [<mailto:cotacaosegep@gmail.com>]

Enviada em: terça-feira, 11 de junho de 2019 10:57

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: Solicitação de Orçamento

Bom dia,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Pp.169.19- PROPOSTA DE PREÇOS SEGEP PMB 11 06 19 AUTOCLAVE NURSE BAUMER.pdf
324K

cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

12 de junho de 2019 08:56

Para: Cláudia Pinho <claudia.pinho@shoppingdasaudeonline.com.br>

Recebido.

Obrigada.

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081



PREFEITURA
BELÉM

SEGEP

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará

CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

12 de junho de 2019 09:03

Para: Licitação <licitacao@macedohospitalar.com>

Recebido.

Obrigada.

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081



PREFEITURA
BELÉM

SEGEP

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão

(91) 3236-3777

Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará

CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaoosegep@gmail.com>

12 de junho de 2019 10:47

Para: Licitação <licitacao@macedohospitalar.com>

Prezados,

Analisando o orçamento recebido, identificamos que o mesmo não corresponde ao solicitado.

Deste modo, existe a possibilidade de verificação e correção do orçamento?

Desde já agradecemos.

At.te

Adriana Brum

Assessor Superior

CGL/Segep/PMB

Fone: (91) 3202-9917

98485-2081

**SEGEP**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

Em ter, 11 de jun de 2019 às 18:23, Licitação <licitacao@macedohospitalar.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação <licitacao@macedohospitalar.com>
Para: cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>

12 de junho de 2019 11:20

Bom dia!

Nosso equipamento Autoclave Horizontal a menor capacidade que podemos oferecer é de 100Lts, por isso envie essa proposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotaçãode preços segep <cotacaosegep@gmail.com>
Para: Licitação <licitacao@macedohospitalar.com>

12 de junho de 2019 11:21

Tudo bem
Obrigada!!

At.te
Adriana Brum

Assessor Superior
CGL/Segep/PMB
Fone: (91) 3202-9917
98485-2081

**SEGEP**

Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão
(91) 3236-3777
Av. Governador José Malcher, 2110, São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.060-230

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Relatório de Cotação: PROCESSO 15397 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE

Pesquisa concluída no dia 12/06/2019 11:00:20 (IP: 201.56.148.242)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Autoclave horizontal digital; Capacidade de 60 litros; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital LCD; Controle do ciclo totalmente automático; Fecho da tampa de triplo estágio; Sistema de porta em aço carbono e aço inox laminado.	2	1 Unidade	5989,64	R\$5.989,64

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	NºPregão:122019 UASG:988841	04/04/2019	R\$7.389,29
Valor Unitário				R\$7.389,29



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS E LICITACAO	NºLicitação:740382	31/10/2018	R\$4.590,00
Valor Unitário				R\$4.590,00

Média dos Preços Obtidos: R\$5.989,64

Valor Global:	R\$5.989,64
---------------	-------------

Valor do item em relação ao total

● 1) Autoclave ...



Detalhamento dos Itens

Item 1: Autoclave horizontal digital; Capacidade de 60 litros; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital LCD; Controle do ciclo totalmente automático; Fecho da tampa de triplo estágio; Sistema de porta em aço carbono e aço inox laminado.

R\$5.989,64

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Autoclave horizontal digital; Capacidade de 60 litros; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital LCD; Controle do ciclo totalmente automático; Fecho da tampa de triplo estágio; Sistema de porta em aço carbono e aço inox laminado.	

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS**Objeto:** Equipamentos Médicos Hospitalares.

Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITALAparelho com câmara de esterilização de aço inox AISI304; capacidade aproximada de 60 litros, com acabamento polido; temperatura mínima de trabalho de 120° a 134° ; possuir 09 ciclos de esterilização, específicos para cada tipo de material com resultado eficaz na esterilização e no cuidado com os instrumentos, além de um ciclo extra de secagem; com ciclos programáveis; com no mínimo, três bandejas internas em aço inox, removíveis; construída de acordo com as Normas Técnicas vigentes e aplicáveis; gabinete externo, em aço, com pintura eletrostática sobre tratamento anticorrosivo; com pés reguláveis para nivelamento; com uma porta, com perfeito sistema de vedação durante o ciclo; sistema para monitoração e controle da pressão e da temperatura no interior da câmara; com sistema para controle do nível da água, no gerador de vapor; com sistema de segurança para liberação do excesso de pressão interna; sistema eletrônico de segurança, caso a temperatura exceda 3°C a temperatura programada; com fusíveis para proteger o sistema elétrico no caso de sobrecarga; com display alfanumérico digital com tela de LCD ou LED, com indicação de parâmetros; com chave geral para ligar e desligar, conforme termo de

CatMat: 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO , AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO NOME

Data: 04/04/2019 08:31**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:122019 / UASG:988841**Lote/Item:** /1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 10/04/2019 11:24**Homologação:** 10/04/2019 14:05**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 5**Unidade:** UNIDADE**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
79.733.572/0001-30 * VENCEDOR *	CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS L	R\$7.389,29
Marca: BSDIGITALE 6.0 Fabricante: BSDIGITALE 6.0 Modelo: BSDIGITALE 6.0 Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL, Aparelho com câmara de esterilização de aço inox AISI304; capacidade aproximada de 60 litros, com acabamento polido; temperatura mínima de trabalho de 120° a 134° ; possuir 09 ciclos de esterilização, específicos para cada tipo de material com resultado eficaz na esterilização e no cuidado com os instrumentos, além de um ciclo extra de secagem; com ciclos programáveis; com no mínimo, três bandejas internas em aço inox, removíveis; construída de acordo com as Normas Técnicas vigentes e aplicáveis; gabinete externo, em aço, com pintura eletrostática sobre tratamento anticorrosivo; com pés reguláveis para nivelamento; com uma porta, com perfeito sistema de vedação durante o ciclo; sistema para monitoração e controle da pressão e da temperatura no interior da câmara; com sistema para controle do nível da água, no gerador de vapor; com sistema de segurança para liberação do excesso de pressão interna; sistema eletrônico de segurança, caso a temperatura exceda 3°C a temperatura programada; com fusíveis para proteger o sistema elétrico no caso de sobrecarga; com display alfanumérico digital com tela de LCD ou LED, com indicação de parâmetros; com chave geral para ligar e desligar; com filtros e elementos filtrantes; potência de no mínimo 1500 Watts, frequência de 60 Hz; com alimentação de 220 V ou Bivolt, que abranja a faixa de 100 V a 240 V, com comutação manual ou automática; autoclave de acordo com as normas NBR e NBR11817; Manual de Instruções (Português). ANVISA 8036560002. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.		
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: AV MARINGA, 1228
		Telefone: (41) 3014-0010
		Email: cirupar@cirupar.com.br

Órgão: MUNICIPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS E LICITACAO**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL - (N° 1 DO EDITAL) Autoclave horizontal 60 Litros; * Câmara de esterilização em aço inox;* Painele digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos;* Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;*Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; * Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização,* Não necessita de tubulação para drenagem de água; * Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos;* Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor...OBS: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DESTE ITEM.O JULGAMENTO SERÁ O MENOR PREÇO UNITÁRIO.

Data: 31/10/2018 08:45**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** N°Licitação:740382**Lote/Item:** 1/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 18/12/2018 10:01**Homologação:** 18/12/2018 10:01**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 1**UF:** RJ

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$4.590,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** "Autoclave horizontal 60 Litros;

* Câmara de esterilização em aço inox;* Pannel digital em teclado

de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos;* Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;* Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; * Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização,* Não necessita de tubulação para drenagem de água; * Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos;* Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor;* Sistema de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento;* Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;* Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção, voltagem: 220V.Exigência de assistência técnica autorizada o Rio de Janeiro - RJ."Marca: STERMAX-60ASE

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PR

Arapongas

R FRANCELHO, 69

(43) 33252-7897

vscosta@vscosta.com.br

CLAUDIA-PC claudia



BR Cirúrgica Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais
Fernando R. De Oliveira Cirúrgica - Me
Rua Vergueiro, 6112 - 6116
Alto do Ipiranga - São Paulo - SP - CEP: 04272100
Fone: (11) 2924-9414 - (11) 2924-9412 / WhatsApp (11)
98506 - 2945
Site: www.brcirurgica.com.br
E-mail: vendas@brcirurgica.com.br
C.N.P.J.: 16.984.697/0001-12
INSCR. EST.: 145.702.469.112

Orçamento N°: 14083
Vendedor: SUELLEN BONFIM
Data: 13/06/2019
Status: Aguardando Confirmação
Validade até: 23/06/2019

Cliente:

Nome Fantasia: SEGEP
Nome / Razão: **SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTAO**
Endereço: AV GOV.JOSE MALCHER - 2110 - CEP: Umarizal
C.N.P.J./C.P.F.: 14.700.173/0001-27 - INSC. EST. / RG:

Contato:

Nome: **Adriana Brum**
Telefone: (91) 3202-9917
Celular: (91) 98485-2081
E-mail: cotacaosegep@gmail.com
Site:

Cód.	Descrição do Produto	Val. Un.	Qt.	Val. Total
34439139	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL SUPER TOP 60 LITROS Câmara de esterilização em aço inoxidável Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo; Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology) com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial; Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção deciclos extras; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica ; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras ; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Registro da Anvisa 10430810005	R\$ 7.816,00	3	R\$ 23.448,00

TOTAL GERAL:R\$ 23.448,00

Frete Orçado: Cortesia

Resumo Geral da Proposta

Formas de Pagamentos

Antecipado com Desconto Boleto, Transferência ou Depósito.

Banco	Agência	Conta
BRABESCO	2184-9	37388-5
BRASIL	3131-3	200.270-1
ITAÚ	1017	34922-4
SANTANDER	0572	13-001522-6

R\$ 23.213,52

*Faturado



R\$ 23.448,00

Mediante análise financeira e após a primeira compra.

Parcelamento Nos Cartões



R\$ 23.448,00

EM ATÉ 5 X de R\$ 4.689,60

**** Os Valores e Condições Deste Orçamento Serão Válidos Até 23/06/2019 ****

Prazo de Entrega: De 15 a 20 dias úteis

(Os Produtos poderão ser entregues antes da data de prevista)

Prezado cliente não trabalhamos com licitação! Após análise financeira verificaremos a possibilidade de CARTA EMPENHO Junto ao departamento Responsável. LER ATENTAMENTE. Cotação referente os itens citados acima, Atenderemos apenas informações que esta neste conteúdo! Conferir para que não haja divergências. Br Cirúrgica Cuidando da sua Saúde.

Cotação Elaborada Pelo(a) Consultor(a) **SUELLEN BONFIM**



BR Cirúrgica Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais

Agradecemos a Preferência!

Belém, 11 de junho de 2019

ORÇAMENTO-FR 169/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO G. DE
PLAN. E GESTÃO-SEGE

CNPJ: 05.570.254/0001-69

End: Av. Gov. José Malcher, 2110, Bairro: São Bras, CEP
66060-230

Belém-Pá

Att. Sra. Adriana Brum- CGL/Segep/PMB

Fone:(91) 3202-9917
(91) 98485-2081cotacaosegep@gmail.com**Validade da proposta**
30/06/2019

Conforme solicitado, vimos apresentar nossa proposta de preços para compra de equipamento da Marca: Baumer, conforme descritivo abaixo:.

ITEM: 01 – QUANT.: 03 UNIDADE**AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO – MODELO - NURSE B108-100 MARCA: BAUMER**

Autoclave horizontal com capacidade de 100 litros, destinado à esterilização de material de densidade como campos e roupas cirúrgicas, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borrachas, indicado para uso em hospitais, unidades de pronto socorro e atenção ambulatorial; clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de análise clínicas e laboratórios para controle de qualidade. Utiliza vapor saturado de água sob pressão com fase de condicionamento da carga com remoção de ar através de pulsos de vácuo e pressão de vapor e secagem sob vácuo. Câmaras interna e externa construídas em aço inoxidável AISI 304, dimensionadas de acordo com norma ASME - ASME, Tubulações soldadas na câmara de esterilização e no gerador de vapor em aço inox 316. Outras tubulações para linhas de suprimento e drenagem em ligas de cobre. Estrutura de suporte da câmara: construída em cantoneiras de aço com proteção anticorrosiva. Pés reguláveis permitem o nivelamento do sistema. Entrada de validação independente na lateral da câmara, permite a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Acesso por tubulação de 1" de diâmetro com Rosca BSP. Dreno da câmara interna protegido por filtro em chapa perfurada de aço inox. Gabinete frontal do esterilizador executado em chapa de aço. Dotado de uma porta em chapa aço inox. Guarnição de silicone de secção redonda, ativada por pressão de vapor, que mantém a vedação da porta durante o processo de esterilização. Pannel de comando: na face de carregamento do esterilizador, contendo o comando microprocessado e sua interface gráfica interface gráfica; chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador; botão de partida; manômetro para leitura de pressão da câmara externa, manovacuômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna, ambos com glicerina para permitir leituras estáveis e botão de emergência. O pannel contém ainda a impressora para documentação do processo. Comando eletrônico microprocessado com interface gráfica touch screen de 4". Permite a configuração do idioma da interface pelo usuário, com opções para o idioma português, inglês e espanhol. Impressora instalada no pannel frontal do esterilizador, a impressora permite a documentação do processo com registros da hora de início do processo, dados de tempo, temperatura da câmara interna durante o processo de esterilização, início do ciclo, fases do ciclo, início e término da fase de exposição e indicação de local para assinatura do operador e supervisor da unidade. Controle de pressão da câmara externa por pressostato mecânico de diferencial fixo. Manômetro referencial, instalado no pannel frontal do esterilizador para informação da pressão na câmara ao operador. Válvulas de comando solenoides controlam a entrada de vapor para a câmara interna e a saída do dreno, além das demais linhas de suprimento. O esterilizador possui 3 ciclos de esterilização, com perfil definido para materiais de superfície e densidade com ciclo de 121°C, 134°C e teste Bowie & Dick. Programação Flexível: Os ciclos permitem a programação de seus parâmetros, as temperaturas dos ciclos são fixas, mas outros parâmetros são configuráveis. Sistema eletrônico de controle de temperatura na câmara interna através de termoresistor de platina - PT-100 classe.A - localizado junto ao dreno de eliminação de condensado da câmara interna. Gerador de vapor construído em aço inoxidável AISI 316L, com abastecimento automático através de bomba centrífuga de água e resistência blindada em aço inoxidável AISI 316 eletropolida com no mínimo 12 kW de potência.

Acessórios inclusos:

Sistema de osmose reversa cap. 20Lts /h., Cavalete de água, 03 Und. Cestos aramados padrão ISO 54x36x19,5cm

Reg. Anvisa: 10345500099

Valor unitário: R\$.125.994,00 (Cento e quinze mil novecentos e noventa e quatro reais)**Valor total: R\$.377.982,00 (Trezentos e setenta e sete mil novecentos e oitenta e dois reais)**

Macedo Hospitalar Comercio, Representação, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 09.475.249/0001-28 • Insc. Estadual:15271711-0 – Nire: 15101442125

Trav: Angustura, 3145, Terreo • Marco • Belém-PA • CEP: 66093-040 • Fone: [91] 3276.6889 / 3277.5366 / 3276-2374

www.macedohospitalar.com.br • e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br

Condições da Proposta:

Proposta válida por: 30 (trinta) dias;

Prazo para entrega: 30(Trinta) dias

Forma de pagamento: 30(Trinta) dias.

Garantia: 01 (um) ano contra defeito de fabricação;

Impostos: inclusos

Frete: Cif- Belém

Assistência técnica: local e permanente (Belém)

Dados Bancários: Banco Itaú: Ag.: 6325/ C/C.: 29909-4

Atenciosamente,



Flávio Ramos
Macedo Hospitalar

APROVAÇÃO DO CLIENTE

Nome: _____

Cargo/Função: _____

RG: _____

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Entrada - cotacao@segep@gmail.com X autoclave 60litros painel lcd - Pe X Autoclave Digital Extra 60 Litros X Autoclave Super Top 60 Litros X Autoclave Super Top 60 Litros X

https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/autoclave-digital-extra-60-litros-stermax/campanha_id/44?gclid=Cj0KCQjwYLoBRcXARIsAEf16-sj0b0lgiy-asHaGotsXeQXQGDZ43qkUWUAWmu8doha6iuUr6w...

Seja bem vindo! Faça seu login ou cadastre-se. MEUS PEDIDOS ATENDIMENTO ORÇAMENTOS contato@produtoshospitalaresonline.com.br (41) 3114-7407 (41) 99123-1772

PRODUTOS HOSPITALARES online

O que você está procurando?

MEU CARRINHO (0)

Ver Todas Avaliação Física e Fitness Estetoscópios Balanças Aparelhos Médicos Equipamentos Médicos Especialidades Esterilização Kits Odontologia Fisioterapia Preços Imbatíveis Produtos 3M OFERTAS

Página Inicial | Esterilização | Autoclaves

Autoclave Digital Extra 60 Litros - Stermax 220V

Cod. de Referência: 60ASE ★★★★★ Avalie

R\$ 6.514,00

Por: R\$ 6.204,00
(ou R\$ 5.769,72 para pagamento à vista)
ou 6x de R\$ 1.034,00 sem juros
ou 12x de R\$ 568,78 com juros de 1,5%
[Formas de Parcelamento](#)

Voltagem
220V

COMPRAR

Entrega em 8 dias úteis + Tempo de transporte

CALCULAR O FRETE NÃO SEI O CEP

Qtd: 1 CEP: SIMULAR FRETE

Fale conosco

PT 10:49 12/06/2019

Entrada - cotacao@segep@gmail.com X autoclave 60litros painel lcd - Pe X Autoclave Super Top 60 Litros X

https://www.idealine.com.br/produto/178/autoclave-box-super-top-60-litros-azul?gclid=Cj0KCQjwYLoBRcXARIsAEf16-uhQILNXDPCLAQSSobbFy1ybVGYKaM2ISxVicjzLupKAphmIToRIUaAtoqEALw_wcB

LOGIN CADASTRE-SE Show Room Televidas Área do cliente Produtos Meu Carrinho

Idea.line

O que você procura? Pesquisar Meus Pedidos

TODAS AS CATEGORIAS AUTOCLAVES ACESSÓRIOS PARA AUTOCLAVES BIOSEGURANÇA COMBOS OFERTA MINUTO

Home | Autoclaves | Autoclaves 60 litros

Autoclave Super Top 60 Litros - BOX Azul

FABRICANTE: STERMAX
CERTIFICAÇÃO: ISO 13485:2016
GARANTIA: 1 Ano
REGISTRO ANVISA: 10430810005

Produto certificado em atendimento a Portaria Inmetro nº 255/2014

Escolha o modelo desejado:

Voltagem
1 220v 110v

10x **R\$ 766,00**
R\$ 6.894,00 à vista no boleto -10%
ou R\$ 7.277,00 à vista no cartão -5%

Estamos ONLINE!

Olá, posso ajudar?

PT 10:50 12/06/2019

SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO



MAPA COMPARATIVO - PROCESSO 15397 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES

19/06/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	BANCO DE PREÇOS (www.bancodeprecos.com.br) CNPJ:07.797.967/0001-27		EMPRESA		INTERNET			PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	TOTAL MÉDIO UNITÁRIO
				S.R.P P.E NºPregão: 122019 UASG:988841	MUNICIPIO DE ITAGUAI / (1) COMPRAS E LICITACAO NºLicitação:74 0382	F. CARDOSO CNPJ: 04.949.905/000 1-63	BR Cirúrgica Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais C.N.P.J.: 16.984.697/0001 12	Produtos Hospitalares Online CNPJ 21.839.639/00 01-35	IDEALINE CNPJ: 06.331.320/00 01-00	SaudeShop - Shopping de Produtos para SaúdeCNPJ: 08.491.766/00 01-28		
1	Autoclave horizontal digital; Capacidade de 60 litros; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Pannel digital LCD; Controle do ciclo totalmente automático; Fecho da tampa de triplo estágio; Sistema de porta em aço carbono e aço inox laminado.	UNID	3	R\$ 7.389,29		R\$ 8.391,40	R\$ 7.816,00		R\$ 6.894,00	R\$ 6.876,00	R\$ 7.473,34	R\$ 22.420,02

Obs: A PESQUISA DE MERCADO FOI REALIZADA CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014 -SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO. INFORMAMOS QUE OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA INDICAM VALORES QUE FORAM DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVAM-SE INEXEQUÍVEIS OU EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS. RESSALTAMOS AINDA, QUE TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS.

Adriana Brum
CPL/SEGEF/PMB

À Diretoria de Análises e Cotações.

Certifico que recebi o presente processo com início imediato a pesquisa de mercado no dia 11/06/2019.

Enviamos nossa solicitação de orçamento para as empresas:

- **F. CARDOSO**
- **MM LOBATO**
- **MS HOSPITALAR**
- **MEDI SAUDE**
- **BR CIRURGICA**
- **HEXA SYSTEMS**
- **PRADO**
- **ALFEMA**
- **MACEDO HOSPITALAR**
- **AHOPPING HOSPITALAR**

Das empresas citadas, uma nos enviou resposta negativa, três nos enviaram orçamento, e as demais até a presente data não se manifestaram.

Informamos que desconsideramos o orçamento enviado pela empresa MACEDO HOSPITALAR por não corresponder ao solicitado, deste modo, o mesmo não entrou no mapa comparativo de preços.

Assim, montamos o mapa comparativo de preços com valores de Atas de Registro de Preços, orçamentos de empresas e pesquisas em internet.

Informamos que os espaços demarcados ao longo do mapa indicam os valores desconsiderados, uma vez que alguns apresentavam-se inexequíveis ou excessivamente elevados, considerando os demais preços apresentados.

Ressaltamos que a pesquisa de mercado foi realizada conforme estabelece a instrução normativa nº5/2014 -slti/mpog e suas alterações, e que todas as propostas encontram-se anexadas na íntegra nos autos.

Ressalto também que todo o processo já foi revisado junto com a Gerência de Cotação.

Assim, encaminhamos os autos para conhecimento e decisão superior.

Belém/PA, 19 de Junho de 2019.

Atenciosamente,

Adriana Brum
Assessora
CGL/SEGE/PMB

Ciente,

Marcia Megumi Yamaguchi
Gerente de Cotação
CGL/SEGE/PMB