



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº PP-011-FMS/2016

1 – PREÂMBULO

1.1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SECRETARIA DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CPNJ nº 14.153.138/0001-35, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 1976, Centro, Oriximiná/PA, por intermédio de sua Pregoeira a Sra. Rogeliana Silva Rocha, designado pela Portaria nº 058 de 19 de Janeiro de 2016, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo discriminado fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-011-FMS/2016** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tem por objeto Aquisição de equipamentos, eletrônicos, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios hospitalares, informática e outros materiais permanentes, destinados a atender o Fundo Municipal de Saúde e suas Unidades Mistas, sendo que o presente será processado e julgado em conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08.08.2000, e suas alterações, Lei Municipal nº 6.926, de 18.10.2006 e Decreto Municipal nº 1.403 de 21.10.2006, Lei 123/2006 de 14/12/2006, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei nº 8.666, de 21.06.93, com suas alterações e demais Exigências deste Edital e seus Anexos. O Edital poderá ser obtido no prédio da Secretaria Municipal de Saúde nos dias úteis, das 08:00 às 14:00h, mediante apresentação de comprovante de recolhimento no valor de R\$-50,00(cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, referente a taxa de reprodução do Edital. **Visando eventual necessidade de comunicação direta entre a Secretaria Municipal de Saúde – SMS - e as empresas interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital, conforme ANEXO III.**

2 - DO OBJETO

2.1 O objeto do presente pregão é Aquisição de equipamentos, eletrônicos, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios hospitalares, informática e outros materiais permanentes, destinados a atender o Fundo Municipal de Saúde e suas Unidades Mistas, conforme especificados e quantificados no Termo de Referência do Pregão nº **PP-011-FMS/2016**, (**Anexo VII**) deste Edital.

3 - DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL.

3.1. A abertura dos envelopes relativos à proposta e à habilitação será efetuada da seguinte forma:

3.1.1. No dia 29 de Abril às **09:30 h** (horário local).

3.1.2. O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA, **sala de Reunião da Prefeitura Municipal**, sito à Rua Barão do Rio Branco, 2336 – Centro– CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA.

3.1.3. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.

3.4. O prazo para apresentação de impugnação ao Edital é de até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste

Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, encaminhadas a Pregoeira da SMS, no endereço: Rua 07 de setembro, 1976 - Centro–CEP: 68.270-000, ou pelo e E- mail: fmslicitasms@gmail.com (93) 3544-2842, no prazo mencionado.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

3.5. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no art. 12, § 1º do Decreto nº. 3.555/00;

3.6. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

3.7. Em caso de ausência da solicitação, pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação.

Observação: As Empresas Licitantes deverão ter sede própria no Município de Oriximiná-Pará.

4- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitado correrão à contada seguinte dotação orçamentária:

Fonte: Recursos Próprios e Federais

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

10 122 0013 2150- Manutenção da Casa de Apoio
10 122 0013 2039- Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde
10 122 0013 2047- Conselho Municipal de Saude
10 301 0014 1034- Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde
10 301 0015 2099- Manutenção do Atendimento Móvel SAMU
10 302 0016 2046- Manutenção do Hospital Municipal
10 302 0016 2141- Manutenção do Serviço de Fisioterapia e Reabilitação

ELEMENTO DA DESPESA:

4490.52.00 Equipamento e material Permanente

SUBELEMENTO:

4490.52.08 Aparelhos/Equipamentos Utens. Med. Laboratoriais e Hospitalares
4490.52.34 Maquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos
4490.52.99 Outros Materiais Permanente

5 – TIPO DE LICITAÇÃO

5.1. O presente pregão reger-se-á pelo tipo menor preço por item.

6 – DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem todas as condições constantes deste edital.

7- DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Não serão admitidas as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Municipal, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

7.3. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no art. 9º, da Lei nº 8.666/93

8 - CREDENCIAMENTO

8.1. As empresas participantes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório e, venha a responder por sua representada;

a) a Carta de Credenciamento (**Anexo I**).

b) Ato Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida, com poderes expressos para o seu representante formular ofertas e lances de preços na sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame.

c) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

d) Declaração de que a empresa se enquadra na Lei 123/2006 de 14/12/2006

e) Os documentos que instruem o credenciamento deverão ser entregues a Pregoeira fora de qualquer envelope;

f) A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.

g) As empresas licitantes deverão ter sede no Município para a prestação dos serviços conforme objeto do Edital.

9 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

9.1. No local, data e hora fixados no item 3, apresentarão os licitantes suas Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, acompanhado de Declaração fora do envelope constante na Declaração de Habilitação (**Anexo II**), nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.2002., designados respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ
PREGÃO Nº PP-011-FMS/2016
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
CNPJ Nº _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ
PREGÃO Nº PP-011-FMS/2016
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
CNPJ Nº _____

9.2. A não apresentação da declaração prevista no Anexo II implicará na desclassificação imediata do licitante.

9.3. Os documentos dos envelopes “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

10. DA PROPOSTA DE PREÇO

10.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada obrigatoriamente de 02 maneiras, sendo que para efeito de classificação das propostas prevalecerá a impressa em papel timbrado da licitante. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante e indissociáveis.

10.1.1. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

10.1.2. Em CD-R ou Pen Drive, no formato da planilha eletrônica, no layout disponibilizado por esta comissão, com preços e marcas exatamente iguais os preenchidos na planilha apresentada em papel timbrado;

10.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) identificação da licitante, contendo razão social, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual;

b) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca de cada item cotado e em conformidade com as especificações do Termo de Referência – **Anexo VII** deste Edital;

c) Preço unitário e total, por item, assim como o valor total da Proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Os preços não poderão ter mais que duas casas decimais após a vírgula.

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;

e) Declaração da licitante: declarando que nos itens 28,42,47,50,61,89,96,111,115,120,124,129,133,156,220,230 e 231 a instalação e assistência técnica será de responsabilidade do Licitante, se houver problemas com os equipamentos será imediatamente substituído pelo igual equipamento no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis.

f) No item 237, a especificação deve ser o modelo da Honda 6,5 HP. Devido a problemas técnicos com outras marcas obtiveram devolução pelos Agentes Comunitários, conforme laudo técnico da Coordenação.

10.3. A descrição das características de cada produto deverá estar **exatamente igual** às especificações exigidas no **Anexo VII**, sob pena de **desclassificação**, no caso de estar em desacordo com a forma solicitada.

10.4. A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada sem justificativa, conforme artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.5. Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último.

10.6. A oferta apresentada deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

11.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabela de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.

11.1.2. Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE “B” os seguintes documentos de habilitação para participar do presente certame:

11.1.3 Habilitação Jurídica: Art. 28 da Lei 8.666/93

- a)** Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c)** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.4. Regularidade Fiscal: Art. 29 da Lei 8.666/93e Trabalhista

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b)** Alvará de localização e funcionamento expedido pela jurisdição fiscal do estabelecimento da licitante;
- c)** Prova de regularidade ou outra equivalente, na forma da lei:
 - c.1) Para com a Fazenda Federal**, através da Certidão de Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais Administrativos pela Secretaria da Receita Federal, da sede do licitante vigente na data de abertura desta licitação – Certidão Conjunta.
 - c.2) Para com a Fazenda Estadual**, através de Certidão de Regularidade Fiscal , ou de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa fornecida pela Fazenda Estadual da sede do licitante vigente na data de abertura desta licitação;
 - c.3) Para com a Fazenda Municipal**, através de Certidão Negativa ou da Certidão de Regularidade expedida pelo Fisco Municipal da sede do licitante vigente na data de abertura desta licitação.
- d)** Certidão negativa de débito (CND) do INSS vigente na data de abertura desta licitação;
- e)** Certidão de regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal vigente na data de abertura desta licitação;
- f)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhista junto a Justiça do Trabalho - CNDT, com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011, e na resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de Agosto de 2011.

11.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Art. 30 da Lei 8.666/93

- a)** Os licitantes deverão apresentar no mínimo dois atestados de capacidade técnica (ano vigente), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente autenticados pelo tabelião de notas, acompanhados de cópia de Nota fiscal ou contrato, devidamente compatível com a prestação de serviços. (Nota fiscal ou contrato será somente aceito no período de 2015 a 2016).
- b)** Alvará Sanitário, expedido pela Unidade Competente, da esfera Distrital, Estadual ou Municipal da sede da Licitante;
- c)** Folders dos Equipamentos Hospitalares.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

d) Certidão de Regularidade, emitida pelo Conselho Regional de Farmácia da sede do licitante;

11.1.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Art. 31 da Lei 8.666/93

11.1.6.1) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

11.1.6.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial, com selo da DHP do contador que assinou o balanço; que comprovem a real situação financeira da empresa, vedada a sua substituição, por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

11.1.6.3) As empresas constituídas e enquadradas como ME e EPP, amparadas pela Lei 123/2006 de 14/12/2006 e Decreto nº 6.204 de 05/09/2007, devidamente declaradas neste Certame Licitatório no ato de seu credenciamento, poderão substituir as exigências constantes no item 11.1.6.2, por relação de faturamento devidamente assinada pelo contador e o responsável pela empresa, referente aos meses do exercício corrente até o mês imediatamente anterior à data da abertura da licitação.

11.1.7. OUTROS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

a) Declaração do licitante (**anexo IV**) de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assegurando a **inexistência de impedimento legal** para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo **Anexo V**;

c) Declaração de adimplência emitida pelo Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná, sito Rua 07 de setembro, nº 1976, Centro. Obs: A solicitação desta declaração deverá ser acompanhada pelo cartão de CNPJ da empresa com no máximo 24 horas anterior a abertura do certame através do e-mail fmslicitasms@gmail.com e sua retirada deverá ser feita, no setor supracitado de Segunda a Sexta no horário das 09: 00hrs as 13:00hrs até o dia anterior a licitação.

d) As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

OBSERVAÇÃO: Os documentos já apresentados na fase de Credenciamento serão dispensados nas demais fases.

12. DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO

12.1. No horário e local indicado no item 3, será aberta a Sessão de Processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados.

12.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no **anexo II** do Edital e em envelope separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

12.3. Após a fase de credenciamento dos licitantes, a Pregoeira procederá à abertura dos Envelopes das Propostas de preços, verificando preliminarmente, a conformidade das



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório com a seguinte divulgação dos preços cotados pelos licitantes.

12.4. Iniciada a abertura do primeiro envelope (proposta), ou seja, envelope “A”, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

12.5. Serão qualificados pela Pregoeira para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço.

12.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 12.5, o Pregoeiro proclamará a qualificação preliminar dos licitantes com as três melhores propostas, além do licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.

12.7. Aos licitantes qualificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta classificada de maior preço.

12.8. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

12.9. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes qualificados, na formados itens 12.5, 12.6 e 12.7, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta escrita de maior preço, seguida dos demais, em ordem decrescente de valor.

12.10. A Pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos lances, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na atada Sessão.

12.11. Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.

12.12. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido em primeiro lugar.

12.13. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.

12.14. Não poderá haver **desistência dos lances já ofertados**, sujeitando-se a licitante em que descumprirem suas propostas às penalidades previstas neste Edital.

12.15. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes qualificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

12.16. Casos não se realizem lance verbal, será verificado pela Pregoeira a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

12.17. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente.

12.18. Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.

12.19. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a Pregoeira declarará o licitante vencedor.

12.20. Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ele adjudicado quando constatado o desinteresse dos demais licitantes na interposição de recursos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

12.21. A Pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em ata.

12.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, e, ao final, será assinada pela Pregoeira e demais membros da Comissão, bem como pelos licitantes presentes.

12.23. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

13. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. No final da sessão, a licitante que quiser interpor recurso deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, com registro em ata da síntese de suas razões, deverá fundamentá-las por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos.

13.1.1. Não será admitida a fundamentação de recursos contra razões por intermédio de fac-símile ou via e-mail.

13.2. Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes deste logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importa a extinção do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo a autoridade competente para homologação.

13.4. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

13.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

13.7. A adjudicação será feita pelo valor global do item.

14. DOS PRAZOS

14.1. Prazo para fornecimento do itens conforme indicado na proposta comercial da licitante vencedora, ou seja, a aquisição do serviço deverá ser feita conforme emissão da ordem de compra, mediante a assinatura do contrato e a necessidade da Secretaria de Saúde.

14.2. Prazo para pagamento: Até 30 dias, contados da entrega da Nota Fiscal/Fatura e desde que tenha corrido a total entrega de todos os produtos.

15. DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA

15.1. A aquisição do objeto desta licitação será efetuado, obedecendo às especificações contidas em cada Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE, e serão atendidas no prazo mínimo de 10(dez) dias corridos, contados da data de recebimento da mesma, através do envio via e-mail ou fax, no endereço constante de cada Ordem de Compra, sem que para isso haja nenhuma despesa adicional além dos valores adjudicados constantes das propostas.

16. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

16.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, contados da entrega da Nota Fiscal/Fatura e desde que tenha corrido a total entrega de todos os produtos que serão atestados pelo seu recebimento pela pessoa responsável de seu recebimento.

16.2. Sendo constatadas irregularidades em qualquer um dos objetos entregues, o prazo para pagamento será contado a partir da devida correção, quer esta seja efetuada pela substituição imediata do objeto.

16.3. Em se tratando de notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções, estas serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida, ou seja, devidamente corrigida, ainda que seja por carta de correção.

16.4. Os pagamentos serão efetuados, por meio de crédito em conta corrente do licitante, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato ou cheque nominal em nome da contratada a ser retirado mediante assinatura em recibo por seu representante legal na Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde.

17. DAS PENALIDADES

17.1. Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, observadas as disposições da cláusula décima terceira da minuta de contrato (**Anexo VI**).

17.2. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o contratado à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da nota de empenho, ou do saldo não atendidos, respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada.

18. DO CONTRATO

18.1. O Contrato **Anexo VI**, parte integrante deste Edital, especificará o prazo, as condições e a forma de pagamento.

18.2. O Contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2016, período este que inicia com a entrega e recebimento definitivo dos objetos licitados, podendo ser prorrogado conforme Legislação.

18.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05(cinco) dias úteis contados a partir da intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

18.4. Na hipótese de a adjudicatária não comparecer para assinar o Contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será convocada licitante remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da sua proposta, sujeitando-a as penalidades do art. 81, da Lei nº 8.666/93.

18.5. As empresas vencedoras do presente Pregão Presencial deverão apresentar para assinatura do contrato o Token ou Smart Card da Empresa.

19 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

19.1. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

19.1.1. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

19.1.2. A rescisão no Contrato poderá ser:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

19.1.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Todo e qualquer esclarecimento sobre o presente edital e seus anexos, deverá ser solicitado até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da abertura do Pregão, por escrito, através do telefone nº (0XX93) 3544-2842 ou email: fmslicitasms@gmail.com, ou ainda de correspondência a ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde-Setor de Licitações Att. Rogeliana Silva Rocha - Pregoeira, sito a Rua 07 de Setembro nº 1976 – Centro – Cep: 68.270-000 – Oriximiná – Estado do Pará, em dia útil e durante o horário de expediente, das 08h às 14:00 horas, no qual deverá constar a data e horário do recebimento.

20.1.1. Não sendo solicitado esclarecimento e/ou informações no prazo estipulado neste item, presumir-se-á que os elementos constantes no presente Instrumento Convocatório e suas partes integrantes são suficientemente claros e precisos para a participação dos interessados neste Pregão.

20.2. Fica assegurado ao Gestor do Fundo Municipal de Saúde no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, apresente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

20.3. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

20.4. Será (ão) lavrada(s) Ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual (is) será (ão) assinada(s) pela Pregoeira e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

20.5. É facultado a licitante formular protestos consignando em ata dos trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.

20.6. É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

20.7. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de Oriximiná. Até a entrega da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura Municipal de Oriximiná tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

20.8. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações vencidos os respectivos prazos legais.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

20.9. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Oriximiná não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.10. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, somente iniciando e vencendo os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Oriximiná.

20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais, a critério do Pregoeiro não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

20.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

20.15. Não haverá reajuste de preços.

20.16. Fica facultado aos licitantes, a participação na forma do art. 23, parágrafo 7º c/c art. 45, parágrafo 6º da Lei 8.666/93.

20.17. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

20.18. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.

20.19. Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidos na Sala de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, junto a Comissão de Licitação e será cobrada taxa de reprodução no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

20.20. Acompanham este edital os seguintes anexos:

Anexo I – Carta de Credenciamento

Anexo II - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Anexo III - Termo de Recebimento do Edital

Modelo de Termo de Referência (Proposta de Preços)

Anexo IV- Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 27.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 (item 11.1.5)

Anexo V - Modelo de Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo

Anexo VI – Minuta do Contrata

Anexo VII – Modelo de Termo de Referência (Proposta de Preços)

20.22. A Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes até a formalização do contrato com o adjudicatário, devendo os licitantes retirá-los até 05 (cinco) dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos.

20.23. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.24. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com auxílio da Comissão.

20.25. O foro da cidade de Oriximiná é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Oriximiná- Pa, 08 de Março de 2016.

ROGELIANA SILVA ROCHA
Pregoeira

Anexo I

CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ref.: PREGÃO nº PP-011-FMS/2016

ABERTURA: dia 29.04.2016, às 09:30 h (horário local)

LICITANTE: (razão social)

(CNPJ)

(endereço)

(telefone e fax)

Na qualidade de responsável legal por nossa empresa, credenciamos o Senhor _____, Estado Civil _____ Profissão _____, Nacionalidade _____, R.G. _____, C.I.C. _____, domiciliado à rua _____, para, nos termos do item 8, sub-item 8.1 do Edital da licitação, nos representar na Licitação em referência, conferindo ao mesmo poderes para praticar todos os atos que julgar necessário ao interesse de nossa empresa, notadamente formular ofertas e lances de preços na sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes e assinar quaisquer documentos relacionados com o certame, rubricar documentos e participar das reuniões.

Oriximiná/PA, 29 de Abril de 2016.

(responsável legal da empresa)

Nome:

Nacionalidade:

Profissão:

Estado Civil:



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS**

R.G.:
C.I.C.:
Residência e Domicílio:

Anexo II

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Ref.: Ref.: PREGÃO nº PP-011FMS/2016
ABERTURA: dia 29/04/2016, às 09:30 h (horário local)**

..... (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº....., licitante no Pregão em epígrafe, promovido pela Prefeitura Municipal de Oriximiná, declara, por meio de seu representante, Sr(a).

....., R.G. nº....., que está regular com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como que atende a todas as exigências de habilitação constantes no edital do referido certame.

Oriximiná/PA, 29 de Abril de 2016.

Responsável legal da empresa

Nome:
Nacionalidade:
Profissão:
Estado Civil:
R.G.:
C.I.C.:
Residência e Domicílio:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Anexo VII

TERMO DE REFERÊNCIA (PROPOSTA DE PREÇOS) – Objeto a contratação Aquisição de equipamentos, eletrônicos, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios hospitalares, informática e outros materiais permanentes, destinados a atender o Fundo Municipal de Saúde e suas Unidades Mistas.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	CAM A HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA		13,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : APLICAÇÃO: ADULTO MANIVELA: 02 LEITO:
AÇO INOXIDÁVEL CABECEIRA/PESEIRA REMOVÍVEIS:
POLIPROPILENO / SIMILAR ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL
RODÍZIOS: POSSUI GRADES LATERAIS: POSSUI
ACESSÓRIOS: COLCHONETE SUPORTE DE SORO:
POSSUI

Valor total extenso:

2	COLCHONETES		45,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : em espuma de densidade 28, revestido em
courvin. Dimensões: (CxLxA) 1,30mX0,50mX0,03m.

Valor total extenso:

3	FOGÃO 6 BOCAS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---------------	--	-------	---------	------	------

Valor total extenso:

4	GELADEIRA 280LTS		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	------------------	--	-------	---------	------	------

Valor total extenso:

5	FREEZER DE 2 PORTAS 385 LTS		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Quantidade de portas : 2 Características Gerais
-Caixa interna em aço zincado. -Rodízios: Facilitam a
movimentação do produto. -Puxadores ergonômicos. -Dreno de
degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. A água
do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. -
Dupla função: freezer e conservador. -Tampa balanceada. -
Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança, permite o
travamento do freezer. -Não contém CFC: não agride a camada
de ozônio. Especificações Técnicas Capacidade total (litros):
385 Temperatura: 0°C / -18°C Tensão/Voltagem: 110V, 220V
Garantia : 12 meses Observações 1. Devido às normas da
ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de
2009 do CONMETRO, os fabricantes estão mudando as
tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será
preciso adaptador ou a troca da tomada antiga. Não nos
responsabilizamos por esta alteração. Dimensões Freezer
Horizontal Electrolux H400 - 385 L 110V Altura: 92,00
Centímetros Largura: 1,31 Metros Profundidade: 76,00
Centímetros Peso: 80,50 Quilos

Valor total extenso:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVO C/ BRAÇO		102,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--	--	---------	---------	------	------

Especificação : Espuma injetada de alta resistência; Base giratória; Braço em polipropileno com alta resistência com rodízios; Revestida em tecido; suportando: 100kg; Dimensões aproximadas do produto: Largura: 62cm; Profundidade: 43cm; Altura máxima: 105cm; Altura mínima: 92cm, regulagem de altura - Regulagem de altura com pistão a gás; Base de nylon de

Valor total extenso:

7	MESA C/ 2 GAVETAS DE MELAMINA C/ CHAVE		38,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--	--	--------	---------	------	------

Valor total extenso:

8	ARMÁRIO DE AÇO C/ 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS C/ CHAVE		17,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--	--	--------	---------	------	------

Valor total extenso:

9	ARMÁRIO DE COZINHA COM CHAVE.		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-------------------------------	--	-------	---------	------	------

Valor total extenso:

10	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 220 V		18,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Capacidade: 12.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido; Designe moderna, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).

Valor total extenso:

11	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS HIGH		33,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Capacidade: 9.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).

Valor total extenso:

12	ARMÁRIO DE FERRO COM 3 PORTAS DE PAREDE..		28,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	--------	---------	------	------

Valor total extenso:

13	ARMÁRIO DE MELANINA C/ DUAS PORTAS C/ CHAVE		16,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	--------	---------	------	------

Valor total extenso:

14	ARMÁRIO EM METAL		31,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : com 02 portas, fechadura e no mínimo 06 prateleiras.

Valor total extenso:

15	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL - CAPACIDADE 200KG		12,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Especificação : Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade 200 kg; divisões de 50g; Plataforma: 340 x 390 mm; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm; Altura de 1,30 m; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis; Função TARA; até 200 kg; Display com 6 dígitos; Fonte full range 90 a 240 Vac.

Valor total extenso:

16	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		13,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Capacidade máxima 15Kg, divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno 540 x 300mm injetada anti germes, pés reguláveis, display com 6 dígitos, fonte automática (100 a 240V).

Valor total extenso:

17	BANDEJA INOX MÉDIA 30X20 CM (USO HOSPITALAR)		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Valor total extenso:

18	BANDEJA INOX PEQUENA TAM. 22X15 (USO HOSPITALAR)		15,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Valor total extenso:

19	BIOMBO DE 2 BANDAS COM TECIDO INCLUSO		19,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------------------	--	--------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Valor total extenso:						
20	BRAÇADEIRA (USO HOSPITALAR)		12,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
21	CADEIRA ESTOFADA SIMPLES EM NAPA.		136,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Cadeira com base de patim pintada a preto, com assento e costa estofados em napa preta						
Valor total extenso:						
22	CADEIRA LONGARINAS		126,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : em material plástico; jogo com três lugares; cor verde claro						
Valor total extenso:						
23	DIVÃ CLINICO (USO HOSPITALAR)		17,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
24	ESCADA C/ 02 DEGRAUS		23,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : revestidos em borracha. Estrutura em aço inoxidável polido, pés com ponteiros plásticos.						
Valor total extenso:						
25	ESTANTE COM 20 GAVETAS-ESTRUTURA EM FERRO		11,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Estante com 20 gavetas, estrutura em ferro com gavetas em plástico ideal para farmácias, altura 66,0 M X comprimento 16,0 CM X largura 54,0 M COM 20 GAVETAS DE: altura 5,5 CM X comprimento 18,0 CM X largura 10,5 CM						
Valor total extenso:						
26	ESTANTE COM 28 GAVETAS,ESTRUTURA EM FERRO		11,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Estante com 28 gavetas, estrutura em ferro com gavetas em plástico ideal para farmácias, altura 1,50 M X comprimento 22,0 CM X largura 1,00 M COM 28 GAVETAS DE: altura 17,0 CM X comprimento 34,0 CM X largura 21,5 CM						
Valor total extenso:						
27	ESTANTE COM 54 GAVETAS,ESTRUTURA EM FERRO		10,000	ALQUEIRE	0,00	0,00
Especificação : Estante com 54 gavetas, estrutura em ferro com gavetas em plástico ideal para farmácias, altura 1,50 M X comprimento 21,0 CM X largura 1,00 M COM 54 GAVETAS DE: altura 12,0 CM X comprimento 25,0 CM X largura 15,0 CM						
Valor total extenso:						
28	FOCO CLÍNICO EM INOX COM ALTURA REGULÁVEL 1 LÂMPADA.		9,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : O Foco Clínico com opção para espelho, vem sendo muito utilizado por ginecologistas no acompanhamento de exames, proporcionando um maior conhecimento à paciente de sua anatomia. Aplicações: - Auxilia na interpretação da sexualidade da mulher adulta, instruindo e apoiando nos ensinamentos de higiene e educação sexual da criança. - Valoriza o relacionamento entre médico e paciente. - Utilizado com grande aceitação em outras especialidades como fonte de luz em diagnósticos e pequenas cirurgias. Foi projetado com as mais novas técnicas de iluminação, proporcionando uma luz intensa sem manchas e com um fecho de luz altamente dirigido. Sua base foi desenvolvida com 5 rodízios, obtendo-se assim uma maior estabilidade. Características Técnicas: - Disponível nas cores: Preto e Branco - Espelho opcional. - Altura ajustável. - Lâmpada halógena. - Haste flexível cromada. - Corpo em metal com pintura eletrostática. - Base com 5 rodízios proporcionando uma maior estabilidade. - Voltagem 127 e 220V.						
Valor total extenso:						
29	MESA AUXILIAR COM 2 PLANOS E RODIZIOS DE INOX		22,000	UNIDADE	0,00	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Valor total extenso:						
30	NOBREAK 1.800 2KVA..		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
31	IMPRESSORA BROTHER 8085		19,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
32	DATA SHOW COM TELA DE PROJEÇÃO		6,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : projetor multimidia, lâmpada 220w, 2000/3000 horas (norma econômica), tamanho da imagem 24" a 300", audio 1 alto falante de 2 watts, consumo de energia max. 240w, idiomas do menu: inglês, francês, português compatível com HDTV, closed caption e 3D de sinal de busca automática.

Valor total extenso:						
33	RACK P/ COMPUTADOR		17,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : - Tipo: rack; Composição: MDP; Pintura/Revestimento: U.V. fosco; Dimensões aproximadas do produto: 83x116,5x53cm;(AxLxP) Peso líq. aproximado do produto: 24,7kg.

Valor total extenso:						
34	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA..		16,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : Material de Confeção: madeira cursores: madeira /mdp/mdf/similar

Valor total extenso:						
35	SONAR FETAL DE MESA NÃO DIGITAL..		15,000	UNIDADE	0,00	0,00

Valor total extenso:						
36	SUPORTE PARA SORO.		36,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : móvel, em tubos redondos de aço inoxidável, coluna receptora da haste com 1", regulagem de altura por meio de roseta, com 4 ganchos em forma de cruz e pés com 4 rodas.

Valor total extenso:						
37	TAMBOR DE INOX 24X16.		7,000	UNIDADE	0,00	0,00

Valor total extenso:						
38	MACA HOSPITALAR.		9,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : - leito: em chapa de aço inoxidável de 0,80mm, estruturado com tubos de aço inoxidável de 25 X 25 X 1,20 mm, com leito removível ou fixo, com pára-choque para proteção de parede, cabeceira móvel com regulagem de altura através de cremalheira. Carro: em tubos de aço inoxidável de 11/4 X 1,20mm, com travessas em tubos de aço inoxidável 11/4 X 1,20mm. Grades laterais: em tubos de aço inoxidável de 1"X 1,20mm e travessa em tubo de aço inoxidável 3/4X1,20 mm. Rodízio giratório de 6", sendo 2 com freios em diagonal. Capacidade: 150 kg, dimensões: 1,90X0,60X0,080 (CxLxA).

Valor total extenso:						
39	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS.		19,000	UNIDADE	0,00	0,00

Valor total extenso:						
40	PRATILEIRA DE AÇO		6,000	UNIDADE	0,00	0,00

Valor total extenso:						
41	TABLADO PARA FISIOTERAPIA		3,000	UNIDADE	0,00	0,00

Valor total extenso:						
42	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00

Valor total extenso:						
43	BANQUETA		4,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : Material de confecção em aço/ferro pintado, com regulagem de altura, com rodízios e assento giratório.

Valor total extenso:						
44	ERETOR PLATAFORMA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : De tamanho grande e com mesa.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Valor total extenso:						
45	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
46	LASER PARA FISIOTERAPIA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
47	TURBILHÃO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Material de confecção: aço inoxidável; Tanque de no mínimo 170 Litros; No mínimo 03 jatos; Registro de pressão de mínimo 03; Indicação membros superiores e inferiores.						
Valor total extenso:						
48	JOGO DE HALTERES		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Material de Confeção em ferro com acabamento emborrachado; Capacidade de um par 1/2,1,2,3,4 KG						
Valor total extenso:						
49	TÁBUA TRÍCEPS		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Material de Confeção: madeira com piso antiderrapante.						
Valor total extenso:						
50	MÁQUINA PARA PRODUZIR GELO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Em aço inoxidável, capacidade de no mínimo 20KG						
Valor total extenso:						
51	ESCADA LINEAR		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Para marcha, sem rampa, em madeira envernizada, com corrimãos duplos, adulto e infantil, degraus e plataformas revestidos com material sintético antiderrapante de 4 degraus na altura de proximadamente 9cm e 3 degraus com aproximadamente 12cm de altura. Dimensões 1,33x0,48x0,60x1,17m						
Valor total extenso:						
52	APARELHO PARA TRAÇÃO ORTÓPEDICA		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Tipo vertical parede						
Valor total extenso:						
53	ACAPELLA.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : incentivador a pressão expiratória positiva oscilante, indicado para pacientes em condições respiratórias de produção de muco, podendo ser utilizado em qualquer posição espacial. (FISIOTERAPIA)						
Valor total extenso:						
54	ANDADOR INFANTIL		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Para treino de marcha em crianças (fisioterapia)						
Valor total extenso:						
55	ANILHAS CAP. 05 KG		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Fisioterapia						
Valor total extenso:						
56	ANILHAS CAP. 10KG		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : FISIOTERAPIA						
Valor total extenso:						
57	APARELHO DE ELETRO ESTIMULAÇÃO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : multicorrentes: RUSSA, TENS, FES, INTERFERENCIAL, MICROCORRENTE, AUSSIE, POLARIZADA; 4 canais de saída independentes; tempo de aplicação (timer); ON time/OFF time; RISE/DECAY. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão. (fisioterapia)						
Valor total extenso:						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

58	LÂMPADA P/ INFRA-VERMELHO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : FISIOTERAPIA

Valor total extenso:

59	ONDAS CURTAS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - Equipamento microcontrolado com chave seletora de voltagem (110/220), opera no modo contínuo e pulsado (20 a 200HZ em steps de 20 em20), controle de intensidade de 1 a 7, controle de sintonia (TUNING) através de LED's, controle seletor para os modos contínuos/pulsado, saídas para eletrodos de aplicação de ondas curtas (capacitivos ou de Schliephake). Timer com tempo ajustáveis de 5 a 30 minutos (steps de 5 em 5) com alarme sonoro ao término da sessão. Potência de 380W no paciente. Itens inclusos: manual de operação em português do Brasil, eletrodo borracha vulcanizado, fusível compatível com o aparelho, cabo PP 3X0, 7X2 m plug 90G (2P+T) + fêmea IRC. Deverá ser instalado e ter treinamento aos profissionais que o utilizarão. (FISIOTERAPIA)

Valor total extenso:

60	SIMETRÓGRAFO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Equipamento utilizado na avaliação postural para verificar a simetria vertical e horizontal de várias partes do corpo, dobrável, com sistema antireflexo para possibilitar a realização de fotos digitais.

Valor total extenso:

61	TRANSILUMINADOR P/ DETECÇÃO DE PNEUMOTÓRAX EM RN - EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : , é composto por uma fonte emissora de luz e um transformador de voltagem (110v/220v para 12v) acondicionado em um gabinete especialmente projetado. Um filtro anticalórico e uma micro chave inversora, que permite ao examinador a operação da unidade com um simples toque, reduzem ao máximo o aquecimento do equipamento, evitando também a ocorrência de queimaduras na pele do paciente. Rapidez em diagnósticos que pode salvar vidas. A transiluminação tem sido utilizada para o rastreamento diagnóstico não invasivo. O BrightDNI permite a realização de diagnósticos em diversas situações médicas, algumas delas onde existe risco de vida e o tempo é fator primordial para o sucesso do tratamento. A utilização da lâmpada de 12 v possibilita também o seu uso em UTI móvel. Estes são alguns casos onde o BrightDNI pode ser usado: Pneumotórax, Pneumomediastino, Hidrotórax, Efusão subdural, Hidrocefalia de grande porte e mesmo moderadas dilatações ventriculares, Pneumopericárdio, Pneumoperitônio, Quilotórax, Hidrocele; Da lâmpada halógena, cuja vida útil é bastante longa, à forma de operar o equipamento, o BrightDNI foi planejado para ter um alto grau de durabilidade. O material usado na fabricação e a simplicidade de seu projeto facilitam a manutenção. Basta um pano limpo, seco ou levemente umedecido, para a limpeza do equipamento

Valor total extenso:

62	GANGORRA DE EQUILIBRIO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE

Valor total extenso:

63	RAMPA C/ DEGRAUS		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/SIMILAR E DEGRAUS: 04

Valor total extenso:

64	PRO NO- SUPINADOR		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : PRO NO - SUPINADOR, EXERCITADO ROLO E ROTOR DE PUNHO, P/ EXERCÍCIOS DE PRO NO - SUPINAÇÃO E FLEXO - EXTENSÃO DE PUNHO, MONTADO EM UM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE, ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTÊNCIA ROTOR EM ESTRUTURA METÁLICA, COM EMPUNHADEIRA DE MADEIRA COM RESISTÊNCIA REGULÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 0,70X0,15X0,19M.

Valor total extenso:

65	JOGO DE POLIAS		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO E TIPO: DUPLA C/ 4 PUXADORES

Valor total extenso:

66	RAMPA P/ ALONGAMENTO		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : RAMPA P/ ALONGAMENTO EM MADEIRA, EVERNIZAD, COM ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES APROXIMADA 45X15X35

Valor total extenso:

67	BANHO DE PARAFINA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : CAPACIDADE: MINIMO DE 8KG

Valor total extenso:

68	BALANCIM PROPRIOCEPTIVO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : COMPOSIÇÃO: AÇO/PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE

Valor total extenso:

69	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING)		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA REGULAGEM: NÃO

Valor total extenso:

70	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA P/ REABILITAÇÃO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : TAMANHO: 138CM X 9 CM 3 CM

Valor total extenso:

71	APARELHO DE BONNET		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : COMPOSIÇÃO: DUPLO C/ ANILHAS

Valor total extenso:

72	APARELHO ERGOMÉTRICA VERTICAL		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY C/ INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMOS 8 PROGRAMAS PRÉ - DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO, SENSOR CARDÍACO, HAND GRIP, EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO C/ AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS C/ CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMETRO E EMBORRACHADO. PESO DO USUÁRIO: MÍNIMO DE 120KG

Valor total extenso:

73	SUPORTE P HALTERES		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : material de confecção: aço/ ferro pintado capacidade: 06 a 10 halteres

Valor total extenso:

74	BARRAS PARALELAS P/ FISIOTERAPIA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Composição: 2 metros/ aço/com piso

Valor total extenso:

75	TABLADO P/ FISIOTERAPIA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Material de Confecção: madeira/similar dimensões mínimas: mín. de 1,80x1,50x0,50m

Valor total extenso:

76	TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------------	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Material de confecção: Madeira c/ piso antiderrapante

Valor total extenso:

77	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)		8,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : PROCESSADO: No mín. intel core I ou AMD A 10, Memória Ram: 4gb, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO: MÍN. DE 500 GB, TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366X768), MOUSE: UBS, 800DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (C/FIO), FONTE: Comp. c/ o tem, Sist. operacional: windows 7 pro (64 bits), Garantia: Mín. de 12 meses, Teclados: UBS, ABNT2, 107 TECLAS (C/ FIO), INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VIDEO: INTEGRADA E UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM

Valor total extenso:

78	CICLOERGÔMETRO HORIZONTAL		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : CICLOERGÔMETRO HORIZONTAL P/ REABILITAÇÃO FÍSICA - Bicicleta ergométrica Horizontal. Deve possuir painel com display em LCD e módulo eletrônico com no mínimo as seguintes funções: velocidade, tempo, distância, calorias. Monitor cardíaco com sensor do tipo Hand grip; Sistema a magnético de carga com no mínimo 08/ níveis de regulagem; Capacidade de no mínimo 120kg; suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; compartimento para garrafa d água; estrutura em aço com pintura eletrostática com alta resistência à corrosão; assento e encosta ergonômicos e confeccionados em material impermeável com regulagem de distância dos pedais; cinta p/ fixação do pé no pedal A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora

Valor total extenso:

79	OPCIONAIS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Base construída em poliestireno c/ espelho em sua parte superior. Estrutura em acrílico de 15 mm. Voltagem: BIT- VOLT. DIMENSÕES Aproximadamente: base 49x50x6,5cm (CXLXA), ACRÍLICO 43,5X41X13CM, TOTAL: 43,5X41X19,5

Valor total extenso:

80	ADIPÔMETRO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : TIPO: ANALÓGICO

Valor total extenso:

81	MARTELO DE REFLEXO		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, PONTEIRA: DISCO DE BORRACHA

Valor total extenso:

82	ESTEIRA ERGOMÉTRICA		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Esteira ergométrica p/ exercícios de reabilitação física. Microprocessada com potência mínimo de 1,5 hp. Sistema de elevação. Apresentar controle eletrônico de velocidade. Funções mínimo no Painel: Tempo, velocidade, distância, batimentos cardíacos, calorias. faixa mínima de Velocidade: de 2 a 14 km/h. Faixa mínima de inclinação: de 0 a 14%. Sistema de apoio dianteiro e lateral. Dimensões mínimas da área útil da cinta deslizante em largura e comprimento: 40 cm e 110 cm respectivamente. Peso mínimo suportado: 120kg. Apresentar chave de emergência para parada imediata. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora.

Valor total extenso:

83	NEGATOSCÓPIO MAT. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA /1 CORPO		24,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Valor total extenso:

84	ARMÁRIO - DIMENSÕES MÍN./MAT. CONFACÇÃO: 1,80X0,75M/AÇO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	-------	---------	------	------

Valor total extenso:

85	GONIÔMETRO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Valor total extenso:						
86	BIOMBO 3 CORPOS COM RODÍZIO		13,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : construído em tubo redondo 22,22 x 1,2 mm.
Montado em 3 painéis, com algodão cru, pés com ponteiros.
Dimensões: 1,75 x 1,85 m. ANVISA: isento OPCIONAIS -
estrutura inox - com 2 painéis.

Valor total extenso:						
87	CABO PARA BISTURI N: 3 OU 4		8,000	UNIDADE	0,00	0,00

Valor total extenso:						
88	TENS E FES		2,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : Memória: Possui úmero de canais: mín. de 08

Valor total extenso:						
89	ANALISADOR DE BIOQUIMICA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : semi-automático modelo BIO-2000 - para Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou Turbidimetria); Hormônios (metodologia ELISA em tubos); aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade; características técnicas: 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); faixa de leitura: -0,100 a 3,500 abs; monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; luz espúria < 0,01%T; leituras Monocromáticas e Bicromáticas; compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas; cubeta de fluxo metálica de 32 æL termostatizada para 25, 30, 37 ã 0,1 øC; cubeta de fluxo termostatizada para 25,30,37 ã 0,01 øC; leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; leituras com padrão e fator; estatísticas de qualidade com gráfico de Levey Jennings; impressão de resultados com impressora gráfica incorporada; lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; controle completo de reação cinética ou colorimétrica; alimentação: 110, 127, 220, 240 volts 35 VA. (LABORATÓRIO)

Valor total extenso:						
90	APARELHO PORTÁTIL DE VENTILAÇÃO VENT-LOGOS (2000)		1,000	UNIDADE	0,00	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Respirador / Ventilador Pulmonar Mecânico de Emergência Pediátrico ao Adulto. VLP-2000E- Vent-Logos - Vent-Logos - É um ressuscitador para uso em ventilação mecânica pulmonar, com automatismo pneumático, utilizado do pediátrico ao adulto, ciclado a tempo, limitado a pressão e que possui um moderno conceito de ventilação denominado Pressure Control Ventilation (PCV). O VLP 2000E foi desenvolvido para uso em atendimento pré-hospitalar/resgate (RCP), emergência, salas de recuperação pós-anestésica e ressonância magnética. Econômico, seguro, robusto, simples de operar e de baixo custo, o VLP-2000E ainda apresenta as seguintes especificações: Possui apenas um controle: o de frequência respiratória (08 a 40 cpm); Consumo total de O₂ durante a ventilação de 2,5 litros/minuto; Não magnetizável, é utilizado no túnel de Ressonância Magnética; Possui sistema anti-asfixia; Possui inspiração manual que possibilita atuar na frequência e na relação I:E, facilitando a adaptação do paciente e permitindo sua utilização em procedimentos de ressuscitação cardio-pulmonar - RCP. Desenvolvido com alta tecnologia, o Vent-Logos Emergência é o menor ventilador pulmonar mecânico mundial. Especificações Técnicas: Mecanismo: pneumático Ciclagem: a tempo da fase INS para EX e da fase EX para INS. Gerador: de pressão Pressão de calibração: 3,5 kgf/cm ou 3,43 kPa x 100 (50 psi) Fonte Propulsora: oxigênio medicinal a 3,5 kgf/cm ou 3,43 kPa x 100 (50 psi) Pressão inspiratória: Disponível em 25 cmH₂O. Frequência: ajustável de 8 a 40 ciclos por minuto (cpm) Relação I/E: entre 1:2 e 1:2,5 Fluxo máximo: 90 litros/minuto (sem carga a jusante) Concentração Máxima de oxigênio no ar inspirado: 40% (para adulto/pulmão normal) Consumo de oxigênio: 2,5 litros/minuto em qualquer frequência. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária/MS nº 80015660003. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão. automatizado disponível no mercado

Valor total extenso:

91	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HIGH WALL 220 V		9,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : - Modelo: YJEA18FS-ADK; Capacidade: 18.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderna, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).

Valor total extenso:

92	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS HIGH WALL 220V		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : Modelo: YJEA18FS-ADK; Capacidade: 36.000 btus; Ciclo: frio; Controle remoto com display em cristal líquido. Designe moderno, frente sólida; Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada p/ o ambiente; Silencioso; econômico (compressor rotativo).

Valor total extenso:

93	ASPIRADOR CIRÚRGICO 5L. 1/3HP		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : sugador de sangue e secreções, Indicado para procedimentos em área médica, Filtro Bacteriológico que evita a contaminação do ambiente, Frasco em vidro autoclavável com capacidade de até 05 Litros, rotação 1/3 HP. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão

Valor total extenso:

94	ASPIRADOR CIRÚRGICO 5L. ROTAÇÃO 1HP		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : sugador de sangue e secreções, Indicado para procedimentos em área médica, Filtro Bacteriológico que evita a contaminação do ambiente, Frasco em vidro autoclavável com capacidade de até 05 Litros, rotação 1 HP.

Valor total extenso:

95	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------------	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Câmara de aço inoxidável, estrutura anti-corrosivo, painel de controle mecânico, eletromecânico ou microprocessado, com seletores e indicadores de ciclos, termômetros, manovacômetros, manômetros, controle de nível de água. Capacidade entre 360 litros com dimensões externas máximas: Altura: 1,90m-largura:1,15 m-profundidade: 2 m. Registro no IMETRO E certificação ISO. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão. (BLOCO CIRURGICO)

Valor total extenso:

96	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL HS-19/E 100 LITROS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : características: interior cilíndrico; especificação: funcionamento automático, acabamento frontal termoplástico; aplicação: esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, vidrarias e outros; CAP. 100 litros; medidas internas: 410cmx410cmx600cm; medidas externas: 595cmx1545cmx795cm; CÂMARA: Câmara retangular construída em aço inoxidável AISI 316 I com acabamento sanitário polido brilhante; CAVALETE: Conjunto montado sobre estrutura de perfil em aço A36 com acabamento anti-corrosivo apoiado sobre pés reguláveis; PORTA: Sistema de fechamento manual; PAINEL DE COMANDO EQUIPADO COM: TERMÔMETRO - Indica em graus centígrados, a temperatura existente na câmara interna. MANOVACUÔMETRO - Indica a pressão existente na câmara interna; MANÔMETRO - Indica a pressão AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL HS-19/E 100 LITROS - características: interior cilíndrico; especificação: funcionamento automático, acabamento frontal termoplástico; aplicação: esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, vidrarias e outros; CAP. 100 litros; medidas internas: 410cmx410cmx600cm; medidas externas: 595cmx1545cmx795cm; CÂMARA: Câmara retangular construída em aço inoxidável AISI 316 I com acabamento sanitário polido brilhante; CAVALETE: Conjunto montado sobre estrutura de perfil em aço A36 com acabamento anti-corrosivo apoiado sobre pés reguláveis; PORTA: Sistema de fechamento manual; PAINEL DE COMANDO EQUIPADO COM: TERMÔMETRO - Indica em graus centígrados, a temperatura existente na câmara interna. MANOVACUÔMETRO - Indica a pressão existente na câmara interna; MANÔMETRO - Indica a pressão existente na câmara externa; CHAVE SELETORA - Seleciona o ciclo desejado; CHAVE GERAL - Liga e desliga o aparelho; LÂMPADAS INDICATIVAS - Indica o status do ciclo; SISTEMA HIDRÁULICO COMPOSTO DE: FILTROS - em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável; VÁLVULAS DE RETENÇÃO - Em bronze, vedação em disco de Teflon; VÁLVULAS SOLENÓIDES - Em latão forjado tipo diafragma. PURGADORES: Termostático. TUBULAÇÕES E CONEXÕES: Construídas em cobre ou aço inoxidável (opcional). SEGURANÇA: Pressostato para controle da pressão de trabalho MPTA. Válvulas de segurança para alívio da pressão excedente. Termostato para controle da temperatura na zona fria da câmara interna. Controle de nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água (somente para aquecimento elétrico). Fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. (LABORATORIO)

Valor total extenso:

97	BARRA PARALELA DÚPLA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Barras com regulagem de altura e largura, com piso anti-derrapante. Possui 02 pares de corrimão em aço inox. Medidas: 300 x 78 x 48cm.(Comp. x Alt. Min. x Alt. Máx.).

Valor total extenso:

98	BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO DE 5,2L		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------------------	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : - refrigeração de 5,2 litros por hora; Depósito de água (3,3L) em plástico injetado atóxico com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Gabinete em ABS com proteção contra raios ultravioleta (não fica amarelado com o passar do tempo) e chapa eletrozincada pintada na cor branca; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; Baixo consumo de energia; Torneiras totalmente desmontáveis e de fácil substituição; Termostato regulável fixado na parte traseira; Pingadeira removível.

Valor total extenso:

99	BELICHE		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------	--	-------	---------	------	------

Especificação : em madeira, com bom acabamento. Dimensão Interna aprox. do produto (L x A x C): 90 x 160 x 190 cm, Dimensões Externas aprox. do produto (L x A x C): 98 x 160 x 202 cm, Dimensões aprox. do colchão (L x C): 88 x 188 cm.

Valor total extenso:

100	BERÇO AQUECEDOR RADIANTE		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Três modalidades de controle: controle Pre-morno da modalidade, controle da modalidade manual e modalidade do bebê controlada pelo microcomputador; Ajuste a temperatura e a temperatura do bebê pode ser indicada separada; O ângulo do horizonte de um módulo mais morno e a inclinação do berço pode ser ajustado; Os painéis em torno do berço podem truned para fora; Gaveta do raio-X sob o berço; Temporizador de APGAR; Temporizador para contar o tempo phototherapy; Indicação de alarme da falha; Conector RS232. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão.

Valor total extenso:

101	BOMBA DE INFUSÃO.		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Operação simples, com orientações em display de cristal líquido alfanumérico. Programação para infusões parenterais e enterais. Dois modos de Programação: Vazão (ml/h) e Volume Total (ml) ou Volume Total (ml) e Tempo, com o cálculo automático da vazão. Alarme sonoro e visual de oclusão ou fim de solução, fim de infusão, fluxo livre, ar no equipo, memória corrompida. Alarme de ar utiliza sensor por ultra-som. Função KVO (Keep Vein Open). Utiliza equipo com específico com seguimento de silicone controlado através de impressão da marca CELM e identificação do lote produzido, possibilitando a rastreabilidade do mesmo. Possui bateria interna recarregável. Uso pediátrico e adulto. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão

Valor total extenso:

102	CADEIRA DIRETOR RECOMENDADO: 150KG		22,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Espuma do assento e encosto expandida 120 mm. Braços em tubo elíptico cromado com acabamento em couro. Base com relax excêntrico e trava. Regulagem de altura a gás. Aranha tubular cromada e rodízios em poliuretano. Estrutura: Aço. Revestimento: Tela Mesh. Peso Máximo Recomendado: 150 Kg.

Valor total extenso:

103	CADEIRA POLTRONA EM PLÁSTICO C/ APOIO P/ BRAÇOS		39,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---	--	--------	---------	------	------

Especificação : confeccionada em plástico resistente, na cor branca.

Valor total extenso:

104	CADEIRA PARA TURBILHÃO C/ REGULAGEM DE ALTURA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : Confeccionado com espuma densidade 28, Revestido com courvin 8 mm especial anti calor, Estrutura em tubo de aço com pintura epoxi na cor branca, Ajuste de altura, Apoio de Braços estofado APLICAÇÕES - Auxilia na aplicação do turbilhão; MEDIDAS DO PRODUTO - COMPRIMENTO: 0,65 m; LARGURA: 0,9 m; ALTURA MÁXIMA: 1,6 m; ALTURA MINIMA: 1,15cade m; PESO LIQ.: 20 Kg.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Valor total extenso:						
105	CADEIRA TIPO ESPREGUIÇADEIRA		35,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : estrutura tubular confeccionada em aço acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio para pés, pernas estofados com revestimento em courvim. Braços fixos, confeccionadas em estrutura tubular, com apoios estofados e acabamento em courvim. modelo reclinável através de acúmulo de força (gás).</i>						
Valor total extenso:						
106	CADEIRA DE RODA.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Pneu Maciço, aço com pintura epoxy, dobrável em X, apoio para braços fixo, apoio para pés fixo, indicada para usuários até 85 kg, pneu traseiro maciço, assento e encosto em nylon.</i>						
Valor total extenso:						
107	CADEIRA DE RODA SEMI OBESA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, estrutura reforçada, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e traseiras aro 24" com pneus maciços</i>						
Valor total extenso:						
108	CAMA HOSPITALAR		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : tipo Fowler; com Grades MA-46; Cabeceira e pesseira em tubos redondos; com proteção de cinta inox, movimentos acionados por duas manivelas, rodas de 3" com freios em diagonal e pintura eletrostática. Dimensões: 1,90x 0,90x 0,68. ANVISA Nº 80380129006</i>						
Valor total extenso:						
109	CAMA MACA C/ ELEVAÇÃO DE LEITO MD0701		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : com 04 rodas e trava, tipo Fowler, alta, com proteção lateral e espelho removível, com elevação de leito.</i>						
Valor total extenso:						
110	CARRINHO P/ CURATIVO		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varanda protetora em toda a volta e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízios de 3", constituído com 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura.</i>						
Valor total extenso:						
111	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE SANGUE 347 CS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Temperatura: de operação 40°C; Capacidade volumétrica: 140 / 340 / 420 e 550 litros ; Voltagem: 110 ou 220v.</i>						
Valor total extenso:						
112	CÂNULAS DE ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : em aço inox, com furos, reta, autoclavável</i>						
Valor total extenso:						
113	CARRINHO TIPO SUPERMERCADO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : cesta com grade traseira simples, capacidade 130 litros, com acabamento zincado e rodas com rolamentos automotivos.</i>						
Valor total extenso:						
114	CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : - Em chapa de alumínio de 1,5mm. Com prateleira interna para transporte de pratos e bandejas. Com 6 recipientes com capacidade para 10 litros. Portas e tampo superior em aço inox, paredes revestidas com lã de vidro. Termostato com regulação de temperatura variando de 20°C até 120 °C. Pára-choque de borracha em toda a volta. Rodízios de 125 mm de diâmetro. Dimensões: 0,60 x 1,00 x 1,10m.</i>						
Valor total extenso:						
115	CENTRIFUGA SOROLÓGICA-		1,000	UNIDADE	0,00	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Motor de indução, sem escovas. Acionada por inversor de frequência que proporciona alta estabilidade da rotação. Sistema Microprocessado controla a velocidade e o tempo. Display alfanumérico com iluminação interna, permite ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Indicação direta de RCF, tempo e RPM. Indicação de mensagem de desbalanceamento e porta aberta. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Velocidade máxima de trabalho até 3400 rpm para Rotor de Ângulo Fixo. Força máxima RCF de 1.000 xg. Tempo de aceleração ajustável de 15 a 60 segs. Tempo de desaceleração ajustável de 15 a 100 segs. Tempo de processo de 0 a 99 minutos. Com 04 programas de memória (receitas). Sistema de alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Sistema para proteção contra desbalanceamento. Sistema com trava eletromagnética não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Visor na tampa para medir a rotação. Gabinete em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Dimensões externas (LxPxA) de 275 x 360 x 232 mm. Capacidades do Rotor Ângulo Fixo: 6x10ml ou 12x5ml; Alimentação em rede de 110V/220, (especificar no ato do pedido) 50/60Hz. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão.

Valor total extenso:

116	CORTADOR DE GRAMA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - potência: 1800W, monofásico, faixa de corte 35 cm, com chave seletora de 100/220V, 5 alturas de corte, lâmina em aço, com tempera total; cabo dobrável, revestido em PVC flexível, altamente isolante; tratamento anti-corrosivo nas peças sujeitas à oxidação; pintura a pó de poliéster polimerizado; com 10 metros de cabo elétrico; conjunto de fixação da lâmina de corte altamente resistente, dando total isolamento; com saída lateral.

Valor total extenso:

117	DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO DEA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - capaz de avaliar, por meio de sensores, o estado do paciente, considerar as variáveis clínicas e aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. Isso permite que um indivíduo com treinamento básico possa realizar o atendimento de uma vítima em parada cardíaca. Operação com apenas um botão; inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; mínimo de 200 choques (200 joules, carga plena, bateria em boas condições); indicação por voz e por indicadores luminosos; utilização horizontal e vertical; gravação de eventos para posterior análise; choque bifásico; manual em português do Brasil. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão. Caso o equipamento seja adquirido por comodato à empresa deverá fornecer os materiais básicos para o funcionamento do mesmo.

Valor total extenso:

118	DIVÃ HOSPITALAR C/ SUPORTE P/ LENÇOL DESCARTAVEL		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : divã para exames simples com suporte para papel lençol. Estrutura tubular em inox 1.1/4"x1.20mm, leito estofado revestido em napa e plastificado, cabeceira reclinável através de cremalheira e pés com ponteiros. Dimensões: Comprimento: 1,83m, Largura: 70 cm e altura: 80cm.

Valor total extenso:

119	DIVÃ HOSPITALAR		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-----------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : : divã para exames simples. Estrutura tubular em inox 1.1/4"x1.20mm, leito estofado revestido em napa e plastificado, cabeceira reclinável através de cremalheira e pés com ponteiros. Dimensões: Comprimento: 1,83m, Largura: 70 cm e altura: 80cm.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Valor total extenso:						
120	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DE 3 CANAIS NARROW SCREEN SMART ECG SE-3A-EDAN		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : EDAN Voltagem: 110 v. - EDAN - uma nova geração de eletrocardiógrafos totalmente digitais, de alta precisão e desempenho superior de filtros. O monitor de ECG integrado e reclinável ajusta-se para a melhor posição de visualização. Agora você possui a opção de revisar a qualidade dos traçados de ECG antes da impressão, eliminando desperdícios com exames reprovados. Com operação extremamente simples, permite a configuração flexível para ajustar-se as suas necessidades de impressão. E seu design compacto e portátil incluindo bateria de lítio oferece liberdade para uso em qualquer situação. Posteriormente, todos os dados armazenados podem ser transferidos através de rede ethernet ou cartão de memória USB para o SE-ECG Viewer - Software de Gerenciamento de Dados. Tecnologia digital de impressão simultânea das 12 derivações; Tecnologia : eletrocardiógrafo portátil + armazenamento de dados + monitor de ECG + gerenciador de banco de dados (opcional); Não requer computador para coleta de exames. Os dados são armazenados para posterior transferência para o PC; Memória interna para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão e comunicação via USB (pen drive) ou transferência através de rede ethernet; Compacto e leve com bateria interna recarregável de lítio de alta capacidade e funcionamento em AC 110/220V; Entrada de dados completa do paciente incluindo nome, idade, sexo, altura, peso e pressão sistólica/diastólica; Outras informações importantes : Display de LCD para configuração de parâmetros; Tela de 1 / 3 traçados simultâneos de ECG para visualização prévia da qualidade do traçado antes da impressão. Produtividade e economia nos exames; Detecção, visualização de eletrodo solto e alerta de inversão de posição de eletrodos; Impressora de alta resolução para 3 canais simultâneos (80 mm) + 01 canal de ritmo; Opção de papel tipo rolo ou Z-folder; Formatos de impressão configuráveis; Flexibilidade para impressão direta em jato de tinta; Modo "Copy" para a impressão adicional de cópias do último exame; Interface USB para transferência de exames para cartão de memória USB (pen drive); Comunicação RS232 e Ethernet para operação em rede; Funcionamento com um toque para aquisição, análise, armazenamento de dados e impressão; Painel amigável. Botões "one-touch" de operação; Operação manual / automática selecionável; Indicadores do status de funcionamento; ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria e recarregando a bateria; Filtros digitais completos e configuráveis, eliminam as interferências da linha de base associadas a rede elétrica e tremor muscular; Linha de base com ajuste automático; Cálculo automático dos parâmetros de ECG; ECG Interpretativo SEMIP (configurável) com Código Minnesota de classificação de arritmias; Formas de impressão: registrador interno, através de software ou direto na impressora; Portas de comunicação USB (pen drive), RS-232 e Ethernet para redes; Compatível para impressão direta em impressora jato de tinta; Memória interna para até 100 exames completo e transferência imediata para o SE- ECG Viewer, Software de Gerenciamento de Dados com múltiplos formatos de relatórios através de impressora laser; SEMIP (Smart ECG Measurement and Interpretation Program); Software de interpretação de diagnóstico de ECG; Interpretação adulto e pediátrica; Cientificamente documentado; Código Minnesota de classificação de arritmias; Auto-Diagnóstico como "segunda" opinião; Resultado de medida automática; Código Minnesota de Classificação de Arritmias; Resultados do Auto-Diagnóstico; Acessórios: Eletrodos de sucção (precordiais) 6 unidades; Garras 4 unidades; Cabo de Paciente de 10 vias 1 unidade; papel termo sensível 80mm/20m 1 rolo; 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão. Caso o equipamento seja adquirido por comodato a empresa deverá fornecer os materiais básicos para o funcionamento do mesmo.						
Valor total extenso:						
121	EQUIPAMENTO DE CPM - MOVIMENTO PASSIVO CONTINUO DE JOELHO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
122	EQUIPAMENTO VNI (GERADOR DE FLUXO)		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
123	ESCADA 06 DEGRAUS		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : - MATERIAL: Aço; TAMANHO: Alt. 1690 cm X Comp. 520 cm X Larg. 530 mm (aberta), Peso máximo recomendado 120 K; leve, dobrável.						
Valor total extenso:						
124	ESTUFA BACTERIOLÓGICA.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Aplicação em Laboratórios; Câmara interna de aço inox AISI 430; Porta frontal construída internamente em chapa de aço inox AISI 430 e externamente em chapa de aço carbono SAE 1020; Porta interna de vidro e moldura em aço inox AISI 430; Circulação de ar por meio de convecção natural; Faixa de temperatura de (ambiente + 7°C) a 60°C; Fornecida com três prateleiras de chapa perfurada de aço inox AISI 430; Tensão 220v - 50/60Hz; Prateleiras adicionais de chapa perfurada de aço inox AISI 430; dimensões internas: 450 X 400 X 450 mm (L P A) dimensões externas: 570 X 580 X 690 mm (L P A). Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão. Caso o equipamento seja adquirido por comodato à empresa deverá fornecer os materiais básicos para o funcionamento do mesmo. (LABORATORIO)

Valor total extenso:

125	EXERCITADOR DE DEDOS (AQUARELA)		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : multi exercitador de mão com sistema de treinamento de flexo-extensão elástica dos dedos de forma conjunta ou independente.

Valor total extenso:

126	EXERCITADOR DE DEDOS (HANDY PLUS)P		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : exercitado dinâmico de dedos tamanho P

Valor total extenso:

127	EXERCITADOR DE DEDOS (HANDY PLUS)M		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - exercitado dinâmico de dedos tamanho M.

Valor total extenso:

128	EXERCITADOR DE DEDOS (HANDY PLUS)G		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : exercitado dinâmico de dedos tamanho G.

Valor total extenso:

129	FOCO CIRURGICO DE TETO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : composto de espelho especial óptico com fornecimento de luz fria, branca e uniforme, proporcionando um foco concentrado e sem sombras; braço giratório com articulações permitindo melhor posicionamento de trabalho; 02 braços com 02 cúpulas com 06 bulbos 108000 lux de intensidade; sistema de emergência com bateria.

Valor total extenso:

130	FOTOTERAPIA FLUORESCENTE		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Compacta e resistente, trabalha com precisão, conforto e segurança no tratamento da icterícia do recém-nascido. Com 6, 7 ou 8 lâmpadas brancas luz do dia (vida útil de 250 horas) e azul especial (vida útil de 3.000 horas); Refletor com regulagem de movimentos angulares, horizontais e verticais; Adaptável em berços e incubadoras; Altura regulável de 1,20 a 1,80 m. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão.

Valor total extenso:

131	FOTOTERAPIA HALÓGENA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	----------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Utiliza lâmpada dicróica halógena com sistema eficaz de filtragem óptica, permitindo ajuste no foco em todas as posições (inclusive angulares) através de movimentos suaves. Irradiância: 10 a 30 m W/cm2 entre 400-500 nm a uma distancia fototerapia e paciente de 50 a 70 cm. Fonte luminosa halógena: 13,8 V x 80 W; Espectro da radiação emitida: 400-550 nm (azul esverdeado); Filtros bloqueadores de infravermelho e ultravioleta. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão.

Valor total extenso:

132	FREEZER VERTICAL, BIOTÉCNICO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : para armazenamento de PLASMA

Valor total extenso:

133	HEMOSEDIMENTADOR SD 500		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-------------------------	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : O sistema é por dez (SD500) alojamentos, onde a pipeta deve ser fixada, na posição vertical com a extremidade graduada voltada para baixo e totalmente livre. A cada alojamento de pipeta corresponde um botão de controle. A amostra é aspirada mediante uma simples rotação no mesmo, dispensando assim as técnicas usuais de pipetagem ou a utilização de peras, bem como suportes inseguros e trabalhosos. O botão de controle permite o posicionamento do "menisco" no ZERO, de forma extremamente precisa e fácil de manipular. A vedação do sistema é perfeita, garantindo assim que a amostra permaneça na pipeta sem um único vestígio de gotejamento. Após a leitura a pipeta é retirada juntamente com a amostra. Dessa forma o técnico não mantém contato direto com a amostra do início ao fim do processo. No hemossedimentador a extremidade livre da pipeta é onde está a escala graduada, sendo então possível utilizar tanto pipetas convencionais de "Westergren" como as mini-pipetas CEMAR, que trabalham com uma coluna de 100 milímetros de sangue total. Dessa forma é possível a realização do VHS com apenas 0,5 ml de amostra. A mini-pipeta CEMAR de "Westergren" tem comprimento de 100 milímetros e escala convertida (leitura direta em unidades) "Westergren"

Valor total extenso:

134	INFRA-VERMELHO C/ PEDESTAL		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : com dimer para regulagem de intensidade luminosa. Regulável na altura (mínima de 1,47m e máxima de 1,92m). Montado sobre base do polietileno injetado de alto impacto medindo 0,56mx0,56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Interruptor incorporado ao cabo de ligação. Acompanhado de 2 lâmpadas de 150watts, 60Hz, 110 ou 220 volts reservas.

Valor total extenso:

135	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETA		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : fabricada em madeira, com pés em ferro e acabamento em plástico, com espaço para micro, impressora, teclado, acessórios, ideal para ser usada em escritório, com design moderno e redução máxima de espaço.

Valor total extenso:

136	MESA DE REFEIÇÃO.		35,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : - Mesa com altura mínima de 80 cm e máxima de 115 cm. Detalhes: Estrutura pintada em tubos de aço carbono 1"; Haste cromada com regulagem de altura por manípulo; Tampo revestido em fórmica branca nas medidas 60 x 40 cm; Rodízios de 2" com freios.

Valor total extenso:

137	MICROONDAS.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - inox, capacidade 31 l, teclas de descongelamento, ajuste de tempo; tecla de potência; relógio. Pausa/cancela, diversos níveis de potência, prato giratório, trava de segurança, painel digital, alimentação: 110 v.

Valor total extenso:

138	MICROSCÓPIO BINOCULAR		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-----------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - Com Iluminação Dupla Episcópica/Diascópica; Aumento de 80 X (Sem Zoom); Base de grande dimensão e de ótima estabilidade; Estativa em metal com comandos para focalização macrométrica; Pintura eletrostática de alta durabilidade; Duplo sistema de iluminação: Diascópico (Fluorescente): 5 Watts; Episcópico (dicróico): 6 V/15 Watts; Dois pontenciômetros para regulagem da intensidade de luz; Aumento máximo de 80x, sistema "Galileu" (passo a passo) com 2 objetivas embutidas (2x e 4x); Tubo binocular inclinado a 45°; Prismas de alta qualidade não utilizam espelhos; Graduação de distância interpupilar entre 51 e 75 mm; Dispositivo de ajuste de correção de dioptrias no tubo ocular direito (5nm).

Valor total extenso:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

139	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO.		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - contendo no mínimo os seguintes parâmetros: ECG com análise de arritmias e segmento ST; pressão não invasiva e SpO2 com sensor adulto e pediátrico, manguito adulto, pediátrico e neonatal, acrescido de cabo de ECG com três vias e outro com cinco vias.

Valor total extenso:

140	NEBULIZADOR C/ QUATRO SAÍDAS		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : motor 1/4 HP; fluxo de ar livre 45 l/MIN; compressão máxima 40 LB/POL, acompanhado de adaptador para as 4 saídas simultâneas e 4 kits de nebulização. 110/220 v.

Valor total extenso:

141	NEURODYN 10 CANAIS VERSÃO 2.0 (MICRO CONTROLADO)		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : Contendo sete tipos diferentes de correntes, e com dez canais de saída, possibilitando múltiplas opções de tratamentos. Acessórios: 10 pares de eletrodo de silicone 50 x 70 mm; 02 pares de eletrodo de alumínio-esponja vegetal 80 x 100 mm; 05 cabos (cada um com 4 fios) de conexão ao paciente p/ C. Russa (canal 1 a 10); 01 cabo (c/ 4 fios) de conexão ao paciente p/ C. Galvânica (canal 1 e 2); 01 cabo (c/ 4 fios) de conexão ao paciente p/ C. Diadinâmica (canal 3 e 4); 10 cintas elásticas c/ velcro; 01 par de canetas p/ estimulação Russa facial; 02 ponteiros de borracha de silicone condutiva de 10 mm de diâmetro (p/ canetas); 01 cabo de força destacável; 01 tubo de gel e 01 manual de instruções.

Valor total extenso:

142	NOBREAK APC 1200 VA - ENTRADA 110/220 V E SAÍDA 110 V BR1200BI-BR		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : - Nobreak APC 1200 va - Entrada 110/220v e saída 110v BR1200BI-BR Equipamento de Alimentação ininterrupta, Back-UPS RS, APC BACK-UPS RS 1200VA BRAZIL 120V/230V, BR1200BI-BR; APC Back-UPS RS, 600 Watts / 1200 VA, Entrada 120V, 230V / Saída 120V. Inclui: Manual do usuário; Normalmente em Estoque Saída; Capacidade de Potência de Saída 600 Watts / 1200VA. Potência Máxima Configurável 600 Watts / 1200 VA; Tensão nominal de saída 120V; Tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada; Tensão nominal de entrada 120V, 230V autonomia típico em meia carga 16.3 minutos (300 Watts); Tempo de autonomia típico em carga total 4.4 minutos. (600 Watts).

Valor total extenso:

143	OXÍMETRO DE MESA PORTÁTIL		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo a distância ou em ambientes escuros; alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e pulso; possuindo grande variedades de sensores, para aplicação em pacientes desde adulto até neonatos; tecnologia de baixo consumo de energia resultando em grande autonomia de operação quando alimentação à bateria; operação em rede elétrica 110 ou 220v AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; dimensões (LxAxP) cm: 21,9x9,2x14,2; acessórios 1 sensor adulto tipo clip c/ cabo de 01 metro, 1 sensor neonato tipo clip c/ cabo de 01 metro, manual de operação em português. Além da instalação do produto e treinamento para manuseio do mesmo.

Valor total extenso:

144	PEAK FLOW INFANTIL		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : equipamento portátil que avalia a capacidade do fluxo máximo que o pulmão pode atingir. Com indicador de fácil leitura para indicação para a medição da PEF.

Valor total extenso:

145	PEAK FLOW ADULTO		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : equipamento portátil que avalia a capacidade do fluxo máximo que o pulmão pode atingir. Com indicador de fácil leitura para indicação para a medição da PEF.

Valor total extenso:

146	PERCIANAS		51,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-----------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Persiana Vertical de PVC, Profundidade do trilho 45 mm Largura da persiana recolhida 19 % x largura/largura de 89 mm e altura de 28 mm; cor verde claro.

Valor total extenso:

147	REFRIGERADOR 2 PORTAS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-----------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Compartimento extra frio: ideal para alimentos e bebidas que precisa de temperatura mais baixa, gaveta de legumes: mantém a temperatura e a umidade adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais, porta internamente aproveitável: maior aproveitamento de espaço, prateleiras de grades: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza: melhor organização e visualização, prateleiras da porta/complemento: removíveis e facilitam a limpeza.

Valor total extenso:

148	SUPORTE BRAÇADEIRA P/ BRAÇO		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - Base tipo tripé, confeccionada em ferro fundido. Protetor da Haste confeccionado em tubo de aço, com pintura eletrostática a pó. Haste, regulável em altura, e apoio de braço, tipo concha, confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido.

Valor total extenso:

149	SUPORTE P/ SACO HAMPER		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Armação tubular de 7/8", em inox, cesto em forte tecido, pés com rodízios de 1.5/8".

Valor total extenso:

150	THRESHOLD PEEP		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	----------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - utilizado para o treinamento muscular do sistema ventilatório possui modelo exclusivo para trabalho expiratório (Peep). Utilizado para limpeza das vias áreas e higienização broquica/pulmonar.

Valor total extenso:

151	UNIDADE DE FOTOTERAPIA (MAXIPHOTO-8) COM LÂMPADAS AZUIS ESPECIAIS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : utiliza lâmpadas azuis especiais e sistema de desaquecimento por exaustão, que aumentam a eficiência do tratamento e reduzem o tempo de exposição do bebê, utilizada no tratamento clínico da hiperbilirrubinemia (icterícia) no recém-nascido e, em especial, no prematuro. Projetada para ser utilizada com a mesma eficiência sobre o berço ou incubadora, regulável em altura e posição. AMOSTRA AO ANEXO

Valor total extenso:

152	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS - VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : (VNI). Modo volume controlado com fluxo quadrado ou decrescente. Frequência Respiratória até 180 mil-1 em todos os modos de ventilação. Sensibilidade inspiratória por pressão ou fluxo. Ajuste automático de subida de pressão para PVC e PSV (Automatic Pressure Slope). Pausa inspiratória para medida de pressão platô. Pausa Expiratória para medida de auto PEEP. Nebulização sincronizada com a fase inspiratória e com compensação de volume corrente e de FIO2. Compensação automática de vazamentos. Dupla válvula de exalação: controle preciso e seguro da pressão em todos os modos de ventilação. TGI - Insuflação traqueal de gases sincronizada com a fase expiratória. Ventilação com pressão positiva em dois níveis. Bateria interna recarregável com autonomia de até 2 horas. Garantia de no mínimo 1 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão. AMOSTRA AO ANEXO.

Valor total extenso:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

153	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR4-G		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Ventilador / Respirador Mecânico Pulmonar Portátil Microprocessado, desenvolvido com avançada tecnologia para uso em transportes internos e externos nos Hospitais, resgate Aeromédico ou Pronto Atendimento. Possui modos ventilatórios Adultos/ pediátricos: VCV Assistido / Controlado; PCV Assistido / Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV); e Neonatal: Fluxo Contínuo; CPAP nasal. É um equipamento de fácil operação, pois possui o desenho do painel extremamente funcional, permite ao operador utilizar todos os parâmetros através de poucas teclas de controle, fazendo com que o trabalho do profissional seja agradável, permitindo direcionar todo seu esforço na relação com o paciente. Especificações Técnicas: Ventilação de Backup (Respaldo) PCV ou VCV em adultos e pediátricos; FIO2 50% ou 100% ; Tempo Inspiratório 0,3 a 3 Segundos; Rise Time 10 a 100 L/min ; Relação I:E 5:1 a 1:99; Frequência 1 a 150 ciclos por minuto; Volume Corrente 10 a 1500 mL; Sensibilidade de disparo -1,0 a -10,0 cmH2O; Pressão Controle 2 a 30 cmH2O; Pressão de Suporte 2 a 30 cmH2O; PEEP 0 a 20 cmH2O; Fluxo Inspiratório em VCV: Regulagem Automática, em PCV: mínima 120 L/min, Fluxo contínuo em Neonatologia: 5 a 15 L/min, Fluxo Inspiratório em Neonatologia: 1 a 100 L/min; Apneia 10 a 45 segundos; Pausa Inspiratória (Modo VCV) 0,0 a 2,0 segundos; Forma de Onda de Fluxo Rampa Descendente; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; Regulador de entrada de O2 Incorporada internamente ao equipamento; STAND BY: Mantém programação sem ciclagem; ESCALAS: Ajuste automático de escalas; CONGELAR: Para leitura dos gráficos; Compensação de Altitude 0 a 6000 msnm (metros sobre o nível do mar). Parâmetros de Saída: Pressão Inspiratória de Pico, Platô e Base; Tempo Inspiratório; Relação I:E de respiração espontânea; VolumeTidal; Frequência Total. Mecânica Respiratória: AUTOPEEP. Alarmes Programáveis: Pressão Máxima da via aérea; Pressão Mínima da via aérea; Volume Tidal inspirado máximo e mínimo; Apneia; Frequência Máxima. MODELO PR4-g Registro ANVISA Nº. 80203470005. Classificação de Produto: MÉDICO CLASSE III; MODO DE OPERAÇÃO: Funcionamento Contínuo; Classificação de acordo com o tipo de proteção contra choque elétrico (Isolamento). Garantia de no mínimo 01 ano, assim como também deverá ser instalado e deverá ter treinamento aos profissionais que o utilizarão.

Valor total extenso:

154	SERRA P/ GESSO		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	----------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : POTÊNCIA: 180WATTS

Valor total extenso:

155	SELADORA PORTÁTIL		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : - para uso hospitalar, automática, volts: bivolts, largura 50 cm, com pedal.

Valor total extenso:

156	CÂMARA REFRIGERADA PARA VACINAS (IMUNOBIOLOGICA)		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Capacidade interna: 240 Litros E 420 litros
GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.
GABINETE INTERNO - Construído totalmente em aço galvanizado, com quatro prateleiras tipo grade, ambos com revestimento epoxi. ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado de alta densidade. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Através de ventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento na abertura da porta. PORTA - De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo seco com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC. ALARMES - Temperatura abaixo de 20°C, temperatura alta acima de 80°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 20°C e 80°C, com ponto fixo em 40°C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. CAPACIDADE INTERNA - 240 LITROS/10.000 DOSES DE 5 ML. chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC. ALARMES - Temperatura abaixo de 20°C, temperatura alta acima de 80°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 20°C e 80°C, com ponto fixo em 40°C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. CAPACIDADE INTERNA - 240 LITROS/10.000 DOSES DE 5 ML. DIMENSÕES EXTERNAS - 183 altura x 56 largura x 61 profundidade (cm). DIMENSÕES INTERNAS - 120 altura x 45 largura x 45 profundidade (cm). ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO: 50 MM. FUNCIONAMENTO - 127/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA - 12 MESES SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 44 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.

Valor total extenso:

157	NOTEBOOK...	4,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-------------	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Processador Intel Core i3 350M 2.26GHz,
Memória RAM de 4GB, HD 500GB SATA (5400RPM, Driver
DVD±R/RW, Tela plana Widescreen de 14.0" com tecnologia
LED com Resolução de 1366 x 768, Rede 10/100 BASE-T
Ethernet LAN (RJ-45), com Wireless, Bluetooth, sistema
operacional, com conexões: 3 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA(15-pin),
1 RJ-45(LAN), 1 saída para fones de ouvido e 1 entrada para
microfone

Valor total extenso:						
158	APARELHO DE DVD..		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
159	AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
160	AUTOCLAVE DE MESA 42 LITROS		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
161	BACIA INOX PEQUENA 35 CM (USO HOSPITALAR)		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
162	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
163	CADEIRAS COZINHA MADEIRA.		16,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
164	CAIXA AMPLIFICADA COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
165	CAIXA INOX C/ TAMPAS - 18X08X05		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
166	CAIXA INOX C/ TAMPAS - 20X10X05		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
167	CAIXA INOX C/ TAMPAS - 28X14X06		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
168	CAIXA PARA PRIMEIROS SOCORROS EM POLIPROPILENO 40X20X20.		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
169	CUBA REDONDA CIRURGICA		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
170	ESCOVODROMO INOX		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
171	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Estante de Aço, medindo 1,80 m, com 6 prateleiras com reforço "X" na parte de baixo e fundo						
Valor total extenso:						
172	FOGÃO 4 BOCAS C/FORNO		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
173	LAMINA RETA P/ LARINGOSCÓPIO Nº 1		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
174	LAMINA RETA P/ LARINGOSCÓPIO Nº 2		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
175	LAMINA RETA P/ LARINGOSCÓPIO Nº 3		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
176	LAMINA RETA P/ LARINGOSCÓPIO Nº 0		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
177	LARINGOSCÓPIO ADULTO (USO HOSPITALAR)		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

178	LARINGOSCÓPIO INFANTIL (USO HOSPITALAR)		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
179	MACA GINECOLÓGICO		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
180	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12KG.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
181	MESA PARA AUDITÓRIO 3M X 60CM.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
182	MESA PARA COZINHA MADEIRA/FORMICA 1,40M X 80 CM.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
183	MESA PARA REUNIÃO GRANDE - 2M X 1M.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
184	MICROCOMPUTADOR COMPLETO HD 500GB MEM 4GB.		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
185	MICROFONE COM FIO..		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
186	MICROFONE S/ FIO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
187	MOCHO GIRATÓRIO REGULÁVEL..		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
188	OFTALMOSCÓPIO (USO HOSPITALAR)		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
189	OTOSCÓPIO CONVENCIONAL (USO HOSPITALAR)		13,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
190	PALLET EM PLÁSTICO, POLIPROPILENO, MEDINDO 1,20X1,00X0,13M..		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
191	PINÇA ANATOMICA 16 CM		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
192	PINÇA AUXILIAR..		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
193	PINÇA AUXILIAR (DENTE DE RATO).		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
194	PINÇA KELLY CURVA 16 CM		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
195	PINÇA KELLY RETA 16 CM		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
196	PORTA AGULHA 16 CM.		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
197	PORTA PAPEL INTERFOLHA DE PAREDE 3D.]		24,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
198	SONAR FETAL PORTÁTIL		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
199	TAMBOR DE INOX 20X18.		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
200	TAMBOR DE INOX PEQUENO C/ TAMPA 18X14		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
201	TELA DE PROJEÇÃO FIXA PARA PAREDE COM CONTROLE REMOTO..		2,000	UNIDADE	0,00	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Valor total extenso:						
202	TELEVISOR 40" LCD PLANA.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
203	TENTA CÂNULA (USO HOSPITALAR)		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
204	TESOURA CURVA CIRÚRGICA PEQUENA (USO HOSPITALAR)		15,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
205	TESOURA RETA CIRÚRGICA PEQUENA (USO HOSPITALAR)		15,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
206	VENTILADOR DE TETO...		21,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
207	'APARELHO PROFI PARA REMOÇÃO DE TARTARO		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
208	AUTOCLAVE DE BANCADA 21 LTS MONO AUTOMATICO		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
209	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (KAVO)..		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
210	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 3 CONSULTÓRIOS.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
211	CONSULTÓRIO DENTÁRIO COMPLETO COMPOSTO DE 03 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 03 FOCOS, 0		3,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : CONSULTÓRIO DENTÁRIO COMPLETO COMPOSTO DE 03 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 03 FOCOS, 03 CUSPIDEIRAS, 03 UNIDADES AUXILIARES, 03 EQUIPOS, 03 MOCHOS (PREFERENCIA DABI OU GNATUS)

Valor total extenso:						
212	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110 VLTS.		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
213	GELADEIRA PEQUENA (FRIGOBAR).		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
214	GRAMPOS PARA REVELAÇÃO DE FILME RADIOGRÁFICO.		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
215	PEÇA DE BAIXA ROTAÇÃO COM OS 4 CONTRA ANGULOS (KAVO).		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
216	SUPORTE P/ DESCARTEX 13LTS		12,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
217	CUBA RIM INOX (USO HOSPITALAR)		9,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
218	BACIA INOX PEQUENA 400X400		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
219	BALDE INOX C/ PEDAL 10LTS		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
220	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COMPLETO		6,000	UNIDADE	0,00	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Consultório odontológico portátil completo (equipo com compressor de ar, cadeira odontológica, mocho e refletor): com Gabinete odontológico revestido externamente com fibra de vidro, com estrutura de suporte contra choques, rodas escamoteáveis para transporte, resistente, com alças retratáveis, galvanizadas, dimensão máxima de 80cm de altura x 30cm de largura x 45cm de profundidade, contendo compressor de ar e equipo odontológico com peso máximo de 25 Kg, com voltagem de 110v. Inserção de Logotipo da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) na lateral externa do gabinete. Equipo Odontológico deve ser destacável contendo: seringa triplice, sugador de saliva, encaixes borden para caneta de micromotor e caneta de alta rotação com irrigação; mangueira para expurgo; reservatório de água; mangueira que interliga o ar do compressor as canetas; pedal de acionamento progressivo. Compressor Odontológico deve ser de alta potência 1HP; 6 a 8 Bar; 380 - 420 RPM; 0,75KW; sendo isento de óleo e deve garantir o pleno funcionamento do equipo odontológico. Manual do usuário. Conexões e acessórios para instalação. Cadeira Odontológica Portátil Semi Automática: fabricada em estrutura de aço tubular; estofamento em espuma e recoberto com PVC que possa ser removido para assepsia, Voltagem 127v ou 220v. Bolsa para transporte. Inserção de Logotipo da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) na bolsa para transporte e encosto da cadeira. Mocho Portátil: simples, composto por hastes em ferro; dobrável; de fácil transporte e Inserção de Logotipo da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) na bolsa para transporte. Refletor Odontológico Portátil: com luminosidade de 20.000 lux, com foco regulável, recarregável, peso de no máximo 200g. Todos os componentes do Gabinete odontológico portátil devem ter garantia mínima de 12 meses. Com registro na ANVISA. Representação Comercial e Assistência Técnica em Belém-PA. Sendo entregue toda documentação técnica e frete incluso.

Valor total extenso:

221	ELETRCARDIOGRAFO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : LAUDO INTERPRETATIVO: POSSUI, NÚMERO DE CANAIS: 12, BATERIA INTERNA: POSSUI, TELA LCD: POSSUI, MEMÓRIA: POSSUI, SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI E SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR: POSSUI

Valor total extenso:

222	TELEVISOR		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	-----------	--	-------	---------	------	------

Especificação : TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 32", CONVERSOR DIGITAL: POSSUI, TIPO: LED, ENTRADA: HDMI, PORTAS: USB, FULL HD: SIM, com suporte de fixação p/ parede

Valor total extenso:

223	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL DE CO NFEÇÃO: AÇO , CAPACIDADE MÍNIMO: DE 50 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI, ACESSÓRIO(S): VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO

Valor total extenso:

224	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : CAPACIDADE: DE 7 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI, PEDAL DE ACIONAMENTO: POSSUI, VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI, FRASCO: TERMOPLÁSTICO

Valor total extenso:

225	CARRO DE EMERGÊNCIA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : CO NFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE: AÇO INÓX/ AÇO INÓX SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO: POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI GAVETAS: MÍNIMO DE 04 RÉGUA DE TOMADAS: POSSUI



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Valor total extenso:

226	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : ACESSÓRIO(S) 2 ELETRO DO S BATERIA:
MÍNIMO DE 300 CHOQUES TELA DE ECG: POSSUI

Valor total extenso:

227	CARRO MACA AVANÇADO		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : ESTRUTURA/ LEITO: AÇO INÓX ELEVÇÃO:
ELÉTRICO SUPORTE DE SORO: POSSUI ACESSÓRIO(S):
COLCHONETE CAPACIDADE: ATÉ 180 KG

Valor total extenso:

228	CARDIOVERSOR		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	--------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: POSSUI
IMPRESSORA: POSSUI MÓDULO DEA: POSSUI OXIMETRIA
(SPO 2): POSSUI TIPO: BIFÁSICO PÁS INTERNAS: POSSUI
BATERIA: POSSUI COMANDO NAS PÁS: AJUSTE, CARGA E
DISPARO MEMÓRIA DE ECG: POSSUI

Valor total extenso:

229	POLTRONA HOSPITALAR		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL DE CO NFEÇÃO: AÇO INÓX/
AÇO RECLINÁVEL: SIM BRAÇOS: ARTICULADO APOIO
PÉS: POSSUI

Valor total extenso:

230	PROCESSADORA DE FILM ES RADIOGRÁFICOS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : APLICAÇÃO FILMES DE RAIOS X
Processadoras de Film es Radiológicos Acessórios 2 tanques
de 20 litros e cavalete Especificações Técnicas Multi-V II - ECO
MAX Capacidade de produção: 171 film es/hora tam anho do
m material: m ínim o: 10 X 10 cm m áxim o: 35 x 43 cm largura m
áxim a: 35 cm tensã

Valor total extenso:

231	DR - APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
-----	---------------------------------------	--	-------	---------	------	------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : O UTRO S (ESPECIFICAR) NÃO POSSUI Equipamento de raios X de uso geral, com suporte porta tubo tipo chão-teto ou de teto, mesa com tampo flutuante, gerador e tubo de raios X, Bucky mural console de aquisição digital e painel detector de 35x43cm; Permitir examados em pé, cadeira de rodas, deitado em decúbito lateral na mesa, exames de tórax, coluna, crânio e extremidades em geral. Sistema totalmente DIGITAL, sem necessidade de chassis. Alimentação 380V trifásico. Gerador: Gerador tipo inversor de alta frequência, controlado por microprocessador; Tensão de 40KV a 150KV para radiografia; Corrente máxima de pelo menos 600mA; Potência de pelo menos 50KW, isto é rendimento de 100KV a 500mA. Tempo de exposição mínimo de 1 milissegundo a até pelo menos 8 segundos. Controle de exposição automático, através de sensor de exposição. Suporte de tubo (estativa): Montagem tipo chão-teto ou de teto com ovidentes: Longitudinal de no mínimo 200cm; Vertical de no mínimo 165cm. Transversal de no mínimo 40cm. Rotação do tubo +/- 180 graus. Rotação da coluna +/- 90 graus. Bucky mural: Montagem de piso com ovidente vertical da unidade de radiografia de no mínimo 120cm. Grade oscilante com 40lp/cm ou fixa de 70lp/cm razão entre 8:1 e 12:1 e distância focal de 150cm a 180cm. Detectores de controle da exposição automática. Mesa com elevação e tampo flutuante: Mesa com tampo flutuante com ovidente longitudinal de no mínimo 90cm e lateral de pelo menos 24cm. Elevação de pelo menos 40cm com altura mínima abaixo de 40cm. Receptor Bucky com ovidente longitudinal de pelo menos 45cm. Grade oscilante com 40lp/cm ou fixa de 70lp/cm razão entre 8:1 e 10:1 e distância focal de 100cm. Detectores de controle da exposição automática. Capacidade de suportar pacientes de pelo menos 200Kg. Tubo de raios X: Tubo de anodo giratório com focos de 0,6mm e 1,2mm ou inferior; Capacidade térmica do anodo de pelo menos 300KHU; Filtro inerente equivalente a 1,0mm de AL ou mais. Colimador: Retangular com duas direções de ovidente; Filtração inerente do colimador de pelo menos 1,2mm; Pelo menos dois filtros extras de qualidade dos raios X; Rotação de 90 graus. Detector: Painel FPD portátil e removível de 35cm x 43cm, isto é com no mínimo 7,3 milhões de pontos, podendo ser posicionado sobre a mesa, junto a maca ou cadeira de rodas bem como o bucky mural ou bucky da mesa. Tamanho dos pontos máximo de 143µm (micro metro); Conversor digital de pelo menos 14 bits na aquisição; Resolução máxima de no mínimo 3,5lp/mm. Sistema Digital Capacidade de apresentar a imagem gerada em monitor em no máximo 4 segundos; Inserção de dados via DICO M ou via teclado; Protocolos DICO M ativados. Armazenamento de pelo menos 3500 imagens; Monitor LCD de 19 polegadas; Ciclo de radiografias (incluindo tempos de detecção), máximo de 15 segundos. Pelo menos 100 programas anatômicos; Processamentos de imagem: Brilho; Contraste; Filtro espacial; Zoom com ovidente; Rotação e inversão de imagem; Sistema / Software de compensação de densidades; Inversão positivo / Negativo; Medidas de distância e ângulo; Anotações sobre a

Valor total extenso:						
232	COLCHÃO DE ESPUMA		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
233	TRITURADOR DE PAPEL..		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
234	MOTOR RABETA HONDA		53,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
235	CANOA 18 PALMOS		53,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
236	BANCO TIPO BANQUETA, DE PLÁSTICO		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
237	LIQUIDIFICADOR COMUM		1,000	UNIDADE	0,00	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Especificação : Liquidificador com 2 velocidades mais botão pulsar, ideal para o preparo de receitas deliciosas. Possui lâminas com ângulos diferenciados, tritura gelo, tem fácil limpeza, tampa com orifício para adicionar itens durante o preparo, copo sem borracha para auxiliar na limpeza e ainda é s Capacidade da Tigela: 1,250 litro Característica do Copo: Copo endash San Cristal - Corpo endash Polipropileno - Lâminas endash Aço inox. Recursos : Lâminas com ângulos diferenciados Base antiderrapante Porta-fio Trava de segurança Tampa com orifício e travamento. Copo Resistente a choques térmicos, riscos e manchas Possui bico dosador Sem borracha Voltagem: 220V Material/Composição: Polipropileno

Valor total extenso:

Total : 0,00

Valor total da proposta por extenso :

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No PP-011-FMS/2016. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) o prazo de validade desta proposta é de :

	dias;

b) as condições de pagamento são:

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o prazo de entrega / execução do objeto licitado é de:

	dias.
--	-------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Anexo IV

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Ref.: PREGÃO nº PP-011-FMS/2016 – Abertura: dia 29.04.2016, às 09:30 h (horário local)

DECLARAÇÃO

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

.....
(data)

.....
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO "B": EMPREGADOR PESSOA FÍSICA

Ref.: PREGÃO nº PP-011-FMS/2016 – Abertura: dia 29.04.2016, às 09:30 h (horário local)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

DECLARAÇÃO

....., portador(a) da Carteira de Identidade no.....e do CPF
no

....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

.....
(data)

.....
(nome)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Anexo V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu, (nome do signatário), representante legal da empresa (razão social da licitante), interessada em participar do **Pregão PP-011-FMS/2016**, declaro sob as penas da lei que, em relação à empresa acima mencionada, inexistem fatos impeditivos (declaração de idoneidade ou suspensão temporária de contratar) quanto à sua habilitação nesta licitação.

(Razão social da empresa e assinatura do responsável legal)

Nome:

Nacionalidade:

Profissão:

Estado Civil:

R.G.:

C.I.C.:

Residência e Domicílio:

Obs.: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Anexo VI

Minuta de Contrato

CONTRATO Nº _____ DE AQUISIÇÃO DE
..... QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ-FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E
AEMPRESA.....,CONSOA
NTES AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETARIA DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de direito público, com sede sito a Rua 7 de Setembro nº 1976 – Bairro Centro CEP: 68.270-000, nesta cidade, CNPJ nº 14.153.138/0001-35, doravante denominada como **CONTRATANTE**, devidamente representado neste ato pelo Sra. **Liliana Bentes Diniz Savino**, portaria 050/2015, brasileira, portador da 11958 CRA/PA e do CPF nº 385.112.072-87, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa, estabelecida na, Bairro, cidade de....., inscrita no CNPJ sob o nº, como **CONTRATADA**, por seu representante legal, (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado na cidade de, portador da RG nº e do CPF nº....., ajustam para as finalidades e sob as condições declaradas e reciprocamente aceitas o que segue:

CLÁUSULA I - DA ORIGEM DO CONTRATO:

Este contrato administrativo tem como origem o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº PP-011-FMS/2016, e os termos do Edital integram o presente contrato em seu inteiro teor, bem como seus anexos.

CLÁUSULA II - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

As cláusulas e condições deste contrato se moldam às disposições das regras estipuladas na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08.08.2000, e suas alterações, Lei Municipal nº 6.926, de 18.10.2006 e Decreto Municipal nº 1.403 de 21.10.2006, Lei 123/2006 de 14/12/2006, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei nº 8.666, de 21.06.93, com suas alterações e demais Exigências deste Edital e seus Anexos às quais **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** estão sujeitas.

CLÁUSULA III: DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto Aquisição de equipamentos, eletrônicos, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios hospitalares, informática e outros materiais permanentes, destinados a atender o Fundo Municipal de Saúde e suas Unidades Mistas , conforme Termo de Referência, Edital e Ata de Julgamento Final do Pregão nº **PP-011-FMS/2016**, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

CLÁUSULA IV: DO PRAZO

O presente Contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2016.

PARAGRAFO ÚNICO – O prazo para execução do serviço do objeto adjudicado, deverá ser imediata conforme a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, pois os exames solicitados serão feitos conforme solicitação do profissional competente, através de laudos médicos e solicitações emitidas pelo setor do TFD.

CLÁUSULA V: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

- a) efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas neste Contrato;
- b) fornecer à contratada documentos, informações e demais elementos que possuir, ligados ao presente Contrato;
- c) exercer a fiscalização do Contrato, na forma da cláusula décima;
- d) receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato nas formas definidas;

CLÁUSULA VI: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) a fiel execução do fornecimento pactuado, nos termos das cláusulas deste CONTRATO e dos documentos que o integram;
- b) a assunção dos riscos e das despesas decorrentes do fornecimento contratado;
- c) o cumprimento de obrigações de ordem tributária decorrente da execução dos presentes e que poderão, a qualquer tempo, ter sua comprovação exigida pelo CONTRATANTE;
- d) a troca imediata, do objeto licitado que esteja em desacordo com a especificação do Termo de Referência (Anexo VII) do Pregão nº PP-011-FMS/2016.

CLÁUSULA VII: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das dotações orçamentárias destinadas ao Fundo Municipal de Saúde para o corrente exercício de 2016, provenientes de Recursos Próprios do Município e Federais assim classificados:

Fonte: Recursos Próprios e Federais

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

- 10 122 0013 2150- Manutenção da Casa de Apoio
- 10 122 0013 2039- Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde
- 10 122 0013 2047- Conselho Municipal de Saude
- 10 301 0014 1034- Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde
- 10 301 0015 2099- Manutenção do Atendimento Móvel SAMU
- 10 302 0016 2046- Manutenção do Hospital Municipal
- 10 302 0016 2141- Manutenção do Serviço de Fisioterapia e Reabilitação

ELEMENTO DA DESPESA:

4490.52.00 Equipamento e material Permanente

SUBELEMENTO:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

4490.52.08 Aparelhos/Equipamentos Utens. Med. Laboratoriais e Hospitalares
4490.52.34 Maquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos
4490.52.99 Outros Materiais Permanente

CLÁUSULA VIII: VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este Contrato o valor total de **R\$**___ (___).

CLÁUSULA IX: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento da execução do serviço a que se refere este Contrato será efetuado em conta corrente, de titularidade da CONTRATADA, depois da entrega dos itens licitados neste Certame.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do documento de crédito (Nota Fiscal/Fatura), isento de erros, na repartição competente, previamente atestada por servidores designados para a fiscalização do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice Oficial do Município –IPCA-E do IBGE e juros moratórios de 1% ao mês ou fracionados sobre o valor atualizado.

CLÁUSULA X: DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O material objeto desta licitação será entregue conforme item 15 do Edital parte integrante deste Contrato no prazo e endereço estipulados na Ordem de Compra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avincadas e observados os termos deste Contrato e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial, na forma do item 19 do Edital do Pregão nº **PP-011-FMS/2016**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes da Prefeitura Municipal de Oriximiná – Fundo Municipal de Saúde, especialmente designados pelos seus respectivos Responsáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os responsáveis pela fiscalização verificarão se o material fornecido pelo contratado confere com a descrição constante no Termo de Referência (Proposta de Preços) em quantidade e qualidade, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas. No que exceder à sua competência, comunicarão imediatamente o fato à autoridade superior, para adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA XI: DA RESPONSABILIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

A contratada é responsável por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluía ou reduzida essa responsabilidade pela presença da fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO - A contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do Contrato, podendo a Administração, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da contratada. A Contratada se responsabiliza em executar o objeto de contrato de forma imediata, conforme a necessidade do Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA XII: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas através de termo aditivo, nas hipóteses previstas no Artigo 65, bem como, Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA XIII: DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.666/93, bem como pelos motivos relacionados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado ao CONTRATADO o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA XIV: DAS PENALIDADES

O contratado estará sujeito às penalidades previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o contratado à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da nota de empenho, ou do saldo não atendido respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela administração e da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na legislação inicialmente citada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas administrativas serão aplicadas a critério do MUNICIPIO, atendendo à gravidade da infração até o valor máximo de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato em seu total.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas administrativas previstas na cláusula anterior não têm caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

CLÁUSULA XV: RECURSO AO JUDICIÁRIO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS

Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, o CONTRATADO ficará sujeito ao pagamento, além do principal do débito, da pena de 10% (dez por cento) sobre o valor litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processos, honorários de advogados, estes fixados desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do litígio.

CLÁUSULA XVI: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA XVII: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

O contratado se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA XVIII: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura deverá o presente Contrato ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado do Pará, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE e remetendo-se cópia dos mesmos, no prazo legal, ao Tribunal de Contas dos Municípios e à Diretoria de Contabilidade da Secretaria da Fazenda do Município.

CLÁUSULA XIX: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade de Oriximiná, para ação que resulte ou possa resultar do disposto neste Contrato. E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste Contrato, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo nomeadas firmadas.

Oriximiná/PA, ____ de _____ de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª _____

2ª _____



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS**

Anexo III

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Prezados (as) Senhores (as): Visando eventual necessidade de comunicação direta entre a Secretaria Municipal de Saúde – SMS - e as empresas interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para o (93) 3544-2842 e-mail fmslicitasms@gmail.com. O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua publicação na Imprensa Oficial.

Oriximiná, 29 de Abril de 2016.

ROGELIANA SILVA ROCHA
Pregoeira

**TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-011-FMS/2016**

NOME EMPRESARIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

NOME PARA CONTATO:

TELEFONE:

CIDADE/ESTADO:

E-MAIL:

Recebemos da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, nesta data, cópia do Edital da Licitação acima identificada.

_____, ____ de _____ de 2016.

Assinatura

(A assinatura é opcional e caso de envio por e-mail)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS/ LICITAÇÃO-FMS