

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - 040/2023/FMS

Resultado da Homologação

0001 - BERA TRIAGEM - DESCRIÇÕES MÍNIMAS COMO REFERÊNCIA: BERA - BERA AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO PORTÁTIL, PARA REALIZAÇÃO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS EM PACIENTES NEONATAL/PEDIATRICO; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; EMISSÕES OTOACÚSTICAS PRODUTO DE DISTORÇÃO; EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES; POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO AUTOMÁTICO; TESTES ABR E IMPEDÂNCIA, DPOAE E TEOAE; ESTÍMULOS: CLICK, TONE BURSTS; INTENSIDADE DO ESTÍMULO DE 30 A 40DB NHL; FREQUÊNCIA EMISSÃO OTOACÚSTICA DPOAE MÍNIMA DE: 0.5 A 8KHZ; FREQUÊNCIA EMISSÃO OTOACÚSTICA TEOAE MÍNIMA DE: 0.5 A 4KHZ; FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTÍMULOS 40 A 84 DB SPL; MEMÓRIA INTERNA PARA 200 REGISTROS NO MÍNIMO; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO POR IMPRESSORA TÉRMICA; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT COM COMUTAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA: 100 A 240 VAC 50/60 HZ; ACOMPANHADO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA, (CONEXÃO VIA USB, BLUETOOTH OU WI-FI) E 02 ROLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSORA; ALIMENTAÇÃO: BI-VOLT. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR FONES, OLIVAS, ELETRODOS NECESSÁRIOS E BASE DE RECARGA PARA BATERIA; MODELO: TITAN ABRIS440+DPOAE440+TEOAE440+IMP440. FOI USADO COMO REFERÊNCIA O SEGUINTE APARELHO: MARCA/FABRICANTE: INTERACOUSTICS. PROCEDÊNCIA: DINAMARCA. REG. ANVISA: 10356020062. - TITAN ABRIS440+TEOAE440+DPOAE440+IMPDIAG - Valor Referência: 49.335,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA	TITAN ABRIS440+TEOAE440+DPOAE440+IMPDIAG	1,00 Unidade	49.335,00	49.335,00	Homologado em 24/11/2023 09:11:43 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti

0004 - EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRIAGEM- DESCRIÇÕES MINIMAS: EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRIAGEM: EQUIPAMENTO PORTÁTIL E AUTOMÁTICO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE REALIZA TESTE COM SEGUINTE MÓDULOS: PRODUTO DE DISTORÇÃO (PD) E TRANSIENTE (TE). FAIXA DE INTENSIDADE EM TORNO DE 40 DB A 70DB PD E 83DB. DEVE APRESENTAR SISTEMA PASSA/FALHA, FAIXA DE FREQUÊNCIA, FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTÍMULO, SAÍDA MÁXIMA. DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 50 EXAMES E REALIZAR A IMPRESSÃO DO RESULTADO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO CONJUNTO DE OLIVAS DE VÁRIOS TAMANHOS, IMPRESSORA TÉRMICA, SOFTWARE, CABOS PARA COMUNICAÇÃO PARA COMPUTADORES, BATERIA RECARREGÁVEL E MALETA PARA TRANSPORTE. TENSÃO 220V OU BIVOLT. MANUAL EM PORTUGUÊS. - OTOREAD - Valor Referência: 43.733,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA	OTOREAD	1,00 Unidade	30.390,00	30.390,00	Homologado em 24/11/2023 09:11:43 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti

0005 - CARRO DE CURATIVOS - DESCRIÇÕES MINIMAS: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO DE TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA. EXTREMIDADES DAS PRATELEIRAS COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. VARANDA (GUARNIÇÃO) EM AÇO CARBONO EM VOLTA DAS PRATELEIRAS. SUPORTE DE BALDE E BACIA EM AÇO CARBONO. ACOMPANHA BALDE EM AÇO INOX COM TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS. ACOMPANHA BACIA EM AÇO INOX DE 30CM DE DIÂMETRO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM (2") DE DIÂMETRO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA:0,40M ALTURA:0,80M PROFUNDIDADE:0,80M PESO: 12 KG - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 1.309,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	2,00 Unidade	1.309,73	2.619,46	Homologado em 24/11/2023 09:11:43 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti

0006 - ESCADA COM 02 DEGRAUS - ESCADA DE INOX COM 2 DEGRAUS COM PISO ANTIDERRAPANTE. - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 302,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	1,00 Unidade	302,17	302,17	Homologado em 24/11/2023 09:11:43 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti

0007 - ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS - DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04 CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO - MODELO MOVEIS - Valor Referência: 992,44

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



F Cardoso & Cia Ltda	MODELO MOVEIS	1,00 Unidade	992,44	992,44	Homologado em 24/11/2023 09:11:43 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti
----------------------	---------------	--------------	--------	--------	---

0012 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO: 60 CM, LARGURA TAMPO: 40 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. - AMAZON MOVEIS - Valor Referência: 797,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F Cardoso & Cia Ltda	AMAZON MOVEIS	1,00 Unidade	797,64	797,64	Homologado em 24/11/2023 09:11:43 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti

0016 - IMPRESSORA A LASER- IMPRESSORA A LASER (COMUM), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM, SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4, CARTA E OFÍCIO, CAPAC. DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS, CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS, INTERFACE USB, PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE WIFI 802.11 B/G/N, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES (220V). - 4003DW - Valor Referência: 2.523,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Inovamax Teleinformatica Ltda.	4003DW	1,00 Unidade	2.523,00	2.523,00	Homologado em 24/11/2023 09:11:43 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti
Autoridade Competente

