

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

À Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMMAS

Prezada Senhora,


A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMMAS solicita que seja providenciada a aquisição de **Material Cirúrgico Veterinário**, com o objetivo de suprir as demandas desta Secretaria.

Esclarecemos que se torna necessária a abertura de novo procedimento licitatório, tendo em vista que os itens Microscópio Binocular e Lavatório de Mãos foram fracassados, conforme disposto no ETP Nº 014.05.06/2024-SEMMAS/PMM, de 06/05/2024, instrumentos estes que são de fundamental importância para o desenvolvimento das atividades da Coordenação de Proteção Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba.

Estimo que o quantitativo abaixo necessário é para o período de 12 meses.

| Item | Descrição do Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und | Qtd |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | <b>Microscópio binocular</b> - com a ocular inclusa, de 10x - 40x, 100x, 400x e 1000x, com a ocular de 25x inclusa - 100x, 250x, 1000x e 2500x ocular opcional de 16x e 20x. Tubo binocular tipo siedentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30, com rotação de 360, ajuste interpupilar de 55mm a 75mm, ajuste de dioptria lado esquerdo +/- 5. Ocular: wf 10x (16mm). | UND | 1   |
|      | <b>Lavatório de mãos:</b> em aço inox 201 (altura: 23cm   largura: 33cm   profundidade: 30cm) /uma torneira fabricada em inox com arejador /uma válvula americana um sifão corrugado/um engate flexível em pvc 60cm um acionador /mecânico de joelho cromado temporizado                                                                                              | UND | 1   |

Marituba (PA), 03 de setembro de 2024.

  
**ANTONIO DIEGO CORDEIRO GAVINHO**  
ASSESSOR ESPECIAL M, MAT. 099476