

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

SETOR REQUISITANTE: HOSPITAL MUNICIPAL E ORIXIMINÁ	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: MÁRCIA MARIA MARTINS CAMPOS TAVARES	
CARGO: DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ	
CONTATO: (93) 99134-6027	
EMAIL: diretoriahmo@gmail.com	
DADOS DO OBJETO	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DO TIPO PARAFUSO, TRIFÁSICO 220V/60HP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ-PA, ESPECIFICAMENTE A USINA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CASSIANA MADEIRA.	
BENS: (X)	SERVIÇO: ()
AQUISIÇÃO: SIM (X) NÃO()	
TIPO DE AQUISIÇÃO: MATERIAIS DE CONSUMO ()	MATERIAS
PERMANENTES: (X)	
SERVIÇO: SIM ()	NÃO: (X)
TIPO DE SERVIÇO: COMUM ()	OBRA: () SERVIÇO DE ENGENHARIA: ()

1.DESCRICÃO DOS ITENS: COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DO TIPO PARAFUSO COM CAPACIDADE DE 60HP E 220V VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE OXIGÊNIO MEDICINAL NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR DE AR A PARAFUSO COM CAPACIDADE DE 60HP E 220V; Deslocamento efetivo (m³/h / pcm): 415,0 / 244,2 ; Pressão Efetiva (bar): 9,1; Potencia(HP/kw): 60 / 45; Dimensão L x A x C (mm): 830 x 1555 x 1329; Tipo de transmissão: Engrenagem; Alimentação: 220V; Peso (Kg): 629; Saída: 1 1/4"; Regime de trabalho: carga e alívio; Ruído (dB A): 68; Projetado para operar 24 horas; Abastecido com óleo CP 46 - 8.000h de operação. Incluso: frete, imposto, e encargos, serviço de instalação e garantia de 12 meses.	UNIDADE	01


2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO: Trata-se da necessidade de uma contratação em caráter de emergência para a aquisição desse equipamento que é imprescindível para o atendimento de pacientes graves das alas de UCE e da internação com problemas respiratórios, assim como ala de reanimação ou emergência do Hospital Municipal. O oxigênio produzido pela Usina Medicinal CASSIANA MADEIRA também atende pacientes que são monitorados nas residências pelas Unidades Básicas de Saúde, assim como supre as demandas de oxigênio da Maternidade São Domingos Sávio. Com um consumo médio mensal de mais de 330 cilindros de oxigênio, com capacidade de 10 metros cúbicos de armazenamento, o Hospital Municipal precisa da troca do equipamento com a devida urgência para evitar o desabastecimento e principalmente a perda de vidas dos usuários do sistema municipal de saúde em situações de gravidade. Após 03 anos de funcionamento da usina, o equipamento danificou não sendo possível recuperá-lo com manutenções preventivas correndo o risco de parar de funcionar a qualquer momento. Diante do exposto e considerando a importância do funcionamento pleno da Usina de Oxigênio, solicita-se a compra de um novo COMPRESSOR DE AR A PARAFUSO COM CAPACIDADE DE 60HP E 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE OXIGÊNIO NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, conforme especificações e detalhamentos acima.

3. INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA COMPOR A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E O RESPONSÁVEL PARA COMPOR A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:

- ✓ Responsável Para Compôr A Comissão De Planejamento:
Nome: Márcia Maria Campos Martins Tavares
Função: Diretora Administrativa
Matrícula: 484
- ✓ Responsável Para Compôr A Comissão De Fiscalização:
Nome: Nalva Maria Serrão Dias
Função: Acessor DAS 05 HMO.
Matrícula: 1512

À autoridade superior, para autorização de prosseguimento.

ORIXIMINÁ, 20 de Agosto de 2024.



Nalva Maria Serrão Dias
Acessor DAS-05 - HMO
Portaria Nº 457/2024

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DFD