

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - 084/2021/FMS

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA: Equipamento transportável sobre rodízios com mínimo das descrições a seguir: 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, modo M, modo M Anatômico, modo Power Doppler, Modo Color Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D, Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem, Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de pulso invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo color doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de modo B + Modo color, ambos em tempo real. Power doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em modo B, modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual – Modo de divisão dupla de tela com combinações de modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e cine Loop Save. Pós-Processamento de medidas. Pós-Processamento de imagens. Banco de palavras em português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500gb. 04 portas USB no mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DIC
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	138.264,28
Valor Final:	107.300,00
Valor Total:	107.300,00
Situação:	Homologado em 03/12/2021 10:59:23 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti
Nome da Empresa:	Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda
Modelo:	DC-28

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti

Autoridade Competente

