

ATA PARCIAL

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2020/08/14 11:32	2020/08/14 11:33	2020/08/19 08:00	2020/08/20 08:00	2020/08/20 08:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM; SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM GERAL. LEITURA DE CHASSIS POR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INCLUINDO UMA UNIDADE LEITORA COMPLETA E UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA RADIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DOS CHASSIS. UM (01) LEITOR DE CHASSIS CR DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO DOTADO DE ALIMENTADOR MONOCASSETTE INTEGRADO. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM CAPACIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 10 PIXELS/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES. PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 60 CASSETES POR HORA. CASSETES COMPOSTOS POR PLACAS DE FÓSFORO PARA RAIOS-X, NOS TAMANHOS: 20X25CM, 25X30CM, 35X43CM, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 50.000 LEITURAS, CASSETES NA TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUTIBILIDADE. 01 (UMA) ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE PACIENTE, CONECTADOS AOS CR(S), DO	18.215,42	5	MÊS	Cancelado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
14/08/2020	Edital Locação digitalizador.pdf
11/09/2020	PARECER JURÍDICO - Julgamento Recurso - Pregão Digitalizador RAIOS-X.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
20/08/2020 - 08:50	Negociação aberta para o processo 022/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 08:51	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2020 às 10:51.
21/08/2020 - 11:31	Intenção de recurso enviada para o processo 022/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2020 - 16:10	Recurso enviado para o processo 022/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2020 - 15:57	Contrarrazão enviada para o processo 022/2020	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo 022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	-------------

0001	<p>LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolubilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do</p>	A Imagem Com. e Serv. Ltda Me	VITA FLEX + DW6950 + PACS VUE	CARESTREAM	11.000,00	55.000,00
------	--	-------------------------------	-------------------------------	------------	-----------	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolubilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda	05.351.445/0001-30	19/08/2020 - 17:44:29	FCR CAPSULA XLII + DRYPIX EDGE	FUJIFILM	80.000,00	400.000,00	Não
A Imagem Com. e Serv. Ltda Me	07.377.150/0001-68	19/08/2020 - 23:13:03	VITA FLEX + DW6950 + PACS VUE	CARESTREAM	13.900,00	69.500,00	Sim

Lances Enviados

0001 - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do

Data	Valor	CNPJ
19/08/2020 - 17:44:29	80.000,00 (proposta)	05.351.445/0001-30
19/08/2020 - 23:13:03	13.900,00 (proposta)	07.377.150/0001-68
20/08/2020 - 08:21:36	13.500,00	07.377.150/0001-68
20/08/2020 - 08:30:49	11.000,00	07.377.150/0001-68

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/08/2020 - 09:21:16	07.377.150/0001-68	

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/08/2020 - 12:00	26/08/2020 - 18:00	31/08/2020 - 18:00

0001 - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY.

DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05.351.445/0001-30	21/08/2020 - 11:31:39	Recorremos contra a Habilitação da empresa A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, por ter apresentado equipamento em desacordo com o exigido no Termo de Referência do Edital. O CR apresentado faz os tipos de exame 30, 45 ou 60 PPH, divergindo do 60PPM exigido no título do descritivo. CR não faz o processamento mínimo de 60 cassetes hora no tamanho 35x43cm. Não cumpriu o item 10.4.3, sendo apresentada apenas a certidão de um dos dois cartórios indicados pelo Tribunal de Justiça.	Deferido

0001 - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY.

DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento

dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
05.351.445/0001-30	25/08/2020 - 16:10:40	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que aceitou de forma irregular a proposta da empresa A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA vencedora do ITEM 01. RecursoAdm..pdf	Aguardando Julgamento

0001 - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY.

DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), do

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
07.377.150/0001-68	28/08/2020 - 15:57	ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU. Pregão Eletrônico de n. 22/2020 – Processo ADM 127/2020. AIMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ/MF de n. 03.377.150/0001-68, estabelecida na Rodovia Má AlmagemRecursoAssinado15458..pdf	

Chat

Data	Apelido	Frase
14/08/2020 - 11:32	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
14/08/2020 - 11:32	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
20/08/2020 - 08:07:34	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES
20/08/2020 - 08:10:02	Pregoeiro	VAMOS DAR INICIO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 SESSÃO CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM PARA APARELHO DE RAIOS-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JOSÉ BERNARDO DA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19
20/08/2020 - 08:10:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/08/2020 - 08:15:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/08/2020 - 08:15:25	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
20/08/2020 - 08:15:25	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

20/08/2020 - 08:15:25	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
20/08/2020 - 08:15:25	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/08/2020 - 08:15:52	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 08:15:52	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/08/2020 - 08:30:53	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
20/08/2020 - 08:40:23	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/08/2020 às 08:45:24.
20/08/2020 - 08:40:23	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 80.000,00
20/08/2020 - 08:45:26	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 20/08/2020 às 08:45:24. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
20/08/2020 - 08:48:14	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/08/2020 - 08:50:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante A Imagem Com. e Serv. Ltda Me - ME com valor unitário de R\$ 11.000,00 e marca VITA FLEX + DW6950 + PACS VUE.
20/08/2020 - 08:50:26	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
20/08/2020 - 08:51:03	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2020 às 10:51.
20/08/2020 - 09:21:16	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
20/08/2020 - 11:08:32	Pregoeiro	SUSPENDO A SESSÃO E RETORNAMOS A SESSÃO AMANHÃ 21 DE AGOSTO DE 2020 AS 08:30
21/08/2020 - 08:38:58	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES
21/08/2020 - 08:59:27	Pregoeiro	INFORMO QUE ESTAMOS ANALISANDO AS DOCUMENTAÇÕES
21/08/2020 - 11:29:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A Imagem Com. e Serv. Ltda Me.
21/08/2020 - 11:29:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2020 às 12:00.
21/08/2020 - 11:31:39	Sistema	O fornecedor Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/08/2020 - 12:14:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/08/2020 - 12:14:11	Sistema	Intenção: Recorremos contra a Habilitação da empresa A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, por ter apresentado equipamento em desacordo com o exigido no Termo de Referência do Edital. O CR apresentado faz os tipos de exame 30, 45 ou 60 PPH, divergindo do 60PPM exigido no título do descritivo. CR não faz o processamento mínimo de 60 cassetes hora no tamanho 35x43cm. Não cumpriu o item 10.4.3, sendo apresentada apenas a certidão de um dos dois cartórios indicados pelo Tribunal de Justiça.
21/08/2020 - 12:18:08	Sistema	O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 26/08/2020 às 18:00, com limite de contrarrazão para 31/08/2020 às 18:00.
25/08/2020 - 16:10:40	Sistema	O fornecedor Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
28/08/2020 - 15:57:13	Sistema	O fornecedor A Imagem Com. e Serv. Ltda Me - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
04/09/2020 - 15:11:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/09/2020 - 17:28:25	Sistema	O processo foi Anulado de Ofício por iniciativa da Autoridade Competente.
11/09/2020 - 17:28:25	Sistema	Motivo: De acordo com a orientação jurídica exposta pela assessoria jurídica autoridade competente resolve acatar a orientação jurídica e cancelar para nova publicação do instrumento convocatório.

ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE

Pregoeiro(a)

GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR

Autoridade Competente

JOSE NONATO BARROS RODRIGUES

Apoio