COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-025PMP

LEO MAGNO MORAES CORDEIRO:67676197368 Assinado de forma digital por LEO MAGNO MORAES CORDEIRO:67676197368 Dados: 2020.11.03 10:26:02 -03'00'

1. OBJETO

1.1. A presente Licitação tem como objeto: Contratação Exclusiva para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e Cooperativas para aquisição de material permanente hospitalar para estruturação da Unidade Básica de Saúde Nova Carajás, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando a necessidade de implantação de unidade básica para atender a população do bairro Nova Carajás, visando ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde à população no referido bairro, oferecendo um serviço diferenciado com qualidade e resolutividade, solicita-se a aquisição dos materiais para a estruturação da unidade básica de saúde Nova Carajás, conforme padrão de equipamentos por ambiência do Ministério de Saúde.

2.2. O parâmetro para o quantitativo previsto foi baseado na quantidade necessária para estruturação da UBS.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A aquisição dos materiais, objeto deste Termo de Referência, se fundamenta legalmente no Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, de 20 de Setembro de 2019 e alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 520, de 28 de Abril de 2020 e alterações posteriores, da Lei Complementar Municipal nº 009/2016, do Decreto Federal n.º 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

4. MODALIDADE E DO TIPO DE LICITAÇÃO

4.1. Pregão Eletrônico, tipo menor preço por ITEM.

5. MEMORIAL DESCRITIVO

5.1 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: As especificações e quantitativos estão descritos abaixo:

ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QT.**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

1	Aspirador de secreção, portátil, bivolt, capacidade do recipiente: 1,3 Litros; dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm, comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Voltagem: 127/220V; Frequência: 60 Hz; potência: 160VA, ruído: 61,5 dBA; vácuo Máx: 600 mHg; vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); peso:2,5Kg.	UNIDADE	2
2	Autoclave Horizontal digital inóx 50 -75 Lt. 220V. - quadra secagem com porta fechada,com sistema de alarmes e avisos de manutenção e monitoração. Possibilita transferência de informações para disco removível, através de conexão USB (Pen Drive).Sistema exclusivo de rastreabilidade.5 ciclos de esterilização. 1 ciclo exclusivo para limpeza da autoclave. Sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio. Secagem com porta fechada.Câmara em inox com 4 bandejas em alumínio anodizado.Com 18 Sistemas de Segurança,abastecimento automático com indicação do término de água no reservatório.	UNIDADE	1
3	Balança adulto digital até 200 quilos, com estadiômetro; fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); consumo 08 VA; entrada para bateria 12VCC (externa); homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; capacidade: 200kg; carga mínima: 1kg; Divisão: 100g;dimensão: 34 x 39 cm	UNIDADE	2
4	Balança Digital Infantil 15Kg com concha de polipropileno e faixa antropométrica; estrutura interna em aço carbono bicromatizado com cobertura plástica; pés reguláveis em borracha sintética; função TARA até capacidade máxima da balança; faixa de medição antropométrica na concha; concha anatômica injetada em material anti-germes.	UNIDADE	2
5	Banco Giratório Inox, construído em tubos redondos de 7/8"; armação toda esmaltada; pés com ponteiras em PVC ou rodizios, apoio para os pés, altura regulável através de parafuso central.	UNIDADE	2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

6	Banqueta de aço Inox, pés em tubo redondo de 1" Inox; medidas(A/C/L) 80x90x60.	UNIDADE	1
7	Biombo Duplo, em Aço, Dimensões Aberto: 1,75m x 1,35m (AxP), Dimensões Fechado: 1,75m x 67cm x 59m (AxPxL), Peso: 10Kg	UNIDADE	6
8	Braçadeira em aço, base fundinda em alumínio polido. Haste, protetor e apoio de braço inoxidável com acabamento polido. Apoio de braço estofado.	UNIDADE	2
9	Cadeira de rodas adulto padrao nylon; aço com pintura epox; dobrável em X; apoio para braços fixo e apoio para pés fixo; assento e encosto nylon ou courvim, capacidade até 150.	UNIDADE	2
10	Cadeira de rodas infantil padrão nylon; aço com pintura epox; dobrável em X; apoio para braços fixo e apoio para pés fixo; assento e encosto nylon ou courvim.	UNIDADE	1
11	Cadeira de rodas obeso padrão nylon; aço com pintura epox; dobrável em X; apoio para braços fixo e apoio para pés fixo; assento e encosto nylon ou courvim, capacidade até 130 a 159 kg.	UNIDADE	1
12	Cadeira para coleta de sangue com apoio para braço, modelo anatômico resistente; plástico lavável; cor branca, braços (2) com regulagem de altura, base em aço, pintada de branco; resistente até 130 kg;	UNIDADE	2
13	Carro de curativos - armação tubular de 1", com tampo e prateleira de chapa de aço esmaltada; suporte para balde e bacia; pés com rodízios de 3"; dimensões: 0.75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura.	UNIDADE	2
14	Cilindro de O2: Composto de cilindro de oxigênio cap. Para 7 lt , válvula com fluxômetro + kit com máscara extensão e umidificador. Com prático suporte metálico para transporte com rodízios.	UNIDADE	2
15	Detector fetal portátil, caixa ABS, 460 grs, com carregador de Bateria , bateria de 9 Volts	UNIDADE	9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	recarregável.		
16	Escada com dois degraus em aço, piso revestido com borracha antiderrapante, acabamento com pintura epóxi, pés antiderrapantes para evitar eslocamento.	UNIDADE	12
17	Estadiômetro de parede em alumínio com pino deslizante, escala de milimetro e amplitude de medida de 500a 2200mm, divisoes de 01mm, resistente a umidade e mudança de temperatuda	UNIDADE	6
18	Aparelho de PA completo adulto, braçadeira em nylon com fecho de velcro, estojo para viagem. cor: preta; manguito com pêra em látex ou PVC, comprimento do manguito: 50cm, verificado e aprovado pelo Inmetro.	UNIDADE	10
19	Aparelho de PA completo Infantil F.Velcro, braçadeira em nylon antialérgico com fechamento em velcro, u manômetro de metal cromado com entrada e saída de ar regulada por válvula de inox	UNIDADE	5
2	Aparelho de PA completo Neonatal, braçadeira em nylon antialérgico com fechamento em velcro, u manômetro de metal cromado com entrada e saída de ar regulada por válvula de inox	UNIDADE	2
21	Aparelho de PA completo Obeso, Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho de VELCRO na cor preta ou azul marinho, braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm);	UNIDADE	3
22	Foco clínico com luz; altura regulável até 1,40 m; pescoço flexível; cabeça em aço revestido; pedestal com rodízios com pintura; acompanhado de lâmpada dicróica fria de 20W	UNIDADE	3
23	Glicosímetro com memória de 300 testes com data e hora, médias de 7,14 e 30 dias, opção de descarregar no PC, conteúdo contendo medidor de glicose em sangue, bolsa de transporte, manual do usuário, solução de controle 1 e cartão de garantia.	UNIDADE	10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

24	Lanterna clínica de alta performance para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicoscom iluminação LED de 2,2V; confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualizaçã; medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro.	UNIDADE	10
25	Maca para exames (divã) - de 1,85 x 0,70 x 0,80m; leito estofado; com cabeceira reclinavel; suporte para papel	UNIDADE	8
26	Mesa auxiliar tipo mayo - com rodízio e bandeja inox; altura regulavel; de 0,90 x 1,25m	UNIDADE	4
27	Mesa de metal simples, com estrutura de tubo de aço quadrado, com tampo e duas gavetas em chapa de aço, puxadores cromados, pés com ponteiras plásticas, acabamento em pintura epóxi	UNIDADE	3
28	Mesa ginecológica - totalmente pintada com assento móvel; estrutura tubular 1.1/4" x 1,2mm; com reforço tubular 1" x 1,2mm; leito em chapa 1,00mm; porta coxa em aluminio fundido revestido em courvim; gaveta para coleta de chapa de 1,00mm pintada; acompanhada de balde em aluminio; dimensões de 1,80 x 0,52 x 0,80m	UNIDADE	2
29	Mesa para balança pediátrica, estrutura em tubo de aço e acabamento EPOXY, dois tampos em chapa de aço macio e grade lateral do tampo superior, tacos em borracha nos pés, dimensões 500X350X850 mm.	UNIDADE	2
30	Nebulizador com 4 saidas - motor de 1/4Hp; fluxo de ar livre 45 litro/minuto; pressão maxima de 40 LB/POL; acompanhado de adaptador para 4 saidas simultaneas; e 4 kits de nebulização	UNIDADE	3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

31	Oftalmoscópio de diagnóstico compacto e leve, com alto rendimento. Iluminação halogena 2.5 V de longa duração. Proporciona luz mais brilhante, branca e durável; Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira; Disco de abertura com seis posições; Lente convergente de vidro; Filtros Azul Cobalto, Livre de vermelho e polarizador; Abertura com fixador para localizar lesões; Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores; Tem 48 lentes para ajustes de dioptria (-25 a + 22); Cabo metálico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA; Utiliza lâmpada halogena de 2,5V 03900 (Clique aqui); Pilhas: 2 AA; Lente de focalização: Lente convergente de vidro; Peso com pilhas: 129,5g; Altura: 16,02 cm; Faixa de dioptria: 25 a +22; Material do cabo: Inteiramente metálico; Posições de abertura: 6, incluindo fenda e fixação; Vedação: Sim; Filtros: Azul cobalto e eliminação de vermelho.	UNIDADE	4
32	Otoscópio - material do cabo: metal; transmissão da Luz: fibra óptica; lâmpada: xenon halógena (amarelada); material da cabeça: ABS e aço inox; cabamento do cabo: termoplástico; tensão: 2.5V; alimentação: 2 pilhas AA; botão Liga/Desliga; clip de bolso: possui; lente de aumento: 3 vezes; comprimento Total: 162cm; peso total: 85g; acompanhamento de 07 Espéculos Auriculares 2.5mm, 07 Espéculos Auriculares 4.0mm, 01 Estojo.	UNIDADE	4
33	Poltrona hospitalar reclinável; assento, encosto de braços e pernas estofados; revestimento em courvim, com movimentos; reclinável em 4 posições,com movimento reclinável simultâneos pés com ponteiras de borracha; acabamento em pintura epóxi.	UNIDADE	3
34	Régua antropométrica pediátrica 1,00 metro;graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; haste fixa com a graduação; haste móvel, com marcador removível.	UNIDADE	10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

35	kit Ambu - Ressuscitador Manual em silicone com reservatório - Adulto	UNIDADE	1
36	kit Ambu - Ressuscitador Manual em silicone com reservatório - Infantil	UNIDADE	1
37	kit Ambu - Ressuscitador Manual em silicone com reservatório - neonatal	UNIDADE	1
38	Suporte para soro - com quatro ganchos, altura regulavel; pe com rodas, em aço inoxidável.	UNIDADE	4
39	Termômetro clínico digital Intervalo de medição: 32,0°C - 42,9°C; resolução: 0,1°C; erro de medição: +/- 0,2°C; tempo de medição (na água): 40 segundos; fonte de energia: bateria de 1,5V; consumos de Energia: 0,15 mW; memória: ultima leitura;desligamento automático: 8min após o término da medição. À prova d'água. Com alarme sonoro.	UNIDADE	10

5.2 – VALOR ESTIMADO TOTAL: Foi estimado o valor de R$ 179.388,45 (Cento e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais, quarenta e cinco centavos), para a contratação do presente objeto, conforme constam nos autos.

Parágrafo Único - Nos valores, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas, decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sócias, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa administração, materiais de consumo, seguro e outros, necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência do Contrato será de até 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, com início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da lei 8.666/93.

7. DO FORNECIMENTO DO PRODUTO E SEU RECEBIMENTO

7.1. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, a CONTRATADA se obriga a reparar a falha e se houver necessidade, substituir os produtos em prazo máximo de 03 (três) dias corridos, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE

7.2. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente e integralmente, somente após a verificação de sua conformidade com as especificações qualitativas e quantitativas e consequente aceitação, por técnico da CONTRATANTE, de acordo com a Ordem de Compra;

7.3. Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto licitado ou com qualquer diferença das exigências e propostas contidas na licitação.