

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE

Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Marituba/PA.

Responsável pela demanda: Wilker Silva Alves

Matrícula: 09851-3

Função: **Diretor de Vigilância em Saúde**

E-mail: smsmarituba@gmail.com

Telefone: (91) 3256-2007

2. DESCRIÇÃO SUSCINTA DO OBJETO

OBJETO

Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de aparelhos e equipamentos permanentes de uso veterinário, para atender as necessidades do CASTRAMÓVEL, destinados a suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marituba/PA.

- () Serviço não continuado
() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
() Material de consumo
(X) Material permanente / equipamento

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente estudo técnico justifica-se pela necessidade de aquisição de aparelhos e equipamentos permanentes de uso veterinário, para atender às demandas do Castramóvel do município, cujo principal serviço à população envolve a esterilização de cães e gatos. A aquisição dos materiais solicitados é fundamental para assegurar a saúde e o bem-estar dos animais, visto que o procedimento de castração garante o controle populacional e a prevenção de doenças, sendo importante também para a população local como um todo.

A castração de animais em situação de vulnerabilidade é uma medida crucial para a saúde pública do município de Marituba. Este serviço contribui significativamente para o controle da população de animais de rua, reduzindo a quantidade de animais abandonados e, conseqüentemente, reduzindo os riscos de acidentes e de transmissão de zoonoses na comunidade. Além disso, a castração previne problemas de saúde como câncer de mama, tumores, infecções e outras condições de saúde que afetam animais não castrados.

Do ponto de vista econômico, a castração auxilia na diminuição dos custos associados ao manejo dos animais vulneráveis, como tratamento médico e abrigo. Para os residentes, ela promove um ambiente mais limpo e seguro, reduzindo o risco de arranhaduras, mordeduras, transmissão de doenças e acidentes de trânsito. Portanto, o investimento no programa de castração do município é fundamental para melhorar a qualidade de vida tanto dos animais quanto dos munícipes.

A aquisição dos materiais permanentes solicitados está intrinsecamente ligada à responsabilidade institucional de garantir a integridade e o cuidado adequado dos animais sob sua supervisão, visto que o uso desses equipamentos será essencial para a monitorização dos animais submetidos ao procedimento cirúrgico, para a realização de exames pré e pós-operatórios e para o registro de informações sobre os animais e para elaboração de receituário médico.

Diante desse cenário, a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos veterinários visa equipar a Unidade Móvel de Castração, garantir resolutividade, aumentar a capacidade de atendimentos de animais no Castramóvel do município, reduzir a população de cães e gatos em situação de vulnerabilidade, prevenir a ocorrência de zoonoses, promover um comportamento menos agressivo e mais recluso dos animais castrados e, dessa forma, contribuir para a promoção da saúde pública.

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	QTDE.
01	MONITOR VETERINÁRIO MULTIPARAMÉTRICO - DL 900 TOUCH SCREEN ECG - Frequência Cardíaca; Frequência Respiratória; Oximetria; Temperatura e Pressão Arterial não invasiva. O monitor acompanha: Cabo de Oximetria, Cabo de ECG, Cabo de Temperatura, Cabo de pressão não invasiva, Cabo de força, Jogo com 5 manguitos; Tela de 8 polegadas colorida; Alarmes para todos os parâmetros; Bateria Interna.	UND	01
02	ULTRASSOM DOPPLER LINEAR 8L VETERINÁRIO - Especificações Técnicas: Frequência: Sonda Linear 7.5MHz/10.0MHz. Profundidade de Exibição: 20/40/60/100mm, ajustável; Elementos: 192 elementos; Canais: 64; Angulo e Largura de Varredura: 40mm; Modos: B, B/M, Color, PDI, PW; Funções: Guia de Punção no Plano, Guia de Punção Fora do Plano e Medição Automática de Vasos Sanguíneos; Redução de Ruído: 0-1-2-3-4; Ganho: 30db-105db; Faixa Dinâmica: 40/50/60/70/80/90/100/110; Bateria: 2200mAh; Autonomia: 2h; Carregamento: Por carregador sem fio, 1,5 horas; Tipo de Wifi: 802.11g/20MHz/5G/450Mbps; Tamanho: 156mm X 60mm X 20mm; Peso: 180g; Manual digital em português (PDF). OBS: Incluso no Pacote: 1 Ultrassom; 1 Base de carregamento sem fio; 1 Cabo de carregamento; 1 Manual; 1 Maleta.	UND	01
03	KIT DOPPLER VETERINÁRIO 1 VIA – Doppler Veterinário modelo pastilha com gel; Aparelho de pressão arterial (1 unidade);	UND	01

	Manguitos Veterinários de 1 via, com tamanhos diferentes: 01, 02, 03, 04 e 05 (5 unidades); Doppler Vascular Veterinário pastilha Medmega DV-610.		
04	LUPA DE MÃO REDONDA COM LÂMPADA DE WOOD VETERINÁRIA – Modelo: Slim com luz de Wood; Material: Cúpula em alumínio Capa em Nylon; Voltagem: Bivolt; Aumento da lente lisa: 04 Dioptrias 2x; Aumento da lente bifocal 12 Dioptrias 6x; Fluxo Luminoso: 960Lm; Equivalência a lâmpada incandescente: 85W; Vida média útil: 6.000 horas.	UND	01
05	BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 200KG – Balança digital com tela LCD; Plataforma com capacidade para até 200kg; Dimensões 80x60; Estrutura em aço inox.	UND	01
06	NOTEBOOK – Processador INTEL CORE I7 12ª Geração Memória RAM 16 GB DDR4, Armazenamento SSD NVME 512GB, Placa de Vídeo dedicada 2GB GDDRS, Tela 15,6”, SQ Windows 11, Português, Teclado Numérico, de Qualidade Similar ou Superior.	UND	01

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Será realizada uma pesquisa de preços com o objetivo de atender às exigências da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, e em conformidade com o Decreto Municipal nº 001-A/2024, de 03 de janeiro de 2024. Essa pesquisa servirá de embasamento para a contratação dos materiais necessários ao pleno funcionamento da Administração Pública, garantindo a transparência e a economicidade na utilização dos recursos.

6. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

- (X) Não há vinculação ou dependência desta contratação em relação a outra; ou
() Há vinculação ou dependência desta contratação em relação a seguinte:

7. PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação possui o seguinte grau de prioridade:

- (X) Alta () Média () Baixa

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Acredita-se que uma empresa especializada no fornecimento de aquisição de aparelhos e equipamentos permanentes de uso veterinário para o Castramóvel será crucial para garantir a execução de todos os serviços administrativos a nível municipal, com a gestão dos planos articulados que garantam ao município investimentos na Rede Municipal de Saúde, assim como promover a transparência e responsabilidade e, sobretudo, prevenir irregularidades a fim de garantir uma administração eficiente e em conformidade com as exigências legais.

Pretende-se manter a solicitação dos itens de forma contínua ao longo de todo o período da contratação e sem interrupções, para que os atendimentos na Unidade Móvel de Castração de Marituba não sejam prejudicados.

9. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no presente documento.

Diante do exposto, submeto-lhe o presente documento para apreciação e autorização para que se dê os demais encaminhamentos, vindo a aprová-lo para inicialização do processo de contratação.

Marituba/PA, 19 de agosto de 2024.


Wilker Silva Alves
Diretor de Vigilância em Saúde
COREN - PA 399724 - ENF.
SESAU - Marituba

Wilker Silva Alves
Diretor de Vigilância em Saúde
Matrícula nº 09851-3