

P G LIMA COM EIRELI-EPP

ENDEREÇO: Trav. Dr. Lauro Sodré, 1050, Andar 1 Sala 1-Pirapora- CEP: 68.740-030 -Castanhal-PA

CNPJ: 23.493.764/0001-61

FONE:

E-MAIL: soulmed@globo.com



ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	MARCA	VALOR LICITADO	
					V. UNIT.	V. TOTAL
7	MESA AUXILIAR - Estrutura em tubos de aço inox de 1" x 1,20mm. Tampo e prateleira em chapa de aço inox nº 20 – padrão 304. Rodas de 3 a 5". Dimensões aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,80 cm. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP	UNID	1	RS MÓVEIS	R\$ 210,00	R\$ 210,00
10	PAPAGAIO - Material em aço inox polido brilhante e liso com acabamento regular arredondado, a ser utilizado em ambiente hospitalar; Capacidade mínima 1000ml; Alça anatômica segura; Todo material deve ser seguro, resistente, possuir acabamento arredondado, sem rebarbas que propicie manuseio seguro. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP	UNID	15	FORTINOX	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
11	POLTRONA HOSPITALAR - Material de confecção armação baixa em aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado courvim, descanso para os pés integrado, capacidade até 120 kg, reclinção acionamento manual. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP	UNID	10	RS MÓVEIS	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00

14	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO - Ventilador Pulmonar. Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por Volume Controlado; Ventilação por Pressão Controlada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo -ciclado a tempo e com pressão limitada; Ventilação Não Invasiva; Pressão positiva contínua nas vias aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%.Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnologia; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume minuto exalado, volume corrente exalado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, FiO2, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento; Opção -último paciente- ao ligar o equipamento ou armazenamento na memória dos últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado. Pedestal com rodízios. 2 Circuito paciente pediátrico/	UNID	1	LEISTUNG	R\$ 44.990,00	R\$ 44.990,00
VALOR LICITADO					R\$ 52.050,00	

P.G. LIMA COM-ME

REPRESENTANTE LEGAL: Dandara Gomes Oliveira