

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Registro de Preços Eletrônico - 018/2021

## Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	AUTOCLAVE 21 LITROS - ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, DIGITAL; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254 V; 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; CÂMARA AÇO INOX; SEM RESERVATÓRIO. COPO DOSADOR, COLOQUE A QUANTIDADE CORRETA DE ÁGUA DESTILADA DIRETAMENTE NA CÂMARA (250 ML); PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO; DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL; TAMPÃO E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; GARANTIA: 2 ANOS; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIMENSÃO EXTERNA: 38 X 38 X 55 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); DIMENSÃO CÂMARA: 25 X 43 CM (DIÂMETRO X PROFUNDIDADE).
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.026,67
Valor Final:	5.450,00
Valor Total:	21.800,00
Situação:	Homologado em 14/05/2021 15:20:32 Por: KARLA ANDIARA MOREIRA DA ROCHA
Nome da Empresa:	POLYMEDH.EIRELI
Modelo:	CRISTÓFOLI
Item:	0002
Descrição:	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40L SILENCIOSO MANTÉM UM AMBIENTE AGRADÁVEL PARA O PROFISSIONAL E ASSEGURA A TRANQUILIDADE DO PACIENTE DURANTE A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. DOTADO DE MANÔMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESOSTATÓ E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. MODELOS COM RESERVATÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DO COMPRESSOR. ISENTOS DE ÓLEO. MOTOR DE 2 PISTÕES COM 1,12 HP / 830W (127V) E 1,14 HP / 1100W (220V). PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO. FILTRO DE SAÍDA DE AR. ADEQUADO PARA 1 CONSULTÓRIO. PINTURA INT
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.663,33
Valor Final:	4.750,00
Valor Total:	9.500,00
Situação:	Homologado em 14/05/2021 15:20:39 Por: KARLA ANDIARA MOREIRA DA ROCHA
Nome da Empresa:	POLYMEDH.EIRELI
Modelo:	SCHUSTER
Item:	0003
Descrição:	DESTILADOR DE AGUA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PROPORCIONA ECONÔMICA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. TEMPO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA: 19 MINUTOS; TEMPO PARA DESTILAR 300 ML DE ÁGUA: 37 MINUTOS; NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS. CAPACIDADE PARA DESTILAR ATÉ 3,8 LITROS. A LIMPEZA DA RESISTÊNCIA PODE SER REALIZADA COM ÁGUA E VINAGRE. É RECOMENDADO A TROCA DO FILTRO A CADA 3 MESES.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.703,33
Valor Final:	1.129,10
Valor Total:	2.258,20
Situação:	Homologado em 14/05/2021 15:20:47 Por: KARLA ANDIARA MOREIRA DA ROCHA
Nome da Empresa:	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	Water Clean
Item:	0004
Descrição:	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS CONFORTO NO MANUSEIO; TRANSMISSÃO DE LUZ É FEITA ATRAVÉS DE UMA FIBRA COERENTE. APARELHO SEM FIO. TRANSMISSÃO DE LUZ POR PONTEIRA DE FIBRA ÓPTICA 100% COERENTE. LED DE ALTA POTÊNCIA E INTENSIDADE LUMINOSA - 1200 MW/CM2. CONTROLE DE OPERAÇÕES NO CORPO DO APARELHO. PERMITE O AJUSTE DOS TEMPOS DE FOTOATIVAÇÃO. 3 MODOS PROGRAMÁVEIS DE APLICAÇÃO (RAMPA - CONTÍNUO - PULSADO). SINAL SONORO A CADA 5 SEGUNDOS. BATERIA RECARREGÁVEL. BASE DE DESCANSO COM CARREGADOR DE BATERIA. ALIMENTAÇÃO VE: 100-240 V- 50/60 HZ. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. COMPRIMENTO DE ONDA 420 NM - 480 NM. PROGRAMAS: CONTÍNUO, RAMPA E PULSADO. TIMER 5,10,15 E 20 SEGUNDOS. BASE CARREGADORA.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.143,33
Valor Final:	796,10
Valor Total:	1.592,20
Situação:	Homologado em 14/05/2021 15:20:53 Por: KARLA ANDIARA MOREIRA DA ROCHA
Nome da Empresa:	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	Emitter AFIT Wireless sem fio

---

KARLA ANDIARA MOREIRA DA ROCHA  
Autoridade Competente