

Pregão Eletrônico

980409.12021 .61090 .4580 .140954281



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021

Às 09:00 horas do dia 24 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO Nº 200/2021 de 08/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 001/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: A presente licitação tem como objeto aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados a equipar a sala de parto do Hospital Municipal de Almeirim-PA, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde – Proposta nº 11372.925000/1200-01 – em consonância com a Portaria nº 3.186, de 26/11/2020, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em anexo. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Cardiotocógrafo.**Descrição Complementar:** Cardiotocógrafo, modelo: p, feto único, ajuste: painel controle digital c, tela gráfica, componente 1: 1 transdutor contração uterina materna toco, componente 2: 1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3: 1 marcador movimento fetal, componente 4: c, cintas, outros componentes: c, impressora integrada, adicionais: c, memória interna**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 44.286,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.096,0000 .**Item: 2****Descrição:** Monitor multiparâmetro**Descrição Complementar:** Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, spo2, temp, resp, registros: mínimo 6 curvas simultâneas, tipo de tela: tela lcd 10", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes, bateria, acessórios: completo com cabos e sensores**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 32.885,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000 .**Item: 3****Descrição:** Berço hospitalar**Descrição Complementar:** Berço hospitalar, tipo: aquecido, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostatica, componentes: sistema calor irradiante, painel controle: ajuste digital, visor iluminado, base do leito: leito cesto em acrílico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, acessórios: suporte soro, bateria**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 60.378,4600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 28.400,0000 .**Item: 4****Descrição:** Oxímetro**Descrição Complementar:** Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1 de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 15.208,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** M. F. DA S. FRANCO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10.406,8100 .

Item: 5**Descrição:** Bomba de infusão implantável**Descrição Complementar:** Bomba de infusão implantável, aplicação 1: p, medicamentos, ajuste: fluxo contínuo, material: silicone, reservatório em titânio, volume: até 60 ml, adicional 1: c, filtro, adicional 2: radiopaco, esterilidade: estéril, uso único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 19.285,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 .**Item: 6****Descrição:** Detector fetal**Descrição Complementar:** Detector fetal, tipo: de mesa, ajuste : ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 1.656,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 .**Item: 7****Descrição:** Incubadora neonatal**Descrição Complementar:** Incubadora neonatal, tipo: transporte, material cúpula: cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, fixo, módulo i: servo controle de temperatura, módulo ii: c, fototerapia led, componentes: c, mínimo 2 portinholas, acessórios 01: suporte soro, prateleiras, fonte alimentação: bateria**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 85.859,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.800,0000 .**Item: 8****Descrição:** Reanimador pneumático**Descrição Complementar:** Reanimador pneumático, aplicação: neonatal , infantil, tipo: portátil, material: gabinete plástico, controle: válvulas de controle fluxo e concentração, tipo uso: c, entrada e saída de gás, componente: manovacuômetro, adicionais: c, misturador de gases**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 43.282,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 .**Item: 9****Descrição:** Monitor multiparâmetro**Descrição Complementar:** Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, 2 pi, temp, resp, dc, registros: mínimo 8 curvas simultâneas, tipo de tela: tela lcd 10", alta resolução, compon alarmes, opcionais 02: índice bispectral, acessórios: completo com cabos e sensores**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 32.884,8000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 .**Item: 10****Descrição:** Aparelho fototerapia**Descrição Complementar:** Aparelho fototerapia, fonte iluminação: c, no mínimo 10 leds, painel controle: controle de funções mecânico, suporte: haste articulada, c, altura regulável, pés: rodízios c, travas, aplicação: p, recém-nascido**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 14.466,7300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 .**Item: 11****Descrição:** Ventilador não invasivo

neonatal

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 522,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 280,0000 .**Item: 18****Descrição:** Acessório, equip. parto humanizado**Descrição Complementar:** Acessório, equip. parto humanizado, tipo : cadeira parto tipo banquetta, material : fibra de vidro, componente i: assento fixo, sem revestimento, componente ii: abertura frontal, bacia em alumínio, capacidade : até 120 kg**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.486,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** M. F. DA S. FRANCO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.134,0000 .**Histórico****Item: 1 - Cardiotocógrafo****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 14.500,0000	R\$ 29.000,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: MACROSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocógrafo, modelo: p, feto único, ajuste: painel controle digital c, tela gráfica, componente 1: 1 transdutor contração fetal, movimento fetal, componente 2: 1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3: 1 marcador movimento fetal, componente 4: c, cintas, outros componentes: c, impressora integrada, adicionais: c, memória interna. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
12.246.862/0001-88	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	Não	Não	2	R\$ 18.000,0000	R\$ 36.000,0000	21/05/2021 16:46:13
Marca: EDAN Fabricante: EDAN INSTRUMENTS INC Modelo / Versão: F3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE MODELO: F3 MARCA: EDAN FABRICANTE: EDAN INSTRUMENTS INC RMS: 80047300573 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 22.000,0000	R\$ 44.000,0000	12/05/2021 12:47:40
Marca: Medpej Fabricante: Medpej Equipamentos Médicos Modelo / Versão: MF9100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Fetal Cardiotocógrafo MF-9100 ANVISA nº 80127840027 Este Monitor fetal faz a captação e monitoração do coração fetal, movimento fetal, e contração uterina em pacientes durante a gestação. A monitoração do coração de dois fetos (gemelar) é opcional neste Monitor fetal, e pode ser realizada simultaneamente sendo acompanhada através da tela de display do produto. A impressora é térmica e fica embutida no Monitor, possui alta definição, três velocidades de impressão e largura para utilização com papel de 112 mm. Bateria interna com duração média de 4 horas estando o Monitor em uso contínuo. O Monitor fetal é projetado com materiais de alta tecnologia, interface de usuário com design moderno e de fácil interação e Tela Touch Screen de 7 polegadas. Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames. Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual. Alarmes ajustáveis de monitoração do TOCO e do FHR para Bradicardia e Taquicardia. Alça para transporte do Monitor fetal. As normas de segurança aplicadas ao Monitor fetal são descritas a seguir: MDD 93/42/EEC alterada pela MDD 2007/47/EC, EN ISO13485:2012+AC2012, EN ISO14971: 2012, EN60601-1-2:2006/A1:2013, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 1041: 2008, EN980:2008, EN ISO 80601-2-56:2009, EN60601-2-27:2006, IEC 60601-2-492011, IEC 80601-2-30:2009, EN 1060-1:1995+ A2:2009, EN60601-1-8:2007/AC:2010, EN ISO10993-1:2009, EN 1060-3:1997+A2:2009, EN ISO 80601-2-61:2011, EN1060-4:2004, EN62304:2006, EN62366:2008, EN60601-1-6:2010, EN60601-2-37:2008, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 80601-2-55:2011. Especificações técnicas: Alimentação Full-range: 100V - 240V +/- 10% 50-60 Hz, Potência 70VA / 35W; Grau de proteção dos transdutores: IPX1 (À prova de pingos); Dimensão do equipamento: 235 mm (C) X 300 mm (L) X 80 mm (A); Bateria interna de Li-Ion: 7.4V X 2.2 Ah (conformante ROHS); Tempo para carga completa da bateria: 6 horas com o Monitor em funcionamento; Temperatura de operação: 0°C a 40°C; Tempo para carga completa da bateria: 4 horas com o equipamento em uso contínuo; Carregador de bateria: Interno; Impressora: térmica, de alta definição com três velocidades de impressão: 1, 2 e 3 centímetros/minuto; Podem ser impressos: 24 exames de 30 minutos cada; Alarme para a falta de papel na impressora; Papel de impressão: 80 mm; Tela Touch Screen: 7 Tela do display ajustável; Frequência de trabalho do ultrassom: 1MHz +/- 1%; Frequência cardíaca fetal (FHR): 30 ~ 240 bpm +/- 1%; Transdutor com 12 cristais para dar maior sensibilidade de uso; Alarme ajustável (FHR): 90 ~ 190 bpm +/- 1% (Bradicardia/Taquicardia); Monitoração do TOCO: 0 ~ 100%; Alarme do TOCO: 0 ~ 100%; Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual; Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames; Impressão de exames armazenados na memória interna do Monitor; Ficha de cadastro no Monitor fetal para o paciente e hospital; Relógio e calendário internos.							

Geração de laudo nos métodos: Krebs, Fischer e Acog.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 22.000,0000	R\$ 44.000,0000	13/05/2021 08:10:40
Marca: EDAN Fabricante: EDAN Modelo / Versão: F3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE MARCA E FABRICANTE: EDAN MODELO: F3 Porte da empresa: ME/EPP							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 22.000,0000	R\$ 44.000,0000	21/05/2021 16:10:58
Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G6A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE Porte da empresa: ME/EPP							
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 22.000,0000	R\$ 44.000,0000	21/05/2021 18:04:42
Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G6A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE Porte da empresa: ME/EPP							
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	2	R\$ 22.140,0000	R\$ 44.280,0000	21/05/2021 15:32:08
Marca: General Meditech Fabricante: General Meditech Modelo / Versão: G6A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocógrafo - portátil, c/ impressora, gestação gemelar, com alça para transporte. Anvisa: 80393910019 Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	2	R\$ 22.143,0000	R\$ 44.286,0000	21/05/2021 09:24:25
Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: MF - 9100 + MA 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - portátil, c/impressora, gestação gemelar, com suporte. MODELO: MF - 9100 + MA 3000 MARCA: MEDPEJ FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80127840027 Porte da empresa: ME/EPP							
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	2	R\$ 22.143,0000	R\$ 44.286,0000	21/05/2021 17:41:19
Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G6A + SUPORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE 2 GENERAL MEDITECH G6A + SUPORTE Porte da empresa: ME/EPP							
06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 22.143,0000	R\$ 44.286,0000	21/05/2021 23
Marca: edan Fabricante: EDAN Modelo / Versão: F-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: É um equipamento que analise e monitora em tempo real a vitalidade fetal, números de feto (s), posição fetal, reproduz o som dos batimentos do coração fetal (FHR), contração uterina (UC), movimento fetal (MF). Monitoração não invasiva, inclusive gestação de gêmeos. Produto portátil, possui							

Impressora térmica embutida, 110/220V, bateria para 1 hora, tela de 5,6". Possui exibição de número e formato de ondas. Modelo: F-3 Fabricação: Edan. RMS: 80047300573.

Porte da empresa: ME/EPP

63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	Não	Não	2	R\$ 22.143,0100	R\$ 44.286,0200	22/05/2021 08:17:34
Marca: MD Fabricante: BIONET CO., LTD Modelo / Versão: FC-1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE. MARCA: MD; FABRICANTE: BIONET CO., LTD; MODELO: FC-1400; REGISTRO ANVISA: 80070219024; PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA; GARANTIA DE 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 22.143,0130	R\$ 44.286,0260	13/05/2021 15:55:06
Marca: CARDIOTOCÓGRAFO Fabricante: BIONET Modelo / Versão: FC1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE Porte da empresa: ME/EPP							
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 22.143,1300	R\$ 44.286,2600	21/05/2021 13:53:04
Marca: PROLIFE Fabricante: PROLIFE Modelo / Versão: PROLIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE" Porte da empresa: ME/EPP							
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 22.413,0000	R\$ 44.826,0000	21/05/2021 15:56:27
Marca: EDAN Fabricante: CARDIOTOCO EDAN GEMELAR F3 - BIO-2060 80047300573 Modelo / Versão: CARDIOTOCO EDAN GEMELAR F3 - BIO-2060 80047300573 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE CARDIOTOCO EDAN GEMELAR F3 - BIO-2060 80047300573 Porte da empresa: ME/EPP							
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	2	R\$ 26.754,2300	R\$ 53.508,4600	21/05/2021 10:54:38
Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: FC-1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocógrafo portátil, c/ impressora, gestação gemelar, com suporte Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2	R\$ 31.000,0000	R\$ 62.000,0000	22/05/2021 13:19:33
Marca: BIONET Fabricante: BIONET Modelo / Versão: FC1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2	R\$ 32.000,0000	R\$ 64.000,0000	18/05/2021 21:43:25
Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: MF9100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOTOCÓGRAFO - PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, COM SUPORTE Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 64.000,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:00:00:5
R\$ 62.000,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:
R\$ 53.508,4600	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:
R\$ 44.826,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:00:00:5
R\$ 44.286,2600	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.286,0260	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.286,0200	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.286,0000	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:00:00:510

R\$ 44.286,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.286,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.280,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.000,0000	03.155.958/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.000,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.000,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 36.000,0000	12.246.862/0001-88	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 29.000,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 28.995,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:30:27:923
R\$ 33.600,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:30:56:113
R\$ 28.990,0000	12.246.862/0001-88	24/05/2021 09:31:22:877
R\$ 42.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:31:24:093
R\$ 28.900,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:31:27:877
R\$ 28.800,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:31:39:230
R\$ 28.795,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:31:58:640
R\$ 28.770,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:32:18:977
R\$ 28.750,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:32:46:180
R\$ 28.745,0000	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:33:26:937
R\$ 28.700,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:33:30:267
R\$ 28.695,0000	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:33:45:167
R\$ 28.500,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:34:02:123
R\$ 42.070,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:34:12:910
R\$ 28.490,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:35:20:753
R\$ 28.400,0000	12.246.862/0001-88	24/05/2021 09:35:36:223
R\$ 28.390,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:36:08:710
R\$ 28.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:36:12:277
R\$ 27.990,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:36:24:660
R\$ 26.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:36:32:040
R\$ 40.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:36:38:657
R\$ 25.990,0000	12.246.862/0001-88	24/05/2021 09:36:52:137
R\$ 25.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:37:00:720
R\$ 25.991,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:37:00:990
R\$ 24.990,0000	12.246.862/0001-88	24/05/2021 09:37:28:163
R\$ 24.900,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:37:41:967
R\$ 24.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:37:45:883
R\$ 24.001,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:38:01:367
R\$ 23.900,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:38:08:853
R\$ 23.000,0000	12.246.862/0001-88	24/05/2021 09:38:12:987
R\$ 24.000,0000	03.155.958/0001-40	24/05/2021 09:38:18:830
R\$ 23.001,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:38:21:743
R\$ 24.000,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:38:24:073
R\$ 22.500,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:38:33:660
R\$ 25.995,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:38:33:957
R\$ 22.501,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:38:41:380
R\$ 22.495,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:38:41:427
R\$ 22.496,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:38:48:303
R\$ 22.485,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:38:49:117
R\$ 22.400,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:38:52:573
R\$ 22.401,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:38:56:317
R\$ 22.200,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:38:58:513
R\$ 22.201,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:39:06:080
R\$ 23.592,1600	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:40:08:377
R\$ 22.000,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:40:21:111
R\$ 21.900,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:40:39:111
R\$ 22.732,1800	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:40:52:111
R\$ 21.800,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:40:54:333
R\$ 22.395,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:41:04:540
R\$ 21.795,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:41:09:533
R\$ 21.600,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:41:58:817

R\$ 21.700,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:42:02:727
R\$ 21.500,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:42:09:817
R\$ 21.501,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:43:13:100
R\$ 21.490,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:43:15:953
R\$ 21.491,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:43:20:700
R\$ 21.595,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:43:46:583
R\$ 21.485,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:43:54:767
R\$ 21.400,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:43:56:260
R\$ 21.300,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:44:21:843
R\$ 21.200,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:44:26:607
R\$ 21.201,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:44:38:440
R\$ 21.150,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:44:56:577
R\$ 21.145,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:45:19:620
R\$ 21.000,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:45:32:377
R\$ 19.900,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:45:55:773
R\$ 19.895,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:46:04:003
R\$ 19.800,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:46:14:357
R\$ 19.801,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:46:20:273
R\$ 19.795,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:46:27:747
R\$ 19.750,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:46:35:170
R\$ 19.745,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:46:50:027
R\$ 19.700,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:46:59:030
R\$ 19.695,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:47:27:277
R\$ 19.696,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:47:56:917
R\$ 19.650,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:47:59:230
R\$ 19.645,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:48:05:130
R\$ 19.651,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:48:06:203
R\$ 19.646,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:48:11:950
R\$ 19.600,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:48:22:367
R\$ 19.595,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:48:28:967
R\$ 19.500,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:48:56:777
R\$ 19.495,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:49:00:917
R\$ 63.000,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:49:14:477
R\$ 49.800,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:49:36:370
R\$ 19.496,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:50:54:847
R\$ 19.400,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:51:09:250
R\$ 19.395,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:51:18:130
R\$ 19.396,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:51:25:230
R\$ 19.300,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:52:35:767
R\$ 19.295,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:52:46:063
R\$ 19.280,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:52:57:443
R\$ 19.275,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:53:02:040
R\$ 19.276,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:53:31:637
R\$ 19.100,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:55:11:117
R\$ 19.101,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:55:22:043
R\$ 19.095,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:55:51:853
R\$ 19.096,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:56:35:220
R\$ 33.000,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:57:19:783
R\$ 19.000,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:57:34:833
R\$ 18.995,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:58:31:617
R\$ 17.000,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:59:41:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	24/05/2021 09:30:01	Item aberto.
Encerramento	24/05/2021 10:01:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:01:42	Encerrada etapa aberta do item.

Observações

Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 11:54:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 11:59:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35.
Recusa de proposta	24/05/2021 13:08:51	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000. Motivo: O Licitante apresentou a Proposta final com o ultimo lance no valor do item, descumprindo assim o item 7; subitem 7.5.1 do edital. Ficando a mesma desclassificada do item.
Recusa de proposta	24/05/2021 13:26:13	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 18.995,0000. Motivo: Conforme conversado através do chat, o Licitante ofertou o lance levando em consideração o valor estimado do preço unitário do item, descumprindo assim o item 7; subitem 7.5.1 do edital. Ficando a mesma desclassificada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 14:13:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 14:36:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Aceite de proposta	25/05/2021 11:58:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 19.096,0000. Motivo: Conforme questionado pelo chat sobre o valor ofertado no lance, onde a Licitante declarou que estava correto. A Proposta foi aceita por ser a mais vantajosa para Administração
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 08:42:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:58:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Monitor multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.272,0000	R\$ 15.272,0000	21/05/2021 20:23:36
Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo / Versão: EFFICIA CM100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR - MODELO: EFFICIA CM100 - REGISTRO ANVISA Nº 10216710305 - MARCA/FABRICANTE: PHILIPS - PROCEDÊNCIA: CHINA - O monitor CM100 da Série Efficia é compacto, versátil e fácil de operar. Oferece medições de ECG, Resp, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva, 2 canais de Temperatura (sensores cotados separadamente), Análise Básica de Arritmias, e opcionalmente: Impressora térmica Interna, Análise Avançada de Arritmias, 2 canais de Pressão Invasiva, Capnografia Microstream ou Mainstream.							
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: ALFAMED Fabricante: ALFAMED Modelo / Versão: ALFAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, spo2, temp, resp, registros: mínimo 6 curvas simultâneas, tipo de tela: tela lcd 10", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes, bateria, acessórios com cabos e sensores.							
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	1	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000	21/05/2021 13:36
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE							

Modelo / Versão: DAVID 12,1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR 12,1 (ECG/REP/TEMP/PNI/SPO2) Multiparamétrico Pré-configurado, modelo David, apresenta um design industrial inovador, um tamanho reduzido e uma fonte de alimentação AC/DC. Ele é equipado com uma alça e bateria de lítio carregável incorporada para a conveniência do movimento dos pacientes. Este equipamento pode ser usado para monitorar, principalmente, os parâmetros de eletrocardiograma (ECG), respiração (RESP), saturação de oxigênio sanguíneo (SpO2), pressão arterial não invasiva (PNI) e temperatura (TEMP). Integra a função do módulo de medição de parâmetros com exibição e impressão de saída para contribuir para um monitor de sinais vitais portátil e de impacto. A bateria interna fornece ao paciente uma fácil movimentação. Quatro formas de onda e todos os dados de parâmetros de monitoramento são exibidos na interface de exibição com alta resolução. DADOS TECNICOS - Dimensões do produto: 320mm 190mm 290mm; - Peso bruto: 3,5 kg; - Display: 12.1 opcional touch screen; - Exibição na Tela 6 curvas simultâneas; - Velocidade de Varredura: 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s; - Modo de Operação: Contínuo; - Especificação elétrica: 100 - 240 VCA, 50/60Hz / Pmáx = 70VA / FUSÍVEL T 3.15A; - Bateria interna recarregável; - Alimentação: 100 a 240 Vac. automático; - Comunicação em rede; - Alarmes auditivos e visuais; - Alarmes reguláveis; - Disponibiliza gráficos de tendência; - Possui controle de velocidade para o traçado de curva (mínimo variável em 12,5mm/seg, 25mm/seg e 50mm/seg; - Teclas de acesso rápido e com possibilidade de operação simplificada pelo botão navegador; - A cor das curvas na tela pode ser escolhidas pelo próprio usuário; - Gráfico de tendência de 96 horas; - Gabinete de alta resistência mecânica, isolado eletricamente. DETALHES Parâmetros Pré-configurados: - ECG; - Respiração; - SPO2; - PNI; - Temperatura. ESPECIFICAÇÕES: SPO2: - Faixa de Leitura de Pulso: 10BPM a 300BPM; - Tolerância: ± 2 %; - Resolução: 1 BPM; - Faixa de Leitura de SpO2: 0 % a 100%; - Tolerância Saturação 70 % a 100% para Clip Dedo: ± 2 dígitos; - Saturação 70 % a 95% para Neonatal: ± 3 dígitos; - Saturação < 70%: Indefinido para todos os sensores; - Varredura da tela: 25 mm/s; - Tempo Atualização de Leitura: 5 segundos. ECG: - Análises cardíacas / Análise de Segmento ST / Detecção de Marcapasso / Detecção de 13 tipos de arritmias / Análise de drogas; - Ganho: x0,25, x0,5, x1, x2 e AUTO; - FC Adulto: 15 ~ 300bpm (batida/minuto); - Recém-nascido/crianças: 15 ~ 350 bpm; - Precisão: ± 1% ou ± 1bpm, prevalecendo o maior; - Resolução: 1 bpm (batida/minuto); - Sensibilidade: >200 V (valor pico a pico); - Impedância: >5 (MOhm); - Largura de banda Modo de diagnóstico: 0,05~130Hz; - Modo de monitoramento 0,5~40Hz; - Proporção de Rejeição de Modo Comum: Modo de operação: 1~20Hz / Modo de diagnóstico: >90 dB / Modo de Monitoramento: >100 dB / Modo de operação: >100 dB; - Faixa de Tensão de Polarização de ±300mV; - Teste de Pulso de Estimulação: Amplitude: ±2 mV ~ ±700mV / Largura: 0,1 ms ~ 2 ms / Tempo de subida: 10s ~ 100s; - Inibição do pulso de estimulação Amplitude: ±2 mV ~ ±700mV / Largura: 0,1 ms ~ 2 ms / Tempo de subida: 10s ~ 100s; - Tempo de Recuperação da Linha de Base: Após desfibrilação <3 segundos; - Faixa de Sinal: ±8 mV (valor pico a pico); - Sinal de Calibração: 1mV (valor pico-a-pico), precisão de ±5%; - Volume de Medição do Segmento ST: Faixa de medição: -2,0mV ~ +2,0mV / Precisão de medição: Variação de -0,8 mV ~ + 0,8mV, o erro de medição é de ± 0,02mV ou ± 10%. Respiração: - Método de Medição: Impedância RA-LL; - Faixa de Medição de Impedância RESP: 0,3~30; - Faixa de Impedância Base: 200~40000; - Largura de banda: 0,1~2,5Hz; - Frequência de RESP Adulto: 0~120 RPM; - Crianças e bebês recém-nascidos: 0~150 RPM; - Resolução: 1 RPM; - Precisão: ±2 RPM; - Alarma de Asfixia: 10~40 segundos. Temperatura: - Sonda de Temperatura Aplicável: Série YSI, série CYF; - Quantidade de canais: 2 canais; - Medição: Intervalo: 0~50°C / Resolução: 0,1°C / Precisão: ±0,1°C (Exceto erro de sonda); Pressão Não Invasiva: - Método de Medição: Oscilométrica de onda de pulso; - Modo de Trabalho: Manual/Auto/Contínuo; - Intervalo de Medição do Modo de Medição Automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 minuto(s); - Tempo de Medição do Modo CONTÍNUO: 5 minutos; - Faixa PR: 40 - 240 bpm; - Faixa de Medição e Precisão: -Adulto: Pressão arterial sistólica: 40~270mmHg / Pressão arterial diastólica: 10~215mmHg / Pressão arterial média: 20~235mmHg; - Crianças: Pressão arterial sistólica: 40~200mmHg / Pressão arterial diastólica: 10~150mmHg / Pressão arterial média: 20~165mmHg; -Recém-nascido: Pressão arterial sistólica: 40~135mmHg / Pressão arterial diastólica: 10~100mmHg / Pressão arterial média: 20~110mmHg Proteção contra sobretensão: Modo adulto: 300 mmH ***

DESCRIÇÃO DO ITEM CONFORME EDITAL ***

Porte da empresa: ME/EPP

04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	22/05/2021 13:19:33
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LOCAGICARE 12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12'' Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	21/05/2021 16:10:58
Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G3G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12'' Porte da empresa: ME/EPP							
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 32.000,0000	R\$ 32.000,0000	13/05/2021 08:10:40
Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: CMS8000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12'' MARCA E FABRICANTE: C Porte da empresa: ME/EPP							
40.651.591/0001-81	ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266	Sim	Sim	1	R\$ 32.000,0000	R\$ 32.000,0000	22/05/2021 15:02:48
Marca: Contec Fabricante: Contec							

Modelo / Versão: CMS8000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O monitor possui muitas funções que podem ser usadas para monitoramento clínico em adultos, pediatras e recém-nascidos. Os usuários podem selecionar diferentes configurações de parâmetros de acordo com diferentes requisitos. O monitor, alimentado por 100-240V ~, 50 / 60Hz, adota um LCD TFT colorido de 12,1'', exibindo data e forma de onda em tempo real. Ele pode exibir de forma síncrona forma de onda de oito canais e parâmetros de monitoramento completos, equipados com um gravador térmico opcional de 48 mm. O monitor pode ser conectado ao sistema de monitoramento central via fio ou rede sem fio para formar um sistema de monitoramento de rede. Este dispositivo pode monitorar parâmetros como ECG, RESP, NIBP, SpO2 e TEMP de canal duplo, etc. Ele integra o módulo de medição de parâmetros, display e gravador em um dispositivo para formar um equipamento compacto e portátil. Sua bateria interna substituível traz muito conveniente para a movimentação do paciente. - Funções Parâmetros padrão: ECG, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo 1) Frequência cardíaca de ECG (FC) Forma de onda de ECG Arritmia e análise do segmento ST 2) Taxa de respiração RESP (RR) Forma de onda de respiração 3) Saturação de oxigênio de SpO2 (SpO2) Forma de onda do pletismograma (PLETH) Taxa de pulso (PR) Gráfico de barras 4) Pressão sistólica da PNI (SYS), pressão diastólica (DIA), pressão média (MEAN) 5) TEMP T1, T2, TD

Porte da empresa: ME/EPP

03.952.368/0001-48 HOSPLIFE Sim Sim 1 R\$ 32.800,0000 R\$ 32.800,0000 21/05/2021 15:37:46
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: SHENZHEN COMEN**Fabricante:** SHENZHEN COMEN**Modelo / Versão:** STAR 8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS - Possui ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP pré configurado/de 10" a 12".

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA Sim Sim 1 R\$ 32.880,0000 R\$ 32.880,0000 21/05/2021 15:32:08
CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

Marca: General Meditech**Fabricante:** General Meditech**Modelo / Versão:** G3G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetros - possui ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP pré configurado / tela de 10,4''. Anvisa: 80393910019

Porte da empresa: ME/EPP

06.019.610/0001-13 FOKKUS TRADE Sim Sim 1 R\$ 32.880,0000 R\$ 32.880,0000 23/05/2021 17:59:23
PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Marca: WL**Fabricante:** World Life**Modelo / Versão:** WL 80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetros, tipo beira de leito, portátil, estrutura mista, possui alça inclusa para eventual transporte, utilizável em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Tela de cristal líquido de 12 polegadas, touch-screen, visualização de no mínimo 8 ondas simultâneas de fácil interpretação, exibição de tendências com dados gráficos e/ou numéricos, possui todos alarmes individuais visual e sonora e configuração direta do usuário para todos parâmetros e bateria. Fácil integração, software amigável e prática utilização. Aceita parâmetros futuros. Acompanha todos acessórios/sensores necessários para o completo funcionamento do aparelho e conforme solicitado no edital. Mod. WL 80, tela 12". RMS 80884260002. Possui parâmetros: ECG-FC/RESP/SPO2/PNI/TEMP. Validade proposta: 90 dias. Garantia: 12 meses. Entrega: Imediata

Porte da empresa: ME/EPP

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO Não Não 1 R\$ 32.885,0000 R\$ 32.885,0000 18/05/2021 17:58:35
FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Marca: Creative**Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ**Modelo / Versão:** K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12''

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.679.808/0001-35 BIO INFINITY Sim Sim 1 R\$ 32.885,0000 R\$ 32.885,0000 21/05/2021 15:56:27
COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI

Marca: NIHON KOHDEN**Fabricante:** MONITOR MULTIPARÂMETRO VISMO PVM 2703 (SPO2 - ECG**Modelo / Versão:** MONITOR MULTIPARÂMETRO VISMO PVM 2703 (SPO2 - ECG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12'' MONITOR MULTIPARÂMETRO VISMO PVM 2703 (SPO2 - E

NIHON KOHDEN - BIO-2020 80914690033

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 1 R\$ 32.885,1300 R\$ 32.885,1300 15/05/2021 15:55:06
REFRIGERACAO EIRELI

Marca: PROLIFE**Fabricante:** PROLIFE

Modelo / Versão: C12**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12''**Porte da empresa:** ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 32.885,1300	R\$ 32.885,1300	21/05/2021 13:53:04
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PROLIFE**Fabricante:** PROLIFE**Modelo / Versão:** PROLIFE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS -POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12''**Porte da empresa:** ME/EPP

01.212.789/0001-07	R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 32.885,1300	R\$ 32.885,1300	21/05/2021 15:02:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: R&D MEDIQ**Fabricante:** R&D MEDIQ**Modelo / Versão:** RD12M**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12''**Porte da empresa:** ME/EPP

03.620.716/0001-80	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	Não	Não	1	R\$ 32.885,1300	R\$ 32.885,1300	21/05/2021 15:49:35
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CMOS DRAKE DO NORDES**Fabricante:** CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.**Modelo / Versão:** DAVID**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O MONITOR DE SINAIS VITAIS PORTÁTIL MULTIPARAMÉTRICO PRÉ CONFIGURADO É EQUIPADO COM UMA ALÇA E BATERIA DE LÍTIO CARREGÁVEL INCORPORADA PARA A CONVENIÊNCIA DO MOVIMENTO DOS PACIENTES. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER USADO PARA MONITORAR, PRINCIPALMENTE, OS PARÂMETROS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO (RESP), SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO SANGÜÍNEO (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) E TEMPERATURA (TEMP). INTEGRA A FUNÇÃO DO MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS COM EXIBIÇÃO E IMPRESSÃO DE SAÍDA PARA CONTRIBUIR PARA UM MONITOR DE SINAIS VITAIS PORTÁTIL E DE IMPACTO. A BATERIA INTERNA FORNECE AO PACIENTE UMA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. QUATRO FORMAS DE ONDA E TODOS OS DADOS DE PARÂMETROS DE MONITORAMENTO SÃO EXIBIDOS NA INTERFACE DE EXIBIÇÃO COM ALTA RESOLUÇÃO. PARÂMETROS PRÉ CONFIGURADOS: ECG, RESPIRAÇÃO /SPO2 /PNI / TEMPERATURA OPCIONAIS:PRESSÃO INVASIVA /CAPNOGRAFIA /IMPRESSORA**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 32.885,1300	R\$ 32.885,1300	21/05/2021 16:01:28
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MEDITECH**Fabricante:** MEDITECH**Modelo / Versão:** MEDITECH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12'' RMS: 80393910036 MARCA: MEDITECH MODELO: G3G**Porte da empresa:** ME/EPP

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	1	R\$ 32.885,1300	R\$ 32.885,1300	21/05/2021 17:41:19
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GENERAL MEDITECH**Fabricante:** GENERAL MEDITECH**Modelo / Versão:** G3G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12'' 1 GENERAL MEDITECH G3G**Porte da empresa:** ME/EPP

19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Não	1	R\$ 32.885,1300	R\$ 32.885,1300	21/05/2021 17:50:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALFA MED**Fabricante:** ALFA MED**Modelo / Versão:** UND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12''**Porte da empresa:** ME/EPP

63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	Não	Não	1	R\$ 32.885,1300	R\$ 32.885,1300	21/05/2021 17:50:42
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PRO LIFE**Fabricante:** PRO LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**Modelo / Versão:** C12**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUI ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP PRÉ CONFIGURADO/DE 10'' A 12''. MARCA: PRO LIFE; FABRICANTE: PRO LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA; MODELO: C12; REGISTRO ANVISA: 10394530056; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.084.503/0001-02 M. F. DA S.
FRANCO EIRELI

Não Não

1

R\$ 33.350,0000 R\$ 33.350,0000 21/05/2021
10:54:39

Marca: LIFEMED

Fabricante: LIFEMED

Modelo / Versão: mtouch

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetros - possui ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP pré configurado; de 10'' a 12''

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 33.350,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,1300	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,1300	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,1300	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,1300	03.620.716/0001-80	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,1300	01.212.789/0001-07	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,1300	18.224.182/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,1300	19.769.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,1300	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.885,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.880,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.880,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.800,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.000,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 30.000,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 26.000,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 24.000,0000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 16.000,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.272,0000	58.295.213/0021-11	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.265,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:32:27:150
R\$ 15.200,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:32:32:430
R\$ 23.000,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:33:08:663
R\$ 12.195,0000	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:33:39:257
R\$ 13.200,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:33:53:353
R\$ 18.000,0000	18.224.182/0001-40	24/05/2021 09:34:20:880
R\$ 20.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:35:33:030
R\$ 12.800,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:35:34:253
R\$ 15.200,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:35:34:777
R\$ 15.361,2000	01.212.789/0001-07	24/05/2021 09:35:36:567
R\$ 17.900,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:35:54:813
R\$ 12.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:36:24:283
R\$ 24.000,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:36:33:290
R\$ 10.990,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:36:37:213
R\$ 15.800,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:36:39:957
R\$ 10.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:36:46:697
R\$ 9.500,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:37:47:370
R\$ 13.363,0000	58.295.213/0021-11	24/05/2021 09:37:49:347
R\$ 9.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:37:57:947
R\$ 15.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:37:59:327
R\$ 8.500,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:38:28:950
R\$ 8.400,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:38:37:080
R\$ 14.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:38:45:077
R\$ 14.137,5000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:38:59:1'
R\$ 8.000,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:39:20'
R\$ 10.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:39:29'
R\$ 7.750,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:39:41:6
R\$ 7.700,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:39:54:893
R\$ 11.900,0000	03.620.716/0001-80	24/05/2021 09:40:03:857
R\$ 7.300,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:40:05:880
R\$ 7.600,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:40:06:610

R\$ 7.000,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:40:13:180
R\$ 6.990,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:40:24:137
R\$ 6.950,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:40:45:280
R\$ 6.940,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:40:52:633
R\$ 6.900,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:40:58:723
R\$ 6.800,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:41:13:803
R\$ 6.890,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:41:13:923
R\$ 9.890,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:41:14:933
R\$ 6.700,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:41:21:260
R\$ 6.680,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:41:29:383
R\$ 6.600,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:41:35:483
R\$ 6.580,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:41:44:180
R\$ 6.550,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:41:50:373
R\$ 6.540,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:41:58:617
R\$ 6.500,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:42:04:180
R\$ 18.112,6000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:42:12:037
R\$ 6.480,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:42:12:053
R\$ 6.400,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:42:18:267
R\$ 6.380,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:42:26:033
R\$ 6.390,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:42:27:320
R\$ 6.350,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:42:31:947
R\$ 6.320,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:42:39:090
R\$ 23.200,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:42:42:343
R\$ 6.300,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:42:47:337
R\$ 6.280,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:42:54:490
R\$ 6.200,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:42:55:653
R\$ 6.100,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:43:04:433
R\$ 6.000,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:43:27:000
R\$ 5.900,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:43:33:927
R\$ 6.150,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:44:24:563
R\$ 5.800,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:44:42:953
R\$ 6.100,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:45:11:867
R\$ 5.750,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:46:09:827
R\$ 12.960,0000	19.769.575/0001-00	24/05/2021 09:46:26:413
R\$ 5.700,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:46:55:193
R\$ 5.600,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:47:01:253
R\$ 15.115,9700	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:48:03:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:32:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 09:50:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/05/2021 09:50:04	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 15:34:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266, CNPJ/CPF: 40.651.591/0001-81.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:08:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266, CNPJ/CPF: 40.651.591/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecuível.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2021 12:08:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ANA PAULA F 01152307266, CNPJ/CPF: 40.651.591/0001-81.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:09:05	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EL. CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecuível.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:09:28	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de

		Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:11:20	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:11:43	Recusa da proposta. Fornecedor: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 31.770.650/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 8.400,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:12:48	Recusa da proposta. Fornecedor: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 9.890,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:13:11	Recusa da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 10.990,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:16:50	Recusa da proposta. Fornecedor: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ/CPF: 03.620.716/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 11.900,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:17:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 12.195,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:17:40	Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 12.800,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:18:03	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 19.769.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 12.960,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado foi considerado inexecutable.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:18:59	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 13.200,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado está muito abaixo do valor estimado.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:19:19	Recusa da proposta. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, pelo melhor lance de R\$ 13.363,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado está muito abaixo do valor estimado.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:19:37	Recusa da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.137,5000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado está muito abaixo do valor estimado.
Recusa de proposta	25/05/2021 12:29:16	Recusa da proposta. Fornecedor: R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 15.361,2000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado está muito abaixo do valor estimado.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:02:42	Recusa da proposta. Fornecedor: POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 15.115,9700. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministerio da Saúde, o valor ofertado está muito abaixo do valor estimado.
Aceite de proposta	25/05/2021 13:07:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000. Motivo: A valor do lance da licitante está um pouco mais de 50% mais baixa que o valor estimado para o item, e conforme conversado no chat a empresa declarou que o valor está correto. Com isso foi aceite sua Proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 08:43:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 08:49:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Registro de intenção de recurso	27/05/2021 12:00:34	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 03952368000148. Motivo: Registramos a intenção de interpor recurso pois fomos desclassificados por suposta proposta inexecutable. Todavia nos manifestamos por mais de 05 vezes via e-mail sobre a
Recusa de intenção de recurso	27/05/2021 12:28:17	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03952368000148. Motivo: Conforme análise realiz Pregoeira sobre valor ofertado pela empresa licitante. A qual não tem como haver qu sobre o valor, pois o mesmo está muito abaixo ds cotações, bem como da Planilha co, encaminhada pelo Ministerio da Saúde. O qual referencia ao item deste Certame

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.952.368/0001-48	27/05/2021 12:00	27/05/2021 12:28	Recusado

Motivo Intenção: Registramos a intenção de interpor recurso pois fomos desclassificados por suposta proposta inexequível. Todavia nos manifestamos por mais de 05 vezes via e-mail sobre a exequibilidade de nossa proposta de preços, inclusive enviando notas fiscais comprobatórias. Foi enviado inclusive Jurisprudência do Tribunal de Contas da União a respeito, confirmando que havendo suspeita de proposta inexequível, o Pregoeiro tem o DEVER de fazer diligência, e assim não o fez. A nossa proposta é EXEQUÍVEL.

Motivo Aceite ou Recusa: Conforme análise realizada por esta Pregoeira sobre valor ofertado pela empresa licitante. A qual não tem como haver questionamentos sobre o valor, pois o mesmo está muito abaixo das cotações, bem como da Planilha com Preços encaminhada pelo Ministério da Saúde. O qual referencia ao item deste Certame

Item: 3 - Berço hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 16.000,0000	R\$ 32.000,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: GIGANTE Fabricante: GIGANTE Modelo / Versão: GIGANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço hospitalar, tipo: aquecido, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, componentes: sistema calor irradiante, painel controle: ajuste digital, visor iluminado, base do leito: leito cesto em acrílico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, acessórios: suporte soro, bateria. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	2	R\$ 18.300,0000	R\$ 36.600,0000	20/05/2021 14:13:03
Marca: Olidef Fabricante: Olidef Modelo / Versão: Matrix R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO PROCED.: BRASIL Registro ANVISA N. 10227180037, BPF e ISO 13485 e RDC n. 32 e IEC 60601-1 60601-2-21 60601-1-2. Modelo Matrix R. Marca: Olidef Aquec. por sist. irradiante de calor com aquecedor revestido em quartzo, em módulo refletor c/ aletas direcionadoras na parte superior para aquec. homogêneo do colchão; Calha protetora do aquecedor metálica c/ grade de proteção em aço inox; Com giro bilateral do aquec. no plano horizontal 180 graus c/ acionamento de alarme e desligamento autom. do aquec. p/ posicionar aparelho de raios X sem locomover o RN; Sist. de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica p/ sobrecarga no aquecedor, c/ desligam. autom. do aquec. e termostato p/ desligam. da fonte em sobrecarga. LEITO P/ RN MESABase c/ estrutura tubular c/ tratamento antioxidante pintados c/ epóxi. Dimensões 60 x 72 cm p/ proced. complexos. Sist. de contenção através de abas de acrílico transp. c/ passagem de tubos, totalmente rebatíveis c/ acionamento usando uma mão p/ proced. de emergência. C/gaveta p/RX. Leito radiotransparente. Sist. hidráulico de inclinação até 12 graus p/ posições horizontal, trendelemburg e pródive. Colchão material atóxico e autoextinguível, espuma e capa removível impermeável sem costura p/ evitar bactérias, aberta de um lado p/ limpeza; Sist. de acionamento elétrico independente da chave liga-desliga do monitor, p/ segurança, c/ indic. luminoso no painel. Sist. totalmente microprocessado Removível, de fácil acesso p/ manutenção em chassis metálico destacável; Painel frontal c/ acabamento liso em policarbonato, evita a penetração de líquidos, c/ teclas tipo toque-suave; auto-teste do sist. ao ligar; Display gráfico LCD de alta resol. c/ iluminação de fundo p/ ambientes escuros, p/ indic. de temp. do RN, temp. e potência desejada, temp. auxiliar do RN, temp. ambiente, relógio Apgar e alarmes. Memória retenção valores prog. Indic. luminosa de standby na coluna c/ acesso pelas laterais. Indic. gráfica nível proporcional da potência de aquec. Ind. dos valores de temp., potência e apgar. Indic. luminosa dos alarmes mesmo c/o som inibido; Indic. luminosa p/ modo autom., manual e pré-aquec.; Indic. da intensidade da potência de aquec. de 0 a 100 resolução 10. Indic. de temp. do RN c/ faixa entre 10 a 50 grausC, c/ resolução de 0,1 grauC e precisão de aprox. 0,2 grauC. Teclas liga/desliga, bloq. de teclado, aumento e redução do aj. c/ bip; Tecla inibidora do som de alarmes; MODOS Autom. (Servo controle): monitoração da temp. do RN por sensor de pele e controle do calor ofertado ao RN por sist. servo-controlado Manual: sem sensor de pele, c/ seleção da intensidade de calor ajust. Pré -aquec p/ aquecer leito do RN antes. Comutação autom. de modo manual p/ autom. (servo controle), comandada pelo sensor de pele; Temp. de aj. p/ modo Autom. c/ faixa de 30 grausC a 38 grausC, c/ aj. a cada 0,1 grauC. Nível de potência de aj. p/ o modo Manual c/ faixa de 0 a 100 p. cento, c/ intervalos de 10. ALARMES C/ IND. SONORA INTERMIT. P/ DISTÂNCIA Sensor desconectado da pele do RN. Falta de energia. Sensor desconectado do painel; Falha no sensor de pele; Hipo/Hipertermia, Sobrecarga cada 10 min. no modo manual, p/ verific. da temp. do RN; Falha no sist. de aquec., c/ desligam. autom. da resistência por circuito independente Falha no posicionamento do aquecedor, c/ desliga autom. da resistência; APGAR Digital Bip cada min. Alarme fim contagem. Base c/ estrutura tubular c/ tratamento antioxidante pintada c/ epóxi. 4 rodízios 4 pol c/ freio. Chave geral c/ indic. luminosa. Lâmpada auxiliar LED; Alças p/ transporte; Tensão: 127/220 Vac automático; Fusíveis Cabo c/ 3 pinos; bateria 6v; 01 sensor de temp. do RN c/ trava de segurança. Bandeja intermediária 45 x 60cm, Para-choque, Sup. de soro. Garantia 01 ano Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDA LTDA.	Sim	Não	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	2021 1
Marca: GIGANTE RECEM NASCIDA Fabricante: GIGANTE RECEM NASCIDA Modelo / Versão: NEOSOLUTION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca, Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor							

localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED e LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apgar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Alimentação a ser definida pela entidade solicitante: 110/127 ou 220 VAC - 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha o equipamento: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos, haste para suporte de soro, sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos e alça para locomoção. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias - Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 - Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. NBR IEC 60601-2-21 mais as Emendas Obrigatórias - Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido Registro ANVISA-MS Nº 10228740032. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, garantia de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO	Sim	Sim	2	R\$ 30.189,2300	R\$ 60.378,4600	13/05/2021
	REFRIGERACAO						15:55:06
	EIRELI						

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: MATRIX R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de Espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessador, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E	Sim	Sim	2	R\$ 30.189,2300	R\$ 60.378,4600	21/05/2021
	SERV EIRELI						13:53:04

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessador, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante."

Porte da empresa: ME/EPP

63.848.345/0001-10	POLYMEDH.	Não	Não	2	R\$ 30.189,2300	R\$ 60.378,4600	22/05/2021
	EIRELI						08:17:34

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Modelo / Versão: MATRIX SC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessador, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. MARCA: OLIDEF; FABRICANTE: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA; MODELO: MATRIX SC; REGISTRO ANVISA: 10227180023; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.084.503/0001-02	M. F. DA S.	Não	Não	2	R\$ 31.057,5000	R\$ 62.115,0000	21/05/2021
	FRANCO EIRELI						10:54:39

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: MATRIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço aquecido - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessador, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2	R\$ 31.500,0000	R\$ 63.000,0000	22/05/2021 13:19:33
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: MATRIZ R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessador, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2	R\$ 32.000,0000	R\$ 64.000,0000	18/05/2021 21:43:25
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: MATRIX R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessador, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 64.000,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 63.000,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 62.115,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 60.378,4600	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 60.378,4600	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 60.378,4600	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 60.000,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 36.600,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.000,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 31.800,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:49:51:
R\$ 59.900,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:50:32
R\$ 30.100,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:50:43:
R\$ 30.000,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:51:29:94,
R\$ 37.000,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:51:48:333
R\$ 28.400,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:52:05:790
R\$ 36.026,7000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:56:41:070

R\$ 56.000,0000

04.238.951/0001-54

24/05/2021 09:57:35:733

R\$ 44.722,8000

08.084.503/0001-02

24/05/2021 09:57:52:173

R\$ 49.901,2600

63.848.345/0001-10

24/05/2021 09:58:53:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:21	Item aberto.
Encerramento	24/05/2021 10:00:54	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:00:54	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 16:00:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Recusa de proposta	24/05/2021 16:17:49	Recusa da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 28.400,0000. Motivo: Conforme solicitado pelo chat manifestação da Licitante quanto ao valor ofertado para o item 03, na qual a mesma não manifestou-se. E ao analisar a Proposta o valor ofertado foi considerado inexecuível. Ficando a mesma desclassificada do item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 16:17:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 16:31:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 17:14:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30.
Aceite de proposta	25/05/2021 13:46:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Conforme questionado no chat a licitante declarou que o valor ofertado está correto. E da análise dos documentos, a licitante é fabrica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 08:44:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:46:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:59:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Recusa de proposta	27/05/2021 11:36:33	Recusa da proposta. Fornecedor: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Por ter havido um equívoco no julgamento do item, o qual foi contemplado para a empresa GIGANTE NASCIDO LTDA, e que quando convocada para manifestar-se não lhe foi concedido o tempo necessário para sua manifestação. Justificativa já Comprovada pela empresa
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:36:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30.
Aceite de proposta	27/05/2021 11:39:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 28.400,0000. Motivo: Por ter havido um equívoco no julgamento do item, o qual foi contemplado para a empresa GIGANTE NASCIDO LTDA, e que quando convocada para manifestar-se não lhe foi concedido o tempo necessário para sua manifestação. Justificativa já comprovada pela empresa
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:39:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - L
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 12:28:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Oxímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: MACROSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	4	R\$ 2.932,5000	R\$ 11.730,0000	17/05/2021 18:34:36
Marca: MOBIL SAÚDE Fabricante: MOBIL SAÚDE Modelo / Versão: PC-66B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO PORTÁTIL oxímetro de Pulso/mão com um tela LCD de 2,2" Polegadas exibe na tela os parametros de SpO2, Batimento cardíaco, barra de pulso, Índice de perfusão, pletismograma e indicação de bateria fraca. Design portátil para monitoramento contínuo. O oxímetro de pulso portátil PC-66B oferece conforto para monitoramento em tempo real, leve e permite que sejam enviados relatórios para análise dos eventos de dessaturação, queda de SpO2, aumento ou diminuição da frequência cardíaca. Também é possível configurar alarme sonoro e visual para alertar ao enfermeiro, cuidador ou usuário de que o parâmetro está abaixo ou acima do ideal. Este equipamento é excelente para você que quer monitorar seus sinais vitais sem causar desconforto, tudo isso por meio de um exame simples e rápido. Características: Tipo de tela: LCD de matriz de pontos coloridos SpO2 variação de tela: 35%-99% SpO2 acuracidade de medição: 3% para SpO2, variação de 70% a 100%. PR variação de tela: 30-240 bpm PR acuracidade de medição: ±2bpm ou ±2% Energia necessária: 1 bateria de lítio recarregável 3.70V/500mAh2 Índice de perfusão (PI): 0,2%~20% Fonte de alimentação: 10-240 V, 50/60Hz, 0,5A Classe de proteção contra choque elétrico: Classe II Grau de proteção contra penetração nociva de água: IP22 Modo de operação: contínua Tempo de operação continua (com a tela desligada): > 15 horas Acompanha: 01 sensor permanente de dedo tipo dip adulto. Porte da empresa: ME/EPP							
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	13/05/2021 08:10:40
Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: CMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 04 OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor MARCA E FABRICANTE: CONTEC MODELO: CMS Porte da empresa: ME/EPP							
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	4	R\$ 3.800,0000	R\$ 15.200,0000	21/05/2021 15:32:08
Marca: Ronseda Fabricante: Ronseda Eletronics Co., Ltd Modelo / Versão: VT200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso - Portátil (de mão) com 1 sensor. Anvisa: 81543809002 Porte da empresa: ME/EPP							
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.800,0000	R\$ 15.200,0000	21/05/2021 15:56:27
Marca: master medikal Fabricante: OXIMETRO DE PULSO OXI 300 COM TEMPERATURA - BIO-20 Modelo / Versão: OXIMETRO DE PULSO OXI 300 COM TEMPERATURA - master Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor DE PULSO OXI 300 COM TEMPERATURA - master medikal - BIO-2016 80602039004 Porte da empresa: ME/EPP							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.800,0000	R\$ 15.200,00	21/05/2021 15:58
Marca: MOBIL Fabricante: MOBIL Modelo / Versão: PC66B							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO – Portátil (de mão) com 1 sensor
Porte da empresa: ME/EPP

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.800,0000	R\$ 15.200,0000	21/05/2021 18:04:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: CMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO – Portátil (de mão) com 1 sensor
Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	4	R\$ 3.800,0000	R\$ 15.200,0000	23/05/2021 21:46:31
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MOBIL SAUDE

Fabricante: MOBIL SAUDE

Modelo / Versão: MOBIL SAUDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIPO DE TELA: LCD DE MATRIZ DE PONTOS COLORIDOS; SPO2 VARIACAO DE TELA: 35%-99%; SPO2 ACURACIDADE DE MEDICAO: 3% PARA SPO2, VARIACAO DE 70% A 100%; PR VARIACAO DE TELA: 30-240 BPM; PR ACURACIDADE DE MEDICAO: ±2BPM OU ±2%; ENERGIA NECESSARIA: 1 BATERIA DE LITIO RECARREGAVEL 3.70V/500MAH2 ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI): 0,2%~20%; FONTE DE ALIMENTACAO: 10-240 V, 50/60HZ, 0,5A; CLASSE DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II; GRAU DE PROTECAO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IP22; MODO DE OPERACAO: CONTÍNUA; TEMPO DE OPERACAO CONTÍNUA (COM A TELA DESLIGADA): > 15 HORAS; GARANTIA: 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO E 3 MESES PARA O SENSOR SPO2;
Porte da empresa: ME/EPP

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	4	R\$ 3.802,0000	R\$ 15.208,0000	18/05/2021 17:58:35
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ

Modelo / Versão: SP-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO – Portátil (de mão) com 1 sensor
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	4	R\$ 3.802,0000	R\$ 15.208,0000	21/05/2021 09:24:25
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MOBIL

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE

Modelo / Versão: PC 66 B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO – portátil (de mão) com 1 sensor. MODELO: PC 66 B MARCA: MOBIL FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO.LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
 PROCEDENCIA INTERNACIONAL REGISTRO ANVISA: 80889469003
Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.802,0700	R\$ 15.208,2800	13/05/2021 15:55:06
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: UT100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Portátil (de mão) com 1 sensor
Porte da empresa: ME/EPP

07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.802,0700	R\$ 15.208,2800	21/05/2021 11:08:25
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MD

Fabricante: ROSSMAX

Modelo / Versão: Oxímetro de Pulso Portátil com Visor de LCD, Memór

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO – Portátil (de mão) com 1 sensor Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor MD Oxímetro de Pulso Portátil com Visor de LCD, Memória SA210 ANVISA 80070210011
Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.802,0700	R\$ 15.208,2	21 4
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	--------------	---------

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: MACROSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO – Portátil (de mão) com 1 sensor
Porte da empresa: ME/EPP

01.212.789/0001-07	R&D MEDIQ	Sim	Não	4	R\$ 3.802,0700	R\$ 15.208,2800	21/05/2021
--------------------	-----------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------

EQUIPAMENTOS E
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Marca: R&D MEDIQ

Fabricante: R&D MEDIQ

Modelo / Versão: HANDY SAT TCR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.

Porte da empresa: ME/EPP

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	4	R\$ 3.802,0700	R\$ 15.208,2800	21/05/2021 17:41:19
	Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G1B C/ 01 SENSOR ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor 4 GENERAL MEDITECH G1B C/ 01 SENSOR ADULTO Porte da empresa: ME/EPP						
19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Não	4	R\$ 3.802,0700	R\$ 15.208,2800	21/05/2021 17:50:42
	Marca: ALFA MED Fabricante: ALFA MED Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor Porte da empresa: ME/EPP						
63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	Não	Não	4	R\$ 3.802,0700	R\$ 15.208,2800	22/05/2021 08:17:34
	Marca: MD Fabricante: ROSSMAX INNO TEK CORP Modelo / Versão: SA210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor. MARCA: MD; FABRICANTE: ROSSMAX INNO TEK CORP; MODELO: SA210; REGISTRO ANVISA: 80070210011; PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA; GARANTIA DE 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	4	R\$ 3.900,0000	R\$ 15.600,0000	22/05/2021 13:19:34
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: SA210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	4	R\$ 3.902,5500	R\$ 15.610,2000	21/05/2021 10:54:39
	Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: UT-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso - Portátil (de mão) com 1 sensor Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.610,2000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.600,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,2800	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,2800	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,2800	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,2800	19.769.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,2800	07.590.023/0001-42	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,2800	01.212.789/0001-07	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,2800	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.208,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.200,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.200,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.200,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.200,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.200,0000	32.737.279/0001-87	24/05/2021 09:00:00:510

R\$ 12.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 11.730,0000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 8.000,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 7.900,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:50:11:340
R\$ 7.800,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:50:18:057
R\$ 7.700,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:50:24:370
R\$ 7.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:50:33:897
R\$ 6.900,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:51:07:540
R\$ 6.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:51:59:843
R\$ 10.560,0000	07.590.023/0001-42	24/05/2021 09:52:16:647
R\$ 9.600,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:52:19:840
R\$ 5.990,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:52:53:443
R\$ 10.281,6000	01.212.789/0001-07	24/05/2021 09:53:20:330
R\$ 5.800,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:53:36:917
R\$ 5.790,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:53:42:770
R\$ 5.791,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:53:48:177
R\$ 5.600,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:54:13:197
R\$ 5.590,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:54:19:897
R\$ 5.591,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:54:29:077
R\$ 5.785,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:54:43:923
R\$ 5.585,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:55:29:777
R\$ 5.580,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:55:47:393
R\$ 5.300,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:56:03:993
R\$ 5.290,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:56:11:427
R\$ 5.575,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:56:29:337
R\$ 5.285,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:56:32:430
R\$ 5.280,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:56:37:123
R\$ 5.200,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:56:59:283
R\$ 5.910,2000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:57:01:247
R\$ 5.190,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:57:03:817
R\$ 5.275,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:57:36:097
R\$ 5.185,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:57:40:130
R\$ 4.900,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:57:41:177
R\$ 4.890,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:57:51:817
R\$ 9.000,0000	32.737.279/0001-87	24/05/2021 09:58:07:737
R\$ 10.000,0000	19.769.575/0001-00	24/05/2021 09:58:23:480
R\$ 5.000,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:58:23:977
R\$ 4.650,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:58:39:847
R\$ 10.406,8100	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:58:39:983
R\$ 14.100,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:58:42:720
R\$ 4.645,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:58:49:960
R\$ 4.895,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:58:55:450
R\$ 4.635,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:58:59:910
R\$ 4.800,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:59:02:467
R\$ 4.630,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:59:06:093
R\$ 4.500,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:59:08:643
R\$ 4.490,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:59:17:767
R\$ 5.455,4800	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:59:26:247
R\$ 4.495,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:00:21:533
R\$ 4.485,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:00:26:253
R\$ 4.480,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 10:00:37:807
R\$ 4.400,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 10:00:51:663
R\$ 4.390,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 10:01:01:370
R\$ 4.380,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:01:28:
R\$ 5.400,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 10:01:30
R\$ 4.475,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:01:49:
R\$ 4.375,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:01:55:595
R\$ 9.500,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:01:57:170
R\$ 4.370,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 10:02:00:390
R\$ 4.300,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 10:02:13:800

*Emergência São Felipe
Produtos para Saúde
Circular*

m. f. do S. Francisco

R\$ 4.340,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 10:02:34:897
R\$ 4.330,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:03:19:227
R\$ 4.295,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:03:30:487
R\$ 6.293,7200	63.848.345/0001-10	24/05/2021 10:04:31:903
R\$ 4.200,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 10:04:42:303
R\$ 7.997,1200	28.857.335/0001-40	24/05/2021 10:04:46:987
R\$ 4.195,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:05:06:240
R\$ 4.100,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 10:06:02:720
R\$ 4.095,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:06:35:220
R\$ 4.000,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 10:07:26:960
R\$ 3.995,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:08:18:303
R\$ 3.900,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 10:09:47:753
R\$ 3.895,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:10:27:347

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.590.023/0001-42	25/05/2021 14:17:27:767	25/05/2021 14:22:27:767	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:22	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:12:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/05/2021 10:12:28	Item encerrado.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:51:19	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 3.895,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:51:42	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:54:48	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 4.330,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:55:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 4.340,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:55:32	Recusa da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:56:27	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.455,4800. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:56:46	Recusa da proposta. Fornecedor: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 31.770.650/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:57:08	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 5.785,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:57:38	Recusa da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5.910,2000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:57:54	Recusa da proposta. Fornecedor: POLYMEDH. EIRELI, CNPJ/CPF: 63.848.345/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.293,7200. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:58:44	Recusa da proposta. Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD, CNPJ/CPF: 28.857.335/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.997,1200. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de	25/05/2021	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo

proposta	13:59:10	melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:59:24	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 13:59:53	Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 14:00:11	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 19.769.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 14:00:34	Recusa da proposta. Fornecedor: R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 10.281,6000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Desempate - Retorno do julgamento	25/05/2021 14:17:27	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	25/05/2021 14:17:27	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	25/05/2021 14:22:35	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:22:27 de 25/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 07.590.023/0001-42.
Encerramento	25/05/2021 14:22:35	Item encerrado.
Aceite de proposta	25/05/2021 14:23:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 10.406,8100. Motivo: Conforme questionado pelo lance ofertado, pois a mesma está 6% menor que o valor da planilha encaminhada pelo Ministério da Saúde, a licitante manifestou-se dizendo que o valor está correto
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:25:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 12:28:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Bomba de infusão implantável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 8.500,0000	R\$ 8.500,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: FRESENIUSK Fabricante: FRESENIUSK Modelo / Versão: FRESENIUSK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão implantável, aplicação 1: p, medicamentos, ajuste: fluxo contínuo, material: silicone, reservatório em titânio, volume: até 60 ml, adicional 1: c, filtro, adicional 2: radiopaco, esterilidade: estéril, uso único.. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	18/05/2021 21:43:25
Marca: CMOSDRAKE Fabricante: CMOSDRAKE Modelo / Versão: YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes Porte da empresa: ME/EPP							
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	13/05/2021 08:10:40

MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS**Marca:** CONTEC**Fabricante:** CONTEC**Modelo / Versão:** SP750**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 05 BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes MARCA E FABRICANTE:

CONTEC MODELO: SP750

Porte da empresa: ME/EPP

28.857.335/0001-40	MAXIMÁ DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	1	R\$ 17.250,0000	R\$ 17.250,0000	17/05/2021 18:34:36
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE**Modelo / Versão:** YONAH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL Transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. - Uso adulto, pediátrico e neonatal. - Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. - Adaptável para equipamentos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de PVC e fotossensível. - Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. - Ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatórios, emergências, enfermarias, UTIs, UTIs neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros. - Modos de Programação: Biblioteca de drogas / Lista de drogas / Sem nome de droga; - 7 modos de infusão: ml/h / Dose de carregamento / Peso Corporal / Aceleração e desaceleração / Sequência / Retransmissão. Este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. A bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. Incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, Enfermarias gerais, UTI (unidade de terapia intensiva), UTIN (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo. A bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais. Equipos Universal - Equipos livre de PVC Padrão universal - Equipos fotossensível Universal - Equipos para dieta enteral universal 01 - Bomba de Infusão para Equipos Universal Yonah - Cmos Drake 10 - Equipos universal 01 - Bateria; 01 - Prendedor de Suporte; 01 - Cabo de Força; 01 - Alça. Altura: 30,00 Centímetros Largura: 30,00 Centímetros Profundidade: 40,00 Centímetros Peso: 3,00 Kilogramas**Porte da empresa:** ME/EPP

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.000,0000	R\$ 19.000,0000	21/05/2021 16:10:58
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MDK**Fabricante:** MDK**Modelo / Versão:** MI23**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes**Porte da empresa:** ME/EPP

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.200,0000	R\$ 19.200,0000	21/05/2021 18:04:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CONTEC**Fabricante:** CONTEC**Modelo / Versão:** SP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes**Porte da empresa:** ME/EPP

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	1	R\$ 19.280,0000	R\$ 19.280,0000	18/05/2021 17:58:35
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Kellymed**Fabricante:** Pequim KellyMed Co., Ltd. - CHINA**Modelo / Versão:** KL8052 N**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.285,0000	R\$ 19.285,0000	13/05/2021 15:55:06
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE**Modelo / Versão:** KVO ALARMES**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KVO ALARMES**Porte da empresa:** ME/EPP

33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	1	R\$ 19.285,0000	R\$ 19.285,0	21 5
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	--------------	---------

Marca: ENDOBRAX**Fabricante:** ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.**Modelo / Versão:** MI 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes MODELO: MI 23 MARCA: ENDOBRAX FABRICANTE: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD. PROCEDENCIA INTERNACIONAL
REGISTRO ANVISA: 80393910032
Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00 P P F COM E Sim Sim 1 R\$ 19.285,0000 R\$ 19.285,0000 21/05/2021 13:53:04
SERV EIRELI

Marca: ENDOBRAX

Fabricante: ENDOBRAX

Modelo / Versão: ENDOBRAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA Sim Sim 1 R\$ 19.285,0000 R\$ 19.285,0000 21/05/2021 15:32:08
CERON

IMPORTADORA E

EXPORTADORA

DE EQUIPAMENT

Marca: Contec

Fabricante: Contec

Modelo / Versão: SP750

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão - KVO alarmes. Anvisa: 80298970175

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 1 R\$ 19.285,0000 R\$ 19.285,0000 21/05/2021 16:01:28
COMERCIO
EIRELI

Marca: MDK

Fabricante: MDK

Modelo / Versão: MDK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes RMS: 80393910032 MÃRCA:

MDK MODELO; MI23

Porte da empresa: ME/EPP

20.371.330/0001-09 MUNDI Sim Sim 1 R\$ 19.285,0000 R\$ 19.285,0000 21/05/2021 17:41:19
EQUIPAMENTOS
MEDICOS,
ODONTOLOGICOS
E VETERINARIO

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: SP750

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO - KVO alarmes 1 CONTEC SP750

Porte da empresa: ME/EPP

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. Não Não 1 R\$ 19.800,0000 R\$ 19.800,0000 21/05/2021 10:54:39
FRANCO EIRELI

Marca: SAMTRONIC

Fabricante: SAMTRONIC

Modelo / Versão: ICATU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão - KVO alarmes

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.800,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.285,0000	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.285,0000	18.224.182/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.285,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.285,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.285,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.285,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.280,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.200,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 19.000,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 17.250,0000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 15.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 14.000,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 8.500,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 7.685,0000	18.224.182/0001-40	24/05/2021 09:50:16:
R\$ 7.680,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:50:43
R\$ 7.500,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:50:47:
R\$ 13.900,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:51:16:99-
R\$ 7.490,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:51:27:520
R\$ 7.200,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:51:40:657
R\$ 12.000,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:52:09:613

R\$ 10.000,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:52:37:027
R\$ 7.420,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:52:43:593
R\$ 7.100,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:53:59:797
R\$ 7.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:54:07:830
R\$ 7.001,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:55:10:930
R\$ 7.095,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:55:29:507
R\$ 6.500,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:56:15:223
R\$ 6.995,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:56:39:020
R\$ 6.495,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:56:42:017
R\$ 6.400,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:56:48:120
R\$ 6.000,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:57:28:650
R\$ 9.500,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:57:40:550
R\$ 5.800,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:57:43:540
R\$ 6.395,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:57:47:433
R\$ 5.795,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:58:01:717
R\$ 6.525,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:58:03:003
R\$ 9.900,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:58:19:003
R\$ 5.700,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:58:22:777
R\$ 5.420,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:58:49:947
R\$ 5.400,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:59:22:820
R\$ 5.695,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:59:35:840
R\$ 5.638,1500	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:59:37:953
R\$ 6.500,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:59:40:450
R\$ 5.142,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:00:20:310
R\$ 5.395,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:00:34:580
R\$ 5.100,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 10:00:46:387
R\$ 5.000,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:01:35:790
R\$ 4.950,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 10:02:09:390
R\$ 4.900,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:03:37:133
R\$ 10.912,2000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 10:04:12:527

medicamentos,
odontológicos
e veterinários Eireli

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
31.770.650/0001-40	24/05/2021 10:06:13:067	24/05/2021 10:11:13:067	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:06:13	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	24/05/2021 10:06:13	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/05/2021 10:11:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:11:13 de 24/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CPF/CNPJ: 31.770.650/0001-40.
Encerramento	24/05/2021 10:11:14	Item encerrado.
Recusa de proposta	25/05/2021 14:31:05	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000. Motivo: Conforme cotações e valores informados na Proposta de Aquisição do Ministério da Saúde, o valor ofertado foi está muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 14:44:18	Recusa da proposta. Fornecedor: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 31.770.650/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 4.950,0000. Motivo: Considerando que a Proposta inicial do licitante versa o valor de R\$ 15.000,00 e o valor para o item é de R\$ 19.285,00. Isto posto, na análise do valor ofertado nos lances a mais de 67% do valor iniciado. Considerando que o mesmo esta muito abaixo do valor estimado para o item.
Recusa de proposta	25/05/2021 15:01:42	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.395,0000. Motivo: O Licitante apresentou sua Proposta sem identificação nenhuma no sistema. Mesmo considerando que o item 6; subitem 6.5 do Edital versa como as Proponentes devem informar a razão social e CNPJ e outros
Recusa de proposta	25/05/2021 15:07:33	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.638,1500. Motivo: O Licitante apresentou sua Proposta sem identificação nenhuma no sistema. Mesmo considerando que

		o item 6; subitem 6.5 do Edital versa como as Proponentes devem informar a razão social e CNPJ e outros
Aceite de proposta	25/05/2021 15:10:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: A Proposta foi aceita por tratar-se de fornecedor ser fabricante
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:32:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:57:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Detector fetal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 650,0000	R\$ 1.300,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: MONTERRAT Fabricante: MONTERRAT Modelo / Versão: MONTERRAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal, tipo: de mesa, ajuste : ajuste mecânico, visor digital, botão de controle, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar, adicionais: fone ouvido. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	21/05/2021 16:10:58
Marca: JUMPER Fabricante: JUMPER Modelo / Versão: JPD100B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI Porte da empresa: ME/EPP							
33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	2	R\$ 828,0000	R\$ 1.656,0000	21/05/2021 09:24:25
Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: DF 70001 D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - Equipamento micro processado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autolavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de O2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para O1 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autolaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico micro processado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão positiva; Pressão expiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com duração de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para paciente adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 manguinhos de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. MODELO: DF 7001 D MARCA: MEDPEJ FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO							

ANVISA: 80127840024

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV	Sim	Sim	2	R\$ 828,0000	R\$ 1.656,0000	21/05/2021
	EIRELI						13:53:04

Marca: MONTSSERRAT

Fabricante: MONTSSERRAT

Modelo / Versão: MONTSSERRAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DETECTOR FETAL - Equipamento micro processado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórvidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autolavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autolaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico micro processado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bívolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento."

Porte da empresa: ME/EPP

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO	Não	Não	2	R\$ 947,5200	R\$ 1.895,0400	21/05/2021
	EIRELI						10:54:39

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo / Versão: FD-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal - Equipamento micro processado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórvidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autolavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autolaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico micro processado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bívolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.895,0400	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.656,0000	33.149.146/0001-52 MF	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.656,0000	07.606.575/0001-00 PPF	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.600,0000	84.972.926/0001-39 V	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.300,0000	04.949.905/0001-63 F. CARDOSO	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.512,0000	33.149.146/0001-52 BLUE DENT COMERCIO	24/05/2021 09:50:56:647
R\$ 1.624,3200	08.084.503/0001-02 M.F. DA S. FRANCO	24/05/2021 09:57:41:450
R\$ 928,0000	07.606.575/0001-00 PPF Con.	24/05/2021 09:58:36:290
R\$ 900,0000 J. Ribeiro	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:59:52:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:01:53	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/05/2021 10:01:53	Item encerrado.
Aceite de proposta	25/05/2021 15:14:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: A Proposta foi aceita com o valor ofertado, por tratar-se de fornecedor fabricante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:32:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:58:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Incubadora neonatal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1	R\$ 44.350,0000	R\$ 44.350,0000	20/05/2021 14:18:16
Marca: Olidef Fabricante: Olidef Modelo / Versão: RWT Plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE - MODELO RWT PLUS MARCA: OLIDEF - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - BRASIL GERAL Incubadora de transporte microprocessada, Registro ANVISA 10227180031 CÚPULA Em acrílico c/paredes duplas em toda superfície, porta frontal e 2 portinholas com guarnições autodaváveis em silicone, porta lateral com portinhola "íris", 4 entradas flexíveis para cabos, iluminação auxiliar com haste flexível e 2 travas de fixação. LEITO Em material plástico antialérgico; Removível com 3 cintos de segurança em material macio e colchão removível, com capa em PVC removível impermeável, atóxico e auto-extinguível, sem costura (30,5 x 61cm) CORPO/BASE Em plástico de engenharia e 2 suportes abertos para cilindros; pára-choque circundante que funciona como alças para transporte MÓDULO DE CONTROLE Microprocessado, Fixo. Alimentação: 127/220 Vac, 12 Vdc externo e bateria interna recarregável c/seletor automático Ruído (<60 dBA) BATERIA Recarregável 12V com autonomia de 4 horas SISTEMA DE AQUECIMENTO Servocontrole da temperatura do AR e servocontrole de temperatura da pele do RN Ajuste da temp do RN(pele) ou AR. Aquecedor com resistências de 200 W UMIDIFICAÇÃO Com espuma para água sob o leito ENTRADA DE GASES Entradas independentes ar /O2 Permite concentrações de O2 de até 90% sem despejo de gás para atmosfera. SENSORES Temp do AR e sobreaquecimento, umidade, temp de pele do RN e sensor de temp. ambiente INDICADORES Temp AR/RN/ambiente, nível da bat, aquecimento, equipamento ligado/desligado, modo de alimentação(AC)(DC) ALARMES Falta de energia, bat descarregada, falha de bat, polaridade invertida, circulação, sensores desconectado, sensor de pele desconectado, falha sistema, temp. ar alta, temp ar baixa, sensor RN desconectado/falha, hipo/hipertermia, sobreaquecimento falha sensor de umidade. TECLAS liga/Desliga, aumento/redução de parâmetro, inibição de alarme, modo AR /RN, temp desejada acima de 37,0°C FAIXAS DE CONTROLE -AR: 20,0a 39,0°C -RN: 30,0a 38,0°C ALIMENTAÇÃO 127/220Vac - 50/60 Hz Bateria Recarregável 12V 12V externo Carregador automático do tipo flutuante incorporado ACOMPANHA: 2-Filtros de ar bacteriológicos. 1-Suporte de soro com altura ajustável 1 - Paracheque em inox p/proteção mecânica de todo perímetro da incubadora 1 - Cabo de Alimentação norma NBR 14136:2002 e Cabo 12Vdc 1- Carro maca: retrátil em alumínio para uso em ambulâncias, com altura ajustável em 2 posições, resistente a choques mecânicos, com sistema de engate e trava de fixação no piso, comprimento 1900 mm. 2-Suportes para monitores e periféricos, com capacidade de 10kg 1 - Conjunto contendo 2 cilindros em alumínio para oxigênio tipo "D" sem carga (vazios), válvula reguladora, fluxometro, tomada dupla para conexão, mangueira de alta pressão e chave fixa para fixação da válvula. Garantia de 01 ANO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	2021 52
Marca: GIGANTE Fabricante: GIGANTE Modelo / Versão: GIGANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora neonatal, tipo: transporte, material cúpula, cúpula de acrílico, tipo cúpula: dupla parede, painel controle: painel de controle digital, fixo, módulo I: servo controle de temperatura, módulo II: c, fototerapia led, componentes: c, mínimo 2 portinholas, acessórios 01: suporte soro, prateleiras, fonte alimentação: bateria. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.238.951/0001-54	LOCMED	Não	Não	1	R\$ 71.500,0000	R\$ 71.500,0000	22/05/2021

HOSPITALAR
LTDA

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: RWT PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possui controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.121.311/0001-16	W TEDESCO	Sim	Sim	1	R\$ 85.859,2500	R\$ 85.859,2500	13/05/2021
	REFRIGERACAO						15:55:06
	EIRELI						

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: RWT PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possui controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do Equipamento alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E	Sim	Sim	1	R\$ 85.859,2500	R\$ 85.859,2500	21/05/2021
	SERV EIRELI						13:53:04

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, pr e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possui controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à

choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: ME/EPP

63.848.345/0001-10 POLYMEDH. Não Não 1 R\$ 85.859,2500 R\$ 85.859,2500 22/05/2021 08:17:34

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Modelo / Versão: RWT PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. MARCA: OLIDEF; FABRICANTE: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA; MODELO: RWT PLUS; REGISTRO ANVISA: 10227180038; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. Não Não 1 R\$ 86.419,2000 R\$ 86.419,2000 21/05/2021 10:54:39

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: RWT PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de transporte neonatal - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Sim Sim 1 R\$ 90.000,0000 R\$ 90.000,0000 18/05/2021 21:43:25

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: RWT PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Pannel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanha o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 86.419,2000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 85.859,2500	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 85.859,2500	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 85.859,2500	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 71.500,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 45.000,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 44.350,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 71.490,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:51:48:860
R\$ 55.555,2000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:41:053
R\$ 68.017,2200	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:58:47:290
R\$ 44.752,8000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:58:53:853
R\$ 52.000,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 10:00:29:717
R\$ 44.200,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:00:54:467
R\$ 44.000,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 10:02:10:687
R\$ 68.000,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 10:02:33:837
R\$ 43.900,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:02:49:390
R\$ 43.500,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 10:03:15:743
R\$ 43.400,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:04:33:670
R\$ 43.000,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 10:04:52:613
R\$ 42.900,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:05:17:620
R\$ 42.000,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 10:05:50:327
R\$ 41.900,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:06:51:940
R\$ 41.500,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 10:07:08:987
R\$ 41.000,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:07:32:930
R\$ 40.800,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 10:08:01:607

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:10:02:337	24/05/2021 10:10:44:723	Fornecedor enviou lance	R\$ 40.799,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:24	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:10:02	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	24/05/2021 10:10:02	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	24/05/2021 10:10:44	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16 enviou um lance no valor de R\$ 40.799,0000.
Encerramento	24/05/2021 10:10:44	Item encerrado.
Recusa de proposta	25/05/2021 15:18:17	Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 40.799,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame

Aceite de proposta	25/05/2021 15:52:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 40.800,0000. Motivo: Conforme questionado no chat sobre o valor ofertado, a Licitante manifestou-se dizendo que está correto e que atende todas as exigências do Edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:33:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 12:28:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Reanimador pneumático

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: FANEM Fabricante: FANEM Modelo / Versão: FANEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pneumático, aplicação: neonatal, infantil, tipo: portátil, material: gabinete plástico, controle: válvulas de controle fluxo e concentração, tipo uso: c, entrada e saída de gás, componente: manovacuômetro, adicionais: c, misturador de gases. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	20/05/2021 14:29:54
Marca: Fisher & Paykel Fabricante: Fisher & Paykel Modelo / Versão: RD 900 ATU - Neopuff Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ressuscitador infantil Mod. RD 900 ATU Neopuff Marca: Fisher & Paykel Registro Anvisa: Peça em T: 80047300231; Ressuscitador infantil: 80047300239; Máscaras neonatais: 80047309019 Características técnicas: Equipamento de fácil manuseio, adequado para utilização em salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidado intensivo neonatal e em procedimentos de transporte de recém nascido. Possui operação manual, com acionamento a gás, concebido para fornecer respiração a um fluxo contínuo, definido com pico de pressão inspiratória (PIP) consistente e pressão expiratória final positiva (PEEP) aos pacientes recém nascidos e de pressão de segurança ajustáveis no painel frontal, com circuito corrugado com válvula "T". Sistema de segurança com tampa que evita o manuseio acidental da válvula de ajuste de pressão máxima. Com frequência ventilatória manual, determinada pelo ritmo de oclusão digital intermitente. Pode utilizar concentrações de oxigênio de 21% a 100%, provenientes de fluxômetro ou misturador (blender). Possui manômetro de atuação rápida no painel frontal, que permite monitoração constante da vedação da máscara e dos valores de PIP e PEEP administrados. Montado em caixa compacta e resistente, possui alça para transporte, permitindo sua utilização em conjunto com berços aquecidos, incubadoras, etc. Dimensões aproximadas: 25 x 20 cm (altura x largura) Peso aproximado: 1,9kg Faixa de operação do manômetro de -10 a 80 cmH2O; Acompanha: -Jogo de máscaras de silicone para uso neonatal -Pulmão teste -Peça em "T" e circuito do paciente -Mangueira de entrada de gás com conexão dupla com 1,2m Garantia de 01 ano Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 43.282,0000	R\$ 43.282,0000	13/05/2021 15:55:06
Marca: FANEM Fabricante: FANEM Modelo / Versão: BABYPUFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil. Porte da empresa: ME/EPP							
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 43.524,0000	R\$ 43.524,0000	21/05/2021 19:09
Marca: VENTLOGOS Fabricante: VENTLOGOS Modelo / Versão: VLP 4000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador pulmonar em T - Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no							

Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 43.524,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 43.282,0000	20.121.311/0001-16 WTEDES CO	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 10.000,0000	55.983.274/0001-30 OLIDEF	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 5.000,0000	04.949.905/0001-63 F. CARDOSO	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 8.000,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:53:28:343
R\$ 30.132,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:41:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:25	Item aberto.
Encerramento	24/05/2021 09:59:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 09:59:42	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 19:21:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2021 19:33:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Aceite de proposta	25/05/2021 15:58:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Conforme questionado sobre o valor ofertado a licitante respondeu que esta correto
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:33:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:40:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Monitor multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 17.000,0000	R\$ 17.000,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: ALFAMED Fabricante: ALFAMED Modelo / Versão: ALFAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, 2 pi, spo2, temp, resp, dc, registros: mínimo 8 curvas simultâneas, tipo de tela: tela lcd 10", alta resolução, componentes: alarmes, opcionais 02: Índice bispectral, acessórios: completo com cabos e sensores. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
40.651.591/0001-81	ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266	Sim	Sim	1	R\$ 32.000,0000	R\$ 32.000,0000	23/05/2021 15:02:48

Marca: Contec

Fabricante: Contec

Modelo / Versão: CMS9000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O monitor possui muitas funções que podem ser utilizadas para monitoramento clínico em adultos, pediatras e recém-nascidos. Os usuários podem selecionar as configurações de parâmetros de acordo com diferentes requisitos. O monitor, alimentado por 100V, 50 / 60Hz, adota um LCD TFT colorido de 12,1", exibindo data e forma de onda em tempo real. Ele pode exibir de forma síncrona forma de onda de oito canais e parâmetros de monitoramento completos, equipados com um gravador térmico opcional de 48 mm. O monitor pode ser conectado ao sistema de monitoramento central via fio ou rede sem fio para formar um sistema de monitoramento de rede. Este dispositivo pode monitorar parâmetros como ECG, RESP, NIBP, SpO2 e TEMP de canal duplo, etc. Ele integra o módulo de medição de parâmetros, display e gravador em um dispositivo para formar um equipamento compacto e portátil. Sua bateria interna substituível traz

multo conveniente para a movimentação do paciente. - Funções Parâmetros padrão: ECG, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo 1) Frequência cardíaca de ECG (FC) Forma de onda de ECG Arritmia e análise do segmento ST 2) Taxa de respiração RESP (RR) Forma de onda de respiração 3) Saturação de oxigênio de SpO2 (SpO2) Forma de onda do pletismograma (PLETH) Taxa de pulso (PR) Gráfico de barras 4) Pressão sistólica da PNI (SYS), pressão diastólica (DIA), pressão média (MEAN) 5) TEMP T1, T2, TD 6) IBP CH1: SYS, DIA, MAP CH2: SYS, DIA, MAP Forma de onda IBP 7) EtCO2 de CO2 InsCO2: CO2 mínimo inspirado AwRR: Respiração da Via Aérea Possui funções abundantes, como alarme sonoro e visual, armazenamento e saída de dados de tendências, medição de PNI, marcação de eventos de alarme e cálculo de concentração de medicamentos

Porte da empresa: ME/EPP

03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.800,0000	R\$ 32.800,0000	21/05/2021 15:37:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SHENZHEN COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN

Modelo / Versão: STAR 8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - met. aspir. de baixo fluxo: até 50ml/min / sem agentes anestésicos/sem índice de sedação anestésica - estrutura mista ou modular/ de 10" a 12".

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	1	R\$ 32.880,0000	R\$ 32.880,0000	21/05/2021 15:32:08
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: General Meditech

Fabricante: General Meditech

Modelo / Versão: G3G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetros para UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - met. Aspir. De baixo fluxo: até 50ml/min / sem agentes anestésicos/sem índice de sedação anestésica - pré-configurado/de 10,4". Anvisa: 80393910019

Porte da empresa: ME/EPP

06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.880,0000	R\$ 32.880,0000	23/05/2021 17:59:23
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WL

Fabricante: World Life

Modelo / Versão: WL 80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetros, tipo beira de leito, portátil, estrutura mista, possui alça inclusa para eventual transporte, utilizável em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Tela de cristal líquido de 12 polegadas, touch-screen, visualização de no mínimo 8 ondas simultâneas de fácil interpretação, exibição de tendências com dados gráficos e/ou numéricos, possui todos alarmes individuais visual e sonora e configuração direta do usuário para todos parâmetros e bateria. Fácil integração, software amigável e prática utilização. Aceita parâmetros futuros. Acompanha todos acessórios/sensores necessários para o completo funcionamento do aparelho e conforme solicitado no edital. Mod. WL 80, tela 12". RMS 80884260002. Possui parâmetros: ECG-FC/RESP/SPO2/PNI/TEMP/CAP. Validade proposta: 90 dias. Garantia: 12 meses. Entrega: imediata

Porte da empresa: ME/EPP

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	1	R\$ 32.884,0000	R\$ 32.884,0000	18/05/2021 17:58:35
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ

Modelo / Versão: K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA - ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12"

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 32.884,8000	R\$ 32.884,8000	13/05/2021 15:55:06
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo / Versão: C12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA - ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12"

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 32.884,8000	R\$ 32.884,8000	21/05/2021 15:55:06
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo / Versão: PROLIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA - ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12"

Porte da empresa: ME/EPP

01.212.789/0001-07	R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 32.884,8000	R\$ 32.884,8000	21/05/2021 15:02:30
Marca: R&D MEDIQ Fabricante: R&D MEDIQ Modelo / Versão: RD12M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA - ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10'' A 12'' Porte da empresa: ME/EPP							
03.620.716/0001-80	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	Não	Não	1	R\$ 32.884,8000	R\$ 32.884,8000	21/05/2021 15:49:35
Marca: CMOS DRAKE DO NORDES Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. Modelo / Versão: ISIAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, SINAIS VITAIS, MULTIPARAMETRO, MULTIPARAMETRICO, MONITOR DE SINAIS VITAIS, MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR DE MULTIPARAMETRO Anvisa: 80058130019 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 32.884,8000	R\$ 32.884,8000	21/05/2021 16:01:28
Marca: MEDITECH Fabricante: MEDITECH Modelo / Versão: MEDITECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA - ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10'' A 12'' RMS: 80393910036 MARCA: MEDITECH MODELO: G3G Porte da empresa: ME/EPP							
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	1	R\$ 32.884,8000	R\$ 32.884,8000	21/05/2021 17:41:19
Marca: GENERAL MEDITECH Fabricante: GENERAL MEDITECH Modelo / Versão: G3G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA - PRÉ - CONFIGURADO/DE 10'' A 12'' 1 GENERAL MEDITECH G3G Porte da empresa: ME/EPP							
19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Não	1	R\$ 32.884,8000	R\$ 32.884,8000	21/05/2021 17:50:42
Marca: ALFA MED Fabricante: ALFA MED Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA - ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10'' A 12'' VITA 500e Porte da empresa: ME/EPP							
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 33.350,0000	R\$ 33.350,0000	21/05/2021 10:54:39
Marca: LIFEMED Fabricante: LIFEMED Modelo / Versão: M TOUCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor multiparâmetros para UTI - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - Mét. aspir de baixo fluxo: até 50ml/min / sem agentes anestésicos / sem índice de sedação anestésica - estrutura mista ou modular / de 10" a 12" Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	Não	Não	1	R\$ 35.671,0900	R\$ 35.671,0900	22/05/2021 08:17:34
Marca: PRO LIFE Fabricante: PRO LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Modelo / Versão: C12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - ECG/RESP - MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA - ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10'' A 12''. MARCA: PRO LIFE; FABRI EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA; MODELO: C12; REGISTRO ANVISA: 10394530056; PROCEDEN GARANTIA DE 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 35.671,0900

CNPJ/CPF

63.848.345/0001-10

Data/Hora Registro

24/05/2021 09:00:00:510

R\$ 33.350,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.884,8000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.884,8000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.884,8000	01.212.789/0001-07	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.884,8000	18.224.182/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.884,8000	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.884,8000	19.769.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.884,8000	03.620.716/0001-80	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.884,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.880,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.880,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.800,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 32.000,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 17.000,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 25.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:49:45:823
R\$ 14.500,0000	18.224.182/0001-40	24/05/2021 09:50:43:907
R\$ 18.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:50:52:617
R\$ 25.000,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:52:22:230
R\$ 16.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:52:28:170
R\$ 15.000,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:53:13:643
R\$ 15.361,2000	01.212.789/0001-07	24/05/2021 09:53:35:177
R\$ 18.000,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:53:51:103
R\$ 16.990,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:55:52:953
R\$ 14.400,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:56:29:607
R\$ 14.300,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:56:43:450
R\$ 14.200,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:57:16:947
R\$ 16.200,0000	03.620.716/0001-80	24/05/2021 09:57:26:870
R\$ 14.100,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:57:30:603
R\$ 14.000,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:57:30:743
R\$ 13.800,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:57:37:383
R\$ 13.500,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:57:42:410
R\$ 15.000,0000	06.019.610/0001-13	24/05/2021 09:57:43:177
R\$ 13.200,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:57:48:533
R\$ 12.500,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:57:54:027
R\$ 12.400,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:57:58:833
R\$ 12.000,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:58:03:467
R\$ 12.300,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:58:04:830
R\$ 11.900,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:58:17:167
R\$ 11.500,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:58:23:360
R\$ 11.200,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:58:30:630
R\$ 10.500,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:58:36:837
R\$ 10.400,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:58:43:187
R\$ 10.000,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:58:50:477
R\$ 9.800,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:58:55:617
R\$ 9.500,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:59:01:170
R\$ 9.400,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:59:06:710
R\$ 17.327,5000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:59:11:413
R\$ 9.100,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:59:16:080
R\$ 9.000,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:59:21:087
R\$ 8.900,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:59:34:490
R\$ 8.800,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:59:39:433
R\$ 12.426,3800	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:59:43:383
R\$ 8.700,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:59:45:547
R\$ 8.500,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 09:59:50:507
R\$ 8.400,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 09:59:57:577
R\$ 8.300,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 10:00:02:227
R\$ 8.200,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 10:00:06:030
R\$ 8.000,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 10:00:11:207
R\$ 7.900,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 10:00:15:440
R\$ 7.800,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 10:00:21:557

ANA DABLA
F CARDOSO

R\$ 7.700,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 10:00:26:217
R\$ 7.500,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 10:00:36:450
R\$ 7.400,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 10:00:40:433
R\$ 7.300,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 10:00:46:473
R\$ 7.200,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 10:00:50:687
R\$ 7.000,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 10:00:55:490
R\$ 6.900,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 10:01:00:377
R\$ 6.800,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 10:01:04:853
R\$ 6.700,0000	40.651.591/0001-81	24/05/2021 10:01:14:363
R\$ 6.500,0000	03.952.368/0001-48	24/05/2021 10:01:19:490
R\$ 26.100,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 10:01:35:083
R\$ 14.169,6000	19.769.575/0001-00	24/05/2021 10:01:35:137
R\$ 31.514,7900	63.848.345/0001-10	24/05/2021 10:02:39:153

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.606.575/0001-00	25/05/2021 16:26:43:407	25/05/2021 16:31:43:407	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:25	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:04:40	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/05/2021 10:04:40	Item encerrado.
Recusa de proposta	25/05/2021 16:05:30	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 80% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:06:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266, CNPJ/CPF: 40.651.591/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 80% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:07:18	Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 12.300,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:07:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 12.426,3800. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:08:14	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 19.769.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.169,6000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:11:43	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 14.200,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:12:04	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:12:30	Recusa da proposta. Fornecedor: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 15.361,2000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:13:54	Recusa da proposta. Fornecedor: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ/CPF: 03.620.118/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 16.200,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 16:22:04	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 16.990,0000. Considerando que o valor inicial da Proponente, é de R\$ 32.880,00, e que a mesma ofertou esse valor em sua proposta baseada em uma cotação. considerando ainda que o valor estimado para este item está mais de 50% maior do que o valor ofertado pela licitante.
Desempate - Retorno do	25/05/2021 16:26:43	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

julgamento

Desempate - 25/05/2021
Início do 16:26:43 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - 25/05/2021
Tempo do 16:31:44 O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:31:43 de 25/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CPF/CNPJ: 07.606.575/0001-00.

Encerramento 25/05/2021
16:31:44 Item encerrado.

Aceite de 25/05/2021
proposta 16:32:16 Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000. Motivo: Considerando que o valor inicial da Proponente é de R\$ 17.000,00, onde a mesma foi considerado uma Proposta aceitável, levando em consideração o lance ofertado pela mesma.

Abertura do 27/05/2021
prazo - 10:33:58 Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Convocação anexo

Encerramento 27/05/2021
do prazo - 10:41:09 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Convocação anexo

Habilitação de 27/05/2021
fornecedor 11:41:27 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

Registro de 27/05/2021
intenção de 12:00:23 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 03952368000148. Motivo: Registramos a intenção de interpor recurso pois fomos desclassificados por suposta proposta inexequível. Todavia nos manifestamos por mais de 05 vezes via e-mail sobre a

Recusa de 27/05/2021
intenção de 12:28:28 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03952368000148. Motivo: Conforme análise realizada por esta Pregoeira sobre valor ofertado pela empresa licitante. A qual não tem como haver questionamentos sobre o valor, pois o mesmo está muito abaixo das cotações, bem como da Planilha com Preços encaminhada pelo Ministério da Saúde. O qual referencia ao item deste Certame

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.952.368/0001-48	27/05/2021 12:00	27/05/2021 12:28	Recusado
Motivo Intenção: Registramos a intenção de interpor recurso pois fomos desclassificados por suposta proposta inexequível. Todavia nos manifestamos por mais de 05 vezes via e-mail sobre a exequibilidade de nossa proposta de preços, inclusive enviando notas fiscais comprobatórias. Foi enviado inclusive Jurisprudência do Tribunal de Contas da União a respeito, confirmando que havendo suspeita de proposta inexequível, o Pregoeiro tem o DEVER de fazer diligência, e assim não o fez. A nossa proposta é EXEQUÍVEL.			
Motivo Aceite ou Recusa: Conforme análise realizada por esta Pregoeira sobre valor ofertado pela empresa licitante. A qual não tem como haver questionamentos sobre o valor, pois o mesmo está muito abaixo das cotações, bem como da Planilha com Preços encaminhada pelo Ministério da Saúde. O qual referencia ao item deste Certame			

Item: 10 - Aparelho fototerapia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: FANEM Fabricante: FANEM Modelo / Versão: FANEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho fototerapia, fonte iluminação: c, no mínimo 10- leds, painel controle: controle de funções mecânico, suporte: haste articulada, c, altura regulável, pés: rodízios c, travas, aplicação: p, recém-nascido. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2021 13:36:52
55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA Marca: Olidef Fabricante: Olidef Modelo / Versão: Ledphoto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOTERAPIA MODELO LED-PHOTO - MARCA OLIDEF PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 10227180036 Produto certificado pelo Inmetro para as normas NBR IEC 60601-1:2010, NBR IEC 60501-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011, ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 e NBR IEC 60601-2-50:2010. • Equipamento de fototerapia compacta, microprocessada e de alta intensidade para tratamento da icterícia neonatal, com baixo consumo de energia. • Utiliza Leds de alta potência	Não	Não	1	R\$ 9.200,0000	R\$ 9.200,0000	20/05/2021 14:29:54

para emissão de luz azul, espectro de radiação focado entre 450 e 460 nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelho, com foco de luz com alta irradiação tanto na parte central quanto nas extremidades, sem necessidade de filtros ópticos. • Baixa emissão de calor para o paciente. • Possui sistema de iluminação que utiliza leds de alta potência na cor branca para visualização do paciente, podendo ser acionada em conjunto com os leds azuis ou de forma isolada. • Carenagem em plástico de engenharia de alta resistência mecânica e com alças (manípulos) para locomoção e posicionamento da fonte de luz. • Sistema de ventilação forçada. • Painel de controle microprocessado, com teclado de membrana e display de cristal líquido alfanumérico com informações em português e iluminação de fundo, que permite a visualização dos parâmetros mesmo em ambientes escuros. • Permite controle da intensidade da luz azul de 0 até 100% e programação de ciclo de exposição do paciente. • Possui indicador de tempo de exposição do paciente e tempo de funcionamento dos leds. • Possui indicação de temperatura ambiente, data e hora. • Permite o armazenamento de irradiâncias e visualização dos valores previamente armazenados. • Suporte com base dotada de 3 rodízios com freio, com ajuste de altura, ideal para atendimento a pacientes acomodados em berços aquecidos, incubadoras e bercinhos simples. • Coluna e base com pintura epóxi em pó eletrostático e tratamento anti corrosivo. • Permite ajuste da fonte de luz por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura. • Fácil acesso para limpeza e substituição dos Leds e sistema de exaustão. • Possui proteção contra sobreaquecimento (termostatos internos de segurança) que interrompe a alimentação de energia, caso a temperatura ultrapasse o valor de segurança. Principais alarmes: - Falta de energia - Falha no sistema Especificações técnicas: • Controle de intensidade de 0% (leds desligados) até 100%, com intervalos de 10%. • Alimentação elétrica: 127 / 220Vac (seleção automática) - 50/60Hz • Quantidade de Leds: Azuis: 15 Brancos: 4 • Ruído < 50dBa • Vida útil estimada para a fonte emissora de luz (Leds): 20.000 horas • Potência elétrica total: 65W • Dimensões do foco luminoso emitido a 30 cm: 40 x 30 cm • Intensidade média no centro do foco luminoso a 30 cm: 56µW.cm²/nm • Dimensão aproximadas da caixa plástica da fonte de luz: 13 x 50 x 20 cm • Altura: ajustável entre 100 e 140 cm • Peso aproximado: 30kg (com ajuste de altura e base com rodízios) ACOMPANHA: BERÇO SEM AQUECIMENTO PARA RECÉM NASCIDO MODELO ESPECIAL MARCA: OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA: NACIONAL DESCRIÇÃO TÉCNICA • Berço Hospitalar modelo Especial cadastrado na ANVISA sob Nº. 10227189009 • Equipamento fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 CARACTERÍSTICAS GERAIS • Indicado para utilização em berçários, transporte interno e para alojamento conjunto do bebê ao lado do leito da mãe. • Possui design moderno, com estrutura tubular metálica totalmente construída em aço carbono (tubo com 1 polegada de diâmetro x 1.2mm de espessura), sem pontos de solda, com tratamento anti corrosão e pintura epóxi na cor branca. • Quatro rodízios (3 polegadas de diâmetro) para locomoção com freios. • Dotado de cesto em acrílico transparente de qualidade óptica, com cantos arredondados e dispositivo manual com trava para inclinações Trendelenburg, reverso e horizontal. • Elevação de altura na região da cabeça do recém nascido e aba em todo o contorno. • Alça para transporte, com suporte com compartimentos para objetos de uso mais frequente, que permite a locomoção do equipamento, com o operador na posição ereta, sem necessidade de colocar as mãos no cesto de acrílico. ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS • Dimensões aproximadas do leito do recém nascido: Largura : 325 mm Comprimento : 620 mm Altura : 210 mm • Dimensões aproximadas do equipamento: Largura : 480 mm Comprimento : 980 mm Altura : 1000 mm Peso aproximado : 17 Kg ACOMPANHA: - Colchão com capa plástica atóxica, antialérgica e autoextinguível nas dimensões aproximadas do cesto - Bandeja metálica sob o leito, com porta plaqueta de identificação. Garantia de 01 ano

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	18/05/2021 21:43:25
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LED PHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA Porte da empresa: ME/EPP							
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1	R\$ 12.375,0000	R\$ 12.375,0000	22/05/2021 13:19:34
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LED PHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	1	R\$ 14.466,0000	R\$ 14.466,0000	18/05/2021 17:58:35
Marca: Olidef Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BR Modelo / Versão: Led Photo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 14.466,7300	R\$ 14.466,7300	13/05/2021 15:55:06
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LEO-PHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA Porte da empresa: ME/EPP							
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 14.466,7300	R\$ 14.466,7300	21/05/2021 13:53:05
Marca: OLIDEF							

Fabricante: OLIDEF**Modelo / Versão:** OLIDEF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA"**Porte da empresa:** ME/EPP

63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	Não	Não	1	R\$ 14.466,7300	R\$ 14.466,7300	22/05/2021 08:17:34
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: OLIDEF**Fabricante:** OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA**Modelo / Versão:** LED-PHOTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - ILUMINAÇÃO/ BERÇO EM ACRÍLICO/ PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/ AJUSTE DE IRRADIANCIA. MARCA: OLIDEF; FABRICANTE: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA; MODELO: LED-PHOTO; REGISTRO ANVISA: 10227180036; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 14.653,7000	R\$ 14.653,7000	21/05/2021 10:54:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: OLIDEF**Fabricante:** OLIDEF**Modelo / Versão:** LED-PHOTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho para fototerapia (Icterícia/neonatalogia) - Iluminação/Berço em acrílico/ Pannel de controle microprocessado/Ajuste de irradiância**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.653,7000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 14.466,7300	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 14.466,7300	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 14.466,7300	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 14.466,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 12.375,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 12.000,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 9.200,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 8.000,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 9.180,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:52:19:363
R\$ 10.000,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:52:31:250
R\$ 7.500,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:53:14:567
R\$ 8.000,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:54:45:337
R\$ 8.508,6000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:42:993
R\$ 9.581,1800	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:58:44:757
R\$ 6.854,1500	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:59:22:693
R\$ 6.500,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:00:37:853
R\$ 9.100,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 10:01:32:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:26	Item aberto.
Encerramento	24/05/2021 10:03:33	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:03:33	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	25/05/2021 16:43:20	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: Considerando que a Proposta inicial do licitante versa o valor de R\$ 14.466,73 e o valor estimado para o item é de R\$ 14.466,73. Isto posto, na análise do valor ofertado nos lances a empresa baixou mais de 60% do valor inicial de sua Proposta. Considerando que ficou muito abaixo do valor estimado
Recusa de proposta	25/05/2021 16:45:24	Recusa da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.854,1500. Motivo: Considerando que a Proposta inicial do licitante versa o valor de R\$ 14.466,73 e o valor estimado para o item é de R\$ 14.466,73. Isto posto, na análise do valor ofertado nos lances a empresa baixou mais de 60% do valor inicial de sua Proposta. Considerando que ficou muito abaixo do valor estimado
Recusa de proposta	25/05/2021 16:51:36	Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: Considerando o valor estimado do L. de acordo com a Proposta inicial da Licitante, e que o mesmo teve uma cotação de preços superior ao valor da sua Proposta. Considerando que o mesmo ficou muito abaixo do valor inicial de sua Proposta, bem como do valor estimado para o Certame.
Aceite de proposta	25/05/2021 16:54:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: Considerando que a Proponente não teve sua Proposta

inicial no mesmo valor ofertado no lance, onde percebe-se que a cotação feita pela proponente esta de acordo com o valor colocado em sua Proposta

Abertura do prazo - 27/05/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Convocação anexo 10:35:07 63.

Encerramento do prazo - 27/05/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Convocação anexo 10:41:28 04.949.905/0001-63.

Habilitação de fornecedor 27/05/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 11:41:27 04.949.905/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Ventilador não invasivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	21/05/2021 16:54:42
Marca: BMC Fabricante: BMC MEDICAL CO. LTDA/BMC Modelo / Versão: CPAP AUTO GII Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP - C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C /MÁSCARA NASALnCPAP AUTO GII BMCnMARCA / FABRICANTE BMCnANVISA 80117580501nnMÁSCARA NASAL N2BMCnANVISA 80117580216nFABRICANTE /MARCA: BMC Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.238.951/0001-54	LOCMED HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.100,0000	R\$ 8.200,0000	22/05/2021 13:22:59
Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo / Versão: CPAP DREAMSTATION BASICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP - C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C /MÁSCARA NASAL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: MONTSERRAT Fabricante: MONTSERRAT Modelo / Versão: MONTSERRAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador não invasivo, tipo : cpap, aplicação: adulto, modos ventilação: auto cpap, faixa de pressão: cerca de 0 a 20 cm h20, componente 1: rampa, componente 2: compensação de vazamento, dados processados: cartão dados, adicional: filtros, adicional : umidificador, adicional 1: traqueia. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	2	R\$ 5.945,6000	R\$ 11.891,2000	17/05/2021 18:34:36
Marca: BMC Fabricante: BMC Modelo / Versão: RESMART T-25T GII C/ UMIDIF. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR AQUECIDO O CPAP RESmart GII E-20A-H-O com umidificador, é um equipamento automático de Pressão Positiva das Vias Respiratórias com uma tecnologia avançada e recursos únicos, proporcionando aos pacientes o máximo de conforto na terapia da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Esta é a segunda geração dos CPAPs RESmart, com novo design, mais leve, menor, uma tela LCD 3,5" colorida e um novo botão de ajuste. ESPECIFICAÇÕES: Fabricante: BMC Medical Co Modelo: E-20A-H-O Modo de Funcionamento: Cpap Fixo e Cpap Automático. Intervalo de Pressão: 4 a 20 cm/H2O; Rampa: 0 a 60 min; Compensação de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 metros (~ 8500 pés); Alívio de Pressão Expiratória: Sim; Armazenamento de Dados Completo no Cartão: sim Nível de Ruído: <30dba; Voltagem: 100 V - 240 V (BiVolt) Itens incluídos: 01 CPAP RESmart GII E-20A-H-O; 01 Umidificador H60 GII; 01 Tubo (traqueia) padrão 1,83 metros; 01 Fonte e cabo de força; 01 Máscara - Nasal iVolve F2 Full-Face M 01 Cartão SD; 01 Manual de instruções; 01 Maleta de transporte; 01 Filtro para configuração de kit com outras opções entre em contato com um de nossos vendedores. T 1.0 e é do ao pressão inicial à pressão de tratamento, em um período de até 60 minutos, proporcionando m paciente. Inicialização e desligamento automático na colocação e retirado da máscara no paciente. Opção de alerta no caso da máscara sair acidentalmente. Compensação de altitude que garante precisão terapêutica em qualquer lugar. Armazenamento dos dados completos de tratamento (curvas de Fluxo, pressão vazamento, índice de apneias e roncos) de até 365 noites. Display 3,5" LCD iluminado para operação no escuro. Botões do usuário com capacidade de bloqueio. Modo de Funcionamento: Cpap Fixo e Cpap Automático. Opção Delay-off que retira a umidade residual da tubulação, protegendo o equipamento e aumentando a vida útil do tubo e máscara. Registro							

na Anvisa: 80117580501

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.773,3300	R\$ 13.546,6600	13/05/2021 16:02:10
Marca: MONTSSERRAT Fabricante: MONTSSERRAT Modelo / Versão: RVC 830A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL Porte da empresa: ME/EPP							
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.773,3300	R\$ 13.546,6600	21/05/2021 14:01:41
Marca: MONTSSERRAT Fabricante: MONTSSERRAT Modelo / Versão: MONTSSERRAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CPAP - C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL" Porte da empresa: ME/EPP							
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.773,3300	R\$ 13.546,6600	21/05/2021 16:02:18
Marca: GASLIVE Fabricante: GASLIVE Modelo / Versão: GASLIVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP - C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL RMS: 81278590008 MARCA: GASLIVE MODELO: YH-560 Porte da empresa: ME/EPP							
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	2	R\$ 6.773,3300	R\$ 13.546,6600	21/05/2021 17:43:27
Marca: YUWELL Fabricante: YUWELL Modelo / Versão: CPAP AUTO COM MÁSCARA NASAL COM APOIO DE TESTA M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP - C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL 2 YUWELL CPAP AUTO COM MÁSCARA NASAL COM APOIO DE TESTA M Porte da empresa: ME/EPP							
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	2	R\$ 6.895,4100	R\$ 13.790,8200	21/05/2021 11:03:21
Marca: CPAP Fabricante: CPAP Modelo / Versão: CPAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP c/ umidificador, compensação e máscara nasal Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.790,8200	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 13.546,6600	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 13.546,6600	18.224.182/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 13.546,6600	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 13.546,6600	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 11.891,2000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 9.000,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 8.200,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 7.000,0000	05.652.247/0001-06	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 5.800,0000	18.224.182/0001-40	24/05/2021 09:51:29:447
R\$ 6.000,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:55:28:303
R\$ 5.795,0000	05.652.247/0001-06	24/05/2021 09:57:27:807
R\$ 9.547,4900	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:44:007
R\$ 5.510,0000	05.652.247/0001-06	24/05/2021 09:59:22:397
R\$ 4.881,8600	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:59:33:867
R\$ 4.876,8600	05.652.247/0001-06	24/05/2021 09:59:36:903
R\$ 6.113,3200	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:59:50:5
R\$ 4.600,0000	05.652.247/0001-06	24/05/2021 10:00:48

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:27	Item aberto.

Observações

Encerramento 24/05/2021 Item encerrado.
10:02:49

Encerramento 24/05/2021 Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta 10:02:49

Recusa de 25/05/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.652.247/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Considerando que o valor estimado está muito acima do valor ofertado. Considerando que a apresentação da Proposta no sistema descumpra o item 5; subitem 5.1 e subitem 10.8 do edital. A mesma esta desclassificada do Certame
proposta 17:23:15

Aceite de 25/05/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.881,8600. Motivo: A proposta foi aceita por atender as exigências do Certame e ser considerada uma Proposta vantajosa para Administração
proposta 17:29:40

Abertura do 27/05/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF:
prazo - 10:36:20 07.606.575/0001-00.
Convocação
anexo

Habilitação de 27/05/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ/CPF:
fornecedor 11:41:27 07.606.575/0001-00

Encerramento 27/05/2021 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor P P F COM E SERV EIRELI,
do prazo - 12:28:55 CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Convocação
anexo

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Incubadora neonatal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA Marca: Olidef Fabricante: Olidef Modelo / Versão: Line 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora microprocessada com servo controle térmico, sist. de umidificação servo ativo, sist. de oxigenação; modelo: Line 4 MC2 . Marca: Olidef, registrada na ANVISA Nº 10227180040, com BPF, ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 de maio de 2007 e as normas técnicas: NBR IEC 60601-1/ 60601-1-2/ 60601-2-19/ 60601-2-49, Marcação CE(Comunidade Europeia). Sist. de circulação de ar; suporte com rodízios e alças para transporte. CÚPULA acrílico transparente c/ parede dupla ,05 portinholas ovais, acionadas por toque de cotovelo,1 portinhola p/ passagem de tubos com íris na lateral esquerda da cúpula; portinholas com guarnições autoclaváveis e atóxicas; Cúpula com portas de acesso frontal e traseira rebatíveis p/deslocamento externo do leito; Oito aberturas com vedações flexíveis p/ passagem de tubos. Trava de segurança p/ cúpula aberta; abertura nebulizador. Deslocamento externo do leito na parte frontal por trilhos com trava; inclinação do leito através de manípulos externos, permitindo posições de trendelemburg, reverso (próclive), horizontal alta e horizontal baixa, sem abrir cúpula; Colchão em espuma em densidade adequada e capa impermeável atóxica e autoextinguível. Bandeja ou leito em plástico atóxico e transparente ao raio X; CORPO Construído totalmente em alumínio. Acabamento pintura epóxi. Isento de cantos vivos facilita a limpeza e desinfecção. Módulo de controle removível de fácil acesso e remoção. Display LCD, visualização em ambientes escuros. Teclado membrana. Indic. das temp. do ar, RN e desejada via display LCD .Painel frontal em policarbonato, com teclado de membrana, que impede entrada de líquidos. Sist. de auto teste para controle e alarmes. Sist. de memória para retenção dos valores programados temp. umidade e alarmes. Módulo dos sensores ,módulo de umidificação. Trava de segurança do módulo,permitindo a limpeza da resistência e ventoinha. Sist. com servo controle térmico, permite ajuste da temp. do RN ou do AR. Sensor para controle da temp. do AR. Controle de potência proporcional ao valor programado para ar ou RN. Sist. de segurança para interrupção automática do aquecimento para condições de alta temp, sobreaquecimento e falta de circulação do ar. Sist. integrado a incubadora, com servo controle de umidade com ajuste da umidade relativa do ar.Possui reservatório, sensor de umidade relativa e nível de água. Indic. simultânea para umidade desejada e real no display.Sensores independentes para temp. do ar e alarme de sobreaquecimento. Sensores de temp. do RN . TECLAS Bloqueio de teclado Liga/Desliga tecla silêncio alarmes PARÂMETROS INDICADOS Umidade relativa do ar e umidade desejada. Temp. do ar/ RN Temp. desejada. Alarme Potência de aquecimento Temp. selecionada >37°C Teclado bloqueado Falta de energia. Alarme Falta de energia, acionado pela bateria Sensor de pele desconectado Falta de circulação do ar Falha no sist. Falha do sensor de pele; Hipotermia(baixa temp.) e Hipertermia (alta temp.) para RN. Temp. do ar alta/baixa Reservatório aberto Sobre aquecimento Nível baixo de água Umidade alta Umidade baixa Falha no sensor de umidade Sist. de circulação motor. Entradas independentes para ar, oxigênio Válvula de segurança limitadora para admissão de oxigênio com microfiltro de 0,5 micron independente da entrada de ar. Sist. de admissão de ar com retenção de partículas maiores 0,5 micron. Manual (ATC) Controle automático temp. do ar, com sensor do paciente Servo controle (ITC) - Controle automático de temp.do recém nascido. Sensor de sobreaquecimento independente de termostato.Tensão : 127/220V seleção automática cabo 3 p. parachoque nas laterais e quatro rodízios de 100 mm 4 pol. com freio.02 prateleiras giratória. equipamentos com capacidade de 10kg cada ,com um suporte de soro; Gaveteiro grande; G. os-X Garantia 01 ano Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 36.300,0000	R\$ 36.300,0000	20/05/2021 14:57:30
62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Sim	Não	1	R\$ 45.200,0000	R\$ 45.200,0000	21/05/2021 17:09:22

Marca: GIGANTE RECÉM NASCIDO**Fabricante:** GIGANTE RECÉM NASCIDO**Modelo / Versão:** MILLENNIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) GRN - MODELO MILLENNIUM Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido SISTEMA Microprocessador digital que controla a temperatura do ambiente do recém-nascido com base no ajuste da temperatura do AR (interior da cúpula) ou na temperatura do paciente. MODOS DE OPERAÇÃO - ATC (Temperatura do ar controlada). Sistema pela qual a temperatura do AR é controlada automaticamente por um sensor de temperatura conforme um valor pré estabelecido pelo usuário; - ITC (Temperatura do RN Controlada). Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Equipamento com gabinete em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD e LEDs que apresentam as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. ACOMPANHIA Gabinete com 2 gavetas, duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos com capacidade total de 6 kg, sensor de pele de alta sensibilidade para medir a temperatura do paciente, filtro para retenção de micropartículas (retenção de 0,5 micron), colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito, pegador para locomoção do conjunto, cantoneiras protetoras contra impactos, suporte para soro cromado com quatro ganchos, sinalizador a distância das situações de alarmes através de led acima da incubadora para facilitar a visualização, cabo de força tripolar, todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento e Manual de uso. Alimentação elétrica bivolt. EQUIPAMENTO FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 + Emendas Obrigatórias - Prescrições Gerais para Segurança Normas Técnicas NBR IEC 60601-1-2 - Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. Normas Técnicas NBR IEC 60601-2-19 + Emendas Obrigatórias - Prescrições Particulares para Segurança de Incubadoras para Recém Nascido Registro ANVISA nº 10228740033. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO	Sim	Sim	1	R\$ 45.299,3300	R\$ 45.299,3300	13/05/2021
	REFRIGERACAO						16:02:10
	EIRELI						

Marca: OLIDEF**Fabricante:** OLIDEF**Modelo / Versão:** LINE 4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e auto extingüíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E	Sim	Sim	1	R\$ 45.299,3300	R\$ 45.299,3	21
	SERV EIRELI						.1

Marca: OLIDEF**Fabricante:** OLIDEF**Modelo / Versão:** OLIDEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de

amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e auto extingüíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante."

Porte da empresa: ME/EPP

63.848.345/0001-10 POLYMEDH. Não Não 1 R\$ 50.425,8600 R\$ 50.425,8600 22/05/2021 08:18:29
EIRELI

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Modelo / Versão: LINE 4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e auto extingüíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. **MARCA:** OLIDEF; **FABRICANTE:** OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA; **MODELO:** LINE 4; **REGISTRO ANVISA:** 10227180040; **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **GARANTIA DE 12 MESES.**

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.238.951/0001-54 LOCMED Não Não 1 R\$ 53.000,0000 R\$ 53.000,0000 22/05/2021 13:22:59
HOSPITALAR
LTDA

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: LINE 4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e auto extingüíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias

para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 53.346,3000	R\$ 53.346,3000	21/05/2021 11:03:21
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: LINE 4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora neonatal (estacionária) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e auto extingüíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Pannel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 76.000,0000	R\$ 76.000,0000	18/05/2021 21:46:06
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: LINE 4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e auto extingüíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Pannel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 76.000,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 53.346,3000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 53.000,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:5
R\$ 50.425,8600	63.848.345/0001-10	24/05/2021 09:00:00:
R\$ 45.299,3300	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:
R\$ 45.299,3300	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:5
R\$ 45.200,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 36.300,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 34.200,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:51:12:483
R\$ 59.800,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:53:07:040

R\$ 33.000,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:54:06:127
R\$ 31.000,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:54:27:150
R\$ 31.500,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:55:46:803
R\$ 30.000,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:56:46:870
R\$ 28.400,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:57:44:077
R\$ 45.725,4000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:58:00:243
R\$ 28.000,0000	55.983.274/0001-30 OLIDEF	24/05/2021 09:58:04:313
R\$ 26.400,0000	62.413.869/0001-15 GIGANTE	24/05/2021 09:58:15:867
R\$ 27.950,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:59:09:857
R\$ 36.834,3500	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:59:49:017
R\$ 44.550,3800	63.848.345/0001-10	24/05/2021 10:00:52:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:27	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:02:53	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/05/2021 10:02:53	Item encerrado.
Aceite de proposta	25/05/2021 17:39:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 26.400,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:36:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:00:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Berço hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: INALAMED Fabricante: INALAMED Modelo / Versão: INALAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço hospitalar, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, base do leito: leito cesto em acrílico, cremalheira, pés: pés c, rodízios e travas, componentes 2: colchão. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Sim	Não	1	R\$ 1.440,0000	R\$ 1.440,0000	21/05/2021 17:09:22
Marca: GIGANTE RECÉM NASCIDO Fabricante: GIGANTE RECÉM NASCIDO Modelo / Versão: GIGABABY I - PINTADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - MODELO GIGABABY I Marca Gigante Recem Nascido / Fabricante Gigante Recem Nascido Construído em tubo de aço carbono de 1 polegada, pintado com tinta epóxi com tratamento anticorrosivo sem pontos aparentes de solda, apoiado em quatro rodízios giratórios de 3" diâmetro, sendo dois com freios. Cuna removível em acrílico transparente, com elevação de altura na região da cabeça do rn e com aba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço oferecendo posições de trendelenburg, horizontal e próclive com trava de segurança. Acompanha colchão com abertura em uma das extremidades para desinfecção, em espuma de 3 cm, em material antialérgico e atóxico, para maior conforto do RN, Dimensões aproximadas do cesto: 67x35x21cm e dimensões totais aproximadas: 81x50x100cm. REGISTRO ANVISA/MS Nº 10228740031. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia de 12 (doze) meses. Porte da empresa: ME/EPP							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.446,5100	R\$ 1.446,5100	21/05/2021 14:01:41
Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo / Versão: RECÉM NASCIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO Porte da empresa: ME/EPP							
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.446,5100	R\$ 1.446,5100	21/05/2021 14:01:41

Marca: RS MOVEIS**Fabricante:** RS MOVEIS**Modelo / Versão:** RS MOVEIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO / FERRO INTADO**Porte da empresa:** ME/EPP

55.983.274/0001-30 OLIDEF CZ IND E Não Não 1 R\$ 1.600,0000 R\$ 1.600,0000 20/05/2021 14:57:30
 COM DE
 APARELHOS
 HOSPITALARES
 LTDA

Marca: Olidef**Fabricante:** Olidef**Modelo / Versão:** Standard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO EM ACRÍLICO COM RODÍZIOS MODELO STANDARD MARCA OLIDEF CZ - PROCEDENCIA: NACIONAL - BRASIL DESCRIÇÃO TÉCNICA - GERAL Berço Hospitalar modelo Standard cadastrado na ANVISA sob Nº. 10227189014 Equipamento fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 CARACTERÍSTICAS GERAIS Indicado para utilização em bercários, transporte interno e para alojamento conjunto do bebê ao lado do leito da mãe. Possui design moderno, estrutura tubular metálica (tubo com 3/4 polegadas) e quatro rodízios (2 polegadas de diâmetro) para locomoção, sendo 2 com freio. Pintura eletrostática em pó (opção para aço inox ou aço cromado) Dotado de cuna em acrílico transparente com cantos arredondados e inclinação com auxílio manual para Trendelemburg e reverso. Acompanha colchão antialérgico e autoextinguível nas dimensões aproximadas da cuna. ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS Compartmento do recém nascido: Largura : 330 mm Comprimento : 620 mm Altura na cabeça : 210 mm Altura nos pés : 170 mm Dimensões aproximadas totais: Largura : 425 mm Comprimento : 720 mm Altura : 935 mm GARANTIA DO EQUIPAMENTO 01 ANO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. Não Não 1 R\$ 1.793,4000 R\$ 1.793,4000 21/05/2021 11:03:21
 FRANCO EIRELI

Marca: OLIDEF**Fabricante:** OLIDEF**Modelo / Versão:** ESPECIAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Berço para recém nascido em acrílico estrutura aço / Ferro pintado**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32 ROSANGELA Sim Sim 1 R\$ 2.400,0000 R\$ 2.400,0000 18/05/2021 21:46:06
 SOARES
 SARDINHA
 CORNETTA

Marca: OLIDEF**Fabricante:** OLIDEF**Modelo / Versão:** STANDARD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.400,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.793,4000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.600,0000	55.983.274/0001-30	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.446,5100	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.446,5100	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.440,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.400,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.300,0000	62.413.869/0001-15	24/05/2021 09:51:29:337
R\$ 1.305,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:56:13:110
R\$ 1.537,2000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:45:017

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:59:46:133	24/05/2021 10:04:46:133	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:28	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 09:59:46	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	24/05/2021 09:59:46	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/05/2021 10:04:47	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:04:46 de 24/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CPF/CNPJ: 20.121.311/0001-16.

Encerramento	24/05/2021 10:04:47	Item encerrado.
Aceite de proposta	25/05/2021 17:41:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: A licitante é fabricante do item, e atende as exigências do edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:37:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:01:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Cama hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.714,7200	R\$ 2.714,7200	21/05/2021 14:01:42
Marca: RS MOVEIS Fabricante: RS MOVEIS Modelo / Versão: RS MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama." Porte da empresa: ME/EPP							
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 7.310,8400	R\$ 7.310,8400	21/05/2021 11:03:21
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo / Versão: PPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.310,8400	08.084.503/0001-02 M.F. DAS. SERV	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 2.714,7200	07.606.575/0001-00 PPF	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 6.266,4300	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:46:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:28	Item aberto.
Encerramento	24/05/2021 09:59:47	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 09:59:47	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	25/05/2021 17:55:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.714,7200. Motivo: A Proposta está de acordo com as exigências do edital, e está considerada uma Proposta vantajosa para administração
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 10:39:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ, 07.606.575/0001-00
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 12:28:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Detector fetal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 650,0000	R\$ 1.300,0000	22/05/2021 13:36:52
Marca: MONTERRAT Fabricante: MONTERRAT Modelo / Versão: MONTERRAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	2	R\$ 775,0000	R\$ 1.550,0000	17/05/2021 18:34:36
Marca: CONTEC MEDICAL Fabricante: CONTEC MEDICAL Modelo / Versão: SONOLINE B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL Com exibição de FHR através de tela digital de LCD e possui três modos de funcionamento: Modo de exibição da Frequência Cardíaca Fetal em tempo real; Modo de exibição da média da Frequência Cardíaca Fetal; Modo manual. Possui saída para fone de ouvido e controle de volume. O transdutor pode ser substituído. Fácil operação. Display LCD retroiluminado. Captação precisa de batimentos cardíacos. Contagem manual, Contagem automática. Auto-falante embutido. Desligamento automático. Indicador de carga da bateria. Frequência nominal: 2,0 / 8,0 MHz. P-: < 1MPa. /ob: < 20mW / cm². /spta: < 100mW / cm². Faixa de mensuração de frequência cardíaca: 50 ~ 210 BPM. Resolução: 1BPM. Precisão: +-3BPM. Funciona com 2 pilhas AA (não inclusas). Conteúdo da embalagem: 01 Doppler fetal portátil com transdutor Protetor para conexão da saída do transdutor e saída de áudio. Manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP							
03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	12/05/2021 12:47:40
Marca: Medpej Fabricante: Medpej Equipamentos Médicos Modelo / Versão: DF7001D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Doppler - DF 7001 D ANVISA nº 80127840024 Descrição do produto O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíacos fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. Especificações Técnicas Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável); 1X Bateria NI-MH 9V recarregável (opcional) e Carregador para bateria 9V (opcional). Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 0,565 Kg. Produto em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,00	21 6
Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SONOLINE							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 15 DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI MARCA E FABRICANTE: CONTEC MODELO: SONOLINE
Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	21/05/2021 16:11:32
Marca: JUMPER Fabricante: JUMPER Modelo / Versão: JPD100B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI Porte da empresa: ME/EPP							
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 820,0000	R\$ 1.640,0000	21/05/2021 18:05:30
Marca: G TECH Fabricante: G TECH Modelo / Versão: DOPPLER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI Porte da empresa: ME/EPP							
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	2	R\$ 823,0000	R\$ 1.646,0000	18/05/2021 18:02:40
Marca: Jumper Fabricante: ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA Modelo / Versão: JPD-100B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	2	R\$ 823,0000	R\$ 1.646,0000	21/05/2021 09:26:14
Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo / Versão: DF 70001 D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI. MODELO: DF 7001 D MARCA: MEDPEJ FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80127840024 Porte da empresa: ME/EPP							
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	2	R\$ 823,0000	R\$ 1.646,0000	21/05/2021 15:33:40
Marca: MD Fabricante: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED Modelo / Versão: FD-200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal - tipo/tecnologia/display portátil/digital/possui. Anvisa: 80070210067 Porte da empresa: ME/EPP							
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 823,0000	R\$ 1.646,0000	21/05/2021 15:58:27
Marca: DETECTOR FETAL MD - Fabricante: DETECTOR FETAL MD - BIO-3081 Modelo / Versão: DETECTOR FETAL MD - BIO-3081 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI DETECTOR FETAL MD - BIO-3081 Porte da empresa: ME/EPP							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 823,6600	R\$ 1.647,3200	13/05/2021 16:02:10
Marca: MONTSSERRAT Fabricante: MONTSSERRAT Modelo / Versão: SONOLINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/PL Porte da empresa: ME/EPP							
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 823,6600	R\$ 1.647,3200	21/05/2021 14:01:42
Marca: MONTSSERRAT Fabricante: MONTSSERRAT							

Modelo / Versão: MONTSSERRAT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY

PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI

Porte da empresa: ME/EPP

20.371.330/0001-09 MUNDI Sim Sim 2 R\$ 823,6600 R\$ 1.647,3200 21/05/2021 17:43:27
EQUIPAMENTOS
MEDICOS,
ODONTOLOGICOS
E VETERINARIO

Marca: CONTEC**Fabricante:** CONTEC**Modelo / Versão:** SONOSOUND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY
PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI 2 CONTEC SONOSOUND**Porte da empresa:** ME/EPP

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. Não Não 2 R\$ 947,5200 R\$ 1.895,0400 21/05/2021 11:03:21
FRANCO EIRELI

Marca: MACROSUL**Fabricante:** MACROSUL**Modelo / Versão:** FD-200**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Detector fetal tipo Tecnologia / Display Portátil / Digital / Possui**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.605.669/0001-32 ROSANGELA Sim Sim 2 R\$ 1.100,0000 R\$ 2.200,0000 18/05/2021 21:46:06
SOARES
SARDINHA
CORNETTA

Marca: MEDPEJ**Fabricante:** MEDPEJ**Modelo / Versão:** DF7001D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY

PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI

Porte da empresa: ME/EPP

04.238.951/0001-54 LOCMED Não Não 2 R\$ 1.128,0000 R\$ 2.256,0000 22/05/2021 13:22:59
HOSPITALAR LTDA

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** Fetal FD200B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY

PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 2.256,0000	04.238.951/0001-54	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 2.200,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.895,0400	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.647,3200	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.647,3200	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.647,3200	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.646,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.646,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.646,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.646,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.640,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.600,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.600,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.600,0000	03.155.958/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.550,0000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.300,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.200,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:50:20:417
R\$ 1.000,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:51:25:453
R\$ 1.512,0000	33.149.146/0001-52	24/05/2021 09:52:28:370
R\$ 990,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:52:38:717
R\$ 1.800,0000	02.605.669/0001-32	24/05/2021 09:54:31:111
R\$ 1.590,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:56:24:111
R\$ 1.200,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:56:32:111
R\$ 950,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:56:48:917
R\$ 985,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:57:03:207
R\$ 960,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:57:06:993
R\$ 945,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:57:31:500

R\$ 911,1800	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:57:36:253
R\$ 865,5200	03.155.958/0001-40	24/05/2021 09:57:42:220
R\$ 831,0000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:57:47:343
R\$ 789,3600	03.155.958/0001-40	24/05/2021 09:57:53:460
R\$ 1.624,3200	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:58:08:983
R\$ 850,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:58:43:787
R\$ 780,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:59:14:770
R\$ 740,9200	03.155.958/0001-40	24/05/2021 09:59:20:953
R\$ 700,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:59:36:850
R\$ 734,2800	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:59:56:490
R\$ 680,0000	03.155.958/0001-40	24/05/2021 10:00:17:880
R\$ 640,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:00:45:920
R\$ 695,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:00:46:213
R\$ 635,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:01:04:423
R\$ 928,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 10:01:08:433
R\$ 600,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:01:53:393
R\$ 900,0000	84.972.926/0001-39	24/05/2021 10:02:18:223
R\$ 595,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:03:02:290
R\$ 560,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:03:58:730
R\$ 555,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 10:04:29:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:29	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:06:30	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/05/2021 10:06:30	Item encerrado.
Recusa de proposta	25/05/2021 17:57:16	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 555,0000. Motivo: O Licitante apresentou sua Proposta sem identificação nenhuma no sistema. Mesmo considerando que o item 6; subitem 6.5 do Edital versa como as Proponentes devem informar a razão social e CNPJ e outros
Recusa de proposta	25/05/2021 18:01:25	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 560,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Aceite de proposta	25/05/2021 18:08:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 680,0000. Motivo: Considerando que o valor inicial na Proposta da Proponente versa um valor considerável com referencia aos lances ofertados. A Proposta atende as exigencias do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:05:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:23:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Poltrona reclinável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Hora
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	21
	Marca: UTI MOVEIS						2
	Fabricante: UTI MOVEIS						
	Modelo / Versão: UTI MOVEIS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona reclinável, material: tubos aço com pintura eletrostática, componentes: c, encosto, assento, apoio pernas e braços, características adicionais: posição trendelemburg, acabamento: estofado de espuma revestido em courvin, comprimento: cerca de 170 cm, modelo: manual,						

sistema pneumático.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,7200	R\$ 2.520,7200	13/05/2021 16:02:10
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: RS MÓVEIS**Fabricante:** RS MÓVEIS**Modelo / Versão:** RECLINAVEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MAT. DE CONFECCÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL**Porte da empresa:** ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,7200	R\$ 2.520,7200	21/05/2021 14:01:42
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: RS MOVEIS**Fabricante:** RS MOVEIS**Modelo / Versão:** RS MOVEIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "POLTRONA HOSPITALAR - MAT. DE CONFECCÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL"**Porte da empresa:** ME/EPP

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 2.586,8700	R\$ 2.586,8700	21/05/2021 11:03:21
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: QUALITY**Fabricante:** QUALITY**Modelo / Versão:** RECLINAVEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona hospitalar mat. de confecção / Assento e encosto / Capacidade / Reclinação aço / Ferro pintado / Estofado Courvin / Até 120 kg / Acionamento manual**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.586,8700	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 2.520,7200	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 2.520,7200	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.700,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.724,5800	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:47:017
R\$ 1.600,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:59:32:123
R\$ 1.500,0000	07.606.575/0001-00	24/05/2021 10:00:43:670
R\$ 1.450,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 10:01:23:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:30	Item aberto.
Encerramento	24/05/2021 10:03:24	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:03:24	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	25/05/2021 18:10:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000. Motivo: A Proposta cumpri as exigencias do edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:06:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:20:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Reanimador manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000	22/05/2021 13:36:52
	Marca: MACROSUL						
	Fabricante: MACROSUL						

Modelo / Versão: MACROSUL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 250 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, tamanhos: neonatal.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000 R\$ 500,0000	13/05/2021 08:11:46
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------	---------------------

Marca: MIKATOS**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** INFANTIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 17 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL MARCA E FABRICANTE: MIKATOS MODELO: INFANTIL**Porte da empresa:** ME/EPP

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 520,0000 R\$ 520,0000	21/05/2021 18:05:30
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------	---------------------

Marca: SAFTI**Fabricante:** SAFTI**Modelo / Versão:** INFANTIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL**Porte da empresa:** ME/EPP

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	1	R\$ 522,0000 R\$ 522,0000	18/05/2021 18:02:40
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------	---------------------

Marca: Compower**Fabricante:** Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA, R**Modelo / Versão:** CP612111 pediátrico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	1	R\$ 522,0000 R\$ 522,0000	21/05/2021 15:33:40
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------	---------------------

Marca: Xiamen Compower**Fabricante:** Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd**Modelo / Versão:** Xiamen**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador pulmonar manual pediátrico (AMBU) - reservatório / balão: material de confecção silicone / válvula unidirecional. Anvisa: 81543800002**Porte da empresa:** ME/EPP

03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 522,0000 R\$ 522,0000	21/05/2021 15:58:27
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------	---------------------

Marca: REANIMADOR EM SILICO**Fabricante:** REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL - MD -BIO-417 8007**Modelo / Versão:** REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL - MD -BIO-417 8007**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL - MD -BIO-417 80070210020**Porte da empresa:** ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 522,9200 R\$ 522,9200	13/05/2021 16:02:10
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	---------------------------	---------------------

Marca: MACROSUL**Fabricante:** MACROSUL**Modelo / Versão:** AMBU**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL.**Porte da empresa:** ME/EPP

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 522,9200 R\$ 522,9200	21/05/2021 14:01:42
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	---------------------------	---------------------

Marca: MACROSUL**Fabricante:** MACROSUL**Modelo / Versão:** MACROSUL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁ" - RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL**Porte da empresa:** ME/EPP

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	1	R\$ 522,9200 R\$ 522,9200	21/05/2021 17:43:27
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------	---------------------

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS**Modelo / Versão:** REF. 321**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL 1 MIKATOS REF. 321**Porte da empresa:** ME/EPP

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. FRANCO Não Não 1 R\$ 541,5100 R\$ 541,5100 21/05/2021 11:03:21

Marca: OXIGEL**Fabricante:** OXIGEL**Modelo / Versão:** Pediátrico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico Reservatório / Material de confecção: silicone / Aplicação / Válvula unidirecional**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 541,5100	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 522,9200	07.606.575/0001-00	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 522,9200	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 522,9200	20.371.330/0001-09	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 522,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 522,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 522,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 520,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 500,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 350,0000	04.949.905/0001-63	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 340,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:50:27:533
R\$ 300,0000	31.770.650/0001-40	24/05/2021 09:51:35:143
R\$ 290,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:52:53:657
R\$ 500,0000	18.258.209/0001-15	24/05/2021 09:56:46:633
R\$ 350,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:56:54:447
R\$ 285,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:57:03:563
R\$ 280,0000	03.679.808/0001-35	24/05/2021 09:57:27:093
R\$ 423,7900	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:48:033
R\$ 275,0000	32.593.430/0001-50	24/05/2021 09:58:26:433
R\$ 260,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 09:59:43:560
R\$ 169,4500	20.371.330/0001-09	24/05/2021 10:00:01:803
R\$ 251,1300	07.606.575/0001-00	24/05/2021 10:00:51:560
R\$ 230,0000	07.626.776/0001-60	24/05/2021 10:01:03:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:30	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:03:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/05/2021 10:03:04	Item encerrado.
Recusa de proposta	25/05/2021 18:12:14	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 169,4500. Motivo: Considerando que o valor estimado está muito acima do valor ofertado. Considerando que a apresentação da Proposta no sistema descumpra o item 5; subitem 5.1 e subitem 10.8 do edital. A mesma esta desclassificada do Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 18:17:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 230,0000. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 18:17:39	Recusa da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 251,1300. Motivo: A licitante ofertou o valor com mais de 50% menor do que o valor estimado para o item. Considerando as cotações feitas para este Certame
Recusa de proposta	25/05/2021 18:18:28	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 275,0000. Motivo: O Licitante não apresentou identificação nenhuma no sistema. Mesmo considerando que o item 6.5 do Edital versa como as Proponentes devem informar a razão social e CNPJ e outros
Aceite de proposta	25/05/2021 18:19:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 280,0000.
Abertura do	27/05/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO

prazo - 11:07:01 EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35.
Convocação
anexo

Habilitação de 27/05/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO
fornecedor 11:41:27 EIRELI - CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35

Encerramento
do prazo - 27/05/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR
Convocação 12:04:24 E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35.
anexo

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Acessório, equip. parto humanizado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	1	R\$ 1.475,0000	R\$ 1.475,0000	17/05/2021 18:34:36
Marca: PARTO HUMANIZADO Fabricante: PARTO HUMANIZADO Modelo / Versão: PARTO HUMANIZADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA VERTICAL PARA PARTO HUMANIZADO A Legítima Banqueta para Parto Humanizado é um produto que possui patente no Brasil há 15 anos, com direitos autorais e sua forma é 100% anatômica. Acompanha uma bacia de alumínio, peça fundamental e indispensável no seu parto. FABRICAÇÃO Fabricada em polietileno na cor azul, de alta qualidade, forte e consistente como ferro, mas leve, facilitando a movimentação. FACILIDADE Higiénica, de fácil limpeza e cuidado, estável e confortável. PRATICIDADE Prática para ser usada em trabalho de parto na água ou embaixo do chuveiro. BOA VISÃO É aberta na frente de modo a permitir boa visão de quem acompanha o parto. LATERAL Sua beirada lateral tem uma abertura especial, permitindo que o cós e a base da bacia óssea da parturiente fiquem livres. BACIA DE ALUMINIO Possui na sua parte inferior uma bacia de alumínio que pode ser retirada com facilidade e permite medir as perdas sanguíneas. ACOMPANHA Banqueta + bacia Isento de registro na anvisa Marca: Parto Humanizado Porte da empresa: ME/EPP							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.486,1600	R\$ 1.486,1600	13/05/2021 16:02:10
Marca: ILITHIA Fabricante: ILITHIA Modelo / Versão: VERTICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPOSIÇÃO POLIETILENO Porte da empresa: ME/EPP							
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 1.512,0000	R\$ 1.512,0000	21/05/2021 11:03:21
Marca: ILITHIA Fabricante: ILITHIA Modelo / Versão: VERTICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta para parto vertical composição: Polietileno Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.512,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.486,1600	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.475,0000	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:00:00:510
R\$ 1.470,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:57:48:043
R\$ 1.435,8400	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:57:53:403
R\$ 1.430,8400	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:58:09:127
R\$ 1.363,3600	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:58:13:613
R\$ 1.358,3600	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:58:29:017
R\$ 1.275,7800	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:58:33:890
R\$ 1.270,7800	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:58:50:111
R\$ 1.241,0100	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:58:54:
R\$ 1.236,0100	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:59:10:
R\$ 1.167,6200	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:59:16:1
R\$ 1.162,6200	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:59:32:260
R\$ 1.095,6600	28.857.335/0001-40	24/05/2021 09:59:37:520
R\$ 1.134,0000	08.084.503/0001-02	24/05/2021 09:59:53:243
R\$ 1.200,0000	20.121.311/0001-16	24/05/2021 09:59:59:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	24/05/2021 09:49:31	Item aberto.
Encerramento	24/05/2021 10:02:00	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	24/05/2021 10:02:00	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	25/05/2021 18:32:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD, CNPJ/CPF: 28.857.335/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.095,6600. Motivo: A empresa não cumpriu o item 10.11; subitem 10.11.1
Aceite de proposta	25/05/2021 18:33:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.134,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 11:09:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.
Habilitação de fornecedor	27/05/2021 11:41:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. F. DA S. FRANCO EIRELI - CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2021 12:28:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	24/05/2021 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 18 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 09:30:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 09:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:32:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:21	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:22	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:23	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:23	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:24	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:25	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:25	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:26	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:27	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:27	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:28	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:28	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:29	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:30	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:49:30	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	24/05/2021 09:49:31	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2021 09:50:04	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	24/05/2021 09:56:29	O ITEM 2 ESTA COM O VALOR MUITO BAIXO
Pregoeiro	24/05/2021 09:57:35	SENHORES LICITANTES SEU LANCES ESTÃO MUITO ABAIXO DO VALOR ESTIMADO
Sistema	24/05/2021 09:59:42	O item 8 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 09:59:46	O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 09:59:46	Sr. Fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CPF/CNPJ 20.121.311/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 10:04:46 do dia 24/05/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/05/2021 09:59:47	O item 14 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:00:54	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:01:42	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:01:53	O item 6 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:02:00	O item 18 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:02:49	O item 11 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:02:53	O item 12 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:03:04	O item 17 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:03:24	O item 16 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:03:33	O item 10 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:04:40	O item 9 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:04:47	O item 13 teve o 1º desempate encerrado às 10:04:46 de 24/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CPF/CNPJ 20.121.311/0001-16.
Sistema	24/05/2021 10:04:47	O item 13 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:06:13	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 10:06:13	Sr. Fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CPF/CNPJ 31.770.650/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:11:13 do dia 24/05/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/05/2021 10:06:30	O item 15 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:10:02	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2021 10:10:02	Sr. Fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CPF/CNPJ 20.121.311/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 10:15:02 do dia 24/05/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/05/2021 10:10:44	O item 7 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CPF/CNPJ 20.121.311/0001-16 enviou um lance no valor de R\$ 40.799,0000.
Sistema	24/05/2021 10:10:44	O item 7 está encerrado.
Sistema	24/05/2021 10:11:14	O item 5 teve o 1º desempate encerrado às 10:11:13 de 24/05/2021. O lance não foi enviado pelo fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CPF/CNPJ 31.770.650/0001-40.
Sistema	24/05/2021 10:11:14	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	24/05/2021 10:11:52	Senhores licitantes os lances ofertados estão muito abaixo dos valores de referencia.
Sistema	24/05/2021 10:12:28	O item 4 está encerrado.

Sistema	24/05/2021 10:13:24	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	24/05/2021 10:18:59	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Sr. Licitante, o valor ofertado por sua empresa ficou muito abaixo do valor estimado. Esta correto seu valor?
03.679.808/0001-35	24/05/2021 10:19:38	Sim
Pregoeiro	24/05/2021 11:37:34	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Sr. Licitante, conforme analisado sua proposta inicial, solicito que envie comprovação do valor final ofertado por sua empresa.
Pregoeiro	24/05/2021 11:39:19	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Verifiquei que seu ultimo lance foi mais de 50% menor que o valor inicial de sua Proposta
03.679.808/0001-35	24/05/2021 11:40:05	So um momento
03.679.808/0001-35	24/05/2021 11:46:10	R\$ 17.000,00
Pregoeiro	24/05/2021 11:48:59	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Sim, solicito que encaminhe comprovação de que o item contemplado para sua empresa será entregue nesse valor, com todas as condições expostas no edital. Me refiro ao valor ofertado, pois o mesmo está muito baixo do valor do mercado
Pregoeiro	24/05/2021 11:51:10	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - solicito documento de comprovação
03.679.808/0001-35	24/05/2021 11:52:39	Ok, pra qual email eu posso enviar, ou anexo?
Sistema	24/05/2021 11:54:15	Senhor fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/05/2021 11:55:08	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - POR FAVOR ENCAMINHO NO PROPRIO SISTEMA JUNTO COM A NOVA PROPOSTA
03.679.808/0001-35	24/05/2021 11:55:52	Ok, Sr. Pregoeiro nos importamos direto, por isso esse valor
Sistema	24/05/2021 11:59:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/05/2021 13:02:32	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Sr. Licitante, creio que houve um equivoco em seu lance neste item, conforme o item 7 subitem 7.5.1 do edital, os lances deverá ser ofertado pelo valor total do item. E conforme solicitei em sua Proposta final, o lance ofertado referencia a unidade do item
Pregoeiro	24/05/2021 13:05:11	Para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Devo informar que sua empresa será desclassificada do item
03.679.808/0001-35	24/05/2021 13:05:41	Sim, eu coloquei o valor unitario
03.679.808/0001-35	24/05/2021 13:05:55	Não so eu como todos acredito
Pregoeiro	24/05/2021 13:16:48	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr. Licitante o lance ofertado por sua empresa está correto conforme versa o Item 7 subitem 7.5.1 do edital?
Pregoeiro	24/05/2021 13:18:20	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Caso esteja, solicito que envie a nova Proposta e comprovação de que o item será entregue nesse valor conforme as exigências do edital
Pregoeiro	24/05/2021 13:19:10	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sua empresa será desclassificada do item
Pregoeiro	24/05/2021 13:28:18	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Boa tarde. Sr. Licitante, solicito que se manifeste quanto ao lance ofertado pela sua empresa no item 01.
Pregoeiro	24/05/2021 13:29:36	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Gostaria de saber se seu lance é referente o que versa no edital no item 7; subitem 7.5.1 do edital
Pregoeiro	24/05/2021 13:30:21	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - O lance ofertado refere-se ao valor total do item?
Pregoeiro	24/05/2021 13:36:43	Senhores Licitantes solicito que manifestem-se quanto ao lance ofertado no item 01. Gostaria de saber se os lances ofertados estão de acordo com 7; subitem 7.5.1 do edital
Pregoeiro	24/05/2021 13:42:59	Senhores licitantes a falta de manifestação dos senhores, será considerada que seus lances estão de acordo com o edital
Pregoeiro	24/05/2021 13:57:09	Senhores licitantes, solicito que as empresas que ofertaram o lance com referencia do preço unitário manifestem-se
Sistema	24/05/2021 14:13:35	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/05/2021 14:15:00	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Por favor encaminhe (nova Proposta) com o valor do ultimo lance do item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:20:26	Senhores Licitantes, a falta de manifestação acarretará na desclassificação das que ofertam valor com mais de 50% menor que o valor estimado do item
Pregoeiro	24/05/2021 14:24:33	Para M. F. DA S. FRANCO EIRELI - Sr. licitante manifeste-se quanto ao lance ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:25:18	Para LOCMED HOSPITALAR LTDA - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021	Para P P F COM E SERV EIRELI - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item

	14:25:35	01
Pregoeiro	24/05/2021 14:25:50	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:26:06	Para SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:26:17	Para POLYMEDH. EIRELI - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:26:37	Para BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:26:57	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:27:12	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:27:26	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
Pregoeiro	24/05/2021 14:28:08	Para W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 01
20.121.311/0001-16	24/05/2021 14:31:10	Boa tarde, o valor está correto, foi dado o lance pelo total.
Pregoeiro	24/05/2021 14:33:01	Para W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - Sr. Licitante identifique-se por favor
Pregoeiro	24/05/2021 14:34:11	Para W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - Qual fornecedor manifestou-se. Por favor identifique-se
Pregoeiro	24/05/2021 14:34:37	Sr. Licitante identifique-se por favor
Sistema	24/05/2021 14:36:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/05/2021 14:37:49	Senhores licitantes ao manifestarem-se no chat, por favor identifiquem-se
Pregoeiro	24/05/2021 14:41:34	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Sr. licitante, por favor reveja sua Proposta. O valores não estão de acordo. Qual o valor correto da proposta?
Pregoeiro	24/05/2021 14:42:59	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Peço comprovação do Valor ofertado, pois o mesmo está muito abaixo do valor inicial da Proposta
Pregoeiro	24/05/2021 14:43:30	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Sr. licitante manifeste-se
84.972.926/0001-39	24/05/2021 14:44:03	VALOR UNITARIO R\$9.548,00 VALOR TOTAL R\$19.096,00
Pregoeiro	24/05/2021 14:54:56	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - O valor esta 44.000,00 na sua proposta
84.972.926/0001-39	24/05/2021 15:00:29	DESCULPE, DEVE TER OCORRIDO UM ERRO NA DIGITAÇÃO .. NOSSO VALOR PARA ESTE ITEM É NO TOTAL DE R\$19.096,00
Pregoeiro	24/05/2021 15:10:01	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Por favor encaminhe a correta no e-mail informado no edital
Pregoeiro	24/05/2021 15:12:49	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - vou esperar a proposta para poder prosseguir no item 01. Por favor encaminhe comprovação do lance ofertado. Pois ficou muito abaixo do valor estimado
Pregoeiro	24/05/2021 15:31:22	Para ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266 - Boa tarde. Caro Licitante, o valor ofertado por sua empresa referente ao item 02 está correto? Se estiver por favor encaminhe comprovação do valor ofertado
Sistema	24/05/2021 15:34:27	Senhor fornecedor ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266, CNPJ/CPF: 40.651.591/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	24/05/2021 15:37:05	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Por favor Sr. Licitante manifeste-se quanto ao item 01. Com comprovação do valor ofertado no item
Sistema	24/05/2021 16:00:39	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	24/05/2021 16:02:03	Para ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266 - Caro licitante encaminhe a Nova Proposta e comprovação do valor ofertado no lance, pois o mesmo esta muito abaixo do valor estimado para este Certame
Sistema	24/05/2021 16:17:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	24/05/2021 16:31:04	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante, conforme item 7 subitem 7.5.1 do edital, os lances deverá ser ofertado pelo valor total. O lance ofertado por sua empresa está correto? considerando todas as exigências do edital
Pregoeiro	24/05/2021 16:31:16	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante manifeste-se sobre o valor ofertado ao item 03
Sistema	24/05/2021 16:31:39	Senhor fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	24/05/2021 16:33:26	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Por favor anexar comprovação do valor ofertado no lance do item 03.
55.983.274/0001-30	24/05/2021 16:36:02	Olidef Medical- Boa tarde

Pregoeiro	24/05/2021 16:37:17	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Manifeste-se sobre o valor ofertado
55.983.274/0001-30	24/05/2021 16:38:45	Qual o ultimo valor ofertado?
Pregoeiro	24/05/2021 16:45:19	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - O valor de estimado para o item é de R\$ 60.378,46 para as 2 unidades, sua Proposta está com o valor de menos da metade do valor estimado
Pregoeiro	24/05/2021 16:47:54	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Esperando sua manifestação
Pregoeiro	24/05/2021 16:48:35	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - esta correto o valor? ou você deu lance com referencia no valor unitário?
55.983.274/0001-30	24/05/2021 16:49:50	Um momento por favor
55.983.274/0001-30	24/05/2021 16:54:23	Vamos prosseguir com o ultimo valor ofertado preço unitário R\$ 15.000,00
Pregoeiro	24/05/2021 16:54:29	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Ok
Pregoeiro	24/05/2021 17:01:46	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Sr. Licitante a falta de manifestação poderá causar sua desclassificação no item
Pregoeiro	24/05/2021 17:07:16	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Por favor encaminhe no anexo a comprovação do valor ofertado.
Pregoeiro	24/05/2021 17:08:21	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Conforme o artigo 48 da Lei 8.666/93 o valor está inexecuível. Por isso a solicitação da comprovação
Pregoeiro	24/05/2021 17:11:33	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Qual foi a base de referencia para sua Proposta?
Sistema	24/05/2021 17:14:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	24/05/2021 17:43:24	Senhores licitantes, estamos com dificuldades no julgamento deste Certame por conta da internet. Porém vou continuar no julgamento das Propostas agora.
Pregoeiro	24/05/2021 17:56:35	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante, recebi sua Proposta. Estou esperando a comprovação do valor ofertado. Pois o mesmo ficou muito abaixo do valor estimado, E conforme artigo 48 da Lei 8.666/93 o mesmo está inexecuível
Sistema	24/05/2021 19:21:09	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	24/05/2021 19:33:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	25/05/2021 10:11:20	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Bom dia
Pregoeiro	25/05/2021 10:15:02	Bom dia. Senhores licitantes. Peço a compreensão de todos, pois a internet não ajudou muito ontem, hoje daremos continuação no Certame. Fico grata
Pregoeiro	25/05/2021 10:16:27	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Senhor Licitante, estou esperando sua Planilha de Proposta sem erros. por favor encaminhar para o e-mail cpl.almeirim@gmail.com
Pregoeiro	25/05/2021 11:56:28	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Atenção licitante, estou esperando sua manifestação
Sistema	25/05/2021 12:08:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	25/05/2021 12:40:36	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Sr. Licitante, ao analisar os lances ofertados para o item 02, consideramos que sua Proposta está um pouco mais de 50% do valor estimado menor. Por favor manifeste-se quanto ao valor ofertado. Está correto, podemos aceitar sua Proposta nesse valor
04.949.905/0001-63	25/05/2021 12:52:39	Boa tarde
04.949.905/0001-63	25/05/2021 12:54:39	Sim, o valor esta correto
Pregoeiro	25/05/2021 13:01:37	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok. Proposta aceita
Pregoeiro	25/05/2021 14:08:12	Para M. F. DA S. FRANCO EIRELI - Boa tarde. Sr. Licitante o valor do item 04 está correto? Pois o mesmo está com o valor mais baixo que o valor estimado para o item, porém, na planilha encaminhada para esta Administração está 6% menor do que o valor.
08.084.503/0001-02	25/05/2021 14:08:50	Boa tarde
Pregoeiro	25/05/2021 14:09:07	Para M. F. DA S. FRANCO EIRELI - Posso considerar o lance oferecido?
08.084.503/0001-02	25/05/2021 14:09:34	Um momento que vamos verificar
Pregoeiro	25/05/2021 14:10:33	Para M. F. DA S. FRANCO EIRELI - ok
08.084.503/0001-02	25/05/2021 14:10:33	Sim, confirmamos o valor de 10.406,81 para o item 4

Pregoeiro	25/05/2021 14:11:44	Para M. F. DA S. FRANCO EIRELI - Proposta aceita
Sistema	25/05/2021 14:17:27	O item 4 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/05/2021 14:17:27	Sr. Fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CPF/CNPJ 07.590.023/0001-42, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 14:22:27 do dia 25/05/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/05/2021 14:22:35	O item 4 teve o 1º desempate encerrado às 14:22:27 de 25/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CPF/CNPJ 07.590.023/0001-42.
Sistema	25/05/2021 14:22:35	O item 4 está encerrado.
08.084.503/0001-02	25/05/2021 15:22:55	Podemos enviar a proposta atualizada?
Pregoeiro	25/05/2021 15:37:33	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - Sr. Licitante o valor ofertado no item 7 por sua empresa está mais 50% mais baixos do que o valor estimado para este item. Está correto? posso considerar?
55.983.274/0001-30	25/05/2021 15:41:08	Boa tarde
55.983.274/0001-30	25/05/2021 15:43:02	O valor está correto
Pregoeiro	25/05/2021 15:49:00	Para OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - O valor está correto considerando todas as exigências do Edital? Posso aceitar a Proposta?
55.983.274/0001-30	25/05/2021 15:50:52	Sim
Pregoeiro	25/05/2021 15:57:05	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Sr. Licitante o valor ofertado pela sua no item 8 está correto
04.949.905/0001-63	25/05/2021 15:59:20	Boa tarde. Esta correto.
Sistema	25/05/2021 16:26:43	O item 9 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/05/2021 16:26:43	Sr. Fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CPF/CNPJ 07.606.575/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 16:31:43 do dia 25/05/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	25/05/2021 16:28:11	Senhores licitantes, estamos em julgamento deste Certame, considerando que as falhas no andamento do mesmo se dão por conta do acesso a internet.
Sistema	25/05/2021 16:31:44	O item 9 teve o 1º desempate encerrado às 16:31:43 de 25/05/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CPF/CNPJ 07.606.575/0001-00.
Sistema	25/05/2021 16:31:44	O item 9 está encerrado.
Pregoeiro	25/05/2021 18:36:27	Senhores licitantes, interromperemos o certame por ocasião do horário. Retornaremos no dia 27/05/2021 por ter outro Certame no dia 26/05/2021 nesta Administração
Pregoeiro	27/05/2021 08:29:49	BOM DIA
Pregoeiro	27/05/2021 08:30:13	Senhores Licitantes vamos reiniciar o julgamento do Processo
Pregoeiro	27/05/2021 08:39:44	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - BOM DIA Sr. licitante por favor encaminhe para o e-mail cpl.almeirim@gmail.com a Proposta corrigida.
Sistema	27/05/2021 08:42:07	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/05/2021 08:43:01	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	27/05/2021 08:44:03	Senhor fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	27/05/2021 08:49:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	27/05/2021 09:04:13	Senhores Licitantes, creio que esta havendo problemas quanto ao tempo dado para colocar os anexos solicitados por esta Pregoeira
Pregoeiro	27/05/2021 09:05:26	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Sr. Licitante o valor ofertado por sua empresa refere-se ao valor final dos 2 itens?
62.413.869/0001-15	27/05/2021 09:06:20	Bom dia Pregoeira,
62.413.869/0001-15	27/05/2021 09:07:27	Sim,
Pregoeiro	27/05/2021 09:10:16	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Levando em consideração ao valor estimado seu preço está mais de 50% mais baixo. Por favor encaminhe comprovação de que você pode entregar o item nesse valor. comprovação do preço ofertado
Pregoeiro	27/05/2021	Sr. Licitantes houve um equívoco no item 03. Por favor aguardem minha manifestação

	09:11:17	
Pregoeiro	27/05/2021 10:24:23	Senhores licitantes estou com problemas em meu sistema. Peço que sua compreensão
Sistema	27/05/2021 10:25:35	Senhor fornecedor M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	27/05/2021 10:29:26	Senhores Licitantes, devido as cotações realizadas por esta Administração, bem como pela Planilha com preços de Referência encaminhada pelo Ministério da Saúde, houve preços ofertados que tiveram sua Proposta rejeitada, por ser considerada com valor muito baixo em referencia aos das cotações
Pregoeiro	27/05/2021 10:31:13	Peço desculpas por não conseguir dar o andamento de acordo com as normas, pois estamos com problemas na conexão na internet
Sistema	27/05/2021 10:32:07	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	27/05/2021 10:32:39	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	27/05/2021 10:33:04	Senhor fornecedor OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.983.274/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	27/05/2021 10:33:32	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	27/05/2021 10:33:58	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	27/05/2021 10:35:07	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	27/05/2021 10:36:20	Senhor fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	27/05/2021 10:36:39	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	27/05/2021 10:37:10	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	27/05/2021 10:39:54	Senhor fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	27/05/2021 10:40:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	27/05/2021 10:41:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	27/05/2021 10:41:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	27/05/2021 10:46:02	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	27/05/2021 10:46:45	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Sr. Licitante encaminhe os documentos solicitados no anexo
62.413.869/0001-15	27/05/2021 10:50:39	Pregoeira já iremos anexar.
Sistema	27/05/2021 10:57:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	27/05/2021 10:58:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	27/05/2021 10:58:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	27/05/2021 10:59:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/05/2021 11:00:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	27/05/2021 11:01:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	27/05/2021 11:05:56	Senhor fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	27/05/2021 11:06:37	Senhor fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	27/05/2021 11:07:01	Senhor fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	27/05/2021 11:09:14	Senhor fornecedor M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.084.503/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	27/05/2021 11:20:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	27/05/2021 11:23:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	27/05/2021 11:36:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	27/05/2021	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15,

11:39:40
 Pregoeiro 27/05/2021
 11:40:51
 Sistema 27/05/2021
 11:41:27
 Pregoeiro 27/05/2021
 11:42:30
 Sistema 27/05/2021
 12:04:24

solicito o envio do anexo referente ao item 3.
 Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Documentos aceitos

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/05/2021 às 12:12:00.
 Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, enviou o anexo para o item 17.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	24/05/2021 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/05/2021 09:30:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	24/05/2021 10:13:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/05/2021 11:41:27	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/05/2021 11:42:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/05/2021 às 12:12:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:28 horas do dia 27 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GILMARA DE CARVALHO DIAS VARJAO
Pregoeiro Oficial

GILMARA DE
 CARVALHO DIAS
 VARJAO:56571992272

Assinado de forma digital
 por GILMARA DE CARVALHO
 DIAS VARJAO:56571992272

ALCEMIR RODRIGUES NUNES
Equipe de Apoio

ANDREA DO SOCORRO DA MOTA DE MELO
Equipe de Apoio

FRANCISCO LISBOA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

