

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PARECER TÉCNICO**

MATERIAL PADRONIZADO: AGULHA ECLIPSE (COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA)

LOCAL DE TESTE: Hospital Municipal de São João de Pirabas

QUANTIDADE TESTADA: 01 de cada tamanho

DATA: 22 / 05 / 17

EMPRESA: L. C. DO R. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP

**DESCRIÇÃO:** Agulha hipertônica descartável, com dispositivo de segurança acoplado na agulha, estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, orientada para, cima para permitir aplicações em ângulos baixos, canhão em polipropileno e que permite encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachadura e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgica e filme termoplástico, abertura em pétala. Atende NR 32. TAM: 25x5, 25x6, 25x7, 25x8, 30x7, 30x8 e 13x4.

**PARECER DO PRODUTO**

As amostras do Lote 01 apresentadas pela empresa - L. C. do R. Silva Comércio e Serviços - EPP referentes aos itens 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09, não estão compatíveis com o que foi solicitado no termo de referência do edital.

RESPONSÁVEL PELO TESTE/ CARIMBO: \_\_\_\_\_

Wanylla de Lima Silva  
Enfermeira  
CORAN/PA 483 976

São João de Pirabas, 22 de maio de 2017

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PARECER TÉCNICO**

MATERIAL PADRONIZADO: AGULHA ECLIPSE (COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA)

LOCAL DE TESTE: Hospital Municipal de São João de Pirabas

QUANTIDADE TESTADA: 01 de cada tamanho

DATA: 22 / 05 / 17

EMPRESA: PPF. COM. E SERV. EIRELI -ME

**DESCRIÇÃO:** Agulha hipertônica descartável, com dispositivo de segurança acoplado na agulha, estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, orientada para, cima para permitir aplicações em ângulos baixos, canhão em polipropileno e que permite encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachadura e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgica e filme termoplástico, abertura em pétala. Atende NR 32. TAM: 25x5, 25x6, 25x7, 25x8, 30x7, 30x8 e 13x4.

**PARECER DO PRODUTO**

As amostras do Lote 01 apresentadas pela empresa - PPF. Com. e Serv. EIRELEI-ME referentes aos itens 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09, não estão compatíveis com o que foi solicitado no termo de referência do edital.

RESPONSÁVEL PELO TESTE/ CARIMBO: \_\_\_\_\_

*Wanylla de Lima Silva*  
Enfermeira  
COREN/PA 483.976

São João de Pirabas, 22 de maio de 2017

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PARECER TÉCNICO**

**MATERIAL PADRONIZADO: AGULHA ECLIPSE (COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA)**

LOCAL DE TESTE: Hospital Municipal de São João de Pirabas

QUANTIDADE TESTADA: 01 de cada tamanho

DATA: 22 / 05 / 17

EMPRESA: MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - EPP

**DESCRIÇÃO:** Agulha hipertônica descartável, com dispositivo de segurança acoplado na agulha, estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, orientada para, cima para permitir aplicações em ângulos baixos, canhão em polipropileno e que permite encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachadura e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgica e filme termoplástico, abertura em pétala. Atende NR 32. TAM: 25x5, 25x6, 25x7, 25x8, 30x7, 30x8 e 13x4.

**PARECER DO PRODUTO**

As amostras do Lote 01 apresentadas pela empresa - Mota & Ribeiro de Melo Ltda - EPP referentes aos itens 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09, não estão compatíveis com o que foi solicitado no termo de referência do edital.

RESPONSÁVEL PELO TESTE/ CARIMBO: \_\_\_\_\_

*Wanúcia de Lima Silva*  
Enfermeira  
COREN-PA 483.976

São João de Pirabas, 22 de maio de 2017