

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Registro de Preços Eletrônico - 036/2021.

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTIGENO AG. ESPECIFICAÇÃO: O TESTE RÁPIDO PARA ANTIGENO (AG) DA COVID-19 É UM IMUNOENSAIOCOLORIMETRICO DE FLUXO LATERAL, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO COVID-19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE. PRAZO VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. O TESTE DEVE TER SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 96,7% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99% FRENTE AO RT PCR. COM APRESENTAÇÃO DE CAIXAS COM 25 DISPOSITIVOS DE TESTES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, 25 TUBOS DE TAMPÃO DE EXTRAÇÃO, 25 TAMPAS GOTEJADORAS COM FILTRO PARA TUBO E 25 SWABS PARA COLETA DE AMOSTRAS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, 1 SUPORTE DE PAPEL, 1 SWAB PARA CONTROLE POSITIVO EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 1 SWAB PARA CONTROLE NEGATIVO EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TEMPO DE LEITURA PARA RESULTADOS, MÁXIMO DE 15 MINUTOS. FRASCO COM REAGENTE APRESENTANDO VOLUME NECESSÁRIO A ATENDER O QUANTITATIVO DE TESTES. APRESENTAR REGISTRO E AUTORIZAÇÃO ANVISA.
Quantidade:	12.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	34,50
Valor Final:	7,70
Valor Total:	92.400,00
Situação:	Homologado em 10/12/2021 09:31:58 Por: FRANCISCO SOARES DE AMORIM NETO
Nome da Empresa:	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
Modelo:	COVID-19 AG SE RÁPIDO

FRANCISCO SOARES DE AMORIM NETO

Autoridade Competente

