

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Marituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA  
Pregão Eletrônico - PR 009/2022-SESAU

## Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	CRONÔMETRO. TIPO: Progressivo e Regressivo
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	48,00
Valor Final:	55,37
Valor Total:	166,11
Adjudicado em:	25/04/2022 - 17:19:13
Adjudicado por:	Leonardo Serrão Delgado
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)
Modelo:	KASVI
Item:	0002
Descrição:	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: análise de, no mínimo, 26 parâmetros; realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, contagem total de eritrócitos, desejável Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), determinação hematócrito, determinação de volume corpuscular médio, determinação da hemoglobina corpuscular média, determinação da concentração da hemoglobina corpuscular média, determinação do índice de anisocitose, contagem total de plaquetas, determinação do volume plaquetário médio, determinação de plaquetócrito, determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, contagem de linfócitos (valor absoluto), contagem de linfócitos (valor relativo), contagem de monócitos (valor relativo), contagem de monócitos (valor absoluto), contagem de neutrófilos (valor absoluto), contagem de neutrófilos (valor relativo), contagem de eosinófilos (valor absoluto), contagem de eosinófilos (valor relativo), contagem de basófilos (valor absoluto), contagem de basófilos (valor relativo), contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), contagem de grandes células imaturas (valor absoluto), contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Capacidade de, no mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de no máximo 35µl ou menos. Procedimento de limpeza e calibração. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	123.414,00
Valor Final:	65.900,00
Valor Total:	65.900,00
Adjudicado em:	11/05/2022 - 12:53:30
Adjudicado por:	Leonardo Serrão Delgado
Nome da Empresa:	Labinbraz Comercial Ltda (73.008.682/0001-52)
Modelo:	COUNTER 29
Item:	0003
Descrição:	MICROSCÓPIO LABORATORIAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000x (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Ye fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	15.777,00
Valor Final:	5.499,00
Valor Total:	5.499,00
Adjudicado em:	11/05/2022 - 12:53:35
Adjudicado por:	Leonardo Serrão Delgado
Nome da Empresa:	N C CARVALHO EIRELI EPP (04.745.673/0001-21)
Modelo:	BTM 03 BPLI-CF
Item:	0004
Descrição:	CENTRÍFUGA LABORATORIAL. TECNOLOGIA/TIPO: Para Tubos de 04 até 30 amostras/ digital.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.842,00
Valor Final:	2.671,02
Valor Total:	5.342,04
Adjudicado em:	25/04/2022 - 17:19:28
Adjudicado por:	Leonardo Serrão Delgado
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)



Modelo:	MED STEEL
Item:	0005
Descrição:	AGITADOR DE TUBOS (VÓRTEX). Característica: Velocidade: Fixa. Acionamento: Modo contínuo e por pressão.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	677,00
Valor Final:	594,00
Valor Total:	594,00
Adjudicado em:	25/04/2022 - 17:19:34
Adjudicado por:	Leonardo Serrão Delgado
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda (04.949.905/0001-63)
Modelo:	KASVI
Item:	0006
Descrição:	ANALISADOR BIOQUÍMICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 100 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 28 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Bandeja com no mínimo 40 posições para tubos primários ou cubetas; com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas. Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento; Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 7 comprimentos, de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range entre 340 até 800 nm; Sistema aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 100 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	94.134,00
Valor Final:	62.300,00
Valor Total:	62.300,00
Adjudicado em:	25/04/2022 - 17:20:19
Adjudicado por:	José Alexandre Bonfim Cardoso
Nome da Empresa:	Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais Ltda me (07.776.581/0001-05)
Modelo:	SX-160
Item:	0007
Descrição:	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS). Característica: Modo de Operação: Digital. Capacidade: até 75 litros.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.313,00
Valor Final:	4.417,00
Valor Total:	4.417,00
Adjudicado em:	25/04/2022 - 17:20:23
Adjudicado por:	José Alexandre Bonfim Cardoso
Nome da Empresa:	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI (84.859.552/0002-20)
Modelo:	Digital Flex

Leonardo Serrão Delgado  
Pregoeiro

José Alexandre Bonfim Cardoso  
Autoridade Competente

