

Detalhe Equipamento

Equipamento

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)

Sector

Serviço sem sector

Tipo de Serviço

Centro de Atenção à Saúde Bucal

Ambiente

Laboratório de Prótese

Nomenclatura

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)

Sinónimos

Autoclave Odontológica, Esterilizadora Odontológica, Autoclave Horizontal Odontológica

Definição e Aplicação

Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10551	E006	N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 5.313,00

MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas para cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS:

- Opção 1: ANALÓGICO/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI

- Opção 2: ANALÓGICO/ DE 26 A 45 LITROS/ NÃO POSSUI

- Opção 3: DIGITAL/ ACIMA DE 46 LITROS/ NÃO POSSUI
- Opção 4: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ IMPRESSORA
- Opção 5: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI
- Opção 6: DIGITAL/ DE 26 A 45 LITROS/ NÃO POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		
O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br		

Detalhe Equipamento

Equipamento

Amalgamador Odontológico

Sector

Serviço sem setor

Tipo de Serviço

Centro de Atenção à Saúde Bucal

Ambiente

Consultório Odontológico

Nomenclatura

Amalgamador Odontológico

 (a)

Sinônimos

Misturador para amálgama, Processador de amálgama

Definição e Aplicação

Equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção da amálgama.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
174	E001	N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 1.891,00

TIPO: CAPSULAR.MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- TIPO:

Opção 1: CAPSULAR

- MODO DE OPERAÇÃO:

Opção 1: DIGITAL

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá ☐ , crever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento Bomba de Vácuo até 2HP/CV	Tipo de Serviço Centro de Atenção à Saúde Bucal								
Sector Serviço sem setor	Ambiente Consultório Odontológico								
Nomenclatura Bomba de Vácuo até 2HP/CV	Sinônimos Bomba Geradora de Vácuo								
Definição e Aplicação Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar.									
<table><thead><tr><th>Item</th><th>Soma SUS</th><th>Informática</th><th>Classificação</th></tr></thead><tbody><tr><td>11255</td><td></td><td>N</td><td>Item de Infraestrutura</td></tr></tbody></table>	Item	Soma SUS	Informática	Classificação	11255		N	Item de Infraestrutura	
Item	Soma SUS	Informática	Classificação						
11255		N	Item de Infraestrutura						
Ver Especificação Sugerida									
Preço Sugerido R\$ 876,00									
POTÊNCIA / VAZÃO/ ESTAGIO : DE 0,5 A 2 HP/A PARTIR DE 3 CFM/ DUPLO ESTÁGIO									
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas									
Empresa Participante do PROCOT									
Página na Internet									
Telefone									

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento	Tipo de Serviço
Compressor Odontológico	Centro de Atenção à Saúde Bucal
Sector	Ambiente
Serviço sem setor	Consultório Odontológico

Nomenclatura		Sinônimos	
Compressor Odontológico (h)		Compressor de ar Odontológico	
Definição e Aplicação			
Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeriam ar comprimido.			
Item	Soma SUS	Informática	Classificação
3119		N	Item de Infraestrutura
Ver Especificação Sugerida			
Preço Sugerido			
R\$ 3.318,00			
CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO: 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉSISENTO DE ÓLEO: SIM			

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	✓
Nos sistemas de cadastro de propostas de projetos de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:	
- CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO:	
Opção 1: 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS	
Opção 2: 40 A 49 L/ 1 A 2HP/ 7 A 8 PÉS	
Opção 3: 50 A 69 L/ 1,5 A 2,5HP/ 8 A 12 PÉS	

Opção 4: 70 A 100 L/2 A 2,5HP/ 12 PÉS

- ISENTO DE ÓLEO:

Opção 1: SIM

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Destilador de Água

Sector

Serviço sem sector

Tipo de Serviço

Centro de Atensão à Saúde Bucal

Ambiente

Consultório Odontológico

Nomenclatura

Destilador de Água

(X)

Sinónimos

Destilador de Água, Desmineralizador.

Definição e Aplicação

Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
2339	E156	N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 1.691,00

CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projetos de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- CAPACIDADE:

Opção 1: ATÉ 5 LITROS/HORA

Opção 2: DE 6 A 10 LITROS/HORA

Opção 3: ACIMA DE 10 LITROS/HORA.

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo as as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento	Tipo de Serviço
Equipo Cart Odontológico	Centro de Atenção à Saúde Bucal
Sector	Ambiente
Serviço sem sector	Consultório Odontológico

Nomenclatura	Sinónimos
Equipo Cart Odontológico	Equipo Cart Odontológico.

Definição e Aplicação

Utilizado para acoplar as pontas, os reservatórios de água que será utilizado para alimentar essas pontas e auxiliar o profissional durante os procedimentos odontológicos.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10055		N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 2.341,00

TERMINAIS: NO MÍNIMO 3;SERINGA TRIPLICE: POSSUI;PEÇA RETA: NÃO POSSUI;CONTRA ÂNGULO: NÃO POSSUI;MICRO MOTOR: NÃO POSSUI;CANETA DE ROTAÇÃO: NÃO POSSUI.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- TERMINAIS:
- Opção 1: NO MÍNIMO 3
- SERINGA TRIPLICE:

Opção 1: POSSUI

- PEÇA RETA:

Opção 1: POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI

- CONTRA ÂNGULO:

Opção 1: POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI

- MICRO MOTOR:

Opção 1: POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI

- CANETA DE ROTAÇÃO:

Opção 1: POSSUI

Opção 2: NÃO POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento

Fotopolimerizador de Resinas

Sector

Serviço sem sector

Tipo de Serviço

Unidade de Saúde da Família

Ambiente

Consultório Odontológico

Nomenclatura

Fotopolimerizador de Resinas

(18)

Sinónimos

Aparelho Fotopolimerizador de Resinas, Fotopolimerizador, Sistema fotopolimerizador

Definição e Aplicação

Aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
419	E003	N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 805,00

Tipo: LED, SEM FIO SEM RADÍOMETRO

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

*Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- Tipo:

Opção 1: LED COM FIO

Opção 2: LED, SEM FIO COM RADÍOMETRO

Opção 3: LED, SEM FIO SEM RADÍOMETRO

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo (as as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento
Localizador de Ápice
Setor
Serviço sem setor

Tipo de Serviço
Centro de Atenção à Saúde Bucal
Ambiente
Consultório Odontológico

Nomenclatura
Localizador de Ápice (4)

Sinônimos
Localizador de Ápice, Localizador Apical.

Definição e Aplicação

Utilizado para determinar a odontometria.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
192		N	Item de Apoio Médico Hospitalar

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R\$ 2.242,00

CONFIGURAÇÃO:POSSUI CALIBRAÇÃO E SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

*Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- CONFIGURAÇÃO:

Opção 1: POSSUI CALIBRAÇÃO E SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo as as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Equipamento	Tipo de Serviço
Ultrassom Odontológico	Centro de Atenção à Saúde Bucal
Sector	Ambiente
Serviço sem setor	Consultório Odontológico

Nomenclatura			Sinônimos	
Ultrassom Odontológico			Ultrassom Odontológico	
Definição e Aplicação				
Equipamento utilizado nos processos de limpeza dentário e em processos odontológicos que necessitam de alta energia.				
Item	Soma SUS	Informática	Classificação	
2729		N	Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia	
Ver Especificação Sugerida				
Preço Sugerido				
R\$ 2.438,00				
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUICAVITADOR: NÃO POSSUI				

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projetos de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- JATO DE BICARBONATO INTEGRADO:
Opção 1: POSSUI
- CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL:
Opção 1: POSSUI

CAVITADOR:
Opção 1: NÃO POSSUI
Opção 2: POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br