

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2023-019 FMS

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/05/2023 09:59	19/05/2023 08:00	26/05/2023 18:00	31/05/2023 08:59	31/05/2023 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
26/05/2023 - 15:55	Pedido de impugnação de Esclarecimentos	29/05/2023 - 08:31
Dúvida: Poderia me tirar uma dúvida, no Edital pedi que junto com a readequada encaminhas umas declarações, 9.3. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título; (Modelo - Anexo III) 9.4. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração (Modelo - Anexo III). Porém no edital, pedi conforme o modelo anexo III, é a minuta do contrato e não tem nenhum modelo de declaração Resposta: Bom dia, gostaria de informar que já foi feita a correção do modelo do anexo III para modelo do anexo II, conforme Adendo modificador. Sobre a declaração, está inclusa no modelo de apresentação de proposta comercial adequada.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	AUTOCLAVE: ESPECIFICAÇÃO : CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 200 LITROS DIMENSÕES INTERNAS (AXLXP): 41X41X120 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 170X65X150 CM. PESO 575 KG; TIPO/NÚMERO DE PORTAS VOLANTE CENTRAL (2P/VC) POTÊNCIA: 18KW TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E) SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE 1,5 HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA. INSTRUMENTOS: MANÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR INSTRUMENTOS: DOIS SENSORES DE TEMPERATURA TIPO PT-100 CLASSE 1 INSTRUMENTOS: DOIS TRANSMISSORES DE PRESSÃO ACOMPANHA BOMBA DE VÁCUO. COMANDO: COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO ELETRÔNICO, POSSUI 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ DEFINIDOS, TAIS COMO: PACOTES INSTRUMENTAIS LÍQUIDOS/VIDRARIA TERMO-SENSÍVEIS TESTE DE BOWIE DICK E CICLO FLASH, MAIS DOIS PROGRAMAS LIVRES TOTALMENTE ALTERÁVEIS E SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO E PROTEGIDO POR MEIO DE SENHA PARA UMA MAIOR SEGURANÇA. POSSIBILITA A CONFIGURAÇÃO DA TEMPERATURA DE TRABALHO DE 90 A 135°C E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ATÉ 99 MINUTOS CADA. A VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS PROGRAMAS, FASES DO CICLO PRESSÃO TEMPO E TEMPERATURA SÃO VISUALIZADOS ATRAVÉS DE UMA INTERFACE DE DISPLAY LCD (2 LINHAS X 16 COLUNAS COM FUNDO AZUL E CARACTERES EM BRANCO COM BACKLIGHT) E TECLADO NUMÉRICO DE 0 A 9 MAIS TECLAS DE FUNÇÃO. POSSUI ENTRADAS ANALÓGICA PARA SENSOR PT-100, PARA CONTROLE DA PRESSÃO DO GERADOR/CÂMARA EXTERNA E PARA CONTROLE DE PRESSÃO E VÁCUO DA CÂMARA INTERNA. POSSUI ENTRADAS DIGITAIS SENDO PORTA ABERTA, PRESSOSTATO E CONTROLE DE NÍVEL DO GERADOR DE VAPOR ALTO E BAIXO. POSSUI SAÍDAS DIGITAIS A RELÉ PROTEGIDAS POR FUSÍVEL PARA CONTROLE DAS VÁLVULAS, BOMBA DE ÁGUA E VÁCUO. (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA).	261.563,33	1 UN	Adjudicado
------	--	------------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/05/2023 - 09:36	EDITAL assinado_completo.pdf
18/05/2023 - 10:54	EDITAL_completo-corrigido.pdf
25/05/2023 - 12:14	ADENDO MODIFICADOR assin.pdf
13/06/2023 - 14:23	Decisão Pregoeiro assin.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
31/05/2023 - 09:24	Negociação aberta para o processo 9/2023-019 FMS	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2023-019 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2023 - 14:32	Continuação da sessão	BOA TARDE, INFORMO QUE O CERTAME TERÁ SUA CONTINUAÇÃO NO DIA 15/06/2023 A PARTIR DAS 9:00 DA MANHÃ, AGUARDO A PRESENÇA DE TODOS.
15/06/2023 - 09:09	Documentos solicitados para o processo 9/2023-019 FMS	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2023-019 FMS. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	AUTOCLAVE: Especificação : Características principais: Comando: Controlador microprocessado PHA-08; Capacidade nominal da câmara: 200 litros Dimensões internas (AxLxP): 41x41x120 cm; Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 170x65x150 cm. Peso 575 kg; Tipo/Número de portas Volante Central (2P/V/C) Potência: 18KW Tensão: 220 V Trifásico Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) Secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica; Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna. Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo. COMANDO: Comando automático microprocessado eletrônico, possui 8 programas de esterilização pré definidos, tais como: Pacotes Instrumentais Líquidos/Vidraría Termo-Sensíveis Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash, mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. A visualização dos parâmetros dos programas, fases do ciclo pressão tempo e temperatura são visualizados através de uma interface de display LCD (2 linhas x 16 colunas com fundo azul e caracteres em branco com backlight) e teclado numérico de 0 a 9 mais teclas de função. Possui entradas analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. Possui saídas digitais a relê protegidas por fusível para controle das válvulas, bomba de água e vácuo. (Especificação completa no Anexo I do Termo de Referência).	LONDRIHOSP	200L	LUFERCO PHOENIX	147.000,00	1	147.000,00
		IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AUTOCLAVE:

Especificação : Características principais: Comando: Controlador microprocessado PHA-08; Capacidade nominal da câmara: 200 litros Dimensões internas (AxLxP): 41x41x120 cm; Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 170x65x150 cm. Peso 575 kg; Tipo/Número de portas Volante Central (2P/VC) Potência: 18KW Tensão: 220 V Trifásico Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) Secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica; Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna. Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo. **COMANDO:** Comando automático microprocessado eletrônico, possui 8 programas de esterilização pré definidos, tais como: Pacotes Instrumentais Líquidos/Vidraria Termo-Sensíveis Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash, mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. A visualização dos parâmetros dos programas, fases do ciclo pressão tempo e temperatura são visualizados através de uma interface de display LCD (2 linhas x 16 colunas com fundo azul e caracteres em branco com backlight) e teclado numérico de 0 a 9 mais teclas de função. Possui entradas analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. Possui saídas digitais a relé protegidas por fusível para controle das válvulas, bomba de água e vácuo. (Especificação completa no Anexo I do Termo de Referência).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	44.239.382/0001-86	19/05/2023 - 11:55:49	39209	PROPRIA	1	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	Não
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	24/05/2023 - 17:32:40	PHOENIX/ AH VC 2P-39209	PHOENIX	1	R\$ 261.563,33	R\$ 261.563,33	Sim
COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA	00.270.120/0001-09	27/05/2023 - 09:55:36	39209	Phoenix	1	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	Não
ZLB HOSPITALAR LTDAc	24.155.878/0001-64	30/05/2023 - 18:13:30	AC200/ Autoclave Autmática Horizontal A	ORTOSINTESE/ORTOSINTESE	1	R\$ 200.557,47	R\$ 200.557,47	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	30/05/2023 - 15:28:37	AC200 BRAÇOS CONCENTRICOS 1 PORTA	ORTOSINTESE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Sim
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	42.650.279/0001-07	30/05/2023 - 15:34:41	200L	LUFERCO PHOENIX	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	Sim
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	30/05/2023 - 16:45:01	PHOENIX	PHOENIX	1	R\$ 383.640,00	R\$ 383.640,00	Não
Jaragua Mercantil Ltda	13.390.706/0001-59	30/05/2023 - 17:34:25	OHVC-B200EL	ONIX CIENTIFICA	1	R\$ 192.554,40	R\$ 192.554,40	Sim
SOPHIA DE ASSIS ROLDAO 01888302275	39.758.777/0001-55	30/05/2023 - 20:07:21	AH VC 2P-39209 - 200 LITROS	Phoenix Indústria e Comércio de Equipam	1	R\$ 261.653,33	R\$ 261.653,33	Sim
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	31/05/2023 - 02:16:15	Ortosintese	Ortosintese	1	R\$ 261.563,33	R\$ 261.563,33	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	44.239.382/0001-86	60 dias
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	60 dias
Jaragua Mercantil Ltda	13.390.706/0001-59	60 dias
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	60 dias



COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA	00.270.120/0001-09	60 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	60 dias
ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.626.067/0001-58	60 dias
SOPHIA DE ASSIS ROLDAO 01888302275	39.758.777/0001-55	60 dias
ZLB HOSPITALAR LTDAc	24.155.878/0001-64	60 dias
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	42.650.279/0001-07	60 dias

Lances Enviados

0001 - AUTOCLAVE:

Especificação : Características principais: Comando: Controlador microprocessado PHA-08; Capacidade nominal da câmara: 200 litros Dimensões internas (AxLxP): 41x41x120 cm; Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 170x65x150 cm. Peso 575 kg; Tipo/Número de portas Volante Central (2P/VC) Potência: 18KW Tensão: 220 V Trifásico Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) Secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica; Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna. Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo. COMANDO: Comando automático microprocessado eletrônico, possui 8 programas de esterilização pré definidos, tais como: Pacotes Instrumentais Líquidos/Vidraria Termo-Sensíveis Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash, mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. A visualização dos parâmetros dos programas, fases do ciclo pressão tempo e temperatura são visualizados através de uma interface de display LCD (2 linhas x 16 colunas com fundo azul e caracteres em branco com backlight) e teclado numérico de 0 a 9 mais teclas de função. Possui entradas analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. Possui saídas digitais a relê protegidas por fusível para controle das válvulas, bomba de água e vácuo. (Especificação completa no Anexo I do Termo de Referência).

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/05/2023 - 11:55:49	230.000,00 (proposta)	44.239.382/0001-86 - Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	Cancelado - CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. 13/06/2023 14:36:05
24/05/2023 - 17:32:40	261.563,33 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/05/2023 - 09:55:36	259.000,00 (proposta)	00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
30/05/2023 - 15:28:37	500.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
30/05/2023 - 15:34:41	350.000,00 (proposta)	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
30/05/2023 - 16:45:01	383.640,00 (proposta)	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda	Válido
30/05/2023 - 17:34:25	192.554,40 (proposta)	13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil Ltda	Válido
30/05/2023 - 18:13:30	200.557,47 (proposta)	24.155.878/0001-64 - ZLB HOSPITALAR LTDAc	Válido
30/05/2023 - 20:07:21	261.653,33 (proposta)	39.758.777/0001-55 - SOPHIA DE ASSIS ROLDAO 01888302275	Válido
31/05/2023 - 02:16:15	261.563,33 (proposta)	34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
31/05/2023 - 09:10:52	190.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:11:12	189.500,00	13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil Ltda	Válido
31/05/2023 - 09:11:21	189.700,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:11:30	189.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:11:34	278.139,00	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda	Válido



31/05/2023 - 09:11:44	188.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:12:02	187.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:12:07	175.000,00	44.239.382/0001-86 - Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	Cancelado - CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. 13/06/2023 14:36:05
31/05/2023 - 09:12:20	180.501,72	24.155.878/0001-64 - ZLB HOSPITALAR LTDAc	Válido
31/05/2023 - 09:12:26	260.000,00	39.758.777/0001-55 - SOPHIA DE ASSIS ROLDAO 01888302275	Válido
31/05/2023 - 09:12:29	174.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:12:38	185.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:12:44	258.000,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
31/05/2023 - 09:12:47	173.500,00	13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil Ltda	Válido
31/05/2023 - 09:12:52	170.000,00	44.239.382/0001-86 - Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	Cancelado - CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. 13/06/2023 14:36:05
31/05/2023 - 09:13:15	169.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:13:27	165.000,00	34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
31/05/2023 - 09:13:42	164.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:14:01	163.500,00	13.390.706/0001-59 - Jaragua Mercantil Ltda	Válido
31/05/2023 - 09:14:35	163.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:14:44	162.000,00	34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
31/05/2023 - 09:15:11	161.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:15:25	160.000,00	24.155.878/0001-64 - ZLB HOSPITALAR LTDAc	Válido
31/05/2023 - 09:15:41	159.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:15:53	158.000,00	34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
31/05/2023 - 09:15:58	157.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:16:16	156.000,00	34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
31/05/2023 - 09:16:39	155.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:16:51	154.000,00	34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
31/05/2023 - 09:17:01	153.500,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:17:36	152.000,00	34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
31/05/2023 - 09:17:52	150.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:19:26	149.000,00	34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido



31/05/2023 - 09:19:29	142.000,00	44.239.382/0001-86 - Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	Cancelado - CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. 13/06/2023 14:36:05
31/05/2023 - 09:20:14	141.000,00	44.239.382/0001-86 - Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	Cancelado - CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. 13/06/2023 14:36:05
31/05/2023 - 09:20:33	148.900,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:20:54	148.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:21:51	140.000,00	44.239.382/0001-86 - Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	Cancelado - CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. 13/06/2023 14:36:05
31/05/2023 - 09:22:03	147.000,00	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Válido
31/05/2023 - 09:22:36	135.000,00	44.239.382/0001-86 - Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	Cancelado - CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. 13/06/2023 14:36:05

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/06/2023 - 09:32:39	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	PROPOSTA REALINHADA RONDON DO PARÁ PE 9.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:16	ARNALDO BUAINAIN	208659262	SSP/SP	16/05/2022	-	RG
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:16	ARNALDO BUAINAIN	16706957860	-	-	-	CPF
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:18	ARNALDO BUAINAIN	4423938200018	RECEITA FEDERAL	08/05/2023	-	CNPJ
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:19	ARNALDO BUAINAIN	1301676	PODER JUDICIARIO	02/05/2023	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:20	ARNALDO BUAINAIN	2212007912214	SECRETARIA DA FAZENDA	05/12/2022	06/06/2023	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:21	ARNALDO BUAINAIN	632289/2023	PODER JUDICIARIO	06/01/2023	05/07/2023	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:22	ARNALDO BUAINAIN	-	-	10/06/2021	-	Contrato Social
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:23	ARNALDO BUAINAIN	-	CASA DE SAUDE DE SAO CARLOS	18/08/2014	-	Atestado de Capacidade Técnica
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:24	ARNALDO BUAINAIN	-	PREFEITURA	03/01/2023	03/07/2023	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:25	ARNALDO BUAINAIN	-	RECEITA FEDERAL	06/01/2023	05/07/2023	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:26	ARNALDO BUAINAIN	-	SECRETARIA DA FAZENDA	19/05/2023	-	Cadastro de Inscrição de Contribuintes Estadual e/ou Municipal
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:27	ARNALDO BUAINAIN	-	PREFEITURA	-	13/06/2022	Alvará/Licenciamento de Funcionamento
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:28	ARNALDO BUAINAIN	-	JUCESP	05/05/2023	-	Balanço Patrimonial
Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	19/05/2023 - 11:29	ARNALDO BUAINAIN	-	-	-	-	Prospecto/catálogo do equipamento



Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	22/05/2023 - 10:37	ARNALDO BUAINAIN	20230521003710287676	21/05/2023	19/06/2023	Certificado de Regularidade junto ao FGTS	
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:29	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	42.650.279/0001-07	-	-	CPF	
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:30	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	42.650.279/0001-07	SECRETARIA	30/05/2023	-	CNPJ
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:30	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	42.650.279/0001-07	SECRETARIA	30/05/2023	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:30	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	42.650.279/0001-07	SECRETARIA	30/05/2023	30/06/2023	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:30	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	42.650.279/0001-07	SECRETARIA	30/05/2023	30/06/2023	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:30	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	42.650.279/0001-07	SECRETARIA	30/05/2023	30/06/2023	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:31	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	-	30/05/2023	-	Contrato Social
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:31	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	30/05/2023	-	Atestado de Capacidade Técnica
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:31	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	30/05/2023	30/06/2023	Certidão Negativa de Débitos Municipais
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:31	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	30/05/2023	30/06/2023	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:31	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	30/05/2023	-	Cadastro de Inscrição de Contribuintes Estadual e/ou Municipal
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:32	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	-	30/05/2023	Alvará/Licenciamento de Funcionamento
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:32	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	30/05/2023	-	Balanço Patrimonial
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:33	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	-	-	-	Prospecto/catálogo do equipamento
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	30/05/2023 - 15:33	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	42.650.279/0001-07	SECRETARIA	30/05/2023	-	RG

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/06/2023 - 14:36:05	Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	44.239.382/0001-86	Abrangendo todo o processo



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/06/2023 - 10:28	05/06/2023 - 18:00	09/06/2023 - 18:00

0001 - AUTOCLAVE:

Especificação : Características principais: Comando: Controlador microprocessado PHA-08; Capacidade nominal da câmara: 200 litros Dimensões internas (AxLxP): 41x41x120 cm; Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 170x65x150 cm. Peso 575 kg; Tipo/Número de portas Volante Central (2P/VC) Potência: 18KW Tensão: 220 V Trifásico Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) Secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica; Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna. Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo. **COMANDO:** Comando automático microprocessado eletrônico, possui 8 programas de esterilização pré definidos, tais como: Pacotes Instrumentais Líquidos/Vidraría Termo-Sensíveis Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash, mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. A visualização dos parâmetros dos programas, fases do ciclo pressão tempo e temperatura são visualizados através de uma interface de display LCD (2 linhas x 16 colunas com fundo azul e caracteres em branco com backlight) e teclado numérico de 0 a 9 mais teclas de função. Possui entradas analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. Possui saídas digitais a relê protegidas por fusível para controle das válvulas, bomba de água e vácuo. (Especificação completa no Anexo I do Termo de Referência).

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
24.155.878/0001-64 - ZLB HOSPITALAR LTDAc	31/05/2023 - 11:43:08	Gostaria de interpor recurso sobre a classificação do vencedor(1° colocado) , pois o mesmo não atendeu as exigências da proposta e da documentação conforme solicitado no edital, segue abaixo os subitens que não foram atendidos pelo ganhador. Na PROPOSTA, não atendeu aos itens abaixo: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA ITEM 9.0 À 9.05 *NOME COMERCIAL 9.1.1e *ANO DE FABRICAÇÃO 9.1.1e *DECLARAÇÕES MICRO E DEMAIS DECLARAÇÕES item 3.4.4) *READEQUADRA (Não consta o que pedi no edital) 9.5. O não envio da proposta readequada por meio do sistema eletrônico com todos os requisitos elencados nos subitens 9.1.1, 9.2 e 9.3, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta NOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ITEM 8.11.1.a) NO BALANÇO NÃO CONSTA OS DOCUMENTOS ABAIXO CITADOS *D.R.E (a.1.2) *TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO *ÍNDICES DE LIQUIDEZ item a.4 * DOCUMENTO DO CONTADOR (não colocaram) *CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS -ESTADUAL(tributos) 8.9.6 *DOCUMENTOS DOS SÓCIOS (COLOCARAM SOMENTE DE 1 SÓCIO) SENDO QUE CONSTA MAIS DE UM SÓCIO NO CONTRATO 8.8.3	Indeferido
34.626.067/0001-58 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/05/2023 - 11:43:27	Ilmo Sr Pregoeiro, registramos intenção de recurso contra a vencedora tendo em vista que a mesma na proposta ofertada no sistema não indicou a marca do produto cotado, tendo informado apenas a informação: marca própria, razão pela qual deverá ser desclassificada.	Indeferido



24.155.878/0001-64 - ZLB
HOSPITALAR LTDAc

15/06/2023 - 10:18:33

Gostaria de interpor recurso contra a Habilitação da empresa LONDRIHOSP, pois a mesma não apresentou proposta inicial conforme termo de referencia - anexo I, não colocou toda a descrição do item conforme solicitado no edital, não apresentou índices do balanço patrimonial item 8.11. a.4, apresentou Crc do contador vencido, não colocou o contrato 8.8.3, somente a consolidada 8.8.9

Indeferido

Justificativa: Indeferido, pois consta toda documentação solicitada de acordo com edital.

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
24.155.878/0001-64 - ZLB HOSPITALAR LTDAc	05/06/2023 - 08:53:05	Segue recurso conforme anexo. RECURSO.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
44.239.382/0001-86 - Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda	06/06/2023 - 09:01	A empresa Phoenix consagrou-se vencedora, pois apresentou o melhor preço, e com um equipamento de grande qualidade, e apresentou toda a documentação necessária para sua participação no pregão, se não teria sido impedida de participar do mesmo CONTRA RAZAO - RONDON DO PARA.docx.	

Chat

Data	Apelido	Frase
18/05/2023 - 10:54:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL_completo-corrigido.pdf) em 18/05/2023 às 10:54.
25/05/2023 - 12:14:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ADENDO MODIFICADOR assin.pdf) em 25/05/2023 às 12:14.
31/05/2023 - 09:09:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/05/2023 - 09:09:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/05/2023 - 09:09:57	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
31/05/2023 - 09:09:57	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 300,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/05/2023 - 09:09:57	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/05/2023 - 09:10:08	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes a partir de agora daremos início a sessão.
31/05/2023 - 09:10:23	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
31/05/2023 - 09:10:23	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/05/2023 - 09:16:13	Pregoeiro	Devido a problemas com a nossa internet, houve um pequeno atraso na abertura do sistema.
31/05/2023 - 09:24:37	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/05/2023 - 09:24:54	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 135.000,00.
31/05/2023 - 09:24:55	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
31/05/2023 - 09:25:36	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 31/05/2023 às 11:25.
31/05/2023 - 09:26:58	Pregoeiro	Aguardo a proposta readequada com o valor arrematado.
31/05/2023 - 10:01:09	F. Phoenix Ind e Com...	Negociação Item 0001: Bom dia pregoeiro, informo que devido a boa disputa, ficamos no nosso limite.
31/05/2023 - 10:06:54	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
31/05/2023 - 11:25:39	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda.
31/05/2023 - 11:26:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/05/2023 às 11:56.
31/05/2023 - 11:43:08	Sistema	O fornecedor ZLB HOSPITALAR LTDAc - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2023 - 11:43:27	Sistema	O fornecedor ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2023 - 11:53:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
31/05/2023 - 11:53:50	Sistema	Intenção: Gostaria de interpor recurso sobre a classificação do vencedor(1º colocado) , pois o mesmo não atendeu as exigências da proposta e da documentação conforme solicitado no edital, segue abaixo os subitens que não foram atendidos pelo ganhador. Na PROPOSTA, não atendeu aos itens abaixo: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA ITEM 9.0 À 9.05 *NOME COMERCIAL 9.1.1e *ANO DE FABRICAÇÃO 9.1.1e *DECLARAÇÕES MICRO E DEMAIS DECLARAÇÕES item 3.4.4) *READEQUADRA (Não consta o que pedi no edital) 9.5. O não envio da proposta readequada por meio do sistema eletrônico com todos os requisitos elencados nos subitens 9.1.1, 9.2 e 9.3, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta NOS... (CONTINUA)
31/05/2023 - 11:53:50	Sistema	(CONT. 1) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ITEM 8.11.1.a) NO BALANÇO NÃO CONSTA OS DOCUMENTOS ABAIXO CITADOS *D.R.É (a.1.2) *TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO *ÍNDICES DE LIQUIDEZ item a.4 * DOCUMENTO DO CONTADOR (não colocaram) *CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS -ESTADUAL(tributos) 8.9.6 *DOCUMENTOS DOS SÓCIOS (COLOCARAM SOMENTE DE 1 SÓCIO) SENDO QUE CONSTA MAIS DE UM SÓCIO NO CONTRATO 8.8.3
31/05/2023 - 11:54:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.



31/05/2023 - 11:54:01	Sistema	Intenção: Ilmo Sr Pregoeiro, registramos intenção de recurso contra a vencedora tendo em vista que a mesma na proposta ofertada no sistema não indicou a marca do produto cotado, tendo informado apenas a informação: marca própria, razão pela qual deverá ser desclassificada.
31/05/2023 - 11:58:06	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 05/06/2023 às 18:00, com limite de contrarrazão para 09/06/2023 às 18:00.
31/05/2023 - 11:58:49	Pregoeiro	Desde de já agradeço a presença de todos e tenham um bom dia.
05/06/2023 - 08:53:05	Sistema	O fornecedor ZLB HOSPITALAR LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
06/06/2023 - 09:01:39	Sistema	O fornecedor Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
13/06/2023 - 14:23:06	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
13/06/2023 - 14:23:06	Sistema	Motivo: Conforme decisão anexada ao processo.
13/06/2023 - 14:25:26	Pregoeiro	BOA TARDE A TODOS, INFORMO QUE DAREMOS CONTINUIDADE AO CERTAME DIA 15/06/2023 A PARTIR DAS 9:00 DA MANHÃ.
13/06/2023 - 14:33:57	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
13/06/2023 - 14:33:57	Sistema	Motivo: CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO.
13/06/2023 - 14:36:05	Sistema	O fornecedor Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda foi inabilitado no processo.
13/06/2023 - 14:36:05	Sistema	Motivo: CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO.
13/06/2023 - 14:36:05	Sistema	O fornecedor Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/06/2023 - 14:36:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 147.000,00.
15/06/2023 - 09:05:21	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes a partir de agora daremos continuidade à sessão.
15/06/2023 - 09:08:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:07 do dia 15/06/2023.
15/06/2023 - 09:08:16	Sistema	Motivo: Peça um desconto para o item arrematado.
15/06/2023 - 09:09:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 15/06/2023.
15/06/2023 - 09:09:52	Sistema	Motivo: Aguardo a proposta realinhada referente ao item arrematado.
15/06/2023 - 09:31:36	F. LONDRIHOSP IMPORT...	Negociação Item 0001: Bom dia, já estamos em nosso valor mínimo.
15/06/2023 - 09:31:51	F. LONDRIHOSP IMPORT...	Negociação Item 0001: Realmente não conseguimos ofertar mais descontos pro item em questão.
15/06/2023 - 09:32:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/06/2023 - 09:54:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
15/06/2023 - 09:54:09	Sistema	Motivo: Já foi cumprida a diligência.
15/06/2023 - 09:56:47	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
15/06/2023 - 09:56:47	Sistema	Motivo: Já foi concluído a negociação.
15/06/2023 - 09:57:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.
15/06/2023 - 09:58:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 15/06/2023 às 10:28.
15/06/2023 - 10:18:33	Sistema	O fornecedor ZLB HOSPITALAR LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/06/2023 - 10:26:49	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
15/06/2023 - 10:26:49	Sistema	Intenção: Gostaria de interpor recurso contra a Habilitação da empresa LONDRIHOSP, pois a mesma não apresentou proposta inicial conforme termo de referencia - anexo I, não colocou toda a descrição do item conforme solicitado no edital, não apresentou índices do balanço patrimonial item 8.11. a.4, apresentou Crc do contador vencido, não colocou o contrato 8.8.3, somente a consolidada 8.8.9
15/06/2023 - 10:26:49	Sistema	Justificativa: Indeferido, pois consta toda documentação solicitada de acordo com edital.
15/06/2023 - 10:29:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/06/2023 - 10:37:15	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por DAHU CARLOS BURANI MACHADO.

ALBERTO ABREU ARAÚJO

Pregoeiro

DAHU CARLOS BURANI MACHADO

Autoridade Competente

ELIANE LIMA DE MACEDO



Apoio

RENATA SOUZA ZAMBOM

Apoio

RISIA GOMES SILVA DE ALMEIDA

Apoio

