MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11850.438000/1190-02
--------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 11.850.438/0001-85	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA		
Endereço Completo SAO FRANCISCO CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 68.658-000	UF PA	Município AURORA DO PARA	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Programa/Ação

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE AURORA DO PARA		
Tipo Unidade:	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE		
CNPJ:	CNES:	6580610	
Endereço:	RUA SAO FRANCISCO CASA - CENTRO, CEP:68658000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA REDE DE FRIO

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE AURORA DO PARA	CNES:	6580610
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ADSCRITO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE AS VACINAS PRECISAM SER CONSERVADAS EM TEMPERATURAS ENTRE 2° E 8° C (REFRIGERADOR) E MANIPULADAS EM AMBIENTES COM TEMPERATURA MÁXIMA DE 20° C. A EXPOSIÇÃO AO CALOR OU FRIO EXCESSIVO PODE CAUSAR SÉRIOS DANOS, REDUZINDO A POTÊNCIA DE UMA VACINA E DIMINUINDO A CHANCE DE PROTEÇÃO DE QUEM A RECEBEU. QUANDO A POTÊNCIA OU CAPACIDADE DE AÇÃO DE UMA VACINA É PERDIDA, ELA NÃO PODE MAIS SER RESTAURADA, E PERDE COMPLETAMENTE SEU EFEITO. O MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ VEM PLEITEANDO ESTRUTURAR A REDE MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, SE ADEQUANDO AOS NOVOS PARÂMETROS DE ASSISTÊNCIA DENTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIPNI), RESSALTO QUE O INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68 DE 19 DE AGOSTO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA RDC 197/2017, IRÁ MELHORAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
30000			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
3000			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SIM			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE AURORA DO PARA			
Ambiente: Sala de Equipamentos de Refrigeração			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Freezer Científico	1	25.025,00	25.025,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, CAPACIDADE 400 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE			

CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	1	25.025,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	25.025,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
08249X	AURORA DO PARA
ENDEREÇO	
CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Outros documentos para a Proposta - Res. 68 de 19 de Agosto de 2019.pdf