



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
Comissão Permanente de Licitação /Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 037/PMS/2021

PREGÃO ELETRÔNICO – N.º 025/FMS/2021

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO ESTIMADO:

ITEM	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1		APARELHO DE RAIOS X FIXO ANALÓGICO • GERADOR(POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE) :40 KW OU SUPERIOR/ 40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO 500mA OU SUPERIOR; • TUBO(FOCO FINO/GROSSO : FF: DE 1 A 0,6 OU MENOR / FG:2 A 1,2 OU MENOR; • MESA(TIPO/CAPACIDADE)/BUCK MURAL (DESLOCAMENTO VERTICAL): FIXA COM TAMPO FLUTUANTE /MÍNIMO 160KG; • DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO DE 120 CM ; • ESTATIVA PORTA TUBO: POSSUI; • PAINEL DE COMANDO: POSSUI; • COLIMADOR: POSSUI.	162.298,00	162.298,00
2	1		NEGATOSCÓPIO • A PARTIR DE 02 CORPOS	1.144,00	1.144,00
3	3		APARELHO DE AR CONDICIONADO • TIPO: SPLITCA; • PACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs; • QUENTE E FRIIO.	1.733,00	5.199,00
4	1		LATERNA CLÍNICA • LED;	85,00	85,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro

5	1	BERÇO AQUECIDO • Sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço; • Giro bilateral no plano horizontal; • Bandeja para alojamento do filme radiográfico; • Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis; • Ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; • Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço; • Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar; • Mobilidade através de rodízios com freios e para-choque; • Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; • Memória para retenção dos valores programados. • Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; • Relógio Apagar incorporado; • Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; • Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro; • Alimentação elétrica :	27.840,00	27.840,00
---	---	--	-----------	-----------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
Comissão Permanente de Licitação /Pregoeiro

6	2		IMPRESSORA A LASER • Em linha de produção pelo fabricante; • Impressora laser com padrão de cor monocromático; • Resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; • Velocidade de 35 páginas por minuto PPM; • Suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; • Capacidade de entrada de 200 páginas; • Ciclo mensal de 50.000 páginas; • Interface USB; • Permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; • Suportar frente e verso automático; • O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	1.698,00	3.396,00
TOTAL	Cento e noventa e nove mil e novecentos e sessenta e dois reais				199.962,00

APROVADO:

SAPUCAIA, 16 de Novembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wesdras Pereira Nunes

Secretário Municipal

CONTRATANTE