

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Pregão Eletrônico - 014-2022 - REPETIÇÃO

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
17/06/2022 10:46	17/06/2022 11:00	24/06/2022 11:00	29/06/2022 08:00	29/06/2022 10:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
20/06/2022 - 23:17	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - TÉCNICO E PRAZO DE ENTREGA	29/06/2022 - 10:08	Indeferido	Pedido: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.pdf Julgamento: DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELE. 014 - REPETIÇÃO.pdf

Ilmo. Pregoeiro e Comissão,
A empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35, vem tempestivamente, solicitar IMPUGNAÇÃO do Edital - ITEM 01- TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, nos termos em anexo.

resposta

24/06/2022 - 10:01	IMPUGNAÇÃO_GEHC	28/06/2022 - 16:27	Indeferido	Pedido: Impugnação_GEHC.pdf Julgamento: DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELE. 014 - REPETIÇÃO.pdf
--------------------	-----------------	--------------------	------------	---

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. ("GEHC") pessoa jurídica de Direito Privado, m localizada na Rua Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Galpão 07 – Campina Verde Contagem - MG – CEP 32.150-240 Brasil, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0002-21, com base no Item 17 do Edital, vem por meio desta, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO e requerer o quanto segue, conforme anexo.

RESPOSTA SOBRE IMPUGNAÇÃO

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE. TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE, EQUIPAMENTO PARA USO GERAL, MULTISLICE, COM MÍNIMO 16 CORTES UTILIZADO PARA GERAR IMAGENS DE TOMOGRAFIA DOS ÓRGÃOS DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DO MAS PARA REDUÇÃO DE DOSE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GANTRY: ABERTURA MÍNIMA DE GANTRY: 65 CM; FAIXA DE ANGULAÇÃO MÍNIMA: +1-30 MECÂNICA OU DIGITAL; TEMPO DE CORTE TOTAL (360): 1 SEGUNDO OU MENOR; CAPACIDADE PARA AQUISIÇÃO HELICAL CONTÍNUA SEM INTERRUPÇÃO: MÍNIMA 90 SEGUNDOS; CONJUNTO TUBO E GERADOR: POTÊNCIA DO GERADOR DE NO MÍNIMO: 24KW OU SUPERIOR, NÃO SENDO PERMITIDA NENHUMA EQUIVALÊNCIA; FAIXA DE CORRENTE DO TUBO: 13 ATÉ 200MA OU MAIOR; FAIXA MÍNIMA DE KV DO TUBO: 80 E 130KV; CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE NO MÍNIMO 2.0 MHU, NÃO SENDO PERMITIDA NENHUMA EQUIVALÊNCIA; CAPACIDADE DE ESFRIAMENTO DO TUBO DE NO MÍNIMO 500 KHU/MIN; COMPRIMENTO VOLUMÉTRICO: MÍNIMO 120 CM LIVRE DE METAIS; SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS: AQUISIÇÃO MULTISLICE DE NO MÍNIMO 16 (FILEIRAS DE DETECTORES) CORTES SIMULTÂNEOS POR ROTAÇÃO DE 360; POSSIBILIDADE DE UP-GRADE PARA RECONSTRUÇÃO EM 32 CORTES; FAIXA DE ESPESURA DE CORTE DE 1 MM OU MENOR, COM COBERTURA DE DETECTOR PELO MENOS 11.0 MM OBTIDOS COM NO MÍNIMO 16 CORTES SIMULTÂNEO; CAMPO DE VISÃO: VARIÁVEL ENTRE 100 E 430MM; GERENCIAMENTO DE DOSE: TECNOLOGIA PARA REDUÇÃO DE DOSE APLICADA AO PACIENTE, POSSUINDO ENTRE OUTROS: RECURSO DINÂMICO DE OTIMIZAÇÃO DE DOSE APLICADA AO PACIENTE NOS PLANOS X, Y E Z DURANTE A AQUISIÇÃO COM CAPACIDADE DE MODULAÇÃO DE CORRENTE (MA) DE ACORDO COM A REGIDO DO CORPO A SER EXAMINADA; RECURSO AVANÇADO AUTOMATIZADO DE RECONSTRUÇÃO ITERATIVA (IDOSE 4, SAFIRE, AIDR-3D, ASIR OU SIMILAR); CONSOLE: MULTI-FUNÇÃO CONTENDO 1 MONITOR LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 19". TECLADO MOUSE; O SISTEMA DEVER PERMITIR MANIPULAÇÃO FILMAGEM E PROCESSAMENTO DE IMAGENS PREVIAMENTE ARMAZENADAS DURAN	1.240.675,47	1,00 UN	Homologado
------	--	--------------	---------	------------

Tokens de Desempate

Token	Fornecedor	CNPJ/CPF
1	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	10.515.403/0001-27
2	LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.732.241/0001-89
3	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	12.255.403/0001-60
4	GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	40.972.157/0001-01

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/06/2022	Minuta de Edital - PE - 014-2022 - Repetição.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/06/2022 - 11:31	Negociação aberta para o processo 014-2022 - REPETIÇÃO	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 014-2022 - REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/06/2022 - 11:31	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/06/2022 às 13:32.
29/06/2022 - 15:06	Documentos solicitados para o processo 014-2022 - REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022 - REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



29/06/2022 - 17:41	Direito de Lance de Desempate da LC 123/2006	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/06/2022 às 18:02, encerrando às 18:07:00.
30/06/2022 - 11:33	Documentos solicitados para o processo 014-2022 - REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022 - REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2022 - 16:33	Documentos solicitados para o processo 014-2022 - REPETIÇÃO	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022 - REPETIÇÃO. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	TOMOGRÁFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE. Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canaís de alta performance, equipamento para uso geral, multislice, com mínimo 16 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo: 80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360; possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a região do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema deve permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran	GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	General Eletric - GE	General Eletric - GE	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00
------	--	--	----------------------	----------------------	--------------	------	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.



Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.

Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360; possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema dever permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	10.515.403/0001-27	24/06/2022 - 14:51:29	NEUVIZ ACE SP	NEUSOFT	1,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	Não
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.732.241/0001-89	27/06/2022 - 15:04:33	UNIDADE	MULTISLICE	1,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	Sim
IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	12.255.403/0001-60	28/06/2022 - 16:55:24	Imagine Acess	Própria/ Próprio	1,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	Não
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	40.972.157/0001-01	29/06/2022 - 03:36:22	General Eletric - GE	General Eletric - GE	1,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	12.255.403/0001-60	90 dias
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	10.515.403/0001-27	90 dias
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.732.241/0001-89	90 dias
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	40.972.157/0001-01	90 dias

Lances Enviados

0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.

Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de

Página 5 de 9



pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360; possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema dever permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2022 - 14:51:29	1.100.000,00 (proposta)	10.515.403/0001-27 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Cancelado - Diante exposto no item 9.3.5. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.1.8, (incisos III, IV V e VI), e no subitem 9.1.9 (inciso I) em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU. 05/07/2022 16:31:54
27/06/2022 - 15:04:33	1.100.000,00 (proposta)	10.732.241/0001-89 - LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Cancelado - Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo assim desclassificada neste item. 29/06/2022 17:39:32
28/06/2022 - 16:55:24	1.500.000,00 (proposta)	12.255.403/0001-60 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	Válido
29/06/2022 - 03:36:22	1.100.000,00 (proposta)	40.972.157/0001-01 - GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/06/2022 - 12:14:05	10.515.403/0001-27 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Proposta Readequada.pdf
0001	05/07/2022 - 17:12:57	40.972.157/0001-01 - GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROPOSTA DE PREÇO PE_014-2022 FINAL.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27/06/2022 - 14:53	LAMED DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27/06/2022 - 14:55	LAMED DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27/06/2022 - 14:56	LAMED DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27/06/2022 - 14:57	LAMED DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI	-	-	-	-	HABILITAÇÃO JURÍDICA
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27/06/2022 - 14:59	LAMED DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27/06/2022 - 15:00	LAMED DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI	-	-	-	-	ECONÔMICO-FINANCEIRA
LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27/06/2022 - 15:00	LAMED DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29/06/2022 - 03:33	GABRIELLY LEITE ANDRADE	-	-	-	-	HABILITAÇÃO JURÍDICA



GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29/06/2022 - 03:34	GABRIELLY LEITE ANDRADE	-	-	-	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29/06/2022 - 03:34	GABRIELLY LEITE ANDRADE	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29/06/2022 - 03:35	GABRIELLY LEITE ANDRADE	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29/06/2022 - 03:35	GABRIELLY LEITE ANDRADE	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29/06/2022 - 07:21	GABRIELLY LEITE ANDRADE	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/06/2022 - 17:39:32	LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.732.241/0001-89	Item 0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE. Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360; possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar); console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19", teclado mouse; o sistema dever permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran

Desclassificação: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo assim desclassificada neste item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/07/2022 - 14:25	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
29/06/2022 - 10:09:08	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes!
29/06/2022 - 11:14:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/06/2022 - 11:16:46	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/06/2022 - 11:16:46	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/06/2022 - 11:16:46	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/06/2022 - 11:16:46	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/06/2022 - 11:17:21	Pregoeiro	Senhores licitantes, o processo entrará para fase de lances
29/06/2022 - 11:17:29	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/06/2022 - 11:17:29	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/06/2022 - 11:27:30	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.



29/06/2022 - 11:30:42	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
29/06/2022 - 11:30:42	Sistema	Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 2, 1, 4
29/06/2022 - 11:30:43	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/06/2022 - 11:31:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 1.100.000,00.
29/06/2022 - 11:31:15	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
29/06/2022 - 11:31:29	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/06/2022 às 13:32.
29/06/2022 - 15:06:12	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:06 do dia 29/06/2022.
29/06/2022 - 15:06:12	Sistema	Motivo: Diante exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
29/06/2022 - 17:39:32	Sistema	O fornecedor LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
29/06/2022 - 17:39:32	Sistema	Motivo: Diante exposto no item 7.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Ocorre que a licitante não apresentou sua proposta readequada, sendo assim desclassificada neste item.
29/06/2022 - 17:39:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. com lance de R\$ 1.100.000,00.
29/06/2022 - 17:39:32	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
29/06/2022 - 17:41:49	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/06/2022 às 18:02, encerrando às 18:07:00.
29/06/2022 - 18:07:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
29/06/2022 - 18:10:37	Pregoeiro	senhores licitantes a sessão ficará suspensa e retornará em 30/06/2022 as 11:00 horas.
30/06/2022 - 11:31:08	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.
30/06/2022 - 11:33:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:34 do dia 30/06/2022.
30/06/2022 - 11:33:10	Sistema	Motivo: diante exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
30/06/2022 - 12:14:05	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 15:55:56	Pregoeiro	senhores licitantes, o processo ficará suspenso e retornará em 04/07/2022 as 09:30
04/07/2022 - 09:32:38	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, vamos retornar ao processo.
04/07/2022 - 17:08:33	Pregoeiro	Senhro
04/07/2022 - 17:08:53	Pregoeiro	Senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 05/07/2022 as 14:00horas
05/07/2022 - 16:09:38	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estávamos sem acesso à plataforma e que daqui em diante o processo encontra-se reaberto.
05/07/2022 - 16:31:54	Sistema	O fornecedor BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. foi inabilitado no processo.
05/07/2022 - 16:31:54	Sistema	Motivo: Diante exposto no item 9.3.5. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.1.8, (incisos III, IV V e VI), e no subitem 9.1.9 (inciso I) em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A LICITANTE NÃO APRESENTOU.
05/07/2022 - 16:31:54	Sistema	O fornecedor BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
05/07/2022 - 16:31:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1.100.000,00.
05/07/2022 - 16:33:18	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:33 do dia 05/07/2022.
05/07/2022 - 16:33:18	Sistema	Motivo: DIANTE EXPOSTO NO ITEM 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
05/07/2022 - 17:12:57	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
05/07/2022 - 18:13:00	Pregoeiro	Senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 06/07/2022 as 14:00horas
06/07/2022 - 14:03:49	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.
06/07/2022 - 14:05:04	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
06/07/2022 - 14:05:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/07/2022 às 14:25.
06/07/2022 - 14:34:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/07/2022 - 14:34:41	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Keydson Francisco Moraes Meireles.
09/08/2022 - 17:59:28	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

Keydson Francisco Moraes Meireles

Pregoeiro

Página 8 de 9



COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

Katia Vidinho dos Santos

Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA

Apoio

