

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) Nº 4/2025

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Contratação de empresa especializada em gestão e oferta de serviços laboratoriais de análise e diagnóstico, com cessão de insumos, reagentes e equipamentos automatizados necessários à perfeita execução dos serviços, para realização de exames de análises clínicas, nas dependências do hospital municipal e hospital maternidade de Oriximiná, compreendendo o serviço de urgência/emergência e o ambulatorial do sistema único de saúde de Oriximiná durante o período de 12 (doze) meses.

2. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

A presente contratação, ora delineada, deverá se dar nos moldes normativos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Este estudo técnico preliminar visa tratar sobre a necessidade de Contratação de empresa especializada em gestão e oferta de serviços laboratoriais de análise e diagnóstico, com cessão de insumos, reagentes e equipamentos automatizados necessários à perfeita execução dos serviços, para realização de exames de análises clínicas, nas dependências do hospital municipal e hospital maternidade de Oriximiná, compreendendo o serviço de urgência/emergência e o ambulatorial do sistema único de saúde de Oriximiná durante o período de 12 (doze) meses.

A contratação de uma empresa especializada para a realização de exames laboratoriais é necessária para garantir a qualidade e eficiência na execução dos serviços médicos, assegurando um atendimento adequado às demandas de diagnóstico e monitoramento da saúde.

Portanto, a necessidade desta contratação se dá em virtude da necessidade do serviço, visando atender objetivos como:

1. **Qualidade e Confiabilidade dos Resultados:** A empresa contratada deve possuir equipamentos modernos, tecnologias avançadas e laboratórios adequados, garantindo a precisão e confiabilidade dos resultados dos exames laboratoriais. A qualidade dos resultados é essencial para um diagnóstico correto e para a tomada de decisões clínicas apropriadas.

2. Capacidade de Atendimento à Demanda: A empresa especializada deverá proporcionar que a secretaria de saúde consiga atender a uma grande demanda de exames laboratoriais de forma eficiente, com prazos reduzidos e agilidade nos processos de coleta, análise e entrega dos resultados.
3. Acesso a Exames Específicos e Diversificados: A empresa especializada deverá oferecer uma ampla gama de exames laboratoriais, desde os mais simples até os mais complexos, atendendo às necessidades específicas dos pacientes, o que contribui para um diagnóstico mais completo e eficaz.
4. Conformidade com Normas e Regulamentações: A empresa contratada deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentações de saúde, como as estabelecidas pela ANVISA e outros órgãos reguladores. Isso assegura que todos os procedimentos realizados estejam em conformidade com os padrões de segurança e qualidade exigidos pela legislação.
5. Redução de Custos Operacionais: A contratação de uma empresa externa para a realização de exames laboratoriais pode representar uma solução mais econômica, ao evitar custos com manutenção de equipamentos, contratação de profissionais especializados e gestão de processos internos.

O principal objetivo é suprir as necessidades de demandas existentes com eficiência e agilidade. Neste caso a terceirização para o gerenciamento dos exames laboratoriais permite à instituição de saúde focar em outras áreas essenciais de seu serviço, melhorando sua eficiência operacional e proporcionando mais tempo e recursos para atender diretamente os pacientes em outras frentes de cuidado.

4. ÁREA REQUISITANTE

Hospital Municipal de Oriximiná
Hospital Maternidade São Domingos Savio,
Diretoria de Regulação e Auditoria.

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Como requisito de exigência para esta contratação será estabelecido ao fornecedor contratado a apresentação de todas as prerrogativas contidas neste Estudo Técnico Preliminar - ETP, Termo de Referência - TR, no edital e seus anexos.

Segue abaixo rol exemplificativo dos requisitos necessários para a contratação da empresa que irá fornecer o objeto deste estudo.

- A. Habilitação jurídica: a contratada deverá comprovar que está regularmente constituída como pessoa jurídica.
- B. Regularidade fiscal: a contratada deve comprovar que está em dia com suas obrigações fiscais, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos tributários federais, estaduais e municipais, ou certidão positiva com efeito de negativa, quando permitido pela legislação.
- C. Regularidade trabalhista: A contratada deve comprovar que está em dia com suas obrigações trabalhistas, mediante certidões negativas de débitos trabalhistas ou certidão positiva com efeito de negativa, quando permitido pela legislação.
- D. Regularidade Econômico Financeira: A contratada deve comprovar que está em dia com suas obrigações econômicas financeiras, mediante certidão negativa de falência.
- E. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido.
- F. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, até a entrega do material nos endereços solicitados, incluindo entregas feitas por transportadoras.
- G. Substituição em tempo hábil, dos materiais que apresentem defeitos. Sendo responsável pelo recolhimento, custos com transporte e carga e descarga.
- H. Atestado de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a contratada fornecido os produtos, de maneira satisfatória, compatíveis com o objeto.
- I. A contratada possibilitará a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos, materiais e equipamentos alocados aos seus contratos, bem como controle de qualidade dos produtos.
- J. A contratada deverá prever todo o serviço logístico necessário para o fornecimento do serviço nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.
- K. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- L. A contratada deverá indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- M. Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou estadual.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Este estudo buscou analisar as alternativas existentes para solucionar a problemática relacionada a contratação de empresa especializada em gestão e oferta de serviços laboratoriais de análise e diagnóstico, com cessão de insumos, reagentes e equipamentos automatizados necessários à perfeita execução dos serviços, para realização de exames de análises clínicas, nas dependências do hospital municipal e hospital maternidade de Oriximiná, compreendendo o serviço de urgência/emergência e o ambulatorial do sistema único de saúde de Oriximiná durante o período de 12 (doze) meses.

No que se refere ao levantamento de mercado que atendam a demanda existente, observa-se que outros órgãos e municípios também optaram pela contratação dos serviços, sendo assim, a alternativa mais viável para sanar a demanda existente é contratação através de uma licitação que possibilite ampla concorrência e ofereça a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Portanto, a contratação do serviço se torna vantajosa.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais no mercado. Assim, conclui-se que possa ser classificado como “serviço comum” e, portanto, pode ser adquirido por meio de processo licitatório na modalidade pregão, nos termos do inciso XIII, do art. 6º, da lei 14.133, de 2021.

A solução proposta visa garantir a execução de exames laboratoriais de forma rápida, confiável e eficiente, com foco na precisão dos resultados e na qualidade do atendimento. A empresa contratada será responsável por realizar uma ampla gama de exames, desde os básicos até os mais complexos, conforme as necessidades da instituição de saúde e dos pacientes atendidos.

Deste modo, a solução para a aquisição dos itens é mediante Processo Licitatório por Pregão Eletrônico,

A contratação de uma empresa especializada para a realização de exames laboratoriais representa uma solução estratégica e eficiente, capaz de garantir qualidade, rapidez e segurança no processo de diagnóstico. Ao delegar essa função a um parceiro especializado, a instituição de saúde pode otimizar recursos, melhorar seu atendimento e garantir resultados confiáveis para os pacientes. Portanto, tendo em vista a combinação de qualidade, cumprimento de prazos, conformidade legal, eficiência operacional e escalabilidade torna essa solução a mais adequada.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Considerando o Documento de Formalização da Demanda – DFD, as necessidades e quantidades apontadas neste Estudo Técnico Preliminar – ETP, estão descritas nas tabelas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO, COM CESSÃO DE INSUMOS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAL MATERNIDADE DE ORIXIMINÁ, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E O AMBULATORIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	12 MESES		
TOTAL:				

1.2.1 Relação anual de exames realizados no município de Oriximiná/Pará, discriminada por setor demandante. Planilha meramente exemplificativa, podendo sofrer alterações dependendo da demanda de procura pelos exames.

Nº	Descrição	HMO	REGULAÇÃO	HSDS	TOTAL
1	ALBUMINA	2.500		2250	4.750
2	ÁCIDO ÚRICO	25.000		4500	29.500
3	AMILASE	5.712		1200	6.912
4	ASLO	5.000		1200	6.200
5	BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	9.500			9.500
6	DOSAGEM GONADOTRÓFICO CORIÔNICO, HCG	4.000			4.000
7	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	40.000		4500	44.500
8	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	21.700		1500	23.200
9	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	21.700		1500	23.200
10	DOSAGEM DE COLESTEROL VLDL	21.700		1500	23.200
11	COOMBS DIRETO	150		100	250
12	COOMBS INDIRETO	350		50	400
13	DOSAGEM DE CREATININA	45.000		4500	49.500

14	DOSAGEM DE CÁLCIO	10.200		1200	11.400
15	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	200			200
16	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	200			200
17	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	6.000		1500	7.500
18	DOSAGEM DE GAMA GT	11.000		1250	12.250
19	DOSAGEM DE GLICOSE	50.000		4500	54.500
20	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	7.500			7.500
21	HEMOGRAMA COMPLETO	70.000		4500	74.500
22	PESQUISA DE ANTIGENO DA HEPATITE B (HBSAG)	13.000	30		13.030
23	DOSAGEM DE MUCOPROTEINAS	0	30		30
24	DOSAGEM DE POTÁSSIO	4.000			4.000
25	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA (PCR)	22.500		3000	25.500
26	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	200		1250	1.450
27	DOSAGEM DE PLAQUETAS	70.000		4500	74.500
28	DOSAGEM DE SÓDIO	4.000			4.000
29	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5.500		2500	8.000
30	PESQUISA DE FATOR RH	5.500		2500	8.000
31	DOSAGEM DE TRANSAMINASE OXALETICA (TGO)	40.000		4500	44.500
32	DOSAGEM DE TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP)	40.000		4500	44.500
33	DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGG/IGM	4.500			4.500
34	DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGA	4.500		2500	7.000
35	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	40.000		4500	44.500
36	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	6.528		1000	7.528
37	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO	6.528		1000	7.528
38	DOSAGEM DE URÉIA	45.000		4500	49.500
39	TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DA SÍFILIS	17.500		1500	19.000
40	TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DA SÍFILIS EM GESTANTES			3000	3.000
41	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	4.068		200	4.268
42	HEMOCULTURA	0			0
43	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTRATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL)	2.000	50		2.050
44	FATOR REUMATOIDE	6.000	30	1000	7.030
45	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1.500			1.500
46	DOSAGEM DE TROPONINA	1.500			1.500
47	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)	100			100
48	DOSAGEM DE GASOMETRIA (PH, PCO2, AS, O2)	4.000			4.000
49	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (URINA ROTINA – EAS)	22.000		3000	25.000
50	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	13.500			13.500
51	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	750			750
52	PESQUISA DE ROTAVIRUS	250			250
53	PESQUISA DE BAAR (DIAGNOSTICO)	2.100			2.100
54	PESQUISA DE BAAR (CONTROLE)	100			100

55	BACILOSCOPIA DIRETA	100		100
56	PESQUISA DE HANSENIASE	100		100
57	EXAME A FRESCO (SECREÇÃO VAGINAL)	15.400	1000	16.400
58	BACTERIOSCOPIA DIRETA SECRECAO VAGINAL	15.400	1500	16.900
59	BACTERIOSCOPIA DIRETA SECRECAO URETRAL	30		30
60	EXAME A FRESCO (SECREÇÃO URETRAL)	30		30
61	EXAME MICOLOGICO	350		350
62	LIPASE	30		30
63	LCR – ROTINA		20	20
64	IGE INESPECÍFICO		20	20
65	PROTEINÚRIA 24H		20	20
66	CA 15-3		30	30
67	C3		30	30
68	C4		30	30
69	CH50		30	30
70	CA 19-9		30	30
71	CITOMEGALOVÍRUS ANTICORPOS IGG		50	50
72	CITOMEGALOVÍRUS ANTICORPOS IGM		50	50
73	UROCULTURA COM ATB		50	50
74	COPROCULTURA COM ATB		30	30
75	CULTURA EM GERAL COM ATB		30	30
76	ANTI-HBS		30	30
77	MICROALBUMINÚRIA		30	30
78	RUBÉOLA IGG ANTICORPOS		50	50
79	RUBÉOLA IGM ANTICORPOS		50	50
80	TREPONEMA PALLIDUM-PESQUISA (FTA-ABS IGG)		50	50
81	TREPONEMA PALLIDUM-PESQUISA (FTA-ABS IGM)		50	50
82	IGA, IMUNOGLOBULINA A		30	30
83	IGM, IMUNOGLOBULINA M		30	30
84	IGG, IMUNOGLOBULINA G		30	30
85	CALCIO IONICO		20	20
86	CORTISOL		30	30
87	IMUNOFENOTIPAGEM PARA LINFÓCITOS CD3, CD4, CD8 E CD 19		20	20
88	T3 L		30	30
89	T3 TOTAL		30	30
90	T4L		30	30
91	T4 TOTAL		30	30
92	TSH		30	30
93	ESTRADIOL		30	30
94	FSH		30	30
95	LH		30	30

96	PROLACTINA		30	30
97	PSA TOTAL E LIVRE		70	70
98	CEA		30	30
99	CA 125		30	30
100	TRAB		30	30
101	VITAMINA D-25		70	70
102	CLEARANCE DE CREATININA (URINA 24 HORAS)		30	30
103	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA		30	30
104	CA 72-4		30	30
105	CPK-NAC		60	60
106	DIMERO -D		60	60
107	CORTISOL		30	30
108	FAN		50	50
109	FERRO		50	50
110	FERRITINA		50	50
111	HERPES SIMPLES IGG		50	50
112	HERPES SIMPLES IGM		30	30
113	ZIKA VIRUS IGG		30	30
114	ZIKA VIRUS IGM		60	60
115	CKMB			1000
116	BHCG			4000
117	BILIRRUBINA COLORIMETRICA			1350
118	CÁLCIO			4500
119	URÉIA UV			850
120	TIPAGEM SANGUINIA	850		850
121	TIPAGEM REVERSA	850		850
122	PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES	850		850
123	COMPATIBILIDADE	850		850
124	D FRACO	60		60
125	TAD	60		60
126	AUTO CONTROLE	60		60
127	FATOR RH	850		850
TOTAL ANUAL DE EXAMES				876.546

1.2.3 DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS

1.2.3.1 AUTOANALISADOR HEMATOLOGICO COM DIFERENCIAL DE 5 PARTES

Deverá ser fornecido 02 (um) contador automatizado de hematologia, com a disponibilização de "backup" com as seguintes características mínimas: um sistema totalmente automatizado, completo, conjugado ao fornecimento de todos os insumos e reagentes necessários para realização desses exames, controles comerciais (baixo, alto e normal), com prazo de validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega, e em quantidade suficiente para ser passado diariamente na rotina, uma vez por dia ou mais vezes, se necessário (caso de consertos das máquinas ou ajustes de padrão), com método de impedância para contagem de RBC e PLT, reagente livre de cianeto para teste de hemoglobina, Citometria de fluxo (FCM) + Laser de

três ângulos disperso, com método de coloração química para análise diferencial de WBC. Contendo 31 parâmetros: WBC, LYM (#,%), NEU (#,%), MON (#,%), EOS (#,%), BAS (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, ALY (#,%), LIC (#,%), NRBC (#,%), PDW, PCT, PLCC, P-LCR 3 Histograms and e scattergram. Com capacidade de armazenamento de dados de até 100.000 resultados do paciente (incluindo informações numéricas e gráficas);

Modo de sangue total com carregador automático;
Modo de sangue total com tubo fechado;
Modo Pré-diluído;

Velocidade

Até 60 amostras por hora com carregador automático;
Até 51 amostras por hora com o modo fechado;
Até 53 amostras por hora Modo pré-diluído;

Volume da amostra

Modo de sangue total CBC+DIFF: 33 µL
Modo de sangue total CBC: 24 µL
Modo Pré-diluído: 20 µL

1.2.4 ANALISADOR PARA BIOQUÍMICA COM SISTEMA INTEGRADO PARA QUÍMICA CLÍNICA, IMUNOTURBIDIMETRIA E ÍONS

Deverá ser fornecido 02 (um) analisador automático para análise de bioquímica, com a disponibilização de "backup" com as seguintes características mínimas: um sistema totalmente automatizado, completo, conjugado ao fornecimento de todos os insumos e reagentes necessários para realização desses exames, controles comerciais (baixo, alto e normal), com prazo de validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega, e em quantidade suficiente para ser passado diariamente na rotina, uma vez por dia ou mais vezes, se necessário (caso de consertos das máquinas ou ajustes de padrão), com manejo de amostras de rotina, urgências e demais perfis. Com precisão e segurança, contendo detector de coágulo, lavador de cubetas, módulo ISE, NA-K-Cl, com potenciometria direta, carregamento contínuo de amostras e reagentes, sem interrupção, com leitor de código de barras para amostras e para reagentes e baixo consumo de água.

Sistema de amostragem:

Amostras:

48 posições disponíveis

Possibilidade de utilizar tubos primários e copos de amostra

Volume de amostra: 2 - 100 µL

Carregamento contínuo

Pré-diluição de amostras

Leitor de código de barras

Sistema de reagentes:

Reagentes



48 posições disponíveis
Carregamento contínuo
Leitor de código de barras
Volume de reagente programável:
Reativo 1: 0 - 700 µL
Reagente 2: 0 - 450 µL
Volume típico de reagente: 200 µL

Velocidade de operação de 300 testes fotométricos/hora e 180 testes ISE/hora, com sensor capacitivo de nível líquido, sistema de lavagem interno e externo da agulha, sensor de choque, detector de coágulos e braço de reativos termostatizados.

Bandeja de reação com 80 cubetas, incubação por ar pré-aquecido e com bandeja de reação extra, intercambiável.

1.2.5 APARELHO ANALISADOR PARA GASES SANGÜÍNEOS – GASOMETRIA

Deverá ser fornecido 02 (um) analisador automático para análise de gases sanguíneos com as seguintes características mínimas: um sistema totalmente automatizado, completo, conjugado ao fornecimento de todos os insumos e reagentes necessários para realização desses exames, controles comerciais (baixo, alto e normal), com prazo de validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega, e em quantidade suficiente para ser passado diariamente na rotina, uma vez por dia ou mais vezes, se necessário (caso de consertos das máquinas ou ajustes de padrão), com capacidade de medição de: pH, PCO₂, PO₂, Na, K, Cl, iCa, Gli, Lac, Hct.

Equipamento com baixa manutenção, fácil manuseio, com flexibilidade nas quantidades de amostras disponíveis, com calibração automática, leitor de código de barras e capacidade mínima de 45 amostras/hora.

Todo o equipamento, material hospitalar e laboratorial deverá ser fornecido pela empresa contratada. Devendo o município apenas disponibilizar os servidores que irão executar o serviço e ceder o espaço físico para a realização dos exames.

Qualquer custo com compra, substituição ou manutenção de equipamentos deverá ser custeado pela contratada.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a contratação do serviço é de 3.600.00,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando que o *dever de parcelamento* decorre de análise de conveniência e oportunidade em dividir o objeto em itens/lotos, para ampliar a competitividade e, dessa forma,

aumentar a chance de obter melhores propostas, sem que disso resultem prejuízos técnico e econômico. Contudo, considerando a especificidade o objeto em questão, optou-se pelo não parcelamento em itens.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido.

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Para efeito da contratação o objeto deste estudo encontra-se em alinhamento com o Plano Anual de Contratações e com a Lei Orçamentária Anual – LOA.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS

A partir desta contratação pretende-se garantir o fornecimento de materiais de qualidade, buscando assegurar o princípio da eficiência. Almeja-se o pleno atendimento do objeto e a boa execução dos serviços laboratoriais, com padrões de qualidade, eficiência e sustentabilidade e deste modo, contribuir para o adequado fornecimento do serviço aos munícipes.

Com a contratação pretende-se também atender ao princípio da economicidade, tendo por objetivo promover a melhor relação no que tange o custo benefício, em recursos financeiros, econômicos e administrativos.

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não há que se falar em adequações do ambiente, sendo necessário apenas que a contratada detenhas as licenças ou autorizações necessárias para a presente contratação.

16. DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando a natureza do serviço que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e que prime pelo fortalecimento de uma política de sustentabilidade ambiental na empresa.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Em virtude dos fatos mencionados neste estudo técnico preliminar, entende-se que a contratação de empresa especializada em gestão e oferta de serviços laboratoriais de análise e diagnóstico, com cessão de insumos, reagentes e equipamentos automatizados necessários à perfeita execução dos serviços, para realização de exames de análises clínicas, nas dependências do hospital municipal e hospital maternidade de Oriximiná, compreendendo o serviço de urgência/emergência e o ambulatorial do sistema único de saúde de Oriximiná durante o período de 12 (doze) meses é fundamental para o acesso aos serviços de saúde pública.

A contratação visa o pleno fornecimento dos serviços de saúde, pautado na Humanização e ambiência, buscando o fortalecimento dos serviços de nutrição desenvolvidos no município de Oriximiná-Pará.

Oriximiná/PA, 14 de janeiro de 2025.



Kátia Maria Silva Mendonça
Diretora Administrativa do HMO
Decreto nº 057/2025

KATIA MARIA MENDONÇA
CPF: 015.613.502-73



Luciana Melo Pereira
Diretora de
Controle, Avaliação e Auditoria
Decreto nº 041/2025

LUCIANA MELO PEREIRA
CPF: 858.864.672-20



Marcos Tavares da Rocha
Responsável Administrativo
Hospital Maternidade São Domingos Sávio
Portaria nº 050/2025

MARCOS TAVARES DA ROCHA
CPF: 979.744.712-04



PREFEITURA DE
ORIXIMINÁ
PA - ESTADO DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MAPA DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE OFERTA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO, COM CESSÃO DE INSUMOS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAL MATERNIDADE DE ORIXIMINÁ, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E O AMBULATORIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Assim como toda contratação, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratação. Abaixo foi explicitado uma planilha, sendo importante frisar que nesta não se incluem, aqueles que são de responsabilidade da gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que permeiam a fase preparatória do processo até a formalização da contratação.

I- Relação de riscos para a contratação

RISCO 01 – Falta de Disponibilidade Orçamentária:		
a.	Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
b.	Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto
c.	Dano	Não sendo possível a realização da contratação, teremos como resultado prejuízos para instituição.
d.	Ação preventiva	Buscar junto a administração o remanejamento de valores previstos no orçamento anual desta Secretaria.
e.	Responsável por mitigar o risco	Setor de contabilidade.
RISCO 02 – Na coleta de preços o orçamento não corresponder a realidade do mercado:		
a.	Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
b.	Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto



PREFEITURA DE
ORIXIMINÁ
PAÍZ DO TRANSITO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



c.	Dano	Preços abaixo do mercado e/ou sobrepreço superfaturamento.
d.	Ação preventiva	Construções de bancos de dados com preços das contratações já realizadas no município.
e.	Responsável por mitigar o risco	Setor de planejamento
RISCO 03 – Atraso na conclusão da licitação:		
a.	Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
b.	Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto
c.	Dano	Não atendimento à demanda no prazo necessário prejudicará o atendimento a demanda do objeto da contratação.
d.	Ação preventiva	Buscar junto aos Agentes de Contratação envolvidos maior celeridade no processo.
e.	Responsável por mitigar o risco	Agente de contratação, equipe de apoio e gestor.
RISCO 04 – Recursos administrativos procedentes:		
a.	Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
b.	Impacto	(X) Baixo () Médio () Alto
c.	Dano	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.
d.	Ação preventiva	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.
e.	Responsável por mitigar o risco	Agente de contratação e equipe de apoio.
RISCO 05 – Licitação Deserta:		
a.	Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
b.	Impacto	() Baixo (X) Médio () Alto
c.	Dano	Ausência de interessado, fato este que acarretará em atraso na contratação de empresa para fornecimento do objeto.
d.	Ação preventiva	Ampla divulgação do certame.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

e.	Responsável por mitigar o risco	Setor de publicações oficiais.
----	---------------------------------	--------------------------------



RAYANE SOUZA
SANTOS:09518075
603

Assinado de forma digital
por RAYANE SOUZA
SANTOS:09518075603

RAYANE SOUZA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO Nº 09/2025.