



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00119/2023 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 16 de janeiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº960/2023-GP de 23/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 33.278/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00119/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de testes, visando a realização de exames de bioquímica, urianálise, coagulação, gasometria, imunologia, hormônios e hematologia, com fornecimento de tubos e seringas para gasometria equivalente às necessidades do quantitativo de exames, com cessão de reagentes e uso de aparelhos automatizados e semi-automatizados no regime de comodato para serem utilizados na rede hospitalar, unidades e centros de saúde do município de Marabá/PA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Exame de Sangue

**Descrição Complementar:** Registro de preços para eventual aquisição de testes, visando a realização de exames de bioquímica, urianálise, coagulação, gasometria, imunologia, hormônios e hematologia, com fornecimento de tubos e seringas para gasometria equivalente às necessidades do quantitativo de exames, com cessão de reagentes e uso de aparelhos automatizados e semi-automatizados no regime de comodato para serem utilizados na rede hospitalar, unidades e centros de saúde do município de Marabá/PA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 24.988.450,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Histórico**

**Item: 1 - Exame de Sangue**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.938.920/0001-71	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.845.130,0000	R\$ 15.845.130,0000	15/01/2024 17:19:47
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para eventual Aquisição de testes, visando a realização de exames de bioquímica, urianálise, coagulação, gasometria, imunologia, hormônios e hematologia, com fornecimento de tubos e seringas para gasometria equivalente às necessidades do quantitativo de exames, com cessão de reagentes e uso de aparelhos automatizados e semi-automatizados no regime de comodato para serem utilizados na rede hospitalar, unidades e centros de saúde do município de Marabá/PA, demais informações proposta anexa.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
51.349.176/0001-94	HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICOS, LABORATORIAIS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.238.652,5000	R\$ 22.238.652,5000	12/01/2024 14:34:00
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para eventual Aquisição de testes, visando a realização de exames de bioquímica, urianálise, coagulação, gasometria, imunologia, hormônios e hematologia, com fornecimento de tubos e seringas para gasometria equivalente às necessidades do quantitativo de exames, com cessão de reagentes e uso de aparelhos automatizados e semi-automatizados no regime de comodato para serem utilizados na rede hospitalar, unidades e centros de saúde do município de Marabá/PA							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
15.779.566/0001-30	PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 24.988.440,0000	R\$ 24.988.440,0000	02/01/2024 11:28:07
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, URIANÁLISE, COAGULAÇÃO, GASOMETRIA, IMUNOLOGIA, HORMÔNIOS E HEMATOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE TUBOS E SERINGAS PARA GASOMETRIA EQUIVALENTE ÀS NECESSIDADES DO QUANTITATIVO DE EXAMES, COM CESSÃO DE REAGENTES E USO DE APARELHOS AUTOMATIZADOS E SEMI-AUTOMATIZADOS NO REGIME DE COMODATO PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE HOSPITALAR, UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
14.229.621/0001-56	ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 24.988.450,0000	R\$ 24.988.450,0000	15/01/2024 15:39:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de preços para eventual aquisição de testes, visando a realização de exames de bioquímica, urianálise, coagulação, gasometria, imunologia, hormônios e hematologia, com fornecimento de tubos e seringas para gasometria equivalente às necessidades do quantitativo de exames, com cessão de reagentes e uso de aparelhos automatizados e semi-automatizados no regime de comodato para serem utilizados na rede hospitalar, unidades e centros de saúde do município de Marabá/PA							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
09.534.688/0001-64	DISTRIBUIDORA MEDFAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 24.988.450,0000	R\$ 24.988.450,0000	15/01/2024 17:47:57
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, URIANÁLISE, COAGULAÇÃO, GASOMETRIA, IMUNOLOGIA, HORMÔNIOS E HEMATOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE TUBOS E SERINGAS PARA GASOMETRIA EQUIVALENTE ÀS NECESSIDADES DO QUANTITATIVO DE EXAMES, COM CESSÃO DE REAGENTES E USO DE APARELHOS AUTOMATIZADOS E SEMI-AUTOMATIZADOS NO REGIME DE COMODATO PARA SEREM UTILIZADOS NA							

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.340.683/0001-87 J DE R L PARRIAO LTDA Sim Sim 1 R\$ 24.988.450,0000 R\$ 24.988.450,0000 16/01/2024 09:07:51

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, URINANÁLISE, COAGULAÇÃO, GASOMETRIA, IMUNOLOGIA, HORMÔNIOS E HEMATOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE TUBOS E SERINGAS PARA GASOMETRIA EQUIVALENTE ÀS NECESSIDADES DO QUANTITATIVO DE EXAMES, COM CESSÃO DE REAGENTES E USO DE APARELHOS AUTOMATIZADOS E SEMI-AUTOMATIZADOS NO REGIME DE COMODATO PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE HOSPITALAR, UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.160.236/0001-71 PRO MED & COMERCIO LTDA Não Não 1 R\$ 37.434.000,0000 R\$ 37.434.000,0000 16/01/2024 08:32:51

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro de preços para eventual aquisição de testes, visando a realização de exames de bioquímica, urianálise, coagulação, gasometria, imunologia, hormônios e hematologia, com fornecimento de tubos e seringas para gasometria equivalente às necessidades do quantitativo de exames, com cessão de reagentes e uso de aparelhos automatizados e semi-automatizados no regime de comodato para serem utilizados na rede hospitalar, unidades e centros de saúde do município de Marabá/PA

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.434.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 10:00:01:657
R\$ 24.988.450,0000	04.340.683/0001-87	16/01/2024 10:00:01:657
R\$ 24.988.450,0000	14.229.621/0001-56	16/01/2024 10:00:01:657
R\$ 24.988.450,0000	09.534.688/0001-64	16/01/2024 10:00:01:657
R\$ 24.988.440,0000	15.779.566/0001-30	16/01/2024 10:00:01:657
R\$ 22.238.652,5000	51.349.176/0001-94	16/01/2024 10:00:01:657
R\$ 15.845.130,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 10:00:01:657
R\$ 24.500.000,0000	14.229.621/0001-56	16/01/2024 14:07:33:880
R\$ 16.000.000,0000	04.340.683/0001-87	16/01/2024 14:08:29:260
R\$ 15.000.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:11:44:797
R\$ 22.200.500,0000	14.229.621/0001-56	16/01/2024 14:12:24:847
R\$ 16.241.712,5000	51.349.176/0001-94	16/01/2024 14:17:33:570
R\$ 14.235.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:20:53:197
R\$ 14.200.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:21:17:100
R\$ 19.900.000,0000	14.229.621/0001-56	16/01/2024 14:21:30:970
R\$ 13.500.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:21:39:310
R\$ 12.243.752,5000	51.349.176/0001-94	16/01/2024 14:21:48:193
R\$ 12.100.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:22:23:733
R\$ 12.000.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:22:29:547
R\$ 11.900.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:22:39:710
R\$ 18.500.000,0000	14.229.621/0001-56	16/01/2024 14:22:40:183
R\$ 11.800.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:23:00:077
R\$ 11.700.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:23:09:750
R\$ 11.600.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:23:27:733
R\$ 11.500.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:23:44:560
R\$ 11.400.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:24:08:070
R\$ 11.200.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:24:26:307
R\$ 11.244.262,5000	51.349.176/0001-94	16/01/2024 14:24:38:743
R\$ 11.000.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:24:38:887
R\$ 10.900.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:24:58:133
R\$ 10.500.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:25:10:447
R\$ 10.200.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:25:22:033
R\$ 10.000.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:25:31:307
R\$ 9.800.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:26:16:263
R\$ 9.790.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:27:13:117
R\$ 9.700.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:27:39:943
R\$ 9.650.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:28:02:767
R\$ 9.600.000,0000	06.160.236/0001-71	16/01/2024 14:28:36:497
R\$ 7.500.000,0000	11.938.920/0001-71	16/01/2024 14:31:26:333
R\$ 15.000.000,0000	14.229.621/0001-56	16/01/2024 14:31:41:803

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/01/2024 14:06:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/01/2024 14:28:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	16/01/2024 14:28:05	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.650.000,0000 e R\$ 18.500.000,0000.
Encerramento	16/01/2024 14:33:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	16/01/2024 14:33:06	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	18/01/2024 14:45:13	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.938.920/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 7.500.000,0000. Motivo: O analisador de hormônios que possui, entre suas especificações técnicas, no mínimo 24 posições para reagentes on board, o modelo apresentado na

		proposta demonstra possuir 15 posições para reagentes, ou seja, menor que o solicitado, não atendendo o ato convocatório.
Recusa de proposta	19/01/2024 12:16:51	Recusa da proposta. Fornecedor: PRO MED & COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.160.236/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 9.600.000,0000. Motivo: Não apresentou as especificações técnicas dos equipamentos ofertados em sua proposta comercial, país de procedência, e (...) Registros Vencidos: 80003610015, 80012590052, 80012590053. Não apresentou o Certificado de Boas práticas da fabricante do ANALISADOR (ES) DE HORMONIOS (Ver detalhes no CHAT)
Recusa de proposta	22/01/2024 10:49:48	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICOS, LABORATORIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51.349.176/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 11.244.262,5000. Motivo: Exigências não atendidas: I) EQUIPAMENTO PARA TESTE LABORATORIAL REMOTO (TLR), MÍNIMAS: Equipamento FIA TEST BIOCON AFR 200 ANALISADOR DE IMUNOENSAIO POR FLUORESCÊNCIA, não atende. Teste MIOGLOBINA, sensibilidade analítica maior que 3,0 ng/mL prevista em edital, ETC. (Ver detalhes no CHAT)
Recusa de proposta	24/01/2024 12:32:09	Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 14.229.621/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 15.000.000,0000. Motivo: Das exigências que não foram atendidas: O item 5.1. indicado no Termo de Referência, anexo I do edital, letra I e L: Os equipamentos deverão ter no mínimo as seguintes especificações: i) ANALISADOR (ES) DE COAGULAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. Entre outros (Detalhes no CHAT)
Recusa de proposta	24/01/2024 14:18:21	Recusa da proposta. Fornecedor: J DE R L PARRIAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.340.683/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 16.000.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou as especificações dos equipamentos ofertados em sua proposta comercial, sobre o país de procedência, folders com as especificações técnicas ou bulas dos reagentes, em desacordo ao item mencionado. Tais observações vão em contramão ao item 8.7 do Edital (Ver detalhes no CHAT)
Etapa fechada - Retorno do julgamento	26/01/2024 10:58:40	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Encerramento	26/01/2024 11:03:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	26/01/2024 11:03:40	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/01/2024 14:04:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.779.566/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/01/2024 14:33:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.779.566/0001-30.
Recusa de proposta	29/01/2024 14:35:45	Recusa da proposta. Fornecedor: PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.779.566/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 24.988.440,0000. Motivo: Não existe proposta nos anexos da empresa PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, há um documento da SEFA referente a um veículo e uma consulta no site sobre um veículo da da marca Fiat Pálio
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/01/2024 15:09:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA MEDFAR LTDA, CNPJ/CPF: 09.534.688/0001-64.
Recusa de proposta	29/01/2024 17:23:08	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA MEDFAR LTDA, CNPJ/CPF: 09.534.688/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 24.988.450,0000. Motivo: A proposta não faz qualquer referencia aos equipamentos a serem utilizados, marca, procedência, ou sobre o detalhamento dos reagentes. E mesmo sendo convocada a apresentar proposta readequada não o fez conforme os prazos previstos. Documentação com Atestado genérico, Capital social insuficiente, etc
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/01/2024 17:23:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DISTRIBUIDORA MEDFAR LTDA, CNPJ/CPF: 09.534.688/0001-64.
Cancelado no julgamento	29/01/2024 17:25:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas por não atenderem as especificações e demais exigências do edital
Registro de intenção de recurso	29/01/2024 17:28:03	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 11938920000171. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra nossa desclassificação no processo licitatório, o que será amplamente demonstrado na peça recursal.
Registro de intenção de recurso	29/01/2024 17:29:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICOS, LABORATORIAIS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 51349176000194. Motivo: Manifestamos o interesse em interpor recurso, face a recusa da proposta da empresa HospitalMed inscrita sob o CNPJ: 51.349.176/0001-94, onde de for
Registro de intenção de recurso	29/01/2024 17:33:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICOS, LABORATORIAIS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 51349176000194. Motivo: Manifestamos o interesse em interpor recurso, face a recusa da proposta da empresa HospitalMed inscrita sob o CNPJ: 51.349.176/0001-94, onde de for
Aceite de intenção de recurso	29/01/2024 17:53:34	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11938920000171.
Aceite de intenção de recurso	29/01/2024 17:53:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICOS, LABORATORIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51349176000194. Motivo: A intenção será aceita para melhor análise das razões citadas.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
51.349.176/0001-94	29/01/2024 17:33	29/01/2024 17:53	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos o interesse em interpor recurso, face a recusa da proposta da empresa HospitalMed inscrita sob o CNPJ: 51.349.176/0001-94, onde de forma pormenorizada, será refutado os pontos questionados sobre a sensibilidade do kit de Troponina e Mioglobina, assim como demonstraremos a superioridade do equipamento AFR200 e dos analisadores de Bioquímica BA200 e BA400. Para além disso, abordaremos sobre a declaração falsa do Porte da Empresa classificada em 4º lugar, onde foi assinalado com "SIM"			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A intenção será aceita para melhor análise das razões citadas.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.938.920/0001-71	29/01/2024 17:28	29/01/2024 17:53	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso contra nossa desclassificação no processo licitatório, o que será amplamente demonstrado na peça recursal.			

#### Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Sistema 16/01/2024 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 16/01/2024 10:08:17 Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Internet instável. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 16/01/2024 14:00:00.

Sistema 16/01/2024 14:00:01 A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.

Sistema 16/01/2024 14:01:46 Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 16/01/2024 14:01:47 A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 16/01/2024 14:06:47 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 16/01/2024 14:28:05 A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.650.000,0000 e R\$ 18.500.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:05 do dia 16/01/2024.

Sistema 16/01/2024 14:33:06 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15.000.000,0000, R\$ 9.600.000,0000 e R\$ 7.500.000,0000.

Sistema 16/01/2024 14:33:06 O item 1 está encerrado.

Sistema 16/01/2024 14:42:31 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 16/01/2024 14:49:38 Prezados, boa tarde!

Pregoeiro 16/01/2024 14:52:39 Neste momento passamos a análise das propostas/documentos das empresas melhor classificadas.

Pregoeiro 16/01/2024 14:54:54 Devido ao montante de documentos a serem analisados, estamos encerrando os trabalhos por hoje e retornaremos amanhã (17/01/2024) a partir das 10:00 para continuação.

Pregoeiro 16/01/2024 14:55:24 tenham todos uma boa tarde e até amanhã!

Pregoeiro 17/01/2024 10:11:02 Prezados, bom dia!

Pregoeiro 17/01/2024 10:13:19 Avisamos que ainda não terminamos as análises das propostas/documentos das empresas portanto, nenhuma decisão será tomada até às 14:00. Nesse horário retornaremos a informar a situação para prosseguimento.

Pregoeiro 17/01/2024 13:53:20 Prezados, solicitamos assessoria técnica a Secretaria de Saúde para subsidiar nossas decisões quanto a documentação especificamente técnica, e ainda estamos no aguardo dos relatórios.

Pregoeiro 17/01/2024 13:56:13 Portanto, encerraremos por hoje e amanhã (17/01/2024) às 10:00 retornaremos os trabalhos no sistema ou informaremos da situação da análise.

Pregoeiro 17/01/2024 13:56:41 Portanto, tenham todos uma boa tarde e até amanhã.

Pregoeiro 18/01/2024 10:02:18 Bom dia!!!

Pregoeiro 18/01/2024 10:04:38 Para que os licitantes não fiquem o tempo todo aguardando as decisões, avisamos que ainda não terminamos as análises das propostas/documentos das empresas portanto, nenhuma decisão será tomada até às 14:00. Nesse horário retornaremos a informar a situação para prosseguimento.

Pregoeiro 18/01/2024 10:05:33 Agradecemos a compreensão!

Pregoeiro 18/01/2024 14:19:09 Boa tarde!

Pregoeiro 18/01/2024 14:19:48 Continuando com os trabalhos de aceitação/recusa.

Pregoeiro 18/01/2024 14:32:16 =====

Pregoeiro 18/01/2024 14:32:24 A Secretaria Municipal de Saúde, através da sua área técnica analisou a proposta/documentação apresentada pela empresa BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 11.938.920/0001-71 e emitiu o seguinte relatório:

Pregoeiro 18/01/2024 14:33:18 (...) temos a informar que esta área técnica ao analisar as documentações encaminhadas via sistema ComprasNet para participação do certame, observou que a empresa anexou proposta que vincula nos termos do edital (6) ...

Pregoeiro 18/01/2024 14:33:36 e que deixou de atender algumas solicitações de suma importância para o sucesso da contratação, e que preencheriam todos os requisitos editalícios, a seguir relatados:

Pregoeiro 18/01/2024 14:33:55 Das exigências editalícias que não foram atendidas: O item 5 do termo de referência, anexo I do edital, faz a seguinte solicitação acerca DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS:

Pregoeiro 18/01/2024 14:34:16 f) ANALISADOR (ES) DE HORMONIOS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Pregoeiro 18/01/2024 14:34:34 A solicitação do referido item trata-se de um analisador de hormônios que possua, entre suas especificações técnicas, no mínimo 24 posições para reagentes on board, entretanto o modelo apresentado na proposta demonstra possuir 15 posições para reagentes, ou seja, menor que o solicitado, não atendendo o ato convocatório (abaixo anexo do folder).

Pregoeiro 18/01/2024 14:34:58 Diante dos fatos apresentados e com base no item 8.7 do edital, após análise desta equipe técnica, RECOMENDAMOS a recusa da proposta apresentada pela empresa BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.938.920/0001-71, pelo não atendimento deste ato convocatório, através dos fatos acima expostos.

Pregoeiro 18/01/2024 14:35:16 =====

Pregoeiro 18/01/2024 14:36:06 Passamos então para a conclusão do julgamento no sistema.

Pregoeiro 18/01/2024 14:39:22 O relatório da Secretaria de Saúde na íntegra encontra-se no processo físico impresso e devidamente assinado.

Pregoeiro 18/01/2024 14:41:28 Após a conclusão desta licitação, o mesmo estará a disposição para vistas.

Pregoeiro 18/01/2024 14:49:10 As demais aceitações/recusas serão feitas de acordo com os julgamentos que ainda estão em andamento. Portanto, encerramos por hoje, e retornaremos amanhã (19/01/2024) às 10:00 para continuação ou informar das situações e providencias.

Pregoeiro 18/01/2024 14:49:48 Tenham todos uma boa tarde e até amanhã!

Pregoeiro 19/01/2024 10:19:33 Bom dia!!! Estamos analisando ainda, fiquem atentos.

Pregoeiro 19/01/2024 12:01:07 =====

Pregoeiro 19/01/2024 12:01:41 A Secretaria Municipal de Saúde, através da sua área técnica analisou a proposta/documentação apresentada pela empresa PRO MED & COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ nº 06.160.236/0001-71, e emitiu o seguinte relatório:

Pregoeiro 19/01/2024 12:03:02 (...) temos a informar que esta área técnica ao analisar as documentações encaminhadas via sistema ComprasNet, observou que a empresa anexou proposta que vincula nos termos do edital e que deixou de atender algumas solicitações de suma importância para o sucesso da contratação, e que preencheriam todos os requisitos editalícios, a seguir relatados:

Pregoeiro 19/01/2024 12:03:21 Das exigências editalícias que não foram atendidas: 1. O item 3.1.1 indicados nos anexos do Termo de Referência: A proposta comercial deverá conter:

Pregoeiro 19/01/2024 12:05:19 3.1.1. Apresentação de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando: especificação técnica do equipamento, país de procedência, registro de produto na ANVISA, bula dos reagentes utilizados nos equipamentos...

Pregoeiro 19/01/2024 12:05:33 e outras características que permitam identificá-los -sem referência às expressões "similar"- de acordo com os requisitos indicados nos Anexos deste Termo de Referência;

Pregoeiro 19/01/2024 12:06:16 A empresa não apresentou as especificações técnicas dos equipamentos ofertados em sua proposta comercial, país de procedência, e apresentou alguns registros de produtos na ANVISA de forma parcial para alguns itens ofertados,

Pregoeiro 19/01/2024 12:06:35 além disso apresentou registros de produtos na ANVISA vencidos para alguns itens, segue os números dos Registros Vencidos: 80003610015, 80012590052, 80012590053, em desacordo ao item mencionado.

Pregoeiro 19/01/2024 12:07:00 2. O item 5.1. indicado no Termo de Referência: Os equipamentos deverão ter no mínimo as seguintes especificações: f) ANALISADOR (ES) DE HORMONIOS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS (...) A empresa não apresentou o Certificado de Boas práticas de fabricação e controle de produtos para saúde da fabricante.

Pregoeiro 19/01/2024 12:07:20 Diante dos fatos apresentados e com base no item 8.7 do edital, após análise desta equipe técnica, RECOMENDAMOS a recusa da proposta apresentada pela empresa PRO MED & COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ nº 06.160.236/0001-71, pelo não atendimento deste ato convocatório, através dos fatos acima expostos.

Pregoeiro 19/01/2024 12:07:33 =====

Pregoeiro 19/01/2024 12:08:06 Passamos então para a conclusão do julgamento no sistema.

Pregoeiro 19/01/2024 12:09:04 O relatório da Secretaria de Saúde na íntegra encontra-se no processo físico impresso e devidamente assinado.

Pregoeiro 19/01/2024 12:09:30 Após a conclusão desta licitação, o mesmo estará a disposição para vistas.

Pregoeiro 19/01/2024 12:19:14 As demais aceitações/recusas serão feitas de acordo com os julgamentos que ainda estão em andamento. Portanto, encerramos por hoje, e retornaremos Segunda-feira (22/01/2024) às 10:00 para continuação ou informar das situações e providencias.

Pregoeiro 19/01/2024 12:20:19 Tenham todos um bom fim de semana e até Segunda!

Pregoeiro 22/01/2024 10:18:48 Bom dia!

Pregoeiro 22/01/2024 10:19:23 Estamos analisando ainda, fiquem atentos.

Pregoeiro 22/01/2024 10:23:23 =====

Pregoeiro 22/01/2024 10:23:36 A Secretaria Municipal de Saúde, através da sua área técnica analisou a proposta/documentação apresentada pela empresa HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MÉDICOS, LABORATORIAIS E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 51.349.176/0001-94 e emitiu o seguinte relatório:

Pregoeiro 22/01/2024 10:24:13 Após análise da proposta/documentação apresentada pela empresa HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MÉDICOS, LABORATORIAIS E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 51.349.176/0001-94 (...)

Pregoeiro 22/01/2024 10:25:54 (...) temos a informar que esta área técnica ao analisar as documentações via sistema ComprasNet, observou que a empresa anexou proposta que vincula nos termos do edital e que deixou de atender algumas solicitações de suma importância para o sucesso da contratação, e que preencheriam todos os requisitos editalícios, a seguir relatados:

Pregoeiro 22/01/2024 10:26:22 Das exigências editalícias que não foram atendidas: 1. O item 5.1. indicados no Termo de Referência: Os equipamentos deverão ter no mínimo as seguintes especificações: l) EQUIPAMENTO PARA TESTE LABORATORIAL REMOTO (TLR), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Pregoeiro 22/01/2024 10:27:48 Características: &#9642;&#61472;Método utilizado: Imunoensaio por fluorescência. &#9642;&#61472;Apto a medir os seguintes parâmetros: Troponina I, CK-MB, Dímero-D, Mioglobina, BNP. &#9642;&#61472;Dosagem dos testes quantitativa. &#9642;&#61472;Sensibilidade analítica máxima do kit: mioglobina (3,0 ng/mL), CK-MB (0,9 ng/mL), Troponina I (0,07 ng/mL), BNP 10 pg/mL, D-dímero 100 ng/mL.

Pregoeiro 22/01/2024 10:28:11 &#9642;&#61472;Identificação das amostras inseridas por meio de teclado. &#9642;&#61472;Impressão dos resultados integrados acompanhados de papel térmico e teclado alfanumérico. &#9642;&#61472;Impressora embutida. &#9642;&#61472;Resultado: no máximo 20 minutos e todos os parâmetros deverão ser quantitativos e com qualidade suficiente para diagnóstico, como nos equipamentos de laboratório.

Pregoeiro 22/01/2024 10:28:31 &#9642;&#61472;Parâmetros dosados em sangue total, soro, plasma e urina. &#9642;&#61472;Interface de resultados. &#9642;&#61472;Software em português, calibrações simples. &#9642;&#61472;Fornecer todos os insumos e acessórios necessários para a realização dos exames (calibradores, controles, papel térmico, etc).

Pregoeiro 22/01/2024 10:28:53 Em análise às especificações do equipamento apresentado pela empresa HOSPITALMED, foi verificado que o Equipamento FIA TEST BIOCON AFR 200 ANALISADOR DE IMUNOENSAIO POR FLUORESCÊNCIA, apresentado para cumprir exigências do Descritivo Técnico dos Equipamentos referentes ao Item 5.1, letra L, do Termo de Referência,

Pregoeiro 22/01/2024 10:29:07 com relação ao teste TROPONINA I, o Equipamento apresentado pela licitante possui sensibilidade analítica maior que 0,07 ng/mL prevista em edital, não atendendo às especificações mínimas dispostas.

Pregoeiro 22/01/2024 10:29:24 Além disso, com relação ao teste MIOGLOBINA, o Equipamento apresentado pela licitante possui sensibilidade analítica maior que 3,0 ng/mL prevista em edital.

Pregoeiro 22/01/2024 10:29:40 Outro ponto diz respeito ao Equipamento BA 400 e BA 200 da marca Biosystems apresentado para cumprir exigências técnicas mínimas do Descritivo Técnico dos Equipamentos referentes ao Item 5.1, letra A e B, do Termo de Referência. Foi verificado que o equipamento não possui o quantitativo de filtros mínimos especificados.

Pregoeiro 22/01/2024 10:30:03 O equipamento deve possuir fotômetro com no mínimo 10 filtros para comprimentos de onda entre os intervalos de 340 a 800nm. A empresa apresentou equipamento com apenas 08 filtros.

Pregoeiro 22/01/2024 10:31:32 Tais observações vão em contramão ao item 8.7. do Edital: 8.7 SERÃO DESCLASSIFICADAS E/OU RECUSADAS AS PROPOSTAS: e) que não apresentem as especificações exigidas, conforme Objeto - Anexo II deste Edital, trazendo somente expressões tais como: conforme o edital, de acordo com o edital ou expressões similares passíveis de inúmeras interpretações;

Pregoeiro 22/01/2024 10:38:04 f) que não forem anexadas junto ao Portal ComprasNet na forma e prazos previstos no subitem 8.6. g) que ofertem produtos e/ou equipamentos não registrados na ANVISA, nos casos em que os produtos são obrigatoriamente regulados por este órgão de fiscalização, conforme legislação especial pertinente;

Pregoeiro 22/01/2024 10:38:24 h) que ofertem equipamento (s) que não atenda as especificações mínimas contidas no Anexo I - Termo de referência do Edital;

Pregoeiro 22/01/2024 10:38:49 Diante dos fatos apresentados e com base no item 8.7 do edital, após análise desta equipe técnica, RECOMENDAMOS a recusa da proposta apresentada pela empresa HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MÉDICOS, LABORATORIAIS E SERVIÇOS LTDA., inscrito no CNPJ nº 51.349.176/0001-94, pelo não atendimento deste ato convocatório, através dos fatos acima expostos.

Pregoeiro 22/01/2024 10:50:12 =====

Pregoeiro 22/01/2024 10:51:01 Ainda estamos analisando as demais propostas/documentação

Pregoeiro 22/01/2024 10:52:20 Continuem atentos

Pregoeiro 22/01/2024 11:21:31 Informamos que só tomaremos decisões no sistema a partir das 14:00, portanto, até a lá não haverá movimentação por aqui

Pregoeiro 22/01/2024 12:14:08 O relatório da Secretaria de Saúde na íntegra encontra-se no processo físico impresso e devidamente assinado.

Pregoeiro 22/01/2024 14:35:44 As demais aceitações/recusas serão feitas de acordo com os julgamentos que ainda estão em andamento. Portanto, encerramos por hoje, e retornaremos amanhã, Terça-feira (23/01/2024) às 10:00 para continuação ou informar das situações e providencias.

Pregoeiro 23/01/2024 10:34:25 Bom dia!!!!

Pregoeiro 23/01/2024 10:35:09 Ainda estamos analisando as propostas/documentação das empresas licitantes

Pregoeiro 23/01/2024 10:35:19 Fiquem atentos

Pregoeiro 23/01/2024 12:31:45 Prezados, dada a demora no envio do relatório por parte da Secretaria Municipal de Saúde, estamos encerrando por hoje, e retornaremos amanhã (24/01/2024) às 10:00.

Pregoeiro 23/01/2024 12:32:39 Não haverá movimentação no sistema até a data/horário informados.

Pregoeiro 24/01/2024 11:30:55 Prezados, estamos analisando ainda a documentação/propostas

Pregoeiro 24/01/2024 12:14:09 Vamos fazer os julgamento no CHAT e Sistema

Pregoeiro 24/01/2024 12:14:30 Fiquem atentos

Pregoeiro 24/01/2024 12:16:11 =====

Pregoeiro 24/01/2024 12:16:56 A Secretaria Municipal de Saúde, através da sua área técnica analisou a proposta/documentação apresentada pela empresa HORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.229.621.0001-56 e emitiu o seguinte relatório:

Pregoeiro 24/01/2024 12:19:00 Após análise da proposta/documentação apresentada pela empresa HORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.229.621.0001-56 (...)

Pregoeiro 24/01/2024 12:19:47 (...) temos a informar que esta área técnica ao analisar as documentações via sistema ComprasNet, observou que a empresa anexou proposta que vincula nos termos do edital e que deixou de atender algumas solicitações de suma importância para o sucesso da contratação, e que preencheriam todos os requisitos editalícios, a seguir relatados:

Pregoeiro 24/01/2024 12:20:49 Das exigências editalícias que não foram atendidas: O item 5.1. indicado no Termo de Referência, anexo I do edital, letra I e L: Os equipamentos deverão ter no mínimo as seguintes especificações: i) ANALISADOR (ES) DE COAGULAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS.

Pregoeiro 24/01/2024 12:21:24 &#9642; Coagulômetro semiautomático 4 ou mais canais de leitura.&#9642; Mínimo de 4 posições para incubação de reagentes.&#9642; Tempo de pré-aquecimento do reagente programável.&#9642; Possuir no mínimo 16 posições de incubação para amostras.&#9642; Possuir impressora térmica, detecção de coágulo, cubetas descartáveis ou autolaváveis.

Pregoeiro 24/01/2024 12:21:54 I) EQUIPAMENTO PARA TESTE LABORATORIAL REMOTO (TLR), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. Características: -Método utilizado: Imunoensaio por fluorescência; -Apto a medir os seguintes parâmetros:

Pregoeiro 24/01/2024 12:22:13 Troponina I, CK-MB, Dímero-D, Mioglobina, BNP; -Dosagem dos testes quantitativa; Sensibilidade analítica máxima do kit: mioglobina (3,0 ng/mL), CK-MB (0,9 ng/mL), Troponina I (0,07 ng/mL), BNP: 10 pg/mL, D-dímero: 100 ng/mL ; -Identificação das amostras inseridas por meio de teclado;

Pregoeiro 24/01/2024 12:22:31 -Impressão dos resultados integrados acompanhados de papel térmico e teclado alfanumérico; -Impressora embutida; - Resultado: no máximo 20 minutos e todos os parâmetros deverão ser quantitativos e com qualidade suficiente para diagnóstico, como nos equipamentos de laboratório;

Pregoeiro 24/01/2024 12:22:45 -Parâmetros dosados em sangue total, soro, plasma e urina; -Interface de resultados; -Software em português, calibrações simples. - Fornecer todos os insumos e acessórios necessários para a realização dos exames (calibradores, controles, papel térmico, etc).

Pregoeiro 24/01/2024 12:23:20 Em análise às especificações dos equipamentos apresentados pela empresa ORTOMÉDICA, foi verificado que o Analisador Semiautomático de Coagulação Bioclin CS4, apresentado para cumprir exigências do Descritivo Técnico dos Equipamentos referentes ao Item 5.1, letra I, não consta em suas especificações possuir detecção de coágulos.

Pregoeiro 24/01/2024 12:23:34 Ademais, no que diz respeito ao item L, o equipamento apresentado, Leitor de Imunofluorescência Bioclin Poct Fia, não possui teclado alfanumérico, como previsto em edital.

Pregoeiro 24/01/2024 12:24:15 Diante dos fatos apresentados e com base no item 8.7 do edital, após análise desta equipe técnica, RECOMENDAMOS a recusa da proposta apresentada pela empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ nº 14.229.621.0001-56, pelo não atendimento deste ato convocatório, através dos fatos acima expostos.

Pregoeiro 24/01/2024 12:25:07 =====

Pregoeiro 24/01/2024 12:25:19 Passamos então para a conclusão do julgamento no sistema.

Pregoeiro 24/01/2024 12:26:15 O relatório da Secretaria de Saúde na íntegra encontra-se no processo físico impresso e devidamente assinado.

Pregoeiro 24/01/2024 12:26:30 Após a conclusão desta licitação, o mesmo estará a disposição para vistas.

Pregoeiro 24/01/2024 12:34:09 Continuaremos as aceitações durante o dia de hoje, fiquem atentos.

Pregoeiro 24/01/2024 14:07:36 A Secretaria Municipal de Saúde, através da sua área técnica analisou a proposta/documentação apresentada pela empresa J DE R L PARRIÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.340.683/0001-87 e emitiu o seguinte relatório:

Pregoeiro 24/01/2024 14:07:51 =====

Pregoeiro 24/01/2024 14:09:37 Após análise da proposta/documentação apresentada pela empresa J DE R L PARRIÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.340.683/0001-87 (...)

Pregoeiro 24/01/2024 14:09:51 (...) temos a informar que esta área técnica ao analisar as documentações via sistema ComprasNet, observou que a empresa anexou proposta que vincula nos termos do edital e que deixou de atender algumas solicitações de suma importância para o sucesso da contratação, e que preencheriam todos os requisitos editalícios, a seguir relatados:

Pregoeiro 24/01/2024 14:10:42 Das exigências editalícias que não foram atendidas: O item 9 do presente edital, DA PROPOSTA DE PREÇOS (PROPOSTA FÍSICA): 9.2.4 Apresentação de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando:

Pregoeiro 24/01/2024 14:11:00 especificação técnica do equipamento, país de procedência, registro de produto na ANVISA, bula dos reagentes utilizados nos equipamentos e outras características que permitam identificá-los - sem referência às expressões "similar"- de acordo com os requisitos indicados nos Anexos deste Termo de Referência;

Pregoeiro 24/01/2024 14:11:18 9.2.4.1 Folders de todos os equipamentos ofertados e constantes na proposta, constando as especificações dos equipamentos. 9.2.4.2 Bula de todos os reagentes ofertados.

Pregoeiro 24/01/2024 14:11:33 A empresa não apresentou as especificações dos equipamentos ofertados em sua proposta comercial, informações sobre o país de procedência, folders com as especificações técnicas ou bulas dos reagentes, em desacordo ao item mencionado. Tais observações vão em contramão ao item 8.7. do Edital:

Pregoeiro 24/01/2024 14:11:57 8.7 SERÃO DESCLASSIFICADAS E/OU RECUSADAS AS PROPOSTAS: e) que não apresentem as especificações exigidas, conforme Objeto - Anexo II deste Edital, trazendo somente expressões tais como: conforme o edital, de acordo com o edital ou expressões similares passíveis de inúmeras interpretações;

Pregoeiro 24/01/2024 14:13:32 (...) h) que ofertem equipamento (s) que não atenda as especificações mínimas contidas no Anexo I – Termo de referência do Edital; (grifo nosso).

Pregoeiro 24/01/2024 14:13:53 Diante dos fatos apresentados e com base no item 8.7 do edital, após análise desta equipe técnica, RECOMENDAMOS a recusa da proposta apresentada pela empresa J DE R L PARRIÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 04.340.683/0001-87, pelo não atendimento deste ato convocatório, através dos fatos acima expostos.

Pregoeiro 24/01/2024 14:14:05 =====

Pregoeiro 24/01/2024 14:14:45 Passamos então a recusa no Sistema.

Pregoeiro 24/01/2024 14:15:08 O relatório da Secretaria de Saúde na íntegra encontra-se no processo físico impresso e devidamente assinado.

Pregoeiro 24/01/2024 14:15:20 Após a conclusão desta licitação, o mesmo estará a disposição para vistas.

Pregoeiro 24/01/2024 14:32:28 As demais aceitações/recusas serão feitas de acordo com os julgamentos que ainda estão em andamento. Portanto, encerramos por hoje, e retornaremos amanhã, Quinta-feira (25/01/2024) às 10:00 para continuação ou informar das situações e providencias.

Pregoeiro 24/01/2024 14:33:04 Tenham todos uma boa tarde!!!! e até amanhã!

Pregoeiro 25/01/2024 11:49:29 Prezados, estamos no aguardo dos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde acerca da análise solicitada. Bom dia!

Pregoeiro 25/01/2024 11:51:42 Tendo em vista a demora, as aceitações/recusas serão feitas de acordo com os julgamentos que ainda estão em andamento. Portanto, encerramos por hoje, e retornaremos amanhã, Sexta-feira (26/01/2024) às 10:00 para continuação ou informar das situações e providencias.

Pregoeiro 25/01/2024 11:52:49 Tenham todos uma boa tarde e até amanhã!!!!

Pregoeiro 26/01/2024 10:55:29 Bom dia!

Pregoeiro 26/01/2024 10:56:42 Prezados, vou convocar Proclinica e Medfar para disputa da etapa fechada.

Pregoeiro 26/01/2024 10:57:08 Fiquem atentos!

Sistema 26/01/2024 10:58:41 A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 24.988.440,0000 e R\$ 24.988.450,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:39 do dia 26/01/2024.

Sistema 26/01/2024 11:03:40 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 26/01/2024 11:03:40 O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 26/01/2024 11:52:47 Continuamos com as análises das propostas/documentos

Pregoeiro 26/01/2024 11:56:10 Prezados, estamos aguardando relatório das análises, e só tomaremos decisões no sistema a partir das 14:00, portanto, até a lá não haverá movimentação por aqui.

Pregoeiro 26/01/2024 15:41:53 Tendo em vista a demora, as aceitações/recusas serão feitas de acordo com os julgamentos que ainda estão em andamento. Portanto, encerramos por hoje, e retornaremos na Segunda-feira (29/01/2024) às 10:00 para continuação ou informar das situações e providencias.

Pregoeiro 29/01/2024 10:07:48 Bom dia! Ainda estamos analisando as propostas/documentação das empresas licitantes.

Pregoeiro 29/01/2024 10:09:32 A qualquer momento estaremos atualizando as aceitações

Pregoeiro 29/01/2024 12:22:00 Informamos que só tomaremos decisões no sistema a partir das 14:00, portanto, até a lá não haverá movimentação por aqui.

Pregoeiro 29/01/2024 12:22:26 Fiquem atentos a partir das 14:00

Pregoeiro 29/01/2024 14:00:27 Olá, boa tarde!

Pregoeiro 29/01/2024 14:04:24 Vamos solicitar a proposta readequada da empresa PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA no sistema.

Sistema 29/01/2024 14:04:39 Senhor fornecedor PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.779.566/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 29/01/2024 14:33:44 Senhor fornecedor PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.779.566/0001-30, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema 29/01/2024 15:09:11 Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA MEDFAR LTDA, CNPJ/CPF: 09.534.688/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro 29/01/2024 15:14:29 Foi convocada no sistema a empresa DISTRIBUIDORA MEDFAR LTDA para apresentar a Proposta Readequada ao preço apresentado, já com o desconto que seja possível como negociação.

Pregoeiro 29/01/2024 15:24:40 Para DISTRIBUIDORA MEDFAR LTDA - Favor anexar também o contrato social, visto que o arquivo encaminhado anteriormente está corrompido

Pregoeiro 29/01/2024 17:11:18 =====

Pregoeiro 29/01/2024 17:15:24 A proposta da empresa DISTRIBUIDORA MEDFAR LTDA não faz qualquer referencia aos equipamentos a serem utilizados, marca, procedência, ou sobre o detalhamento dos reagentes. E mesmo sendo convocada a apresentar proposta readequada não o fez conforme os prazos previstos.

Pregoeiro 29/01/2024 17:15:37 =====

Pregoeiro 29/01/2024 17:18:36 Além de que a documentação apresentada contem algumas deficiências, tais como: Atestado genérico, Capital social insuficiente, entre outras. A recusa será feita no sistema.

Sistema 29/01/2024 17:23:08 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 29/01/2024 17:25:55 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro 29/01/2024 17:27:54 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/01/2024 às 17:50:00.

#### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	15/01/2024 17:04:32	
Abertura da sessão pública	16/01/2024 10:00:01	Abertura da sessão pública
Suspensão administrativa	16/01/2024 10:08:17	Previsão de reabertura: 16/01/2024 14:00:00; Internet instável
Reativação	16/01/2024 14:00:01	Reabertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	16/01/2024 14:01:46	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	16/01/2024 14:42:31	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/01/2024 17:25:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/01/2024 17:27:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/01/2024 às 17:50:00.

Data limite para registro de recurso: 01/02/2024.  
Data limite para registro de contrarrazão: 06/02/2024.  
Data limite para registro de decisão: 16/02/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:02 horas do dia 29 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GEORGETON RODRIGUES DE MORAIS  
**Pregoeiro Oficial**

ADALBERTO CORDEIRO RAYMUNDO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

